 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 24
---	----------------------------------	-----------------

EXP: 2021000059


OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto la adquisición de MONITORES DE HOSPITALIZACIÓN MULTIPARAMETRICO INTEGRABLES AL HIS, para distintos servicios del Hospital Ramón y Cajal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS

Deberán reunir al menos los siguientes requisitos:


- Monitores de signos vitales, ergonómicos, compactos, ligeros y fáciles de transportar.
- Registro obligatorio de al menos:
 - o PANI sistólica, diastólica y media, con posibilidad de mediciones continuas manual o automática.
 - o Frecuencia cardiaca con indicación de su procedencia (SpO2 o PANI)
 - o SP02 con tecnologías masimo, nellcor o nonin, mostrando valor numérico y curva de pletismografía, con posibilidad de incorporar sensores de otras marcas.
 - o Temperatura axilar
- Posibilidad de anotar, altura y peso del paciente, la masa corporal, escala de dolor, glucemia, y en la SPO2 si el paciente tiene apoyo de gafas nasales, VNI, alto flujo, etc...pudiéndose anotar la aportación de flujo de oxígeno extra, así como su concentración Igualmente se podrá configurar para anotar, en la SP02, si el paciente tiene apoyo de gafas nasales, VNI, ALTO FLUJO, etc., además de ellos se podrá anotar la aportación de flujo de oxígeno extra, así como su concentración
- La pantalla será táctil a color, de una dimensión mínima de 7" de alto contraste.
- Intuitivos y fáciles de utilizar, incorporando teclas de acceso directo a las funciones más habituales.
- Batería de ion-litio integrada, fácilmente reemplazable por el propio usuario. Indicador del estado de nivel de batería.
- Alarmas configurables de todos los parámetros en sus límites superiores e inferiores. Posibilidad de suspender y silenciar alarmas. Posibilidad de disponer de una escala de alerta precoz.
- Transmisión de datos a través de la red del hospital vía WIFI y LAN.
- Posibilidad de integración en el sistema informático de gestión de historia clínica HIS del centro sanitario.
- Posibilidad de autenticación del usuario, y capacidad de inclusión de formulario según los parámetros a definir por el hospital, siendo todos exportables de forma estructurada.
- Cada equipo incorporará un lector de código de barras ya sincronizado con el monitor capaz de leer los códigos de barras de los pacientes en su habitación, con posibilidad de lector de código de barras ajeno al proveedor del equipo
- Carro de transporte robusto y ergonómico con cesto para accesorios y material fungible y la base del soporte vertical arrancando al menos desde la altura de las ruedas, para minimizar la posibilidad de vuelco, sin necesitar de una gran superficie de despliegue de las ruedas y así garantizar su máxima durabilidad.

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 24
---	----------------------------------	-----------------

- Todos los costes de implantación de Hardware, software, licencias, comunicaciones, etc. correrán por cuenta de la empresa adjudicataria.
- Los licitadores deberán acreditar que disponen de un servicio técnico con piezas originales y que el tiempo de respuesta a las averías será de mínimo 24 horas y máximo de 48 horas. Igualmente deberán indicar plazo de resolución de la avería. En el supuesto de que no pueda realizarse la reparación en este plazo, sustituirán el equipo afectado por la avería.
- El adjudicatario garantizará la formación necesaria para el manejo del monitor al personal implicado en el uso de los mismos, así como proporcionará documentación técnica completa.
- La garantía del sistema implantado será de 3 años.
- La tramitación de los pedidos de los equipos se realizará según necesidades del centro.
- La empresa adjudicataria actualizará el hardware a 8 equipos para integrar al HIS de la hospitalización, que actualmente no tienen en su configuración la termometría axilar oral utilizada, por otros iguales a los ya existentes incorporando ya la termometría axilar oral de uso mayoritario actualmente en el hospital.

Firmado por BEATRIZ BLANCO
BURGUILLO - 50117506T el día
25/10/2021 con un certificado emitido por
AC CAMERFIRMA FOR NATURAL
PERSONS - 2016

Beatriz Blanco Burguillo
Jefa de Servicio de Ingeniería, Tecnología y Obras

 Hospital Universitario Ramón y Cajal Servicio de Suministros SUMC	ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 25
---	---	-----------------

P.A. 2021000059

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (12 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	295390	MONITORES DE HOSPITALIZACIÓN MULTIPARAMÉTRICOS INTEGRABLES AL HIS	UNIDAD	40	1.910,0000	76.400,00	21,00	16.044,00	92.444,00

IMPORTE TOTAL:	76.400,00		16.044,00	92.444,00
-----------------------	------------------	--	------------------	------------------

