

P.N.S.P. 2021 – 1 – 028

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL
NECESARIO PARA EL SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIOPULMONAR CARDIOHELP,
PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de MATERIAL NECESARIO PARA EL SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIOPULMONAR CARDIOHELP para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	340799	SET DE CONSERVACIÓN DE ÓRGANOS <ul style="list-style-type: none">• Conjunto de tubuladuras de PVC transparente calidad médica de diámetro longitud y grosor de pared según las líneas entre 3/8" y 1/4" y preconectados a un oxigenador de membrana de adultos.• La unidad de intercambio de gases se compone de:<ul style="list-style-type: none">○ Oxigenador:<ul style="list-style-type: none">- De membrana de fibra hueca con membrana microporosa de polipropileno dispuestas en haces "encapsulados" en ambos extremos para intercambio gaseoso, intercambiador térmico y bomba centrífuga integrada.- Con recubrimiento que mejora la biocompatibilidad,

Madrid, 30 de abril de 2021

Fdo.: Firmado por FRANCISCO JOSE DEL RIO
GALLEGOS - 00383890C el día
15/06/2021 con un certificado
emitido por AC CAMERFIRMA FOR

Jefe de Unidad Coordinación de Trasplantes

Dr. Francisco José del Río Gallegos

P.N.S.P. 2021 – 1 – 028

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL
NECESARIO PARA EL SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIOPULMONAR CARDIOHELP,
PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
		<p>basado en la albúmina y heparina que disminuye la activación del complemento y la agregación plaquetaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bomba centrífuga de tipo VAD de alta eficacia con un solo punto de apoyo y sin puntos de sellado, integrada en la misma carcasa. ● Conectores de policarbonato tamaños según demanda. ● Tapones protectores, clamps y conectores rápidos integrados en el set. ● Bolsa y conectores para el cebado. ● Recubrimiento biocompatibles SOFTLINE. ● Esterilizado por óxido de etileno. ● Intervalo de flujo de sangre: de 0,5 a 5 litros por minuto. ● Volumen de cebado: 240 ml.
2	340800	<p>SET DE ASISTENCIA CARDIOPULMONAR</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Está compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> ○ Membrana de oxigenación de difusión, de polimetilpenteno, que dispone de función de desburbujeo de seguridad. ○ Con bomba centrífuga integrada, de alta eficacia, y con un solo punto de apoyo y sin puntos de sellado. ○ Set de líneas con tratamiento de biocompatibilidad BIOLINE, sin riesgo de desprendimiento de partículas por uso prolongado. ○ Incorpora sensores integrados para la medición de: <ul style="list-style-type: none"> - Saturación venosa de oxígeno. - Hemoglobina/hematocrito. - Dos temperaturas internas (arterial y venosa).

Madrid, 30 de abril de 2021

Fdo.:

Firmado por FRANCISCO JOSE DEL RIO
GALLEGOS - [REDACTED] el día 15/06/2021
con un certificado emitido por AC
CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016

Jefe de Unidad Coordinación de Trasplantes

Dr. Francisco José del Río Gallegos

P.N.S.P. 2021 – 1 – 028

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL
NECESARIO PARA EL SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIOPULMONAR CARDIOHELP,
PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
		<ul style="list-style-type: none">- Tres presiones internas.<ul style="list-style-type: none">○ Volumen de cebado total de 273 ml.○ Esterilizado por óxido de etileno.

3. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La empresa adjudicataria realizará, para los profesionales implicados, actuaciones de transferencia de conocimiento en la correcta práctica clínica del manejo de los productos suministrados.

Documento firmado digitalmente por: SOTO BONEL JOSE FRANCISCO
Fecha: 2021 10 15 14:33
Referencia: 57/050750 9/21
Verificación y validez por CSV: [REDACTED]
La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

Madrid, 30 de abril de 2021

Fdo.:

Firmado por FRANCISCO JOSE DEL RIO
GALLEGOS - [REDACTED] el día 15/06/2021
con un certificado emitido por AC
CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016

Jefe de Unidad Coordinación de Trasplantes

Dr. Francisco José del Río Gallegos