

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE APÓSITOS, COMPRESAS Y GASAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro de apósitos de tejido sin tejer estéril y no estéril para distintos servicios y compresas y gasas para el hospital.

El presente expediente consta de los siguientes lotes:

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	1	014005	APÓSITO SIN TEJER NO ESTERIL 7,5 X 7,5CM P/ PLANTA <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer no estéril. • Gramaje mínimo: 30 gr /cm² • No desprendimiento de partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 15 x15 cm. • Plegada 4 capas • Medidas finales: 7.5 x 7.5 cm. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Envase: continente no estéril de 100 apósitos.
	2	014046	APOSITO SIN TEJER ESTERIL 7,5X7,5 CM P/PLANTA <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril. • Gramaje mínimo: 30 gr/m². • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 15 x15 cm. • Plegada a 4 capas. • Medidas finales: 7.5 x 7.5 cm. • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "Ia Estéril" • Envase estéril con 5 apósitos.
	3	014008	APOSITO SIN TEJER ESTERIL 10X10CM P/ CURAS Y APLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril. • Gramaje mínimo: 30 gr/m². • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 20 x 20 cm. • Plegada a 4 capas. • Medidas finales: 10 x 10 cm. • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "Ia Quirúrgico". • Envase estéril con 10 apósitos.

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
2	4	014009	APOSITO SIN TEJER ESTERIL 10X20CM P/PLANTA Y CURAS POSTQUIRURGICAS <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril. • Gramaje mínimo: 30 gr/m². • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 20 x 40 cm. • Plegada a 4 capas. • Medidas finales: 10 x 20 cm. • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "Ila Quirúrgico". • Envase estéril con 2 apósitos.
	5	014045	APOSITO SIN TEJER ESTERIL 10X20CM P/PARTOS <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril • Gramaje mínimo: 50 gr/m². • Capacidad de absorción mínima de 900%. • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 80 x 45 cm. • Plegada a 16 capas. • Medidas finales: 10 x 20 cm. • Al desplegar el Apósito en su primer pliegue, se ha de poder realizar en sentido longitudinal, de tal forma que las medidas aproximadas tras desplegar por primera vez sean 10cm x 45cm aprox. (para favorecer su manejabilidad en Campo Quirúrgico). • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "Ila Quirúrgico". • Envase estéril con 2 apósitos.
	6		APÓSITO SIN TEJER ESTERIL DE 7,5x7,5CM CON CONTRASTE RADIOLÓGICO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril con contraste radiológico y una cinta tipo lazo entre 10-20cm • Gramaje mínimo: 50 gr/m². • Capacidad de absorción mínima de 900%. • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 15 x15 cm. • Plegada: 4capas. • Medidas finales: 7.5 x 7.5 cm. • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "Ila Quirúrgico". • Envase de fácil apertura estéril con 5 apósitos

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
2	7	014020	APOSITO SIN TEJER ESTERIL 10X10 CM C/CONTRASTE RADIOLOGICO P/QUIROFANO <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril, con control radiológico, bien adherido a la gasa. • Gramaje mínimo: 50 gr/m². • Resistencia a la tracción: <ul style="list-style-type: none"> • Longitudinal mín. 50 N/5cm • Transversal mín. 30N/5cm • Capacidad de absorción mínima de 900%. • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 20 x 20 cm. • Plegada a 4 capas. • Medidas finales: 10 x 10 cm. • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "IIa Quirúrgico". • Certificado de biocompatibilidad. • Envase estéril con 10 apósitos. •
	8	014025	APOSITO SIN TEJER ESTERIL 10X20CM C/CONTRASTE RADIOLOGICO P/QUIROFANO <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril, con control radiológico, bien adherido a la gasa. • Gramaje mínimo: 50 gr/m². • Resistencia a la tracción: <ul style="list-style-type: none"> • Longitudinal mín. 50 N/5cm • Transversal mín. 30N/5cm • Capacidad de absorción mínima de 900%. • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 80 x 45 cm. • Plegada a 16 capas. • Medidas finales: 10 x 20 cm. • Al desplegar el Apósito en su primer pliegue, se ha de poder realizar en sentido longitudinal, de tal forma que las medidas aproximadas tras desplegar por primera vez sean 10cm x 45cm aprox. (para favorecer su manejabilidad en Campo Quirúrgico). • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "IIa Quirúrgico". • Certificado de biocompatibilidad. • Envase estéril con 6 apósitos.

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
3	9	014019	APOSITO SIN TEJER ESTERIL DE 10X10CM P/QUIROFANO Y CURAS POSTQUIRURGICAS <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril. • Gramaje mínimo: 50 gr/m². • Capacidad de absorción mínima de 900%. • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 20 x 20 cm. • Plegada a 4 capas. • Medidas finales: 10 x 10 cm. • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "IIa Quirúrgico". • Envase estéril con 10 apósitos.
	10	014018	APÓSITO PARA QUIROFANO ESTERIL DE 10 X 20 CM <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril. • Gramaje mínimo: 50 gr/m². • Capacidad de absorción mínima de 900%. • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 80 x 40 cm. • Plegada a 16 capas. • Medidas finales: 10 x 20 cm. • Al desplegar el Apósito en su primer pliegue, se ha de poder realizar en sentido longitudinal, de tal forma que las medidas aproximadas tras desplegar por primera vez sean 10cm x 45cm aprox. (para favorecer su manejabilidad en Campo Quirúrgico). • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "IIa Quirúrgico". • Envase estéril con 6 apósitos.
4	11	014049	APOSITO ESTERIL 50X50CM VERDE P/ QUIROFANO ANESTESIA <ul style="list-style-type: none"> • Medidas del sobre: 32 X 15 cm. aproximadamente. • Color de la compresa: verde. • Número de capas: 4 capas. • Número de hilos: 17 / cm². Mínimo. • Corte: 50 x 50 cm. aproximadamente. • Plegado: sobre sí misma a la mitad, de 25 x 12 cm. aproximadamente. • La colocación de las compresas dentro del sobre será: 5 compresas en un sentido y la 6ª envolviendo a las otras en sentido contrario (en bocadillo). • Composición: algodón 100 %. Tejido rectilíneo. • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Los sobres llevarán testigo exterior de esterilización. • Apertura del sobre (preferiblemente tipo pestaña). • Sobre de papel mixto que contenga 6 compresas remalladas estériles.

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
	12	014023	<p>GASA 16X25 CM Y COMPRESA 60X40 CM VERDE:</p> <p>GASA</p> <ul style="list-style-type: none"> Color: verde. Número de hilos: 17 / cm². Mínimo. Corte: 16 x 25 cm. Plegado: 8 x 6 cm. Composición: algodón 100 %. Tejido rectilíneo. Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. Los sobres llevarán testigo exterior de esterilización. <p>COMPRESA</p> <ul style="list-style-type: none"> Color: verde. Número de hilos: 15 / cm² mínimo. Corte: 60 x 40 cm. aproximadamente. Plegado: <u>En forma de libro</u>. 22 x 10 cm. Composición: algodón 100 %. Tejido rectilíneo. Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. Los sobres llevarán testigo exterior de esterilización. <p>Presentación: sobre de papel mixto con 10 gasas y 2 compresas.</p>
5	13	014044	<p>APOSITO ESTERIL 10X20CM P/QUIROFANO CIR.PEDIATRICA</p> <ul style="list-style-type: none"> Apósito de tejido sin tejer estéril Gramaje mínimo: 50 gr/m². Resistencia a la tracción: <ul style="list-style-type: none"> Longitudinal mín. 50 N/5cm Transversal mín. 30N/5cm Capacidad de absorción mínima de 900%. Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. Medidas de corte: 40 x 40 cm. Plegada a 8 capas. Medidas finales: 10 x 20 cm. 8 capas. Al desplegar el Apósito en su primer pliegue, se ha de poder realizar en sentido longitudinal, de tal forma que las medidas aproximadas tras desplegar por primera vez sean 10cm x 40cm aprox. (para favorecer su manejabilidad en Campo Quirúrgico). Método de esterilización por vapor. Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. Exento de látex. Certificación de clase "IIa Quirúrgico". Certificado de biocompatibilidad. Envase con 5 apósitos.

LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS CON UNA TOLERANCIA DE ± 5%

MUESTRAS

Para la evaluación de los productos se solicitan muestras **SI**

Cantidad de muestras: **5 POR Nº DE ORDEN**

Lugar de Entrega: **Almacén General. Edificio MI planta -2**

- o No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar **más** muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto

FORMACION

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, si es preciso, al personal que se determine para el correcto uso de los productos, entregándose sin cargo el material docente necesario para la formación.

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, 26 de junio de 2020

Fdo.: Antonio Jarillo Sánchez



Supervisor de Recursos Materiales

EXPEDIENTE : 2020-0-154

OBJETO: SUMINISTRO DE APÓSITOS, COMPRESAS Y GASAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

						PRESUPUESTO				VALOR ESTIMADO (incluida modificación) 20%	EPIGRAFE
LOTE	Nº ORDEN	ART	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 10%	IMPORTE TOTAL		
1	1	014005	APÓSITO SIN TEJER NO ESTERIL 7,5 X 7,5CM P/ PLANTA	6.600.000	6.600.000	0,00284	18.744,00	1.874,400	20.618,40	41.236,80	27004
	2	014046	APÓSITO SIN TEJER ESTERIL P/PLANTA 7.5X 7.5 CM	2.000.000	2.000.000	0,02830	56.600,00	5.660,000	62.260,00	124.520,00	27004
	3	014008	APOSITO SIN TEJER ESTERIL 10X10CM P/ CURAS Y APLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS	280.000	280.000	0,07540	21.112,00	2.111,200	23.223,20	46.446,40	27004
	4	014009	APÓSITO SIN TEJER ESTÉRIL 10 X 20 CM PARA PLANTA Y CURAS POSTQUIRÚRGICAS	520.000	520.000	0,05530	28.756,00	2.875,600	31.631,60	63.263,20	27004
	5	014045	APÓSITO SIN TEJER ESTERIL 10 X 20 CM PARA PARTOS	74.000	74.000	0,26100	19.314,00	1.931,400	21.245,40	42.490,80	27004
2	6	018758	APOSITO SIN TEJER ESTERIL 7,5X7,5 CM CON CONTRASTE RADIOLOGICO P/CIRUGIA LAPAROSCOPICA	4.000	4.000	0,12650	506,00	50,600	556,60	1.113,20	27004
	7	014020	APÓSITO SIN TEJER ESTERIL DE 10X10 CM CON CONTRASTE RADIOLOGICO PARA QUIROFANO	100.000	100.000	0,21600	21.600,00	2.160,000	23.760,00	47.520,00	27004
	8	014025	APÓSITO SIN TEJER ESTERIL 10 X 20 CM CON CONTRASTE RADIOLOGICO PARA QUIROFANO	110.000	110.000	0,91100	100.210,00	10.021,000	110.231,00	220.462,00	27004
3	9	014019	APÓSITO SIN TEJER ESTERIL DE 10X10 CM PARA QUIROFANO Y CURAS POSTQUIRURGICAS	150.000	150.000	0,15850	23.775,00	2.377,500	26.152,50	52.305,00	27004
	10	014018	APÓSITO SIN TEJER ESTERIL DE 10X 20 CM PARA QUIROFANO	70.000	70.000	0,71700	50.190,00	5.019,000	55.209,00	110.418,00	27004
4	11	014049	APÓSITO ESTERIL DE 50X50 VERDE PARA QUIROFANO-ANESTESIA (COMPRESA)	20.000	20.000	2,20000	44.000,00	4.400,000	48.400,00	96.800,00	27004
	12	014023	GASA 16X25 CM VERDE Y COMPRESA 60X40 CM VERDE	72.000	72.000	0,35600	25.632,00	2.563,200	28.195,20	56.390,40	27004
5	13	014044	APÓSITO ESTERIL 10 X 20 CM. PARA QUIROFANO CIR.PEDIATRICA	22.000	22.000	0,27700	6.094,00	609,400	6.703,40	13.406,80	27004
							416.533,00	41.653,30	458.186,30	916.372,60	