

**EXPEDIENTE: 2022-0-3**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE MALLAS PARA INCONTINENCIA URINARIA, PROLAPSOS VAGINALES Y ESFÍNTER URINARIO IMPLANTABLE PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

El presente contrato tiene por objeto el suministro de Mallas para incontinencia urinaria femenina y masculina, prolapsos vaginales y esfínter urinario implantable masculino para los Servicios de Urología y Ginecología del Hospital.

**El Expediente consta de los siguientes lotes:**

| LOTE | Nº Orden | CD ARTº | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO  |
|------|----------|---------|---|
| 1    | 1        | 056221  | <b>MALLA REGULABLE RETROPÚBICA PARA LA CORRECCIÓN DE LA INCONTINENCIA URINARIA POR INCOMPETENCIA ESFINTERIANA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cabestrillo suburetral para tratamiento de la incontinencia urinaria femenina compuesto por malla 100% polipropileno, macroporo, unida a dos suturas de monofilamento para su conexión a varitensor abdominal para tracción del cabestrillo suburetral.</li> <li>▪ Manipulador conectado al varitensor, extraíble y reposicionable para ajuste de la tensión del cabestrillo en el post-operatorio y a largo plazo.</li> <li>▪ Conector/desacoplador del manipulador.</li> </ul> |
|      | 2        |         | <b>KIT DE REAJUSTE PARA MALLA URINARIA REGULABLE</b><br>Compuesto de: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manipulador conectado al varitensor, extraíble y reposicionable para ajuste de la tensión del cabestrillo en el post-operatorio y a largo plazo.</li> <li>▪ Conector/desacoplador del manipulador.</li> </ul>  |
| 2    | 3        | 057339  | <b>MALLA RETROPÚBICA NO REGULABLE PARA LA CORRECCIÓN DE LA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA MODERADA Y SEVERA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Malla de polipropileno, macroporo, con bordes abiertos, recubierta por funda plástica, acompañada de una aguja retropúbica desechable.</li> <li>▪ Aguja de mínimo espesor y curvatura anatómica.</li> </ul>   |
| 3    | 4        | 057053  | <b>MALLA PARA LA CORRECCIÓN DE LA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA LEVE Y MODERADA POR VÍA TRANSOBTURADORA SEGÚN TÉCNICA DE FUERA A DENTRO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Malla de polipropileno, macroporo, sin nudos y con bordes sobrehilados, atraumáticos e hilo externo de polipropileno.</li> <li>▪ Sin funda de plástico.</li> <li>▪ Con agujas reutilizables.</li> </ul>  |

| LOTE | Nº Orden | CD ARTº | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO   |
|------|----------|---------|--|
| 4    | 5        | 056863  | <p><b>MALLA PARA LA CORRECCIÓN DE LA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA LEVE Y MODERADA POR VÍA TRANSOBTURADORA SEGÚN TÉCNICA DE DENTRO A FUERA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Malla de polipropileno, macroporo, recubierta por funda plástica, preinsertada en dos agujas transobturadoras desechables y guía metálica (acero inoxidable) alada atraumática para su inserción.</li> <li>▪ Aguja de mínimo espesor con punta roma y de curvatura anatómica.</li> </ul>   |
| 5    | 6        | 057340  | <p><b>MINIMALLA PARA LA CORRECCIÓN DE LA INCONTINENCIA LEVE Y MODERADA PARA SU COLOCACIÓN POR INCISIÓN ÚNICA Y POR ABORDAJE RETROPÚBICO O TRANSOBTURADOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Malla suburetral de una sola incisión sin agujas, de polipropileno, macroporo con sistema de fijación mediante pocket de malla de polipropileno y con dispositivo metálico de introducción para colocarlo en la punta.</li> <li>▪ Longitud mínima: 11 cm, para fijación en los músculos obturadores o en la fascia intrapélvica.</li> <li>▪ Superficie total de la malla &gt; 15 cm<sup>2</sup> para su correcta fijación.</li> <li>▪ Sin agujas.</li> </ul> |
| 6    | 7        | 058355  | <p><b>MALLA PARA LA CORRECCIÓN DE PROLAPSOS DE CÚPULA POR VÍA VAGINAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Malla ultraligera de polipropileno monofilamento macroporo con estructura hexagonal del poro de la malla, en forma de "U" simulando los ligamentos uterosacros.</li> <li>▪ Fijación bilateral al sacroespinoso mediante suturas de polipropileno no reabsorbible aplicadas con un instrumento reutilizable y agujas cargadas con sutura.</li> <li>▪ Dispositivos de sutura incluidos o compromiso de la empresa de aportarlos en cada procedimiento quirúrgico.</li> </ul>  |
| 7    | 8        |         | <p><b>MALLA PARA LA CORRECCIÓN DE LA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA MODERADA-SEVERA PARCIALMENTE REABSORBIBLE PARA PACIENTES CON RIESGO DE EROSIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Malla compuesta de filamentos de polipropileno, recubierta de material absorbible de ácido poliglicólico y caprolactona.</li> <li>▪ Malla de color visible para control de implante y compatible con resonancia magnética.</li> <li>▪ Agujas reutilizables de acero quirúrgico para abordaje transobturador y retropúbico.</li> </ul>   |
| 8    | 9        | 058311  | <p><b>KIT COMPLETO DE MALLA PREFORMADA PARA LA CORRECCIÓN DE PROLAPSOS POR VÍA LAPAROSCOPIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Malla de una sola pieza, pre-cortada con láser para la reparación del prolapso de cúpula vaginal. Utiliza un sistema laparoscópico de arpón para anclar la malla al ligamento Sacro Promontorio.</li> <li>▪ Kit con malla de polipropileno, monofilamento, macroporo.</li> <li>▪ Aplicador laparoscópico desechable de arpones atraumáticos no reabsorbibles.</li> <li>▪ Cinco arpones atraumáticos de PEEK para fijación de la malla al promontorio sacro.</li> <li>▪ Dispensador estéril para arpones.</li> </ul>       |



| LOTE | Nº Orden   | CD ARTº | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO   |
|------|--|---------|--|
| 9    | <b>KIT COMPLETO DE MALLA RECORTABLE/MODIFICABLE PARA LA CORRECCIÓN DE PROLAPSOS POR VÍA LAPAROSCOPIA</b> |         |  |
|      | 10   | 058772  | <b>MALLA RECORTABLE/MODIFICABLE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Malla de polipropileno macroporo, ligera, con superficie enlace covalente de titanio de 15 x 15 cm.</li> <li>▪ No reabsorbible.</li> <li>▪ Implante titanizado de refuerzo de tejido blando.</li> </ul>   |
|      | 11   | 058773  | <b>ADHESIVO QUIRÚRGICO USO INTERNO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Envasado en vial herméticamente cerrado de 1 ml.</li> <li>▪ Adhesivo tisular, sintético, estéril, líquido de baja viscosidad (aprox. 5 cP).</li> <li>▪ Es un monómero de cianoacrilato de n-hexilo que, se polimeriza muy rápidamente en unos segundos para producir un polímero (n-hexil-cianocrilato) flexible.</li> </ul>   |
|      | 12   |         | <b>APLICADOR LAPAROSCÓPICO PARA USO CON ADHESIVO QUIRÚRGICO USO INTERNO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aplicador laparoscópico del adhesivo tisular, flexible, con una longitud de 37 cm.</li> <li>▪ Gota a gota.</li> </ul>   |
| 10   | 13   | 058959  | <b>SUTURA MECÁNICA PARA FIJACIÓN MALLA CON APLICADOR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aplicadora laparoscópica de fijación de sutura mecánica de Nitinol con 10 suturas.</li> <li>▪ Esta aplicadora de sutura mecánica sirve para la fijación de malla, tejido y hueso (fijación de prótesis o aproximación de tejidos).</li> <li>▪ Se usa en procedimientos de cirugía laparoscópica.</li> <li>▪ Está fabricado a partir de un alambre en aleación, el cual tiene memoria de forma, llamado Nitinol (aleación de níquel titanio y equiatómico temperatura de memoria).</li> </ul>   |
|      | 14   |         | <b>DISPOSITIVO DE ANCLAJE AL LIGAMENTO SACROESPINOSO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dispositivo desechable de sutura portador de aguja para fijar puntos a ligamento sacroespinoso incluyendo los puntos para la fijación.</li> <li>▪ El instrumento debe tener una estructura tubular con un asa para fácil manipulación y una longitud de al menos 25 centímetros.</li> <li>▪ Para realizar la sutura en uno de sus extremos debe tener un transportador, donde se fija la aguja cónica de la sutura para ser fijada de forma manual y capturada de forma automática por el mismo sistema.</li> <li>▪ En el otro extremo tiene un mando con una ranura en la parte superior para tirar del extremo distal de la sutura.</li> </ul> |
|      | 15   | 018577  | <b>SUTURA NO ABSORBIBLE APTA PARA UTILIZAR EN EL DISPOSITIVO DE ANCLAJE</b>  |
|      | 16   | 018578  | <b>SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE APTA PARA UTILIZAR EN EL DISPOSITIVO DE ANCLAJE</b>   |

| LOTE | Nº Orden | CD ARTº | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO  |
|------|----------|---------|---|
| 11   | 17       | 058770  | <p><b>KIT COMPLETO SISTEMA DE RELLENO URETRAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Para la incontinencia urinaria de esfuerzo femenina.</li> <li>▪ Sistema kit de hidrogel permanente inyectable biocompatible (no partiduclado), no absorbible e inerte.</li> <li>▪ Colocación mediante abordaje transuretral.</li> <li>▪ Composición de 2,5% de poliacrilamida reticulada y 97,5% de agua.</li> <li>▪ Con dos jeringas precargadas con gel.</li> <li>▪ Sistema con vaina de rotación 360º desechable de 22CH con canal de trabajo para facilitar la inyección del gel.</li> <li>▪ Con dos agujas de acero inoxidable de 23G x 12 cm aprox.</li> <li>▪ Libre de látex en todos sus componentes.</li> </ul>   |
| 12   | 18       | 058356  | <p><b>MALLA INCONTINENCIA URINARIA SUBURETRAL CON 2 BRAZOS TRANSOBTURADORES PARA TRATAMIENTO DE INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA CON RECOLOCACIÓN DE URETRA BULBAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistema tipo cabestrillo TOT.</li> <li>▪ Malla adaptada con unas dimensiones entre 40-50 cm de largo y 1 cm de ancho para recolocación de uretra bulbar monofilamento polipropileno, macroporo (tamaño de poro 1.000 micras) con ampliación de zona media adaptada para empleo en el varón para elevar uretra bulbar. Los bordes de la malla serán abiertos y sin ataduras; tendrá refuerzos laterales para su autofijación en el agujero obturador.</li> <li>▪ Agujas helicoidales desechables para utilizar por vía transobturadora.</li> <li>▪ Con funda protectora de la malla que permitan movilizarlas, para su correcta ubicación y que minimicen el riesgo de contaminación.</li> </ul> |
| 13   | 19       |         | <p><b>MALLA INCONTINENCIA URINARIA SUBURETRAL AJUSTABLE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Malla de 2 brazos monofilamento polipropileno, macroporo con agujas para colocación. Dispone en la zona central de una almohada para colocación suburetral y de una conexión a un puerto de titanio recubierto de silicona para colocación a nivel escrotal que permita rellenarlo en el momento de la cirugía o postquirúrgicamente.</li> <li>▪ Agujas helicoidales de acero inoxidable que permitan el paso a nivel transobturador.</li> <li>▪ El dispositivo debe tener la posibilidad de ajuste del mismo sin necesidad de cirugía para permitir relleno del dispositivo colocado a nivel de uretra bulbar y modificar la tensión.</li> </ul>  |



| LOTE | Nº Orden | CD ARTº | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO   |
|------|----------|---------|--|
| 14   | 20       | 056212  | <b>ESFINTER URINARIO ARTIFICIAL IMPLANTABLE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistema esfinteriano urinario artificial de tres componentes conectados mediante un sistema de tubos: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Balón regulador de presión</b> de diferentes tamaños, adaptables a la medida del paciente y que pueda llenarse con contraste radiopaco.</li> <li>○ <b>Bomba de control</b> con recubrimiento antibiótico, cuya liberación se realiza de forma mantenida en el periodo postquirúrgico.</li> <li>○ <b>Manguito oclusivo</b> de diferentes medidas (al menos de 3,5 cm a 10 cm) con recubrimiento antibiótico.</li> </ul> </li> <li>▪ Interconexión sencilla de los componentes.</li> <li>▪ Kit de montaje incluido o el compromiso de la empresa de aportarlo en cada procedimiento quirúrgico.</li> <li>▪ Durabilidad garantizada al menos durante 10 años.</li> </ul> |

## OTROS REQUISITOS

Los proveedores adjudicatarios deberán constituir los depósitos en la cantidad acordada con el Servicio. El Hospital pondrá a disposición de los adjudicatarios un espacio de almacenamiento para establecer un depósito de forma consensuada que permitirá comunicar su utilización y su trazabilidad, siendo el Hospital responsable de su custodia. Se permitirá al adjudicatario su revisión de forma periódica o esporádica. El depósito inicial se formalizará en un albarán de entrega en el que se dejará constancia de las referencias y cantidades que lo integran y que contará con el visto bueno del Hospital y del proveedor. Será responsabilidad del proveedor la actualización de los mismos en los niveles prefijados según su utilización y procedimiento establecido por el Hospital.

## ETIQUETADO DE LOS IMPLANTES

- El material vendrá etiquetado con uno de los siguientes estándares:
    - EAN-128, conteniendo DUN-14, caducidad y lote/serie (se admitirá en un único código o partido en dos) \*\*
    - HIBC, conteniendo el identificador de fabricante y artículo, la caducidad y el lote/serie
- \*\* El código de barras EAN-128 en simbología GS1-128 deberá contener los datos de longitud fija (DUN14, fecha de caducidad AAMMDD) antes de los datos de longitud variable (lote, serie). En caso de concatenar varios datos de longitud variable en un mismo código de barras, dichos datos deberán simbolizar el separador GS1 de campos variables.

No se admitirá EAN13 como código de barras primario (identificación del artículo) acompañado de un secundario (lote y caducidad) en formato GS1-128.

En caso de incumplimiento de estos requerimientos en el etiquetado original del fabricante, se admitirán soluciones locales alternativas consistentes en un reetiquetado local antes de la entrega al hospital del producto, sin ocultar ningún dato de la etiqueta original del fabricante.

- El/los adjudicatarios facilitaran al Hospital un fichero formato electrónico con los siguientes datos: referencia de fabricante, descripción completa incluyendo medidas, marca, DUN 14 o HIBC de todos los niveles de empaquetado, y unidades contenidas.
- Durante toda la duración del contrato el adjudicatario estará obligado a comunicar en el mismo soporte informático todas las modificaciones tanto de su catálogo como de la composición de las cajas, tanto respecto de nuevas referencias como de referencias pasadas a fuera de línea.
- Se facilitará al Hospital el detalle del contenido de las cajas, con la referencia de la caja y el detalle de los componentes con los siguientes datos: referencia de fabricante, descripción completa incluyendo medidas, marca, DUN 14 o HIBC del nivel unitario, y unidades contenidas

### **MUESTRAS**

Para la evaluación de los productos se solicitan muestras: **SI**  
Cantidad de muestras: **1 unidad por nº de orden**

Lugar de Entrega: **Almacén General. Edificio MI planta -2**

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar **más** muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto

### **FORMACIÓN**

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, si es preciso, al personal que se determine para el correcto uso de los productos, entregándose sin cargo el material docente necesario para la formación.

### **OTROS**

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.


Madrid, 27 de octubre de 2021

SERVICIO DE UROLOGÍA



Fdo. Dr. Medina Polo

SERVICIO DE GINECOLOGÍA



Fdo. Dr. Muñoz Galligo

EXPEDIENTE: 2022-0-3

OBJETO: SUMINISTRO DE MALLAS PARA INCONTINENCIA URINARIA, PROLAPSOS VAGINALES Y ESFÍNTER URINARIO IMPLANTABLE PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

|      |          |        |  |                                 |                                  | PRESUPUESTO     |                |              |              |               | VALOR ESTIMADO<br>(incluida 20%<br>modificación) | EPIGRAFE |
|------|----------|--------|--|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--|----------|
| LOTE | Nº ORDEN | CODIGO | DESCRIPCION ARTICULO   | CANTIDAD<br>INICIAL 12<br>MESES | CANTIDAD<br>PRORROGA 12<br>MESES | PRECIO<br>S/IVA | BASE IMPONIBLE | IVA<br>(10%) | IVA<br>(21%) | IMPORTE TOTAL |  |          |
| 1    | 1        | 056221 | MALLA REGULABLE RETROPUBICA PARA LA CORRECCION DE LA INCONTINENCIA URINARIA POR INCOMPETENCIA ESFINTERIANA   | 15                              | 15                               | 1.121,000       | 16.815,000     | 1.681,500    |              | 18.496,500    | 36.993,000                                       | 27005    |
|      | 2        |        | KIT DE REAJUSTE PARA MALLA URINARIA REGULABLE  | 6                               | 6                                | 204,500         | 1.227,000      |              | 257,670      | 1.484,670     | 2.699,400  | 27004    |
| 2    | 3        | 057339 | MALLA RETROPUBICA NO REGULABLE PARA LA CORRECCION DE LA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA MODERADA Y SEVERA  | 15                              | 15                               | 404,000         | 6.060,000      | 606,000      |              | 6.666,000     | 13.332,000                                       | 27005    |
| 3    | 4        | 057053 | MALLA PARA LA CORRECCION DE LA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA LEVE Y MODERADA POR VIA TRANSOBTURADORA SEGUN TECNICA DE FUERA A DENTRO             | 81                              | 81                               | 240,000         | 19.440,000     | 1.944,000    |              | 21.384,000    | 42.768,000                                       | 27005    |
| 4    | 5        | 056863 | MALLA PARA LA CORRECCION DE LA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA LEVE Y MODERADA POR VIA TRANSOBTURADORA SEGUN TECNICA DE DENTRO A FUERA             | 10                              | 10                               | 419,000         | 4.190,000      | 419,000      |              | 4.609,000     | 9.218,000  | 27005    |
| 5    | 6        | 057340 | MINIMALLA PARA LA CORRECCION DE LA INCONTINENCIA LEVE Y MODERADA PARA SU COLOCACION POR INCISION UNICA Y POR ABORDAJE RETROPUBICO O TRANSOBTURADOR | 6                               | 6                                | 349,500         | 2.097,000      | 209,700      |              | 2.306,700     | 4.613,400  | 27005    |
| 6    | 7        | 058355 | MALLA PARA LA CORRECCION DE PROLAPSOS DE CUPULA POR VIA VAGINAL  | 3                               | 3                                | 475,000         | 1.425,000      | 142,500      |              | 1.567,500     | 3.135,000  | 27005    |
| 7    | 8        |        | MALLA PARA LA CORRECCIÓN DE LA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA MODERADA-SEVERA PARCIALMENTE REABSORBIBLE PARA PACIENTES CON RIESGO DE EROSIÓN      | 20                              | 20                               | 450,000         | 9.000,000      | 900,000      |              | 9.900,000     | 19.800,000                                       | 27005    |
| 8    | 9        | 058311 | KIT COMPLETO DE MALLA PREFORMADA PARA LA CORRECCION DE PROLAPSOS POR VIA LAPAROSCOPIA  | 15                              | 15                               | 690,000         | 10.350,000     | 1.035,000    |              | 11.385,000    | 22.770,000                                       | 27005    |
| 9    | 10       | 058772 | MALLA RECORTABLE/MODIFICABLE   | 3                               | 3                                | 125,000         | 375,000        | 37,500       |              | 412,500       | 825,000  | 27005    |
|      | 11       | 058773 | ADHESIVO QUIRÚRGICO USO INTERNO.   | 3                               | 3                                | 95,000          | 285,000        | 28,500       |              | 313,500       | 627,000  | 27005    |
|      | 12       |        | APLICADOR LAPAROSCÓPICO PARA USO CON ADHESIVO QUIRÚRGICO USO INTERNO.  | 3                               | 3                                | 15,000          | 45,000         |              | 9,450        | 54,450        | 99,000   | 27004    |
|      | 13       | 058959 | SUTURA MECÁNICA PARA FIJACIÓN MALLA CON APLICADOR  | 3                               | 3                                | 245,000         | 735,000        | 73,500       |              | 808,500       | 1.617,000  | 27005    |



EXPEDIENTE: 2022-0-3

OBJETO: SUMINISTRO DE MALLAS PARA INCONTINENCIA URINARIA, PROLAPSOS VAGINALES Y ESFÍNTER URINARIO IMPLANTABLE PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

|      |          |        |  |                                 |                                  | PRESUPUESTO     |                |              |              |               | VALOR ESTIMADO<br>(incluida 20%<br>modificación) | EPIGRAFE |
|------|----------|--------|--|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--|----------|
| LOTE | Nº ORDEN | CODIGO | DESCRIPCION ARTICULO   | CANTIDAD<br>INICIAL 12<br>MESES | CANTIDAD<br>PRORROGA 12<br>MESES | PRECIO<br>S/IVA | BASE IMPONIBLE | IVA<br>(10%) | IVA<br>(21%) | IMPORTE TOTAL |  |          |
| 10   | 14       |        | DISPOSITIVO DE ANCLAJE AL LIGAMENTO SACROESPINOSO  | 6                               | 6                                | 300,000         | 1.800,000      |              | 378,000      | 2.178,000     | 3.960,000  | 27004    |
|      | 15       | 018577 | SUTURA NO ABSORBIBLE APTA PARA UTILIZAR EN EL DISPOSITIVO DE ANCLAJE   | 24                              | 24                               | 41,700          | 1.000,800      | 100,080      |              | 1.100,880     | 2.201,760  | 27004    |
|      | 16       | 018578 | SUTURA ABSORBIBLE APTA PARA UTILIZAR EN EL DISPOSITIVO DE ANCLAJE  | 24                              | 24                               | 41,700          | 1.000,800      | 100,080      |              | 1.100,880     | 2.201,760  | 27004    |
| 11   | 17       | 058770 | KIT COMPLETO SISTEMA DE RELLENO URETRAL  | 8                               | 8                                | 1.500,000       | 12.000,000     | 1.200,000    |              | 13.200,000    | 26.400,000                                       | 27005    |
| 12   | 18       | 058356 | MALLA INCONTINENCIA URINARIA SUBURETRAL CON 2 BRAZOS TRANSOBTURADORES PARA TRATAMIENTO DE INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA CON RECOLOCACIÓN DE URETRA BULBAR | 10                              | 10                               | 2.230,000       | 22.300,000     | 2.230,000    |              | 24.530,000    | 49.060,000                                       | 27005    |
| 13   | 19       |        | MALLA INCONTINENCIA URINARIA SUBURETRAL AJUSTABLE  | 6                               | 6                                | 4.652,050       | 27.912,300     | 2.791,230    |              | 30.703,530    | 61.407,060                                       | 27005    |
| 14   | 20       | 056212 | ESFINTER URINARIO ARTIFICIAL IMPLANTABLE   | 10                              | 10                               | 7.991,000       | 79.910,000     | 7.991,000    |              | 87.901,000    | 175.802,000                                      | 27005    |
|      |          |        |  |                                 |                                  |                 | 217.967,900    | 21.489,590   | 645,120      | 240.102,610   | 479.529,380                                      |          |