



**EXPEDIENTE: 2021400037**

**OBJETO DEL CONTRATO**

El presente contrato tiene por objeto el suministro de KIT PARA EXTRACCION EXTRACORPOREA DE CO<sub>2</sub> CONTINUO (MAXIMO 5 DIAS), MEDIANTE EQUIPO PROLUNG (PROPIEDAD DEL HOSPITAL) para el Servicio de UVI MEDICA, para cubrir las necesidades del Hospital

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
1	1	321713	KIT P/ EXTRACCION DE CO2 COMPATIBLE CON EQUIPO PROLUNG

El kit deberá incorporar:

- Cartucho para Hemoperfusión:
  - Membrana de polimetilpenteno con recubrimiento de fosforilcolina
  - 1,81 m<sup>2</sup>
  - 120 ml de volumen de cebado
  - Línea de conexión a toma de aire medicinal integrada en el filtro
- 1 conjunto de líneas A/V
- Conexiones a monitorización automática de barrido de gas y medición continua de la eliminación de CO<sub>2</sub>
- 1 bolsa de recolección de condensación
- 5 jeringas para perfusión continua de heparina

**ANEXO:**

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. Los artículos ofertados deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios y, para el caso de productos implantables activos el Real Decreto 1616/2009 de 26 de octubre así como el Real Decreto 1662/2000 de 29 de septiembre para los productos sanitarios diagnóstico "in vitro". En cualquier caso todos los productos que lo requieran deberán incluir el certificado de exención de látex.
3. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
  - Relación de productos ofertados.
  - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna a efectos de valoración de los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego.
4. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**.  
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.

Fdo. Dr. DE PABLO  
JEFE DE SERVICIO UVI MEDICA

Hospital Universitario  
Ramón y Cajal  
SUBDIRECCIÓN MEDICA  
Fdo. Dr. ROLDAN MOLL  
SUBDIRECTOR MEDICO



**Hospital Universitario  
Ramón y Cajal**

SERVICIO DE SUMINISTROS

**SUMC**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO 24

5. Etiquetado en el que figure:
  - a. La denominación del artículo.
  - b. El método de esterilización utilizado.
  - c. Las fechas de caducidad del producto.
  - d. El número de lote.
  - e. La referencia comercial.
  - f. Marcado CE.
  - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
6. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
7. El cumplimiento de todos estos extremos deben justificarse en el Sobre 2.

Fdo. Dr. DE PABLO  
JEFE DE SERVICIO UVI MEDICA

Página 2 de 2

Hospital Universitario  
Ramón y Cajal  
SERVICIO DE SUMINISTROS  
DIRECCIÓN MÉDICA

Fdo. Dr. ROLDAN MOLI  
SUBDIRECTOR MÉDICO

 <b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SaludMadrid SERVICIO DE SUMINISTROS <b>SUMC</b>	<b>ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>ANEXO 25</b>
--	---	-----------------

**P.A. 2021400037**

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (12 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	321713	KIT P/EXTRACCION DE CO2 COMPATIBLE CON EQUIPO PROLUNG	UNIDAD	41	4.900,00	200.900,00	21,00	42.189,00	243.089,00

<b>IMPORTE TOTAL:</b>	200.900,00		42.189,00	243.089,00
-----------------------	------------	--	-----------	------------