

P.A. 2021 - 0 - 135

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE TUBULADURAS DE INSUFLACIÓN Y FILTROS DE HUMO PARA
LAPAROSCOPIA, PARA EL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS**

1. OBJETIVO Y ALCANCE

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de **TUBULADURAS Y FILTROS DE HUMO** con destino a los Bloques Quirúrgicos, para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	314037	<p>TUBULADURA DE INSUFLACIÓN DE CO₂ CON FILTRO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tubuladura de 3 metros o superior. • Filtro de CO₂ hidrofóbico de alto volumen, de al menos 50 l/min. • Eficacia de filtrado frente a virus y bacterias del 99,99 % o superior para partículas de 0,1 micras. • Conexión luerlock macho rotativa. • Desechable. • Estéril. • Libre de látex. • Compatible con torre de laparoscopia.

En Madrid, a 15 de Octubre de 2021

Fdo.: CUADRADO
GARCIA ANA
MARIA - [REDACTED]

Firmado digitalmente por CUADRADO
GARCIA ANA MARIA [REDACTED]
Nombre de reconocimiento (UN): c=ES,
serialNumber=IDCES [REDACTED],
givenName=ANA MARIA, sn=CUADRADO
GARCIA, cn=CUADRADO GARCIA ANA
MARIA [REDACTED]
Fecha: 2021.10.18 08:36:16 +02'00'

Coordinador de Bloques Quirúrgicos

Dr. D^a Ana María Cuadrado García

P.A. 2021 - 0 - 135

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE TUBULADURAS DE INSUFLACIÓN Y FILTROS DE HUMO PARA
LAPAROSCOPIA, PARA EL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS**

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2	VARIOS	<p>FILTRO DE EVACUACION DE HUMOS PARA LAPAROSCOPIA utilizado para la eliminación de partículas, células, virus y el humo generado durante los procedimientos laparoscópicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtro de carbón activo para la eliminación de olores y químicos. • Eficacia de filtrado frente a virus y bacterias del 99,99 % o superior para partículas inferiores a 0,027 micras. • Tubuladura de conexión con sistema de control manual de flujo. • Conexión luerlock macho rotativa. • Desechable. • Estéril. • Libre de látex.

3. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, al personal que se determine para el correcto uso de sus productos, si así se requiriese. Se entregará sin cargo el material docente necesario para la formación.

Documento firmado digitalmente por: SOTO BONEL JOSE FRANCISCO
 Fecha: 2021.11.17 12:19
 Referencia: 57/282160 9/21
 Verificación y validez por CSV: [REDACTED]
 La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

En Madrid, a 15 de Octubre de 2021

Fdo.: CUADRADO
GARCIA ANA
MARIA - [REDACTED]

Firmado digitalmente por CUADRADO
GARCIA ANA MARIA - [REDACTED]
 Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
 serialNumber=IDCES [REDACTED]
 givenName=ANA MARIA,
 sn=CUADRADO GARCIA, cn=CUADRADO
GARCIA ANA MARIA - [REDACTED]
 Fecha: 2021.10.18 08:36:36 +02'00'

Coordinador de Bloques Quirúrgicos

Dr. D^a Ana María Cuadrado García