

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PAPC 2022-1-3 MATERIAL DE INFUSIÓN INTRAVENOSA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

D. MIGUEL ÁNGEL ANDRÉS MOLINERO, DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

En virtud de las atribuciones conferidas según Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de delegación del ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria, (B.O.C.M. nº 222 de fecha 17 de septiembre de 2021).

CONSIDERANDO

- Artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual: “Las Administraciones Públicas podrán, así mismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancias de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.
- Detección de errores en el pliego de prescripciones técnicas que rige el expediente.
- Artículo 136.2b de la LCSP

RESUELVE

1-Aprobar las modificaciones efectuadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y consistente en:

2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CADA LOTE (PÁGINA 12)

Donde dice:

LOTE 15: Dispositivo de calentamiento de fluidos en quirófano bajo o moderado flujo.

Set desechable de flujo estándar con extensión para poder tener el equipo distante de la mesa de quirófano. Compuesto de:

- Dispositivo de calentamiento de fluidos tipo cartucho por calor seco para bajos o moderados flujos, con temperatura fija (39°C), espacio muerto 10 ml, flujo de 1 a 150 ml/minuto por gravedad, conectores luer hembra con tapones macho no estancos.
- Línea de perfusión de PVC con cámara cuenta gotas con filtro de 200 microns, clamp, extremos de la línea conexiones luer lock macho fija la proximal y movable la distal con protectores de esterilidad no estancos, medidas ØDI 2.5 x DEØ 4.1 y longitud total de la línea 170 cm, volumen muerto ≤15 ml.
- Estéril por EO

Debe decir:



LOTE 15: Dispositivo de calentamiento de fluidos en quirófano bajo o moderado flujo.

Compuesto de:

-Equipo: compacto peso $3\text{kg} \pm 500\text{ g}$, temperatura de ajuste en el equipo $40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, que pueda alcanzar flujos de hasta 150 ml/m , con asa o similar para el transporte, pantalla para visualizar temperatura programada de forma clara e inequívoca incluso en condiciones de quirófano con baja luminosidad por requerimiento de la cirugía, alarma audible/visual para detectar sobre temperatura respecto de la programada, diseño interno para una máxima transferencia de calor y sin puntos calientes, abrazadera para sujeción segura. Que permita la limpieza y desinfección con los productos utilizados habitualmente en el medio hospitalario.

-Set de calentamiento para administración, estéril, desechable, tipo cartucho de inserción intuitiva.

Línea de infusión de $150\text{ cm} \pm 5\text{cm}$, con cámara atrapa burbujas con puerto de aspiración de aire sin aguja para la prevención de embolismo intra venoso, pinza tipo “roler”, clamp en ambos terminales diferenciados por color y tapones protectores de la esterilidad.

Libre de látex, ftalatos y aluminio.

2-Ampliar el plazo de licitación, con la consecuente modificación de fecha de celebración de Mesas de Contratación.

Getafe,
EL DIRECTOR GERENTE

