

P.A.S.A. 2021 - 0 - 232

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TOALLITAS DE BASE ALCOHÓLICA PARA LA DESINFECCIÓN DE FONENDOSCOPIOS Y PUERTOS DE CATÉTER, DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

1. OBJETIVO Y ALCANCE

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de TOALLITAS DE BASE ALCOHÓLICA PARA LA DESINFECCIÓN DE FONENDOSCOPIOS Y PUERTOS DE CATÉTER, para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	324282	<p>TOALLITAS DE BASE ALCOHÓLICA PARA LA DESINFECCIÓN DE FONENDOSCOPIOS Y PUERTOS DE CATÉTER.</p> <ul style="list-style-type: none">• Materiales: Fabricada en tejido sin tejer.• Composición: Toallitas impregnadas con alcohol isopropílico al 70%.• Dimensiones: 32mm x 67mm \pm 5%.• Toallitas impregnadas con alcohol isopropílico 70%.• Presentación: Paquetes entre 50 y 100 unidades en envase individual.• No estéril• Poseerá certificado CE como producto sanitario Clase I

3. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, al personal que se determine para el correcto uso de sus productos, si así se requiriese. Se entregará sin cargo el material necesario para la formación.

P.A.S.A. 2021 - 0 - 232

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE TOALLITAS DE BASE ALCOHÓLICA PARA LA DESINFECCIÓN DE
FONENDOSCOPIOS Y PUERTOS DE CATÉTER, DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

En Madrid, a 23 de noviembre de 2021

Fdo.:

**Responsable de la Unidad de Higiene Hospitalaria
del Servicio de Medicina Preventiva**

Dra. Beatriz Peláez Ros