

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EXPEDIENTE: PA 2021-0-21

**SUMINISTRO DE MATERIAL: EQUIPOS DE
ANESTESIA, CONTRASTE, PUNCIÓN, VÁLVULA
ANTIRREFLUJO**

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la adquisición de Material Sanitario: Equipos anestesia, contraste, punción, válvula antirreflujo, para cubrir las necesidades asistenciales del Hospital Universitario “La Paz” conforme a lo que se relaciona en el Anexo I del presente Pliego.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA CADA LOTE Y NÚMERO DE ORDEN:

Si en la descripción se utilizase algún nombre y/o referencia sujeto a propiedad comercial, deberá entenderse como referencia para localizar el producto en cuestión sin que en ningún caso sea obligatorio ofertar dicho producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES PARA TODOS LOS LOTES Y NÚMEROS DE ORDEN:

Toda la documentación aportada deberá ser documento original o fotocopia compulsada y deberá estar en castellano. De no ser así, no será tenida en cuenta. Se incluirá un índice de documentos que contendrá los números de página o ficheros. Deberá presentarse al menos:

- Modelo “Anexo A Relación de productos ofertados” incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
- Descripción de los productos a suministrar mediante catálogos, "insert" o ficha técnica de los mismos (con indicación expresa del lote y número de orden al que concurren) y otra información necesaria con la que se pueda verificar cada una de las especificaciones técnicas exigidas.
- Certificado del marcado CE correspondiente, conforme a lo establecido en la legislación vigente reguladora de los productos sanitarios o para diagnóstico in vitro.
- Compromiso relativo al plazo de entrega.
- Cualquier otra documentación que resulte necesaria para la acreditación de las especificaciones técnicas previstas en este Pliego de Prescripciones Técnicas.

Todo el material suministrado deberá contar con la caducidad adecuada. Como mínimo, la vida útil del material solicitado en el momento de su entrega no podrá ser inferior a las $\frac{3}{4}$ partes de la vida útil total (caducidad) que tenga establecida de diseño. Los licitadores deberán manifestar, de forma expresa, mediante declaración responsable, que se comprometen al cumplimiento de lo exigido en este punto.

MUESTRAS:

Muestras: SI

- Nº de muestras mínimo: 2 unidades por cada número de orden.
- Todas las muestras deberán especificar la empresa licitadora, el nº de lote, nº de orden y procedimiento correspondiente. Asimismo, el hospital podrá solicitar las muestras que considere necesarias para la correcta evaluación del expediente
- La entrega de muestras deberá realizarse en el Almacén General del Hospital, debiendo figurar en su exterior los mismos datos que en los sobres, indicando que se trata de muestras.

VOLUMEN DEL SUMINISTRO:

El número de unidades que se indica para cada artículo es orientativo y a los efectos de valorar la oferta por parte de los licitadores.

El número de unidades a servir será el que resulte de las necesidades del Centro, a cuyos efectos se establecerá un Plan de Necesidades y de entregas con el adjudicatario

La adjudicación que recaiga se referirá a precios unitarios, concentrándose el volumen del suministro en el Plan de Necesidades del centro anteriormente citado.

PLAZO DE ENTREGA

Desde el envío del pedido por fax/correo electrónico, el proveedor tendrá un plazo máximo de 4 días hábiles para la entrega del suministro en los almacenes del Hospital. En caso de urgencia, el plazo será de 24 horas. Los licitadores deberán manifestar, de forma expresa, mediante declaración responsable, que se comprometen al cumplimiento de estos plazos de entrega

No se admitirá establecer cantidades ni importes mínimos para el suministro de pedidos de ninguno de los productos enumerados, ni limitaciones en el establecimiento de días de reparto fijos o kilometrajes máximos a recorrer por los transportes para la distribución de los productos.

NORMATIVA:

Todos los productos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. En cualquier caso todos los productos que lo requieran deberán incluir el marcado CE para productos sanitarios o para diagnóstico in Vitro. (Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios). Si se trata de productos implantables activos, deberán cumplir con el Real Decreto 1616/2009 de 26 de octubre. Los licitadores deberán aportar una declaración responsable en la que se indique el cumplimiento de la normativa correspondiente.

El licitador se compromete al estricto cumplimiento de la Legislación Medioambiental Comunitaria, Estatal, Autonómica y Local vigente, que sea de aplicación a la actividad desarrollada, así como a las normas de gestión ambiental que establezca el Hospital para la bioseguridad en la manipulación de muestras, tratamiento y eliminación de residuos generados por los equipos ofertados. De este modo deberá adjuntar en la oferta técnica toda la información precisa para verificar dicho cumplimiento.

FORMACIÓN:

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, al personal que se determine para el correcto uso de sus productos si así se requiriese. Se entregará sin cargo el material docente necesario para la formación.

OTROS

El presente Pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato que se suscriba con el adjudicatario.

EL DIRECTOR GERENTE

ANEXO I

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad (24 meses)	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
1	1	4188	SET DE ANESTESIA EPIDURAL, • AGUJA TUOHY 18G, 8-9 CM. LONG. SIN LATEX, USU. RESISTENTE A TRACCIÓN Y A TORSIÓN, CON GRADUACIÓN LISA EN CM, PABELLON TRANSPARENTE. • CATÉTER 20G, ENTRE 90 Y 100 CM LONG C/AL MENOS TRES ORIFICIOS LATERALES, MARCAS PROFUNDAS, • FILTRO ANTIBACTERIANO. 0.2 MICRAS, • JERINGA 7 ML .BAJA RESISTENCIA. • CONECTOR DE SEGURIDAD QUE FIJE EL CATÉTER SIN ESTRANGULARLO. DEBERÁ DISPONER DE ETIQUETADO ADHESIVO IDENTIFICATIVO DE TÉCNICA EPIDURAL DE COLOR AMARILLO, ESTABLECIDO POR EL SISTEMA INTERNACIONAL DE CÓDIGO DE COLORES PARA EL ETIQUETADO DE LAS JERINGAS CON MEDICAMENTOS. ADICIONALMENTE, ALGUNO DE LOS COMPONENTES DEL SET DEBERÁ SER DE COLOR AMARILLO. IMPOSIBILIDAD DE TORSION O ELONGACIÓN.	UN	9,922	8,2	12000	119.064,00	98.400,00	21	20.664,00
TOTAL LOTE 1								119.064,00	98.400,00		20.664,00
2	2	12923	AGUJA ANESTESIA PLEXO BRAQUIAL ECOGENICA Y ESTIMULABLE 22G. 50 MM.LONGITUD APROX.CON BISEL DE ENTRE 15 Y 20º (PARA EVITAR TRAUMATISMOS). EL ADJUDICATARIO DE ESTE LOTE DEBERA CEDER AL HOPITAL COMO EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN, AL MENOS DOS ECOGRAFOS PORTATILES CON Sonda COVEX Y LINEAL (PORTATILES ESTANCOS CON RESISTENCIA A CAIDAS DESDE UN METRO DE ALTURA) Y LOS ESTIMULADORES NECESARIOS PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN.	UN	6,3162	5,22	3100	19.580,22	16.182,00	21	3.398,22

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad (24 meses)	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
TOTAL LOTE 2								19.580,22	16.182,00		3.398,22
3	3	39875	AGUJA DE MICRODISECCIÓN PEQUEÑA, RECTA 3 CM. DE LONGITUD.	UN	37,268	30,8	530	19.752,04	16.324,00	21	3.428,04
TOTAL LOTE 3								19.752,04	16.324,00		3.428,04
4	4	41790	VÁLVULA ANTIREFLUJO 23 CM CON ÚNICA DOBLE VÁLVULA ANTIREFLUJO COMPATIBLE CON INYECTORES DE TAC Y RM DISPOSITIVO LIBRE DE LÁTEX Y FTALATOS	UN	2,662	2,2	39800	105.947,60	87.560,00	21	18.387,60
TOTAL LOTE 4								105.947,60	87.560,00		18.387,60
5	5	41867	AGUJA DE MICRODISECCIÓN PEQUEÑA, RECTA 4 CM. DE LONGITUD.	UN	37,268	30,8	330	12.298,44	10.164,00	21	2.134,44
TOTAL LOTE 5								12.298,44	10.164,00		2.134,44
6	6	45138	EQUIPO ANESTESIA COMBINADA (ESPINAL-EPIDURAL) <ul style="list-style-type: none"> • AGUJA EPIDURAL TUOHY 18G 8-9 CM. ESTERIL,USU.S/LATEX: • AGUJA ESPINAL WHITACRE 27G, 138 MM LONG.RESISTENTE A TRACCIÓN Y TORSIÓN, GRADUACIÓN LISA EN CM, PABELLÓN TRANSPARENTE. • CATÉTER MULTIPERFORADO (AL MENOS TRES ORIFICIOS) 20G, ENTRE 90 Y 100 CM.LONG.FILTRO ANTIB. 0,2 MICR. • JERINGA 7ML, BAJA RESISTENCIA, CON SISTEMA DE FIJACIÓN ENTRE AMBAS AGUJAS. • CONECTOR DE SEGURIDAD QUE FIJE EL CATÉTER SIN ESTRANGULARLO. DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE LA AGUJA ESPINAL SOBRE LA EPIDURAL. DEBERÁ DISPONER DE ETIQUETADO ADHESIVO IDENTIFICATIVO DE TÉCNICA EPIDURAL DE COLOR AMARILLO, ESTABLECIDO POR EL SISTEMA INTERNACIONAL DE CÓDIGO DE COLORES PARA EL ETIQUETADO DE LAS JERINGAS CON MEDICAMENTOS. ADICIONALMENTE, ALGUNO DE LOS COMPONENTES DEL SET DEBERÁ SER DE COLOR AMARILLO	UN	37,38658	30,898	4070	152.163,38	125.754,86	21	26.408,52
TOTAL LOTE 6								152.163,38	125.754,86		26.408,52

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad (24 meses)	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
7	7	59600	EQUIPO ANGIOGRAFICO PARA INYECTOR DE CONTRASTE, COMPUESTO POR MANDO CONTROL (DE 175 CM. LONG) 3MM. DIÁMETRO DE DOBLE LUMEN Y CONECTOR LUER HEMBRA Y MACHO A PANTALLA, Y LÍNEA DE ALTA PRESIÓN (140CM DE LONGITUD,5MM DE DIAMETRO, CONECTOR LUER HEMBRA A MANIFOLD Y LLAVE DE 3 PASOS CON CONECTOR. EL ADJUDICATARIO DE ESTE LOTE DEBERÁ CEDER AL HOSPITAL EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN	UN	44,9515	37,15	3900	175.310,85	144.885,00	21	30.425,85
	8	59602	JERINGA P/INYECTOR DE CONTRASTE DE 16,7CM DE LONG. 3 ,7MM DE DIAMETRO Y 100ML DE CAPACIDAD. UNIDO A LÍNEA DE ALTA PRESIÓN POR CONECTOR ROTATORIO LUER MACHO Y UNIDO AL ENVASE DE CONTRASTE CON UNA ESPITA PROVISTA DE UN DISPOSITIVO DE CIERRE. EL ADJUDICATARIO DE ESTE LOTE DEBERÁ CEDER AL HOSPITAL EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN	UN	44,9515	37,15	440	19.778,66	16.346,00	21	3.432,66
	9	59603	EQUIPO ANGIOGRAFIA PARA INYECTORA DE CONTRASTE, COMPUESTO POR MANIFOLD, CON VÁLVULA ANTIRETORNO, JERINGA MANUAL DE 12CC. CON CONECTOR LUER MACHO Y LINEA DE BAJA PRESIÓN PARA SOLUCIÓN SALINA CON TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DESECHABLE,COMPUESTO DE DOS TRAMOS UNIDOS POR EL TRANSDUCTOR. EL ADJUDICATARIO DE ESTE LOTE DEBERÁ CEDER AL HOSPITAL EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN	UN	28,8222	23,82	440	12.681,77	10.480,80	21	2.200,97
TOTAL LOTE 7								207.771,28	171.711,80		36.059,48
8	10	64597	SET DE PENETRACIÓN PARA BIOPSIA ÓSEA COAXIAL, ESTÉRIL DE UN SOLO USO. POSIBILIDAD DE DISTINTOS CALIBRES Y LONGITUDES, AGUJA COAXIAL CON, AL MENOS, CALIBRE 12G Y 14G Y, AL MENOS, 9,5 CM. DE LONGITUD, CON AGUJA PERFORADORA DE, AL MENOS, 13G Y 15G (MEDIDAS DE LONGITUD APROX +/- 0,5 CMS). CABEZAL DE LAS AGUJAS POCO VOLUMINOSO, QUE	UN	124,4122	102,82	220	27.370,68	22.620,40	21	4.750,28

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad (24 meses)	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
			PERMITA EL GIRO DE LAS MISMAS EN ZONAS DE POCO ESPACIO. LA AGUJA TROCAR Y LA DE BIOPSIA DEBERÁN PRESENTARSE EN ENVASES ESTÉRILES, QUE POSIBILITEN SU UTILIZACIÓN DE FORMA INDEPENDIENTE								
TOTAL LOTE 8								27.370,68	22.620,40		4.750,28
9	11	69983	AGUJA DE PUNCIÓN/ASPIRACIÓN TRANSBRONQUIAL, 21G, 40MM.LONG.C/INTENSIFICADOR DE LA SEÑAL ECOGRÁFICA ENLA PUNTA, LIBRE DE LATEX, LONG. TOTAL DE TRABAJO 700MM.UN DIAMETRO MAX.1,9 MM, QUE PASEN POR EL CANAL DE 2MM.DEL BRONCOSCOPIO,COMPATIBLE AL ECOBRONCOSCOPIO OLYMPUS BR-TYPE UCI180F. PROPIEDAD DEL HOSPITAL	UN	223,85	185	275	61.558,75	50.875,00	21	10.683,75
	12	94323	AGUJA DE PUNCIÓN/ASPIRACIÓN TRANSBRONQUIAL, 19 G, 40M M.LONG. C/INTENSIFICADOR DE LA SEÑAL ECOGRÁFICA ENLA PUNTA, LIBRE DE LATEX, LONG. TOTAL DE TRABAJO 700MM.UN DIAMETRO MAX.2,1 MM. COMPATIBLE AL ECOBRONCOSCOPIO OLYMPUS BR-TYPE UCI180F. PROPIEDAD DEL HOSPITAL	UN	338,8	280	275	93.170,00	77.000,00	21	16.170,00
TOTAL LOTE 9								154.728,75	127.875,00		26.853,75
TOTALES								818.676,39	676.592,06	21	142.084,33