

EXPEDIENTE: GCASE21000001

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS: CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ALCOBENDAS, CENTRO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS MIRAFLORES Y CENTRO DE SALUD MENTAL INFANTIL REYES CATÓLICOS, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

INDICE

1.	OBJETO del contrato	3
2.	TIPO DE CONTRATO	3
3.	FINALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR	3
4.	ALCANCE	4
5.	REPARACIONES MALOS USOS.	7
6.	PROPUESTA DE BAJA DEL INVENTARIO.....	8
7.	CONDICIONES Y DESARROLLO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	8
	7.1- MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.....	11
	7.2- MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.....	11
	7.3- MANTENIMIENTOS TÉCNICO-LEGALES	13
	7.4- MANTENIMIENTO CONDUCTIVO.....	14
	7.5- MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO.....	14
8.	ACTUALIZACIONES.	14
9.	GESTIÓN INFORMATIZADA. GMAO.....	14
10.	INVENTARIO DE EQUIPOS.	16
11.	CONTROL E INSPECCIÓN DEL CONTRATO.	17
	11.1- COMUNICACIÓN.	17
	11.2- INSPECCIÓN	17
	11.2.1- CONTROLES INTERNOS DE ACTIVIDAD.	17
	11.2.2- CONTROLES INTERNOS DE PERSONAL.....	18
	11.2.3- CONTROLES EXTERNOS.....	18
12.	RECURSOS HUMANOS.....	18
	12.1- TITULACIÓN REQUERIDA.	20
	12.1.1- RESPONSABLE TÉCNICO y TÉCNICOS ADSCRITOS.	20
	12.1.2- RESPONSABLE DEL CONTRATO.....	20
	12.2- EXPERIENCIA	20
13.	COLABORACIÓN EN EL AMBITO TÉCNICO.....	21

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)



14.	MEDIOS MATERIALES.....	21
14.1-	MATERIALES DE EQUIPOS.....	22
14.2-	MATERIALES Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO	23
14.3-	GESTIÓN DE ALMACÉN	24
15.	METODOLOGÍA DE PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DEL CONTRATO.	24
15.1-	MEDODOLOGÍA DE PUESTA EN MARCHA DEL CONTRATO.....	24
15.2-	METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL CONTRATO.	25
16.	GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL	27
16.1-	UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS PELIGROSOS.....	28
16.2-	ACTIVIDADES PELIGROSAS.....	28
16.3-	CASOS DE EMERGENCIA	28
16.4-	CONTROL DE RESIDUOS.....	28
16.4.1-	RESIDUOS.....	28
16.5-	ACTIVIDADES MOLESTAS.	29
16.6-	SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO.....	29
17.	ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA.....	29
18.	CONTROL E INSPECCIÓN DEL CONTRATO	29
	ANEXO 1. INVENTARIO equipos electromédicos	31
	ANEXO 2: LISTADO DE MATERIALES ALMACÉN EXISTENTE.	83



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **100096731239957886078**

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones de prestación de servicios, sistemas técnicos, procesos, métodos, normas, y recursos, tanto técnicos como humanos, que deberán regir la contratación del mantenimiento integral de los equipos de Electromedicina instalados en el Hospital Universitario Infanta Sofía y de sus Centros adscritos: Centro de Especialidades de Alcobendas, Centro de Salud Mental de Adultos Miraflores y Centro de Salud Mental Infantil Reyes Católicos.

2. TIPO DE CONTRATO

El servicio de mantenimiento será del tipo integral (Full Service). Se entiende por **integral** el conjunto de actividades, procesos, metodología y recursos que se aplican con el objetivo de conservar los equipos en condiciones óptimas, para conseguir su disponibilidad el mayor tiempo posible y de forma más eficaz y económica a largo plazo, así como para prolongar su vida útil en las mejores condiciones de uso para las prestaciones para las que fueron diseñados, manteniendo los parámetros de seguridad y respetando la legislación y normativa vigente y en el tiempo de respuesta estipulado.

El servicio a prestar incluye materiales, mano de obra directa e indirecta, dietas y transporte, repuestos, software, medios auxiliares, herramientas, etc., excepto en aquellos equipos que por su situación y/o tipología especial, se considere otra actuación, debiendo ser debidamente justificada. Estaríamos hablando fundamentalmente de equipos en obsolescencia para los que no se dispone de repuestos para su reparación.

Los repuestos deberán ser siempre originales, homologados y/o autorizados por los fabricantes mediante el correspondiente certificado de compatibilidad, no siendo posible el uso de otro tipo de repuestos.

3. FINALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

El servicio a contratar tiene por objeto mantener en todo momento los equipos de Electromedicina que son objeto del contrato, cumpliendo con la definición de servicio integral, mediante la ejecución de distintas operaciones y tareas, entendiéndose en todo caso que los requisitos exigidos en estos pliegos tienen la consideración de mínimos o básicos y que lo pretendido es la consecución de los objetivos de calidad determinados por el Hospital y que se indican a continuación:

- Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Técnico-Legal, Conductivo y Sustitutivo
- Gestión informatizada del Servicio
- Gestión del ciclo de vida
- Plan de gestión medioambiental
- Colaboración en el ámbito técnico
- Plan de formación

Los tipos de mantenimiento se corresponderán con la clasificación de la norma UNE-EN 13306. Cualquier otro tipo de mantenimiento considerado, adoptará la nomenclatura descrita en dicha norma.



Entre otros, los objetivos que se pretenden son los siguientes:

- Disminuir el tiempo de respuesta.
- Asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los equipos, minimizando las posibles paradas por avería y alcanzando un alto índice de disponibilidad.
- Mejorar y mantener el estado de conservación y funcionamiento de los equipos y sus componentes.
- Prestar un eficiente y eficaz servicio de mantenimiento sobre los equipos que permitan prolongar las funciones técnicas, de diagnóstico y de terapia para los que fueron requeridos en su momento.
- Disponer de un Sistema de gestión informatizada que permita extraer la información necesaria para el desarrollo y control del contrato.

4. ALCANCE

El alcance del contrato incluye los equipos e instalaciones con los componentes inseparables para el funcionamiento de cada uno de ellos, tanto si están prestando servicio en la actualidad como si son incorporados al Hospital durante la vigencia del contrato. Las modificaciones del contrato por variaciones de equipos en el inventario (bajas, altas y demás) se ajustarán a las condiciones previstas en pliego de prescripciones administrativas.

Se considerarán incluidos para la prestación del servicio de mantenimiento los equipos de electromedicina que se reflejan en el Anexo 1 del inventario, de los cuales damos aquí una relación genérica y no exhaustiva.

- Soporte vital: Respiradores, Unidades de Anestesia, desfibriladores, equipos quirúrgicos, incubadoras y otros
- Equipos de Analítica de Anatomía Patológica y Banco de Sangre
- Equipos de Analítica, auxiliares: Agitadores, Balanzas electrónicas, Baños termostáticos, Centrífugas, Criostatos, Dispensadores, Congeladores / conservadores de órganos, Estufas de cultivo, cabinas de seguridad biológica, Flujo laminar, Hemocultivos, pipetas, Microtomos, Phmetros, Placas termostáticas, Procesadores piezas histológicas, Teñidores y otros.
- Equipos de Diagnóstico general: Antropodómetro, Angiografos, Tomógrafos, Topógrafos, Audiómetros, Básculas, Colposcopios, Electrocardiógrafos, Equipos de pruebas de esfuerzo, Equipos de pruebas funcionales respiratorias, Espirómetros, Fotóforos, Frontofocómetros, Fuentes de luz fría, Impedanciómetros, Lámparas de hendidura, Microscopios quirúrgico, Microscopios, Oftalmómetros, Oftalmoscopios electrónicos, Pletismógrafos, Podómetros, Refractómetros, Tonómetros y otros.
- Equipos de Diagnóstico por imagen: Ecógrafos (incluidas sondas), Ecocardiógrafos, Fluoroscopios y otros.
- Equipos de lavado, desinfección: Lavadoras de endoscopia y equipos autónomos de limpieza y desinfección, miniclaves de vapor, autoclaves y otros.
- Equipos de Monitorización: Holters, Módulos co2, Modulos de ecg, Modulos de gasto cardiaco, Módulos de presión, Módulos de espiración, Módulos de saturación,



Módulos de t.a., Módulos de temperatura, Monitores de oximetría, Monitores fetales, Monitores general señales diversas, Monitores multicanal, Termómetros, centrales de Monitorización, equipos de monitorización, Pulsioxímetros, Registradores, Simuladores de ecg, Tococardiógrafos y otros.

- Equipos de Terapéutica y de Terapéutica general: Irrigadores quirúrgicos, Aspiradores, Baños termostáticos, Bisturís electrónicos multiuso, Calentadores de sangre, Carros de transporte de mesa multiuso operatoria, estimuladores, Equipos de Crioterapia, Cunas térmicas, Equipos de corrientes dinámicas, Equipos de criocirugía, Equipos de magnetoterapia, Equipos de microondas, Equipos de onda corta, Equipos para fototerapia, Equipos para ultrasonidos, Equipos de terapia por medios mecánicos, Humidificadores, Incubadoras infantiles, Insufladores quirúrgicos, Lámparas de quirófanos/salas intervención, Lámparas fototerapia, Mesas multiusos operatorias, Módulos de estimulación, Equipos de isquemia, Motores antiescaras, Motores quirúrgico, Otros equipos de terapéutica, Sierras, Sillones multiuso de consultas, Tableros de mesas multiusos operatoria, camillas de terapia de rehabilitación, bicicletas estáticas y otros.
- Equipos de Terapia sustitutiva: Bombas de perfusión e irrigación de todo tipo (volumétricas, de jeringa, de nutrición), bombas contra pulsación aórtica, circulación extracorpórea, Equipos de diatermia, Módulos de sangre, Resucitadores, Equipos de Aféresis y otros.
- Centrales de Monitorización y Sistema de gestión de información o/e imagen: incluye cualquiera de sus componentes, tanto hardware como software (monitores, estaciones de trabajo y visualización, electrónica de control y sincronización, servidores y cualquier otro componente integrado del que dependa el correcto funcionamiento del sistema).
- Equipos para desarrollo de la actividad sanitaria: grúas, envasadora de farmacia, muestreadores de aire de Medicina Preventiva, neveras, congeladores, etc. que contengan medicamentos, y/o productos sanitarios, implantes y hemoderivados; lavavajillas, máquinas de hielo y otros.
- Endoscopios rígidos y flexibles: citoscopios, fibrolaringoscopios, fibroscopios, fibroureterorenoscopios, videolaparoscopios, histeroscopios, ópticas de todo tipo, y otros.
- Sondas de todo tipo: ecográficas, ecocardiográficas, transesofágicas, trastorácicas, terapéuticas, etc.
- Sistemas portátiles de tratamiento de agua de diálisis: se incluye además, el suministro y sustitución de filtros, conexiones a desagües, tomas de agua, etc. y todas las tareas de desinfección y cuidados que aseguren su correcto funcionamiento.
- Equipos Informáticos asociados a equipos electromédicos y que son imprescindibles para su funcionamiento.
- Sistemas de apoyo que garanticen las condiciones especiales de funcionamiento de los equipos objeto del contrato: U.P.S., estabilizadores, manorreductores (de gases medicinales, etc) y otros.



- Equipos en garantía. Se incluye, siempre y cuando estén incluidos en el objeto del contrato, su mantenimiento preventivo y correctivo en caso de no estar cubierto por la misma.

Se incluyen así mismo la **gestión de avisos**, primera intervención, envíos/recogidas de equipos incluidos en el inventario, supervisión, control de empresas externas de:

- Equipos endoscopia flexible perteneciente al Servicio de Digestivo y Neumología (Videocolonoscopios, Videogastroskopios, videoduodenoscopios, videobroncoscopios, ecoendoscopios y otros)
- Equipos de Hemodiálisis: Monitores de hemodiálisis cedidos o propiedad del hospital.
- Instrumental quirúrgico.
- Caudalímetros, reguladores de vacío y selectores de caudal.
- Equipos con contratos propios de mantenimiento.
- Equipos cedidos manejado por personal sanitario. Entre ellos: Bombas de todo tipo (volumétricas, de jeringa, de nutrición, etc.), vaporizadores, calentadores, etc. El número aproximado de avisos es de 600 al año. (Anexo I).

Para aquel equipamiento electromédico que tenga un contrato de mantenimiento vigente o se encuentre dentro de la condición de un “equipo en cesión” en el momento de la formalización de este contrato, el mantenimiento estará excluido de la empresa adjudicataria, pero será responsable de realizar la primera intervención a través de personal cualificado y llevar un control y seguimiento del grado de mantenimiento aplicado a estos equipos, indicando al Hospital las posibles irregularidades.

Tras la finalización de dichos contratos y/o períodos de cesión, si el hospital adquiere o recibe la donación de dicho equipo, se prestará el mismo servicio “integral” también sobre esos equipos en las mismas condiciones que para el resto de equipamiento electromédico.

No se considerarán incluidos los siguientes equipos:

- Equipos pertenecientes a la Unidad Central Radiológica, salvo aquellos que son propiedad del hospital y están expresamente incluidos en el Anexo 1 de inventario de este pliego.
- Equipamiento perteneciente a la Empresa Concesionaria.
- Equipos en propiedad del Laboratorio externo. No obstante aquellos equipos que son propiedad del hospital y se encuentran en/por uso en dicha unidad sí estarán incluidos en el contrato, recogidos en el Anexo 1 de inventario.
- Redes informáticas de equipos no electromédicos, servidores de red no electromédicos, software de sistemas de información informáticos no electromédicos.
- Electrodomésticos de línea marrón y blanca que no contengan medicamentos, y/o productos sanitarios, implantes y hemoderivados.
- Averías por “malos usos” demostrables por parte del personal del hospital, a excepción de lo indicado más adelante.



El adjudicatario asumirá de forma íntegra, independientemente del motivo de la avería y no se considerará "mal uso", las siguientes familias. (Dichas reposiciones son independientes de la bolsa destinada a malos usos y no se consideran malos usos):

1. Ópticas y endoscopia rígida hasta un máximo de 25 averías anuales. El adjudicatario en todos los casos asumirá la sustitución por nuevas.
2. Videoendoscopios, videolaparoscopios flexibles y rígidos y similares: asumirá la reposición de un máximo de 3 equipos no reparables al año.
3. Citoscopios, fibroscopios, histeroscopios y equipos similares: asumirá su reposición de hasta un máximo de 5 equipos no reparables al año.
4. Fibrolaringoscopios: asumirá la reposición de hasta un máximo de 3 equipos no reparables al año.
5. Holters y telemetrías: asumirá la reposición de hasta un máximo de 3 equipos no reparables al año.
6. Módulos multicanal de monitores multiparamétricos: asumirá la reposición de hasta un máximo de 3 módulos no reparables al año.
7. Transductores fetales, ultrasonidos, ECG, y otros (M2734A, M2735A, M2736A, etc.): asumirá la reposición de hasta un máximo de 5 unidades al año.
8. Todo tipo de sondas asociadas o utilizadas en equipos objeto de este contrato, incluidas de ecografía, ecocardiográficas, transesofágicas, ginecología, cardiología, biométricas, etc. Cuando una sonda no tenga reparación el adjudicatario asumirá el cambio por otra sonda de las denominadas "refurbish o reacondicionadas" o nuevas, de idénticas características técnicas a la averiada hasta un máximo de 5 sondas al año.

En relación a los equipos incluidos en los puntos 1 al 8, se hará siempre entrega de otro de similares características técnicas en condición de "equipo en préstamo", mientras dure la reparación/reposición del activo en propiedad. El préstamo estará a disposición del servicio como máximo en 24 horas desde la recepción del aviso.

5. REPARACIONES MALOS USOS.

Se considerarán "malos usos" a aquellas averías provocadas por un uso incorrecto, inapropiado o doloso del equipamiento.

En estos casos, el adjudicatario deberá presentar un informe donde se evidencie el origen de la avería, se indiquen los daños, así como las medidas a tomar para evitar su repetición, pudiendo éste convocar las sesiones formativas que estén a su alcance para evitar que se reproduzcan este tipo de situaciones.

Así mismo, el adjudicatario será el responsable de tramitar y realizar el seguimiento de la reparación y deberá realizar las reclamaciones pertinentes a los proveedores en caso de que el equipo no quede funcionando de forma satisfactoria en idénticas condiciones a las de antes de averiarse.



Para afrontar estas averías, se establecerá una bolsa económica a cargo del adjudicatario, por un valor máximo del 5% del importe anual del contrato para cada anualidad. El procedimiento se llevará a cabo de la siguiente manera:

- Todas las reparaciones que se realicen por averías provocadas por un uso incorrecto, inapropiado o doloso del equipamiento por el personal del Centro, que no supongan baja del equipo, será cubierto por el adjudicatario mediante la bolsa creada para dicho fin, en un 50% del coste de reparación. Este coste de reparación se entenderá como el importe total de la reparación en caso de que la misma se realice externamente o del importe de material (excluida mano de obra) si la reparación la realiza el adjudicatario.
- El procedimiento que se deberá llevar en todo caso para que el coste de dichas averías sea asumido en dicho porcentaje por la bolsa dispuesta a tal efecto, deberá contemplar el valor de la reparación. El adjudicatario deberá presentar informe y presupuesto detallado, debiendo el centro aprobar previamente dicho presupuesto, una vez comprobada la idoneidad del importe presentado. En todo caso, no se admitirá el uso de la bolsa para la reparación de otras averías distintas a las previamente definidas como "mal uso" y que no se hayan previamente aprobado por el centro de manera individualizada.
- En el caso en el que el presupuesto establecido para la Bolsa se haya agotado antes de la finalización del contrato, el coste de la reparación de averías ocasionadas por un uso incorrecto, inapropiado o doloso del equipamiento, será asumido en su totalidad por el Centro, siguiendo el mismo proceso de aprobación previa.

6. PROPUESTA DE BAJA DEL INVENTARIO

Cuando el importe de los repuestos y/o reparación supere el 60% del valor de adquisición del equipo en cuestión, el adjudicatario podrá proponer la baja del mismo, sea o no mal uso. En el caso que al Hospital le interese repararlo se haría mediante presupuesto previo aprobado, asumiendo el 60% del coste de la reparación, la empresa adjudicataria.

El adjudicatario, en caso de no ser el encargado de la reparación, será el responsable de tramitar y realizar el seguimiento de la reparación una vez aceptado el presupuesto por el hospital.

Asimismo, deberá realizar las reclamaciones pertinentes a los proveedores en caso de que el equipo no quede funcionando de forma satisfactoria en idénticas condiciones a las de antes de averiarse.

7. CONDICIONES Y DESARROLLO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

El servicio a prestar debe desarrollar los planes y operaciones de mantenimiento preventivo, correctivo, técnico-legal, conductivo, modificativo y sustitutivo de los equipos, que garanticen la buena conservación y durabilidad de los equipos de acuerdo a la normativa vigente, sin limitación de horario ni mano de obra sobre los equipos e instalaciones objeto del contrato.

Todas las actuaciones deberán ejecutarse, con el conocimiento y autorización previa de la Dirección del Centro o del Responsable Asignado por el Centro (RAC).

Todos los materiales necesarios para su desarrollo, serán suministrados por el adjudicatario, sea cual fuere su importe. Los repuestos deberán ser siempre originales, homologados y/o autorizados por los fabricantes, mediante el correspondiente certificado de compatibilidad, GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.

(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **100096731239957886078**

no siendo posible el uso de otro tipo de repuestos. Asimismo la gestión y almacenaje de dichos repuestos serán a cargo del adjudicatario.

Cuando el estado del equipo así lo aconseje, el adjudicatario realizará el traslado de la totalidad o parte del equipo entre los diferentes servicios, el taller y los servicios técnicos externos para su reparación y/o puesta a punto, siendo los envíos, transportes, embalajes y cualquier otro gasto asumido por el mismo.

Aquellas intervenciones que supongan parada de equipos o riesgo de parada sobre otras instalaciones subsidiarias en marcha, serán previamente autorizadas por la Dirección del Centro o por el RAC y realizadas en las fechas y horarios que se establezcan cumpliéndose siempre el criterio de calidad en la disponibilidad.

Así mismo, podría ser requerida de forma ocasional la asistencia de técnicos al hospital fuera del horario de presencia física, corriendo la empresa adjudicataria a cargo de todos los gastos de mano de obra y desplazamiento. A modo de ejemplo, quedan incluidos:

- Estancias en el momento de puesta en marcha de equipamiento de nueva dotación y/o desmontaje de lo existente, en las que participará activamente.
- Traslados y reinstalaciones de equipos por limpiezas, trabajos de remodelación, condiciones no seguras de la zona, cambio de uso, incidencia de agentes externos, adaptación a nuevos escenarios (pandemias, infecciones, incendios, inundaciones, disturbios populares, otros), etc.
- Estancias en los momentos de realización de mantenimientos o/y paradas programadas de instalaciones que puedan afectar al funcionamiento de equipos objeto del contrato.

El Adjudicatario deberá subcontratar a otras empresas especializadas del sector aquellos trabajos para los que no cuente con técnicos especializados, sin que implique repercusión económica alguna para el hospital. De todo ello se dará cuenta al RAC.

La empresa adjudicataria deberá hacerse cargo del control y la gestión de avisos de los equipos cedidos, en préstamo y en general de todos los que su mantenimiento y piezas sea asumido por terceros, llevando el control de las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo correspondientes.

Si el hospital tuviera que contactar con Servicios Técnicos externos para la reparación de equipos por incumplimiento de lo exigido en el pliego o negligencia del adjudicatario, los costes serán asumidos por el adjudicatario, además de las posibles penalizaciones que pudieran derivarse. El coste del servicio técnico externo se deducirá de la facturación del adjudicatario.

El mantenimiento del equipamiento objeto del contrato, se realizará conforme a la certificación de aseguramiento de calidad, gestión de medio ambiente, calidad de gestión en productos sanitarios y aseguramiento de la prevención de riesgos laborales, normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 45001, respectivamente.

La planificación de los protocolos de Mantenimiento Preventivo y Predictivo se llevará a cabo teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad mediante la Circular informativa 3/2012, derivada del Real Decreto 1591/2009 y de la Directiva Europea 93/42/CEE que regulan la utilización de los



productos sanitarios activos no implantables, la norma UNE 209001:2002 IN, o cualquier otra norma que entre en vigor en el transcurso del período de vigencia del contrato.

Asimismo, se realizarán los protocolos de mantenimiento técnico-legales que recomienden las normas anteriormente citadas y que obligue la Reglamentación en vigor, además de las recomendaciones que las autoridades Sanitarias pudieran exigir en todo momento, así como, la Dirección del Hospital o por iniciativa del RAC.

Se detallarán los flujos en el desarrollo de las tareas encomendadas, para lo que se contará con herramientas de gestión y comunicación adecuadas:

- Planificación.- los técnicos de de electromedicina recibirán el Aviso de avería por diferentes vías: comunicación desde los diferentes servicios del hospital (mediante aviso vía web, correo electrónico, telefónico, verbal, etc.), anomalías detectadas tras la realización del correspondiente mantenimiento preventivo, técnico-legal o cualquier otra situación. Tanto en este último caso como si se trata de una avería de reparación urgente de la que se haya recibido aviso verbal por parte del Servicio, será imprescindible que quede reflejado en GMAO utilizado.
- Intervención: el técnico asignado contactará con el solicitante si fuera necesario recabar más información y procederá a la reparación comunicada. Los escenarios a plantear pueden variar: comprobación de funcionamiento, sustitución del material necesario, tramitación de reparación externa, etc. En el caso en que sea necesario el envío del equipo a un servicio técnico externo, se realizará el seguimiento del proceso de reparación, reclamaciones, comprobaciones funcionales tras la recepción del equipo, etc. En el caso de tratarse de un mantenimiento preventivo o técnico-legal, se ejecutarán las acciones necesarias según recomendaciones del fabricante y protocolos establecidos.
- Archivo de datos: El cierre de la orden de trabajo se completará con la correcta identificación del equipo, trabajos y comprobaciones efectuados, recursos humanos y materiales, datos económicos, protocolo e informe en el caso de preventivos y técnico-legales y todo aquella información relevante.

Todas las operaciones objeto de este pliego que sea necesario llevar a cabo deberán ser reflejadas en el sistema de mantenimiento informático, donde quedará constancia de todos los trabajos realizados. Se clasificará el incidente y se repartirá el parte de trabajo al técnico teniendo en cuenta su conocimiento, especialidad y competencia.

En el caso de que la ejecución de un determinado mantenimiento conlleve riesgo significativo, se tomarán las medidas de seguridad pertinentes, recurriendo para ello, si fuera necesario, al departamento de Prevención de Riesgos Laborales, al propio fabricante o al Servicio Técnico Oficial autorizado por éste.

Se respetará, coordinará o modificará la planificación de las tareas en función de la actividad asistencial del centro.

El adjudicatario se hará cargo de la corrección de la incidencia inmediatamente después de recibir la notificación de la misma, cumpliendo el tiempo de respuesta y de resolución establecidos.

Después de la realización de las operaciones de mantenimiento, el adjudicatario verificará que se mantienen las características y especificaciones técnicas iniciales del equipo que



garantizaron la seguridad y el funcionamiento del mismo, en la medida que puedan haberse visto afectadas por las acciones de mantenimiento

En caso de falta de mantenimiento adecuado demostrable, el adjudicatario, a parte de las responsabilidades en las que pueda incurrir, asumirá todos los costes asociados de la revisión y reparación de los equipos, incluyendo las actuaciones de empresas externas e incluso la sustitución de los mismos en caso de ser necesario debido al alcance del incumplimiento.

7.1- MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

El mantenimiento correctivo será realizado sobre la totalidad de los equipos descritos en el punto 4, realizándose sobre los mismos todo tipo de actuaciones tendentes a su reparación y puesta en servicio en un plazo no superior al indicado en el apartado relativo a Inspección.

Queda terminantemente prohibida la modificación de un equipo o de sus componentes respecto a su diseño original sin autorización expresa del fabricante o diseñador.

Si las reparaciones y/o sustitución implicaran parada de equipos o instalaciones o riesgo de parada sobre otras instalaciones subsidiarias en marcha se requerirá la autorización previa de la Dirección del Centro o RAC y serán realizadas en los horarios que se establezcan como más idóneos.

7.2- MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Se entiende por Mantenimiento Preventivo el conjunto de intervenciones técnicas definidas en los protocolos de revisión del fabricante cuya finalidad es asegurar que un producto sanitario cumple con las especificaciones del fabricante y garantiza que conserva la seguridad y prestaciones previstas.

El programa de mantenimiento preventivo, debe estar adaptado a las necesidades asistenciales y de funcionamiento en general de los servicios o unidades afectados, realizándose éstos en las fechas y horarios, sin limitación alguna, que determine la Dirección del Centro o el RAC.

El adjudicatario asumirá, como mínimo, las operaciones, especificaciones y recomendaciones establecidas por la normativa y legislación vigente aplicable a los equipos e instalaciones a mantener, así como, las recomendaciones del fabricante dentro de su programa de mantenimiento preventivo. En todo caso, deberá realizarse al menos una revisión anual sobre el equipamiento objeto del contrato susceptible de dicho mantenimiento.

El adjudicatario estará obligado a subcontratar con el fabricante o con empresas autorizadas el preventivo, verificación, validación o/y calibración del equipamiento para el que no disponga de personal debidamente formado y acreditado por el fabricante o por una entidad acreditada. Nos referimos fundamentalmente a los equipos que se enumeran a continuación:

- Equipos soporte vital: mesas de anestesia, respiradores invasivos / no invasivos, de transporte, y otros.
- Equipos Laser: yag, verde, quirúrgico de CO2 y otros.
- Fluoroscopio.



- Validación y verificación de mesas de tallado y cabinas de seguridad química y biológica.
- Calibración anual de audiómetros, impedanciómetros, balanzas electrónicas.
- Calibración anual de muestreadores de aire de Medicina Preventiva.

En el caso de subcontrataciones, se realizarán durante el periodo completo de vigencia del contrato y no implicarán repercusión económica alguna sobre el importe del mismo. De estos contratos se dará copia al RAC.

Independientemente de los equipos incluidos en el planning autorizado por el Hospital, se realizarán mantenimientos preventivos a cualquier equipo incluido en el objeto del contrato, si la Dirección del Centro o el RAC lo considerase oportuno. Fundamentalmente se trataría de los requeridos para Auditorías de Calidad, Ensayos Clínicos, etc.

Será obligación de la empresa adjudicataria la verificación, al menos una vez al año, de los equipos internos de medición de temperatura de neveras y congeladores que contengan algún tipo de medicación y/o producto sanitario, implantes y hemoderivados, por lo que deberá disponer de una sonda patrón certificada por ENAC o cualquier otro Organismo Acreditado y un procedimiento de verificación.

El adjudicatario deberá realizar igualmente la supervisión del mantenimiento preventivo de equipos, llevados a cabo por empresas mantenedoras de los mismos (fundamentalmente equipos en cesión) y serán registrados debidamente en el GMAO.

El adjudicatario hará las revisiones en un horario pactado con hospital, en el que no se interfiera en la actividad asistencial. En caso de ser imposible la realización de la revisión en horario compatible con la asistencia, los equipos deberán ser sustituidos por otros de idénticas características durante la intervención.

Una vez finalizado el mantenimiento preventivo, se entregará al RAC el protocolo cumplimentado y firmado, anexada a la Orden de trabajo, incluyendo como mínimo:

- Descripción completa del equipo a verificar (nombre, marca, modelo, número serie, etc.)
- Operaciones y mediciones realizadas, fijando los límites mínimos y máximo de los parámetros a medir.
- Indicadores de actividad: horas de funcionamiento/uso, número de disparos, número de estudios, otros.
- Valoración económica desglosada por material, mano de obra y desplazamiento.
- Equipos utilizados para la realización de los controles, junto con los certificados de calibración en vigor.
- Cualquier incidencia que sea importante destacar y acciones correctoras.
- Conclusión final con uno de los siguientes resultados: "Conforme", "Parcialmente conforme" (si se han detectado fallos que no exigen la puesta en fuera de servicio del equipo, por tratarse de anomalías que no tienen repercusión sobre la fiabilidad del aparato) o "No conforme" (si presentan un fallo de resultado de medida, con respecto a las establecidas por el fabricante. El fallo, puede conllevar repercusiones directas sobre la salud del paciente y/o del personal sanitario y por ello no debe ser utilizado).



Los casos de no conformidad se identificarán colocando una etiqueta sobre el aparato, en la que se indique la causa de la no conformidad, y la fecha y hora de la puesta en fuera de servicio. Dicha situación, se pondrá en conocimiento inmediato del RAC.

- Nombre y firma de la persona que llevó a cabo la inspección y del RAC.

Cuando hayan intervenido servicios externos, se adjuntará la hoja de trabajo, informe, certificados de calibración.

Efectuada la inspección correspondiente, se pegará una etiqueta en una zona visible del aparato, donde se indicará el nombre de la Empresa adjudicataria, la fecha de intervención y el estado del aparato (conforme, parcialmente conforme o no conforme).

7.3- MANTENIMIENTOS TÉCNICO-LEGALES

Se entiende por Mantenimiento Técnico-Legal, las operaciones derivadas de los reglamentos, normas, directrices y legislación en general, tanto de naturaleza industrial como sanitaria y que el adjudicatario debe llevar a cabo sobre el mantenimiento de los equipos e instalaciones objeto de contratación.

Se incluyen las inspecciones periódicas a realizar por las empresas Colaboradoras de la Administración competente.

La empresa adjudicataria planificará en plazo, que se realicen estas revisiones, calibraciones, etc. y suministrará al hospital los resultados de dicha calibración, normalmente consignado en un documento (certificado o informe de calibración).

El adjudicatario deberá realizar todas las comprobaciones, cualificaciones y calibraciones (incluidas las que requieran certificado ENAC) necesarias para dar cumplimiento a las especificaciones anteriores, debiendo aportar el original de los informes finales al RAC, mantener los libros de mantenimiento oficiales y mantener actualizado el calendario de revisiones exigidas y documentación relacionada. Si fueran necesarias actuaciones posteriores, por falta de conformidad o por cualquier otro motivo, el adjudicatario deberá asumir un nuevo técnico legal.

Estarán incluidos, entre otros:

- Los trabajos de técnico legal y verificación funcional por empresas acreditadas conforme a patrones ENAC para el caso de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático según lo establecido en la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, *por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida*.
- Los trabajos de técnico legal y verificación funcional por empresas acreditadas para el caso de cabinas de seguridad biológica.
- Los trabajos de técnico legal en instalaciones de Rayos X de diagnóstico médico.

Será responsabilidad de la adjudicataria la notificación al Centro de cualquier cambio de la legislación, durante la vigencia del contrato, que obligará a la modificación total o parcial de las instalaciones o de los equipos. El plazo de comunicación de modificaciones necesarias en un equipo, no deberá ser superior a la mitad del periodo máximo establecido por la normativa para su implementación. Si no realizase esta notificación y el Hospital fuera, como



consecuencia de ello, objeto de sanción, el importe de la misma le sería descontado de la facturación.

7.4- MANTENIMIENTO CONDUCTIVO.

Con periodicidad semanal y antes del comienzo de la actividad asistencial, se realizará un mantenimiento conductivo por área crítica a los equipos vitales, comprobando el correcto funcionamiento de respiradores, mesas quirúrgicas, desfibriladores de quirófanos, torres de laparoscopia, etc.

7.5- MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO.

Consiste en la sustitución temporal de aquellos equipos averiados que por su criticidad no puedan dejar de prestar servicio y cuya reparación no sea posible en los plazos establecidos.

En caso de que la avería supere los tiempos previstos de reparación, la empresa adjudicataria podrá aportar equipo de sustitución, mediante préstamo, alquiler o por el medio que considere oportuno. El coste correrá a cargo de la adjudicataria.

Todos los equipos de sustitución deberán ir acompañados por una declaración responsable de la empresa adjudicataria, en cuanto a que los mismos se encuentran en perfectas condiciones de utilización y que están sujetos a las revisiones en tiempo y forma que indican los protocolos del fabricante.

Los equipos que se aporten en sustitución serán de características y prestaciones similares a los sujetos a reparación. Si el material necesario para su funcionamiento (accesorios y material fungible) fueran diferentes a los disponibles en el hospital, se deberá suministrar sin coste alguno para el hospital durante el tiempo que dure la misma.

Al adjudicatario deberá mantener el parque de equipos de sustitución en perfectas condiciones de operatividad y dispondrá de toda la documentación asociada a los mismos para su consulta.

8. ACTUALIZACIONES.

Las actualizaciones debidas a alertas de seguridad o mejoras del fabricante (FMI), independientemente de que se realicen por el fabricante según marca la legislación vigente, deberá gestionarlás el adjudicatario, tanto en el seguimiento como su recepción y notificación al hospital. Asimismo, cuando el fabricante notifique la necesidad de actualizar un equipo mediante instrucciones internas propias, igualmente deberán ser gestionadas por el adjudicatario.

9. GESTIÓN INFORMATIZADA. GMAO.

El adjudicatario estará obligado a implantar un programa de gestión de mantenimiento integral asistido por ordenador (GMAO) para la gestión del presente contrato. El licitador propondrá la implantación de un programa comercial de probada experiencia en el sector sanitario y utilizado para la gestión del equipamiento electromédico. Para demostrar dicha experiencia, el GMAO propuesto deberá estar implantado actualmente en al menos 5 hospitales.

Para la evaluación del GMAO propuesto, el licitador aportará en la oferta técnica una DEMO o información amplia y comprensible de sus características técnicas y funcionales. Se



deberán especificar también sus condiciones de uso, módulos a implantar, requisitos de instalación, coste de las licencias, renovación anual y toda aquella información relevante que deba ser conocida por el hospital.

La base de datos y el aplicativo totalmente web, estarán alojados en un servidor dedicado en la nube, siendo el adjudicatario responsable del servicio sobre el aplicativo y el servidor, así como de las copias de seguridad.

El GMAO propuesto será en castellano e incluirá diferentes módulos relacionados con la explotación del servicio, siendo de obligado cumplimiento los siguientes módulos: de gestión de activos (inventario) y gestión de patrimonio (amortizaciones, ...), de solicitud y gestión de avisos, de ordenes de trabajo (descripción, causa de fallo con clasificación homogénea, estado, fecha de inicio y finalización, identificación técnica, materiales, etc.), de mantenimiento programado (frecuencia, gama, herramientas, tiempos estimados, etc.), de gestión de costes, de gestión de materiales/almacén (entradas, salidas, alertas stock, proveedores, etc.), de recursos humanos (técnicos, calendario laboral, tiempos de dedicación a mantenimiento y demás actividades, etc.), de generación de informes, de gestión de indicadores de niveles de servicio, de alarmas automáticas predefinibles por usuario, de gestión de acceso a usuarios (seguridad), de gestión de movilidad web y app (accesible desde dispositivos móviles) y de gestión documental.

El GMAO elegido deberá contemplar la opción de geo-localización del inventario mediante diferentes tecnologías (entre otras RFID). El hospital asumirá los costes de implantación en el caso de que se considere esta opción.

Las solicitudes de avisos se integrarán en el propio aplicativo (Fecha aviso automática, identificación equipo y usuario, descripción incidencia, urgencia asistencial, estado y seguimiento, consultas de planificación del mantenimiento programado, acceso a datos básicos del inventario, etc.). Se incluirán accesos web necesarios para la generación de avisos por parte de los usuarios.

El número de licencias de usuario será de 100 para el hospital, independiente del tipo de usuario.

Deberá permitir el volcado masivo y exportación de datos existentes en diferentes formatos: Excel, Access, etc. Esta exportación debe ser personalizable por el usuario y se deberá poder realizar la selección por campos.

El adjudicatario se compromete a dar acceso como Administrador (o con el máximo nivel) al RAC y a las personas designadas por él.

El adjudicatario estará igualmente obligado a establecer el suficiente soporte administrativo, tanto personal como de sistemas, que le permita disponer en todo momento de información actualizada de todos los equipos objeto del presente pliego, elaborando una amplia base de datos con la explotación de los mismos, debiendo estar ambas permanentemente a disposición del Hospital.

A la finalización del contrato, el adjudicatario entregará al órgano de contratación todos los ficheros y cuanta documentación, con independencia de su soporte, se haya generado como consecuencia de la ejecución del contrato en un formato legible por el hospital.

Si en cualquier momento de la vida del contrato, se decidiera implantar una solución corporativa al GMAO en uso, ésta deberá ser asumida por el adjudicatario.



10. INVENTARIO DE EQUIPOS.

El Adjudicatario deberá mantener constantemente actualizado el inventario físico de equipos, con la obligación de comunicar al hospital, en formato electrónico, todas las variaciones producidas.

Participará también en los protocolos de aceptación y puesta en marcha de los nuevos equipos.

El adjudicatario asumirá la recopilación de datos, inclusión en el GMAO, generación de etiquetas indelebles, identificación del equipo con dichas etiquetas, sustitución de etiquetas en equipos existentes en caso de deterioro, borrado, error en identificación, cambio de numeración, etc. En las etiquetas, además de aparecer la identificación del Centro y el número de inventario, incluirán un código de barras y/o QR.

Los datos que como mínimo aparecerán en el inventario de activos, serán los siguientes:

Elemento	Breve Descripción
Nº Inventario	Único por equipo
Tipo de equipo	
Descripción	Según su función
Marca	Asignado por el fabricante
Modelo	Asignado por el fabricante
Nº serie	Asignado por el fabricante
Distribuidor	Nombre y contacto
Propiedad del equipo	En propiedad, donación, cesión, renting, etc.
Importe adquisición	
Servicio postventa	Nombre y contacto
Clasificación RD 1591/2009	Clase I, IIa, IIb o III
Estado	Activo/No activo
Versión software y firmware	Última versión
Centro de coste (GFH)	De utilidad financiera y presupuestaria
Ubicación asignada	
Fecha de compra	Útil para depreciación/obsolescencia
Fecha de instalación	Base del historial de mantenimiento
Fecha vencimiento garantía	Seguimiento de la garantía
Resultado pruebas aceptación	Base del historial de mantenimiento
Calendario mantenimiento	Acciones de mantenimiento
Procedimiento mantenimiento	Preventivos, Técnico legal, correctivos
Fecha calibración	Última calibración si es pertinente
Accesorios asociados	Referencias asociadas
Fungible asociado	Referencias asociadas
Año de fabricación	Útil para determinar obsolescencia
Vida útil prevista	De funcionamiento seguro y eficaz
Otra información relevante	Otros datos de interés para el centro

Adicionalmente a lo indicado en el punto 15.1 relativo a METODOLOGÍA DE PUESTA EN MARCHA DEL CONTRATO, el Adjudicatario deberá realizar, una revisión parcial anual del GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)



inventario de al menos el 50% del inventario del Centro. Esta actividad, de carácter puntual, no podrá realizarse en detrimento de la actividad normal.

11. CONTROL E INSPECCIÓN DEL CONTRATO.

11.1- COMUNICACIÓN.

La empresa adjudicataria deberá presentar al RAC, por medio de su responsable técnico, los informes de actividad indicados en el presente pliego y cuantos les pudieran ser requeridos relativos al alcance del contrato a demanda del RAC.

Cualquier incumplimiento en lo establecido en el contrato, será puesto en conocimiento de la empresa adjudicataria a través de su responsable técnico o responsable de contrato. Ello se comunicará mediante la oportuna acta de incidencias, cuya recepción será en cualquier caso firmada y aceptada por los mismos, en cada caso, sin perjuicio de las penalizaciones en las que se pudiera incurrir.

11.2- INSPECCIÓN

El RAC podrá efectuar en cualquier momento las medidas de control que se consideren oportunas para la vigilancia del correcto cumplimiento de las obligaciones a las que está sometido el adjudicatario, mediante controles de cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos en el pliego. Para ello tendrá completo dominio sobre los sistemas de información utilizados (GMAO), informes técnicos, documentación técnica, etc.

11.2.1-CONTROLES INTERNOS DE ACTIVIDAD.

Se basarán en el nivel de resolución establecido según la siguiente tabla, siendo los niveles de clasificación del equipamiento, los establecidos en el pliego.

CLASIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	TIEMPO MÁXIMO DE RESPUESTA	TIEMPO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN
NORMAL	24 HORAS	120 HORAS (5 DIAS LABORABLES)
URGENTE	1 HORA	24 HORAS
CRITICO	30 MINUTOS	6 HORAS

Definiendo:

- Tiempo máximo de respuesta: como el tiempo transcurrido entre la recepción del aviso y el tiempo que tarda un técnico de la empresa adjudicataria en personarse en el lugar de la incidencia para revisar el equipo y valorar su situación.
- Tiempo máximo de resolución: como el tiempo transcurrido entre la recepción del aviso y la reparación total de la avería.

Si por cualquier motivo, el adjudicatario estimase que no va a cumplir con los tiempos máximos de resolución estipulados, podrá proponer la sustitución temporal de los equipos en su caso, por otros de características funcionales que deberán ser aceptados previamente por el Centro. En este caso, no correrá el tiempo establecido en la tabla de penalizaciones.



En relación con la sustitución de equipos, se cumplirá con lo indicado en el punto 7.5 relativo a MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones señaladas, será objeto de penalización.

11.2.2-CONTROLES INTERNOS DE PERSONAL.

La empresa adjudicataria deberá dotarse de un sistema de control de fichaje con arreglo a la vigente legislación, que garantice la trazabilidad de la asistencia manteniendo la debida confidencialidad de los trabajadores del servicio de mantenimiento de electromedicina. Este sistema será accesible al RAC. La implantación, puesta en marcha, mantenimiento y formación de esta aplicación correrá por cuenta del adjudicatario.

La implantación de este sistema se realizará en el plazo de 1 mes desde la firma del contrato, siendo objeto de penalización su incumplimiento.

En caso de ausencia, falta de cumplimiento en la cobertura del personal técnico según condiciones del pliego, o inobservancia de las normas del hospital en cuanto accesos, identificación, etc., se aplicará las penalidades correspondientes.

11.2.3-CONTROLES EXTERNOS.

El hospital podrá realizar auditorías de calidad de prestación del servicio cuando lo estime oportuno.

12. RECURSOS HUMANOS

Para la realización de los trabajos objeto de este expediente, la empresa adjudicataria destinará al contrato, el siguiente personal con permanencia en el centro:

- 1 Responsable Técnico. Llevará a cabo la coordinación y control de los técnicos asignados, siendo el interlocutor con el RAC. El responsable técnico será designado por la empresa adjudicataria entre uno de los técnicos con permanencia en el centro y adscritos al contrato.
- 3 Técnicos. Realizarán las labores de reparación y mantenimiento periódico de los equipos objeto del contrato, recogidos en el alcance del mismo. Asimismo, deberán comunicar al responsable directo cualquier incidencia relevante, sobre todo aquellas relacionadas con la seguridad del paciente y usuario.

Independientemente de lo arriba expuesto, la empresa adjudicataria, deberá designar un Responsable del Contrato sin presencia física en el centro que, a requerimiento de la Dirección del Centro o del RAC, deberá reportar cuanta información relativa al mismo se le requiera; siendo el interlocutor oficial de la empresa adjudicataria para cuantas comunicaciones haya lugar en cualquier aspecto del contrato.

Se requerirá la presencia física de técnicos en el Hospital desde las 07:00 horas hasta las 18:00 horas en días laborables de lunes a viernes con presencia continuada. En horario de 08:00 horas hasta las 15:00 horas se deberá contar con un mínimo de 3 técnicos. Desde el 1 de agosto al 10 de septiembre el hospital autoriza la presencia de 2 técnicos en horario de 8:00 a 15:00 horas y un técnico hasta las 18:00 horas.

El resto del horario no cubierto de forma presencial por personal técnico, requerirá de un servicio de guardia localizada a través de teléfono móvil. Se atenderán todas las llamadas, debiéndose presentar en el hospital en casos urgentes en menos de 1 hora. Entendemos



por casos urgentes, aquellas incidencias sobre equipos de soporte vital o de equipos que puedan alterar sustancialmente el funcionamiento de un Servicio. Esta actividad será realizada por el personal habitual de presencia física en el centro, debido a su conocimiento del hospital y de los equipos.

La empresa adjudicataria, deberá aportar un cuadrante mensual de la plantilla prevista.

Podría ser requerida la prestación del servicio presencial de forma esporádica en los casos definidos en el punto 7 relativo a CONDICIONES Y DESARROLLO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, corriendo la empresa adjudicataria a cargo de todos los gastos.

En caso de bajas, permisos, vacaciones, formación u otras circunstancias, el adjudicatario adoptará las medidas oportunas mantener siempre el número total de trabajadores asignados, cubriendo totalmente la presencia física.

El adjudicatario dispondrá de un EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA, sin presencia ni permanencia en el centro, compuesto por técnicos especialistas que deberán acudir al Hospital solo en caso de emergencia o de necesidad. Deberá disponer de medios de comunicación adecuados para su localización a través de teléfono 24 horas.

Los gastos originados en materia de personal serán siempre a cargo del adjudicatario, obligándose al cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral, prevención de riesgos laborales, seguridad social y aquellas que en lo sucesivo puedan promulgarse. Mensualmente se presentará el justificante de las cotizaciones TC-1 y TC-2 de todo el personal con permanencia en el Hospital.

El adjudicatario tendrá todos los derechos y deberes respecto al personal que aporte, dependiendo única y exclusivamente de él. En consecuencia, dicho personal no tendrá vinculaciones ni derecho alguno con respecto al centro, y en ningún caso la parte contratante, resultará responsable de las obligaciones del contratista.

Cualquier cambio, sustitución o modificación que el adjudicatario desee efectuar en la plantilla de personal fijo, salvo que sea por causa de fuerza mayor, deberá ser comunicada al RAC con antelación suficiente. Ningún miembro de la plantilla podrá ser sustituido sin que la persona que lo sustituya realice dichas funciones conjuntamente con el mismo durante un plazo no inferior a 15 días, con el objeto de garantizar la correcta continuidad en la prestación del servicio.

El RAC podrá exigir la sustitución de algún miembro de la misma cuyo comportamiento profesional o personal no sea adecuado, motivando dicha petición.

El adjudicatario no podrá utilizar por si, ni proporcionar a terceros la información obtenida en su relación con el Hospital. El adjudicatario deberá atenerse al cumplimiento estricto de la legislación en materia de protección de datos. En todo caso, el adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación.

El adjudicatario queda igualmente obligado al más estricto cumplimiento de la normativa de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como lo dispuesto en la vigente Ley 31/1995 de 8 de Noviembre y sucesivas en esta materia, sobre Prevención de Riesgos Laborales. A tal efecto nombrará un responsable directo en esta materia y que al inicio de su actividad, contactará con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital para facilitar las actividades de coordinación, debiendo cumplir con el reglamento de coordinación de



actividades de contratas y subcontratas del hospital disponible para su consulta. Dicho documento se firmará una vez realizada la adjudicación y previo al inicio de la actividad.

El adjudicatario será responsable de los daños que ocasione su personal, ya sea directamente, ya como negligencia o no en la prestación del servicio en locales, mobiliario, equipos o usuarios del hospital y centros adscritos. Lo mismo ocurrirá por pérdida o sustracción demostrada de valores, material o efectos propiedad del hospital. Pudiendo detraer la compensación económica correspondiente de las facturas que el contratista presente.

Será obligación del adjudicatario uniformar al personal técnico, así como proporcionarle tarjeta identificativa que llevará en lugar visible en todo momento. El aspecto del personal será siempre de limpieza impecable, con todo lo que conlleva el orden personal.

12.1- TITULACIÓN REQUERIDA.

12.1.1-RESPONSABLE TÉCNICO y TÉCNICOS ADSCRITOS.

Deberán poseer alguna de las siguientes titulaciones oficiales consideradas como mínimas para este perfil:

- FP II o ciclo formativo de grado superior en alguna de las siguientes especialidades: electromedicina, electrónica, electricidad, informática o equivalente.
- Certificado de profesionalidad de nivel 3 (Título Oficial) según el R.D. 1224/2009 en Planificación, gestión y supervisión de instalación de sistemas de electromedicina y sus instalaciones asociadas. Esta titulación debe estar en posesión de, al menos, uno de los técnicos adscritos a este contrato.

Cualquier titulación técnica oficial superior a las anteriores del ramo de electricidad, electrónica o telecomunicaciones, será también válida.

12.1.2-RESPONSABLE DEL CONTRATO.

El Responsable del contrato contará, como mínimo con la siguiente formación:

- Grado de Ingeniería en electrónica, bioingeniería, electrotecnia, informática o equivalente.
- Ingeniería Técnica en electrónica electrotecnia, informática o equivalente, con amplia experiencia en este tipo de mantenimiento.

Cualquier titulación técnica oficial superior a las anteriores del ramo de electricidad, electrónica o telecomunicaciones, será también válida.

12.2- EXPERIENCIA

El personal técnico asignado a la ejecución del contrato, deberá tener una experiencia demostrable como mínimo en el mantenimiento de los equipos objeto del mismo, según la siguiente tabla:

TOTAL PERSONAL TÉCNICO	MÍNIMO DE 3 AÑOS DE EXPERIENCIA	MÍNIMO DE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA
RESPONSABLE TÉCNICO		1
TÉCNICOS	1	2

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)



El adjudicatario deberá justificar la experiencia, titulación y formación, del responsable y de los técnicos adscritos al contrato, según lo señalado en la presente cláusula.

La acreditación se llevará a cabo a través de todos los CV actualizados, copia compulsada u original de los títulos, relación contractual entre la empresa y el personal adscrito (vida laboral o equivalente); así como cualquier otro documento que permita acreditar su condición como técnico / responsable de manera adecuada (posibles certificados de formación reglada / no reglada relacionada con el ámbito del contrato).

En caso de requerirse cualquier cambio o sustitución del personal definido en la oferta, durante la vigencia del contrato, el personal propuesto deberá cumplir en todo caso con las condiciones mínimas exigidas en este pliego, y con las valoradas para la adjudicación (en el PCAP), en referencia a formación y titulación mínima exigida, experiencia, etc.

13. COLABORACIÓN EN EL AMBITO TÉCNICO.

El adjudicatario debe colaborar con el Hospital en los siguientes campos:

- Gestión de mantenimiento, proyección de nuevas instalaciones y actualización de equipamiento.
- Entrenamiento técnico de los usuarios en el manejo de equipos y/o instalaciones asociadas a estos, con objeto de asegurar el normal funcionamiento de los mismos. En este caso, el adjudicatario participará y desarrollará acciones formativas para los usuarios.
- Propuestas y desarrollo de acciones correctoras cuando se detecten hábitos o usos incorrectos en el manejo o limpieza de los equipos.
- Vigilancia del adecuado funcionamiento de los equipos: el adjudicatario notificará los incidentes adversos tan pronto tenga conocimiento de los mismos, tal y como se recoge en el artículo 32 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios.

El adjudicatario participará en la formación continuada de los usuarios de instalaciones y equipos para uso médico, de acuerdo con las directrices que establezca el Hospital. Para ello dispondrá de un plan de formación anual que mantendrá actualizado y que entregará en oficina técnica, donde se recogerán los objetivos de formación y las distintas actividades que se llevarán a cabo. Estas actividades estarán orientadas hacia la instrucción inicial por puesta en marcha de un nuevo equipo así como a la actualización permanente de los conocimientos de los usuarios en cuestiones de funcionamiento, operatividad, optimización y seguridad en el uso del equipamiento instalado.

El adjudicatario pondrá siempre a disposición de los usuarios la documentación vinculada al correcto uso y utilización del equipamiento. Las instrucciones de utilización y la información que acompaña a los productos, necesaria para su correcta utilización y mantenimiento, debe mantenerse, en todo momento, accesible al personal que maneja el equipo. Si el hospital no dispusiera de esta documentación, será el adjudicatario el encargado de conseguirla.

14. MEDIOS MATERIALES.

Será responsabilidad del adjudicatario dotar el servicio con los medios y materiales necesarios para la correcta ejecución contrato, no pudiendo en ningún momento disculpar el buen funcionamiento del mismo por falta de medios.



Será a cargo del adjudicatario su gestión y almacenaje.

14.1- MATERIALES DE EQUIPOS.

Todos los materiales necesarios para su desarrollo, serán suministrados por el adjudicatario, sea cual fuere su importe y deberán ser idénticos en marca y modelo a los instalados y con marcado CE, siguiendo las recomendaciones del fabricante en calidad y prestaciones. Si por causa justificada, hubiese que modificarlos, el Adjudicatario presentará debidamente documentada la propuesta correspondiente y no procederá a su instalación sin la debida autorización del Hospital.

Todos los repuestos necesarios para el desarrollo de los trabajos objeto de esta contratación, deberán ser repuestos originales, homologados y/o autorizados por los fabricantes mediante el correspondiente certificado de compatibilidad. Para los materiales semifungibles, el adjudicatario presentará debidamente documentada la propuesta correspondiente y se responsabilizará del funcionamiento correcto del equipo.

El Adjudicatario vendrá obligado a suministrar al Hospital, sin cargo alguno, todos los materiales necesarios para realizar todos los mantenimientos de los equipos objeto del contrato, incluidos en el Anexo 1, descritos. Entre ellos:

- Todos los materiales necesarios para realizar los mantenimientos preventivos, calibraciones / validaciones.
- Repuestos necesarios para reparaciones no contempladas como "malos usos" de los equipos objeto del contrato: fuentes de alimentación, tarjetas, placas, motores, bombas, tubos y cables conexionado, componentes electrónicos y mecánicos y otros.
- Todos los accesorios, considerados como tales los artículos destinados por el fabricante a ser utilizados de forma conjunta con los equipos para que puedan utilizarse de conformidad con la finalidad prevista. Entre ellos: cables de todo tipo (ECG, monopolares, bipolares, de electrónica de red, etc.), sensores, manguitos, alargadores, cables intermedios, cables de fibra óptica, sondas de termómetros, conectores/conexiones, adaptadores banana-pinza, baterías/pilas, células de oxígeno, lámparas de todo tipo, cassetes expiratorios, y otros.
- Filtros, prefiltros, tubos germicidas, de equipos de tratamiento de agua portátiles, cabinas de flujo, mesas de tallado, y otros.
- Familias de equipos mecánicos, sujeciones de perneras, soportes de accesorios, bridas, carcasa batería, fijadores posturales, adaptadores de agujas, cabeceros, sujeciones hombro, tornillería, soportes mecánicos, accesorios, pedales, mandos, cabezales, elementos mecánicos, adaptadores, colchones/colchonetas de mesas quirúrgicas y camillas y otros.
- Accesorios o repuestos necesarios para el correcto desarrollo de la actividad relacionado con los equipos objeto del contrato: ruedas, cajones, conexiones, mangueras de gases medicinales, conectores y otros.
- Material necesario para la reparación de equipos frigoríficos.
- Otros



14.2- MATERIALES Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO

Los materiales de mantenimiento serán todos aquellos de uso continuado en las labores propias de mantenimiento, así como el pequeño material de cualquier equipo.

El adjudicatario proveerá a sus técnicos de los más avanzados equipos de diagnóstico y de todas aquellas herramientas y aparatos de medida que sean precisos para el normal desarrollo de sus actividades (simuladores, medidores, registradores, analizadores, fuentes de alimentación, luxómetros, equipo individual de herramientas, etc.). Asimismo, pondrá a disposición del personal adscrito a la ejecución del contrato todos los equipos comprobadores necesarios (comprobador de desfibriladores, comprobador multiparamétrico, comprobador de respiradores, comprobador de electrobisturís, equipo específico para medidas en quirófanos, etc.). Los equipos necesarios deberán estar a su disposición, sin coste alguno para el hospital en un plazo no superior a 24 horas.

En el taller se deberá disponer en todo momento de al menos los siguientes equipos para el normal desarrollo de sus labores: fuente de alimentación, comprobador de seguridad eléctrica, sonómetro, tacómetro, termómetro, simulador de ECG, multímetro, aspirador, foco de luz portátil, linterna, taladro con juego de brocas, crimpadora con abrazaderas varias medidas, carro para el transporte de equipos, etc.

Así mismo dispondrán de material de mantenimiento de uso general y continuado (aceites y grasas, detergentes y artículos de limpieza, sprays de aire seco, siliconas, pegamentos, tornillería, clemas, termoretráctil, estaño, juntas varias, etc.) así como electrónicos (fusibles, resistencias, diodos, lámparas de señalización, etc.) que sean necesarios para las reparaciones.

Cada técnico dispondrá de sus propias herramientas manuales para el correcto desarrollo de su trabajo. Entre otras: juego completo de destornilladores, alicates, llaves (inglesa, allen, thor, ...), martillo, soldador, prensa terminales, pela-hilos, metro o/y calibre, tijeras, kit para limpieza de ópticas, material de oficina, etc.

Igualmente deberán disponer de los medios, métodos y elementos de protección, tanto para las instalaciones como para el personal, debiendo cumplir escrupulosamente con la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

La herramienta, equipo de medidas, demás equipos auxiliares deberán estar en perfecto estado de funcionamiento. Así mismo los aparatos de medida y comprobadores deberán contar con un certificado de calibración, o en su defecto justificación de autocalibración. Las revisiones se realizarán con la periodicidad que establezca la norma o reglamentación que les afecte.

El hospital facilitará un taller a la empresa adjudicataria sobre el que tendrá derecho de uso durante la vigencia del contrato, siendo responsabilidad del adjudicatario la limpieza y el orden de dicho local.

El adjudicatario dotará a cada uno de los técnicos con teléfonos móviles para su fácil localización.

El adjudicatario aportará los recursos informáticos necesarios para las labores administrativas de gestión, disponiendo como mínimo de 4 PCs, un equipo multifunción (impresora, fotocopidora, escaner, ...), así como el mobiliario adicional al existente que se necesite para el correcto desarrollo de la actividad (mesas, encimeras, sillas de trabajo,



estanterías, cubetas para la disposición de repuestos, etc.). El mobiliario quedará a disposición del hospital una vez finalizado el contrato.

Serán por cuenta del adjudicatario los costes que se originen en cuanto a equipación y adecuación del taller. Para la adecuación del taller, la empresa adjudicataria realizará las adaptaciones necesarias una vez se determine la ubicación de los puestos de trabajo.

14.3- GESTIÓN DE ALMACÉN

La gestión del almacén será realizada íntegramente por el Adjudicatario, tanto de los materiales propios de equipos como de los materiales de mantenimiento propiamente dicho.

El adjudicatario deberá disponer y mantener un stock suficiente de material que permita un desarrollo sin perturbaciones de la actividad asistencial. Será responsabilidad del adjudicatario el mantener almacenados componentes importantes de equipos y/o equipos completos (equipos de reserva) para intentar minimizar los tiempos de resolución de averías y por lo tanto los tiempos de parada de los equipos, sobre todo aquellos de mayor impacto en la actividad asistencial, cumpliendo así el requisito de tiempos mínimos requeridos (11.2.1).

El Hospital dispone de un stock suficiente de materiales que deberá ser asumido por el adjudicatario, cuya composición y valoración vienen reflejados en el Anexo 2.

En el momento de la firma del contrato se revisará el valor definitivo del stock (valor obtenido de la aplicación informática SAP a dicha fecha), el cual nunca superará el importe que figura en el Anexo 2. La forma de repercutir dicho coste será mediante descuento en factura mensual durante la duración del contrato, 24 meses.

Se excluye todo material fungible, material de un solo uso y material consumible.

15. METODOLOGÍA DE PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DEL CONTRATO.

El adjudicatario iniciará la prestación del servicio inmediatamente tras la formalización del contrato y será responsable de la puesta en marcha de toda la mecánica operativa, establecimiento de procesos, definición y preparación de recursos.

Desde el inicio de la puesta en marcha del contrato, el adjudicatario entregará el plan de actuación diseñado en su oferta, tanto para la puesta en marcha, como para el desarrollo del mismo. Este deberá ser validado por el centro antes de su puesta en marcha.

15.1- MEDODOLOGÍA DE PUESTA EN MARCHA DEL CONTRATO.

El adjudicatario deberá realizar en un plazo máximo de 1 mes desde la puesta en marcha del contrato, un **informe inicial del estado** del equipamiento objeto del contrato, incluyendo todas las posibles consideraciones que estime oportunas en relación al nivel de funcionamiento, estado del equipo, cumplimiento legal, así como cualquier otra consideración en relación con los mismos. Todo ello, teniendo en cuenta entre otros, la seguridad y funcionalidad previstas por el fabricante del equipamiento.

Todo aquello que no quede reflejado en este informe supondrá la aceptación tácita por parte del adjudicatario de que el equipamiento analizado no presenta ningún defecto. El informe se elevará a RAC, que será el encargado de su aprobación. Una vez aprobado el informe se considerará definitivo y se recogerán en un documento vinculante todas las actividades que por ambas partes se llevarán a cabo para solventar las deficiencias detectadas, siendo el



Hospital quien decida si acepta que sea el adjudicatario quien realice los trabajos en base a los presupuestos entregados o se encargan dichos trabajos a un tercero.

El adjudicatario deberá **actualizar el inventario de los equipos alcance del contrato**, aportando la documentación técnica de los mismos. Esta actualización se realizará en la plataforma y formato que el hospital decida y el plazo de ejecución será como máximo 2 meses desde la puesta en marcha del contrato.

En el plazo de 7 días, el hospital dispondrá de un **Sistema de Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador** (GMAO) en funcionamiento, conforme a lo requerido en el punto 9 relativo a GESTIÓN INFORMATIZADA (GMAO), de forma que la actividad asistencial y la comunicación con los diferentes servicios no se vea alterada.

Asimismo, el adjudicatario deberá entregar un **cronograma de actuación** al inicio del contrato con los siguientes contenidos mínimos:

- Mantenimiento Correctivo. Flujograma de actuación, con nombres, teléfonos de contacto (tanto presencial como de guardia en su caso), correos electrónicos, planes de contingencia, etc.
- Mantenimiento Preventivo. Cronograma de mantenimiento preventivo, debiendo ser autorizado previamente por el RAC.

El adjudicatario deberá elaborar en un plazo máximo de 3 meses un "**Manual de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Electromédicos**" que definirá el sistema operativo a desarrollar (tareas a realizar, periodicidad, etc.) y un "**Manual de Mantenimientos Técnico-Legal**" que recoja los equipos afectados y la operativa de su desarrollo (normativa que le es de aplicación, tareas a realizar, periodicidad, documento a generar, etc.)

El adjudicatario tendrá un plazo máximo de 15 días desde el inicio del contrato para disponer de un stock adecuado para una efectiva **gestión de stock en el hospital** que permita un desarrollo sin perturbaciones de la actividad asistencial.

En el plazo de 1 mes se aportará el listado de materiales (accesorios, repuestos, etc.) a disposición del hospital, para una efectiva gestión de stock de piezas de repuesto por parte del adjudicatario, así como para un control de tareas del mantenimiento correctivo, preventivo y Técnico-Legal adecuado.

El adjudicatario presentará la **Evaluación de riesgos** del centro de trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 "Evaluación de los riesgos" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 8 de noviembre de 1995 o cualquier otra legislación en vigor. Deben evaluarse la totalidad de riesgos derivados de la actividad realizada en cada uno de los puestos de trabajo, equipos e instalaciones.

15.2- METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL CONTRATO.

Durante la fase de desarrollo del contrato, el adjudicatario emitirá los informes en el formato y con la periodicidad que decida el hospital, en relación con la situación del equipamiento objeto de este pliego.

Listado diario de los **equipos o accesorios** que se encuentren **no operativos** indicando la situación administrativa, técnica y la fecha estimada de finalización de la reparación / sustitución, reservándose este la facultad de comprobación.



El Responsable técnico del contrato deberá elaborar un **informe de actividad** con carácter mensual a entregar dentro de los 10 primeros días del mes siguiente, donde se recojan los trabajos ejecutados en el mes anterior. Cada licitador expondrá el esquema de informe que considera más adecuado, si bien, su contenido será el definitivamente aprobado por el Hospital. Este informe tendrá una estructura fija y permanente y recogerá como mínimo:

- Servicios relacionados por tipos de mantenimientos: correctivos, preventivos, técnico legales, mejorativos, etc. así como tiempo empleado por parte de trabajo, tanto de equipos propios, cedido o en garantía. Se reflejará cualquier incidencia de especial relevancia.
- Relación de todos los materiales de repuesto sustituidos, detallando sus referencias e importes.
- Parámetros de calidad, rendimientos, niveles seguridad, índice de averías por equipo, etc.
- Ratios del servicio prestado: tiempos de respuesta, disponibilidad, etc.
- Costes relativos por tipo de mantenimiento por Grupos Funcionales Homogéneos (GFH).
- Índice de averías por cada equipo, analizando las actuaciones de mantenimiento más importante, tiempos de reparación empleados, materiales utilizados con una valoración económica, averías, causas y acciones correctoras efectuadas.
- Tiempo de parada de cada equipo, tanto en mantenimiento preventivo como en correctivo.
- Análisis de resultados y desviaciones respecto a los parámetros de tiempos de respuesta y disponibilidad obtenida con relación a los especificados en contrato. Grado de cumplimiento de los programas de mantenimiento planificado.
- Valoración del estado de adecuación y conservación de cada equipo.
- Sugerencias para un mejor rendimiento de los equipos.
- Altas y/o bajas del inventario.

Se elaborará una **memoria anual de las actividades de asistencia técnica** en los 20 días siguientes al vencimiento del año sobre el que se realice el informe.

El hospital podrá solicitar la realización de **informes técnicos puntuales** sobre determinadas líneas de equipos condiciones del servicio, reparaciones, etc. Se tratará de un informe detallado indicando entre otros las causas de las averías, las soluciones provisionales y/o definitivas, tiempos de respuesta y de resolución, los medios humanos y materiales utilizados, así como las propuestas de mejora para el equipamiento. Este informe se presentará como máximo el primer día laborable siguiente a la avería.

El adjudicatario presentará informe técnico de cualquier defecto detectado en un equipo y que no sea solucionado mediante el mantenimiento habitual, el cual pudiera disminuir la eficacia del equipo o que pueda ser causa de averías futuras.

Con **periodicidad anual**, el hospital dispondrá del **Programa de Mantenimientos Preventivos y técnico legales** a realizar, que serán entregados al hospital para su aprobación. En dicho documento se especificará la periodicidad, metodología y sistemática



a seguir de las intervenciones programadas. Se incluirán como mínimo las actuaciones indicadas por el fabricante. Este plan será revisado y aprobado por el Hospital.

El adjudicatario implantará la **metodología de ciclo de vida útil** de los equipos a través de la actualización y el control de los datos sobre los equipos (razón de sustitución, año de instalación, averías o fallos, informe justificativo del fabricante, coste en mantenimiento preventivo y correctivo, coste de reposición, etc.). Asimismo, mantendrá informado al Centro sobre las nuevas tecnologías y las nuevas especificaciones y características técnicas incorporadas a las mismas.

El adjudicatario presentará **informes semestrales** acerca del **grado de obsolescencia** en el que se encuentran los equipos que son objeto de mantenimiento. Entre los criterios que se emplearán para determinar el grado de obsolescencia de los equipos se tendrán en cuenta los siguientes:

- Estado Funcional y/o Técnico del equipo.
- Cumplimiento de normativa vigente.
- Riesgo para salud de los trabajadores y/o pacientes, tales como los de tipo eléctrico, mecánico o ambos.
- Impacto negativo en la actividad asistencial.
- La dificultad para obtener repuestos o/y fungibles de los equipos en el mercado. Utilidad clínica de un sistema, subsistema o equipo.
- Prestaciones o resultados no idóneos: bajo rendimiento y/o pérdida de calidad irrecuperable.

El informe de obsolescencia deberá identificar de forma clara los equipos y la motivación de su grado de obsolescencia. En función de los resultados obtenidos de los estudios de obsolescencia, el adjudicatario presentará una propuesta de renovación estructurada temporalmente, valorada económicamente y priorizada en función de las necesidades. Dicha propuesta contemplará siempre la renovación en base a criterios técnicos y de continuidad asistencial.

Las características de los nuevos equipos propuestos deberán ser técnicamente similares o superiores, a las de los equipos cuya sustitución se propone por obsolescencia. Sin que suponga una merma de las prestaciones técnicas ni asistenciales del equipo.

En ningún caso el informe de obsolescencia y la propuesta de renovación son vinculantes para el hospital ni eximen del mantenimiento de los equipos considerados en el mismo por el adjudicatario obsoletos.

Confección de un **archivo documental** de la documentación técnica, de usuario, software de instalación, drivers, actualizaciones y otros de los equipos objeto del contrato. Este archivo estará en todo momento a disposición del Hospital.

16. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

La empresa adjudicataria, aplicará su sistema de calidad para el desarrollo del contrato, difundiendo su contenido a los empleados involucrados y formarlos en el desarrollo adecuado de la actividad, siendo asimismo responsable de asegurar el cumplimiento de dicho sistema.



La empresa adjudicataria se compromete a cumplir con la normativa medioambiental vigente.

16.1- UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS PELIGROSOS.

La empresa adjudicataria no utilizará en su permanencia en las instalaciones del hospital ningún producto prohibido por la legislación ambiental vigente o expresamente por el hospital. Sólo podrán introducirse en el centro las cantidades de productos peligrosos (clasificados según la legislación ambiental vigente) estrictamente necesarias para el desarrollo de las actividades..

16.2- ACTIVIDADES PELIGROSAS.

Previamente a la realización de cualquier actividad que implique real o potencialmente combustión o reacción química, o previamente al almacenamiento temporal de productos inflamables o corrosivos, se solicitará el correspondiente permiso al responsable designado por el hospital.

Se respetarán todas las señalizaciones y regulaciones existentes en el hospital en cuanto a prevención de incendios, comportamiento en utilización de energía, máquinas, prohibición de fumar, o trabajos con peligro de incendio.

16.3- CASOS DE EMERGENCIA

En el caso de producirse una emergencia tanto relacionada con la salud y seguridad como con el ambiente, los empleados de la empresa adjudicataria actuarán de acuerdo con las disposiciones e instrucciones existentes en el hospital.

16.4- CONTROL DE RESIDUOS.

El adjudicatario será responsable de la gestión de los residuos generados por la actividad diaria, cumpliendo en todo momento la normativa vigente.

El adjudicatario será responsable de la retirada de elementos y/o equipos averiados o dados de baja y de todos aquellos restos originados como consecuencia de las revisiones y reparaciones de los equipos. Estos elementos deberán ser retirados por gestores debidamente autorizados de forma que se cumpla en todo momento la normativa medioambiental que sea de aplicación.

El Adjudicatario colaborará en la retirada, desmontaje y destrucción de equipos.

16.4.1-RESIDUOS.

Todos los residuos considerados urbanos se depositarán en los contenedores destinados e identificados con el tipo de residuo de que se trate.

En caso de generarse algún tipo de residuo diferente de los que se especifica y que no sean propiedad de la empresa adjudicataria, se pondrá en conocimiento del responsable designado por el hospital para determinar su gestión ambiental.

No se podrán efectuar vertidos de productos peligrosos tanto en el suelo como en la red de aguas residuales. La empresa adjudicataria es la responsable de retirar todo envase, restos de productos o material impregnado con productos de su propiedad que haya sido utilizado en el desarrollo de las actividades, en las condiciones exigibles de acuerdo con la legislación aplicable.



Todos los residuos de productos que no sean propiedad de la empresa adjudicataria, considerados peligrosos (productos, envases y material impregnado) serán depositados en los contenedores dispuestos e identificados a tal efecto. Entre estos productos pueden encontrarse los siguientes: disolventes, pinturas peligrosas, aceites usados, pilas alcalinas, de botón y que contengan mercurio, RAES (como tubos fluorescentes, restos de equipos, etc.), etc.

Los residuos de productos que sean de propiedad de la empresa adjudicataria deberán estar almacenados en contenedores adecuados e identificados hasta que ésta proceda a su retirada, permaneciendo el menor tiempo posible en el hospital.

16.5- ACTIVIDADES MOLESTAS.

En la prestación de los servicios no se podrán provocar emisiones atmosféricas molestas o por encima de los niveles de contaminación permitidos.

Durante la ejecución del servicio, no se podrán provocar ruidos que se consideren molestos o estén por encima de la legislación aplicable.

En la prestación de los servicios no se podrán generar olores molestos.

16.6- SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO.

En los trabajos de mantenimiento que contengan como fluido refrigerante sustancias que agoten la capa de ozono, la empresa adjudicataria se compromete, de acuerdo con la legislación vigente, a mantener las condiciones de seguridad de manera que no se emita a la atmósfera el fluido refrigerante.

En caso de realizar operaciones de extracción de tales fluidos, la empresa adjudicataria se compromete a la correcta gestión de los mismos según la normativa ambiental.

17. ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA.

El adjudicatario, en virtud de su conocimiento del equipamiento objeto del contrato y del seguimiento de las averías y comportamiento del mismo, está obligado a realizar una labor permanente de asesoramiento y consultoría para mantener informado al Centro de las oportunidades de mejora de dicho equipamiento, necesidades de sustitución, consejos de empleo y manejo, etc.

18. CONTROL E INSPECCIÓN DEL CONTRATO

Las funciones de control e inspección que se deriven del desarrollo del contrato serán efectuadas por el Responsable Asignado por el Centro (RAC) con el alcance que, como responsable del contrato, le asignen los pliegos.

En razón de los objetivos a conseguir con la ejecución rigurosa del mantenimiento, se considera transcendente la existencia de una estrecha colaboración entre el técnico responsable de la adjudicataria y el RAC. Se establecerán visitas conjuntas y periódicas de inspección, que servirán de base de información acerca de la calidad del servicio que se preste.

Con independencia de todo esto el centro hospitalario podrá tomar en cualquier momento, las medidas de control, inspección que considere necesarias para detectar el grado de cumplimiento de los objetivos de este contrato.



El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato que se suscriba con el adjudicatario

CONFORME:

EL ADJUDICATARIO

San Sebastián de los Reyes,

EL DIRECTOR GERENTE,

FECHA Y FIRMA

Fdo.: Antonio Romero Plasencia.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **100096731229957886078**

ANEXO 1. INVENTARIO EQUIPOS ELECTROMÉDICOS

Se incluyen a continuación los datos del inventario necesarios para su análisis. Para su clasificación por nivel de criticidad, se establece una metodología en base a los siguientes indicadores:

- Marcador de función: terapéuticos, diagnósticos, analíticos, otros equipos relacionados con el paciente
- Riesgo de uso: evaluando el riesgo físico asociado a la aplicación clínica.
- Mantenimiento requerido: extensivo, superior al promedio, promedio, inferior al promedio o inspección visual.
- Nivel de utilización: evaluando su disposición de uso en diferentes periodos.
- Existencia de equipos de reemplazo.

Se incluye en primer lugar el listado de equipos en propiedad y a continuación una relación numerada de equipos en cesión.

N.Inv.	N. Inv. Sup.	Equipo	Marca	Modelo	Nº serie	Código Unidad	Año Adqu.	Criticidad
0001		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111551	2HUC	2008	URGENTE
0004		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111541	2HUC	2008	URGENTE
0007		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111539	2HUC	2008	URGENTE
0010		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111538	2HUC	2008	URGENTE
0013		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111553	2HUC	2008	URGENTE
0016		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111544	2HUC	2008	URGENTE
0019		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111596	2HUC	2008	URGENTE
0022		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111587	2HUC	2008	URGENTE
0025		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111594	2REA	2008	URGENTE
0028		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111549	2REA	2008	URGENTE
0031		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111591	2REA	2008	URGENTE
0034		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111550	2REA	2008	URGENTE
0037		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111585	2REA	2008	URGENTE
0040		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111605	2REA	2008	URGENTE
0043		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111530	2HDME	2008	URGENTE
0046		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111520	2HDME	2008	URGENTE
0049		RESPIRADOR	NELLCOR	840	3510074074	2REA	2008	URGENTE
0050		RESPIRADOR	NELLCOR	840	3510074069	2HUC	2008	URGENTE
0051		RESPIRADOR	NELLCOR	840	3510074066	2HUC	2008	URGENTE
0052		RESPIRADOR	NELLCOR	840	3510074073	2REA	2008	URGENTE
0053		RESPIRADOR	NELLCOR	840	3510074077	2HUC	2008	URGENTE
0054		RESPIRADOR	NELLCOR	840	3510074071	2HUC	2008	URGENTE
0055		RESPIRADOR	NELLCOR	840	3510074070	2HUC	2008	URGENTE
0057		RESPIRADOR	NELLCOR	840	3510074065	2HUC	2008	URGENTE
0058		MONITOR FETAL	PHILIPS	AVALON FM30	DE53105702	2PAR	2008	URGENTE
0059		MONITOR FETAL	PHILIPS	AVALON FM30	DE53105688	2PAR	2008	URGENTE
0060		MONITOR FETAL	PHILIPS	AVALON FM30	DE53105687	2PAR	2008	URGENTE
0061		MONITOR FETAL	PHILIPS	AVALON FM30	DE53105692	2PAR	2008	URGENTE
0063		MONITOR FETAL	PHILIPS	AVALON FM30	DE53105691	2PAR	2008	URGENTE
0065		MONITOR FETAL	PHILIPS	AVALON FM30	DE53105698	2PAR	2008	URGENTE
0066		MONITOR FETAL	PHILIPS	AVALON FM30	DE53105696	2PAR	2008	URGENTE
0068		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004886	2HPED	2008	NORMAL
0069		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004885	2MIRC	2008	NORMAL

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

0070		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004913	2CARP	2008	NORMAL
0071		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004907	2UCA	2008	NORMAL
0072		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004908	2NMLP	2008	NORMAL
0073		MONITOR PANI + SPO2	PHILIPS	VS3	US72004902	2HOS62	2008	NORMAL
0074		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004897	2HOS53	2008	NORMAL
0075		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004917	2DIALH	2008	NORMAL
0076		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004891	2CARC	2008	NORMAL
0077		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004912	2URG	2008	NORMAL
0079		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004422	2HDME	2008	NORMAL
0080		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004410	2HOS53	2008	NORMAL
0081		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004417	2CARP	2008	NORMAL
0083		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004425	2URG	2008	NORMAL
0085		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004428	2NMLP	2008	NORMAL
0087		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004418	2HOS61	2008	NORMAL
0088		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004431	2HOS62	2008	NORMAL
0089		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004416	2NEO	2008	NORMAL
0090		MONITOR PANI + SPO2	PHILIPS	VS3	US72004415	2UCA	2008	NORMAL
0091		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004423	2URG	2008	NORMAL
0092		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004426	2HPSQ	2008	NORMAL
0093		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004431	2REA	2008	NORMAL
0094		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004414	2URG	2008	NORMAL
0095		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004429	2HDME	2008	NORMAL
0096		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004424	2REA	2008	NORMAL
0097		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004432	2TRAC	2008	NORMAL
0098		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004421	2URG	2008	NORMAL
0099		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004420	2URG	2008	NORMAL
0100		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004909	2URG	2008	NORMAL
0102		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004889	2HOS52	2008	NORMAL
0103		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004896	2HOS51	2008	NORMAL
0104		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004887	2DIGP	2008	NORMAL
0106		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004882	2PSQC	2008	NORMAL
0107		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004893	2PAR	2008	NORMAL
0108		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004895	2DIGP	2008	NORMAL
0109		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004911	2DERC	2008	NORMAL
0110		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004884	2NMLC	2008	NORMAL
0112		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004894	2PEDC	2008	NORMAL
0113		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US75107975	2HOS51	2008	NORMAL
0115		MONITOR PANI + SPO2	PHILIPS	VS3	US72004914	2HOBG	2008	NORMAL
0117		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004910	2PAR	2008	NORMAL
0118		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004890	2DIALH	2008	NORMAL
0119		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004905	2HOS61	2008	NORMAL
0120		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004898	2HOS52	2008	NORMAL
0121		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004918	2HOS61	2008	NORMAL
0122		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004904	2UCA	2008	NORMAL
0123		MONITOR PANI + SPO2	PHILIPS	VS3	US72004916	2HOS63	2008	NORMAL
0124		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004901	2HOS51	2008	NORMAL
0125		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004900	2HOS52	2008	NORMAL
0126		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004888	2HOS63	2008	NORMAL
0127		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004892	2HOS53	2008	NORMAL
0128		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US72004419	2HPSQ	2008	NORMAL
0129		MESA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS GS	ARYK-0151	2UCA	2008	URGENTE
0130	0129	MONITOR MULTICANAL	DRAGER	INFINITY DELTA	5398885846	2UCA	2008	URGENTE
0131		MESA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS GS	ARYK-0155	2UCA	2008	URGENTE
0132	0131	MONITOR MULTICANAL	DRAGER	INFINITY DELTA	5398625753	2UCA	2008	URGENTE
0133		MESA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS GS	ARYK-0153	2UCA	2008	URGENTE

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

0134	0133	MONITOR MULTICANAL	DRAGER	INFINITY DELTA	5398899938	2UCA	2008	URGENTE
0135		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111589	2REA	2008	URGENTE
0138		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111526	2REA	2008	URGENTE
0141		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111617	2REA	2008	URGENTE
0144		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111516	2REA	2008	URGENTE
0147		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111590	2REA	2008	URGENTE
0150		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111600	2REA	2008	URGENTE
0153		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111603	2REA	2008	URGENTE
0156		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111589	2REA	2008	URGENTE
0159		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111601	2REA	2008	URGENTE
0162		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111595	2REA	2008	URGENTE
0165		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111608	2UCA	2008	URGENTE
0168		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111593	2REA	2008	URGENTE
0171		MONITOR HEMODIALISIS	GAMBRO	AK200	17845	2DIALH	2008	NORMAL
0172		MONITOR HEMODIALISIS	GAMBRO	AK200	17900	2DIALH	2008	NORMAL
0173		MONITOR HEMODIALISIS	GAMBRO	AK200	17850	2DIALH	2008	NORMAL
0174		MONITOR HEMODIALISIS	GAMBRO	AK200	17849	2DIALH	2008	NORMAL
0175		MONITOR HEMODIALISIS	GAMBRO	AK200	17853	2DIALH	2008	NORMAL
0176		MONITOR HEMODIALISIS	GAMBRO	AK200	17854	2DIALH	2008	NORMAL
0177		MONITOR HEMODIALISIS	GAMBRO	AK200	17899	2DIALH	2008	NORMAL
0178		MONITOR HEMODIALISIS	GAMBRO	AK200	17901	2DIALH	2008	NORMAL
0179		MONITOR HEMODIALISIS	GAMBRO	AK200	17847	2DIALH	2008	NORMAL
0180		MONITOR HEMODIALISIS	GAMBRO	AK200	17832	2DIALH	2008	NORMAL
0181		MONITOR HEMODIALISIS	GAMBRO	AK200	17851	2DIALH	2008	NORMAL
0182		MONITOR HEMODIALISIS	GAMBRO	AK200	17846	2DIALH	2008	NORMAL
0183		MONITOR HEMODIALISIS	GAMBRO	AK200	17902	2DIALH	2008	NORMAL
0184		MONITOR HEMODIALISIS	GAMBRO	AK200	17829	2DIALH	2008	NORMAL
0185		MONITOR HEMODIALISIS	GAMBRO	AK200	17848	2DIALH	2008	NORMAL
0186		MONITOR HEMODIALISIS	GAMBRO	AK200	17764	2DIALH	2008	NORMAL
0187	0000	MESA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS GS	ARYK-0150	2PAR	2008	URGENTE
0188	0187	MONITOR MULTICANAL	DRAGER	INFINITY DELTA	5398880450	2PAR	2008	URGENTE
0193		MESA QUIRURGICA	MAQUET	BETASTAR	00885	2QUI	2008	URGENTE
0196		MESA QUIRURGICA	MAQUET	BETASTAR	01326	2QUI	2008	URGENTE
0205		ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	F7G55401A	2QUI	2008	URGENTE
0206		ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	F7G55396A	2QUI	2008	URGENTE
0207		MESA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS GS	ARYK-0152	2QUI	2008	URGENTE
0208	1534	MESA DE ANESTESIA	DRAGER	INFINITY DELTA	5398625450	2DIGP	2008	URGENTE
0209		MESA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS GS	ARYK-0154	2QUI	2008	URGENTE
0210	0209	MONITOR MULTICANAL	DRAGER	INFINITY DELTA	5398625655	2QUI	2008	URGENTE
0211		MESA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS GS	ARYK-0156	2QUI	2008	URGENTE
0212	0211	MONITOR MULTICANAL	DRAGER	INFINITY DELTA	5398955058	2DIGP	2008	URGENTE
0218	0213	FUENTE DE ALIMENTACION	NIHON KOHDEN			2NRCL	2008	NORMAL
0220		ELECTROENCEFALOGRAFO	NIHON KOHDEN	M5	9221	2NRCL	2008	URGENTE
0221	0220	OTROS EQUIPOS DE ELECTRONICA	NIHON KOHDEN	NEUROFAX	01880	2NRCL	2008	URGENTE
0222	0220	MONITOR	EIZO	FLEXSCAN S1921	L2310087	2NRCL	2008	URGENTE
0224	0220	SAI	NIHON KOHDEN	EEG-9200K	80271	2NRCL	2008	URGENTE
0225	0220	FUENTE DE ALIMENTACION	NIHON KOHDEN	-----	-----	2NRCL	2008	URGENTE
0226	0228	CINTA DE ESFUERZO	GE	T2100	SBC07312663SA	2CARP	2008	URGENTE
0227	0228	MODULO TANGO	GE	PLUS	0023328	2CARP	2008	URGENTE
0228	0000	ERGOMETRO	GE	CASE	SCF07211535SA	2CARP	2008	URGENTE
0229	0228	MONITOR	GE		MCD 1900-1LGW	2CARP	2008	URGENTE
0230		MICROSCOPIO	ZEISS	OPMIPICO	6627102483	2ORCL	2008	URGENTE
0231		COLPOSCOPIO	ZEISS	150-FC	6022508710	2GINC	2008	NORMAL
0232		COLPOSCOPIO	ZEISS	150-FC	6622508780	2GINC	2008	NORMAL
0233		MICROSCOPIO QUIRURGICO	ZEISS	S7	662850595	2UCA	2008	URGENTE

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

0234		MICROSCOPIO QUIRURGICO	ZEISS	S8	6214405507	2UCA	2008	URGENTE
0235		MICROSCOPIO	ZEISS	OPMIPICO	6627102436	2ORLC	2008	URGENTE
0236		MICROSCOPIO	ZEISS	OPMIPICO	6627102481	2ORLC	2008	URGENTE
0237		MICROSCOPIO	ZEISS	OPMIPICO	6627102431	2ORLC	2008	URGENTE
0241		SILLON DE EXPLORACION	FIMET	F1	07010401	2ORLC	2008	NORMAL
0242		SILLON DE EXPLORACION	FIMET	F1	010392	2ORLC	2008	NORMAL
0243		AUDIOMETRO	MAICO	MA52	7866117	2ORLC	2008	CRITICO
0244		IMPEDANCIOMETRO	MAICO	MI44	7865171	2ORLC	2008	CRITICO
0246		IMPEDANCIOMETRO	MAICO	MI44	7865165	2ORLC	2008	CRITICO
0248		RINOMANOMETRO	SIBELMED	RHINOSPIR PRO	165.100	2ORLC	2008	NORMAL
0249	0248	MONITOR	PROVIEW	998N	DX-997N	2ORLC	2008	NORMAL
0250	0248	CPU P/ RINOMANOMETRO	eBOX	FC-V011A	N/A	2ORLC	2008	NORMAL
0252	0253	MONITOR	NEC	MULTISYNC	75112203YA	2CARP	2008	NORMAL
0253		CPU HOLTER CARDIOSOFT ECG	HP	X-12	2UA7231KQW	2CARP	2008	NORMAL
0254	0253	S.A.I	ONEAC	PCM7501	0721-3389	2CARP	2008	NORMAL
0255		MICROSCOPIO	LEICA	DMD108	10699622	2APA	2008	NORMAL
0256	0255	MONITOR	DELL	1908 FCp	CN-OUW538-09NL	2APA	2008	NORMAL
0257	0255	MONITOR	DELL	1908 FCp	CN-OUW538-09ML	2APA	2008	NORMAL
0258		MICROSCOPIO	LEICA	DM2500	291022-042007	2APA	2008	NORMAL
0259		MICROSCOPIO	LEICA	DM2000	290298-052007	2APA	2008	NORMAL
0260		MICROSCOPIO	LEICA	DM2500	291308	2APA	2008	NORMAL
0261		MICROSCOPIO	LEICA	DM2500	291451	2APA	2008	NORMAL
0262		MICROSCOPIO	LEICA	DM1000	297507	2APA	2008	NORMAL
0263		ELECTROCARDIOGRAFO	G.E	MAC 1200 ST	550037102	2HOS53	2008	NORMAL
0264		ELECTROCARDIOGRAFO	G.E	MAC 1200 ST	550037089	2HOS51	2008	NORMAL
0265		ELECTROCARDIOGRAFO	G.E	MAC 1200 ST	550037143	2HPED	2008	NORMAL
0266		ELECTROCARDIOGRAFO	G.E	MAC 1200 ST	550037133	2HOS52	2008	NORMAL
0267		ELECTROCARDIOGRAFO	G.E	MAC 1200 ST	550037096	2DIALH	2008	NORMAL
0268		ELECTROCARDIOGRAFO	G.E	MAC 1200 ST	550037114	2CARC	2008	URGENTE
0269		ELECTROCARDIOGRAFO	GE	MAC 1200 ST	550037115	2HOS61	2008	NORMAL
0270		ELECTROCARDIOGRAFO	G.E	MAC 1200 ST	550037131	2HOS62	2008	NORMAL
0271		ELECTROCARDIOGRAFO	G.E	MAC 1200 ST	550037144	2HUC	2008	URGENTE
0272		ELECTROCARDIOGRAFO	G.E	MAC 1200 ST	550037127	2HOS63	2008	NORMAL
0273		ELECTROCARDIOGRAFO	G.E	MAC 1200 ST	550037136	2CARP	2008	NORMAL
0275		ELECTROCARDIOGRAFO	G.E	MAC 1200 ST	550037118	2URG	2008	NORMAL
0276		ELECTROCARDIOGRAFO	G.E	MAC 1200 ST	550037091	2URG	2008	NORMAL
0278		ELECTROCARDIOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	MAC 1200 ST	550037119	2URG	2008	NORMAL
0279		ELECTROCARDIOGRAFO	G.E	MAC 1200 ST	550037132	2HDME	2008	NORMAL
0280		ELECTROCARDIOGRAFO	G.E	MAC 1200 ST	550037138	2URG	2008	NORMAL
0281		ELECTROCARDIOGRAFO	G.E	MAC 1200 ST	550037146	2HPSQ	2008	NORMAL
0282		ELECTROCARDIOGRAFO	G.E	MAC 1200 ST	550037125	2UCA	2008	URGENTE
0283		ELECTROCARDIOGRAFO	G.E	MAC 1200 ST	550037147	2REA	2008	URGENTE
0284		ELECTROCARDIOGRAFO	G.E	MAC 1200 ST	550037134	2PEDC	2008	NORMAL
0285		ELECTROCARDIOGRAFO	G.E	MAC 1200 ST	550037145	2CARP	2008	NORMAL
0286		ELECTROCARDIOGRAFO	G.E	MAC 1200 ST	550037111	2CARC	2008	URGENTE
0287		ELECTROCARDIOGRAFO	G.E	MAC 1200 ST	550037113	2CARC	2008	URGENTE
0288		ELECTROCARDIOGRAFO	G.E	MAC 1200 ST	550037148	2CARP	2008	NORMAL
0289		ELECTROCARDIOGRAFO	G.E	MAC 1200 ST	550037116	2HUC	2008	NORMAL
0290		DEFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAC 12	35969852	2HUC	2008	CRITICO
0291		DEFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAC 12	35969374	2CARP	2008	CRITICO
0292		BASCULA	SECA	BMI 704	5704067078783	2NMLP	2008	NORMAL
0293		BASCULA	SECA	BMI 704	5704065078715	2CARP	2008	NORMAL
0294		BASCULA	SECA	BMI 704	5704068078859	2NMLP	2008	NORMAL
0295		DEFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAC 20	36196224	2REA	2008	CRITICO

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

0296		DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAK 20	36194678	2DIALH	2008	CRITICO
0297		DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAK 20	36196230	2UCA	2008	CRITICO
0298		DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAK 20	36194674	2UCA	2008	CRITICO
0299		DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAK 20	36198135	2QUI	2008	CRITICO
0300		DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAK 20	36198128	2PAR	2008	CRITICO
0302		DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAK 20/P	36090277	2HUC	2008	CRITICO
0303		BASCULA	SECA	BMI 704	5704067078793	2GINC	2008	NORMAL
0304		ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	VOLUSON 730 EXPERT	A14590	2GINC	2008	URGENTE
0309		BASCULA	SECA	BMI 704	5704067078781	2GINC	2008	NORMAL
0310		ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	VOLUSON 730 PRO	A3981	2GINC	2008	URGENTE
0311	0310	MONITOR	G.E	VOLUSON AY-15CUK	2093/0729/1745	2GINC	2008	URGENTE
0316		PESABEBES	MARSDEN	MS4200	7CT037020	2URG	2008	URGENTE
0318		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	PK	800506191	2UCA	2008	NORMAL
0321		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	PK	800506507	CHIS	2008	NORMAL
0326		INCUBADORA	GE	GIRAFFE	HDHL50873	2NEO	2008	URGENTE
0329		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	PK	800506385	CHIS	2008	NORMAL
0330		INCUBADORA	GE	GIRAFFE	HDHL50848	2NEO	2008	URGENTE
0331		PESABEBES	MARSDEN	M54200	7CT037116	2HOBG	2008	URGENTE
0333		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	PK	800506159	CHIS	2008	NORMAL
0334		INCUBADORA	GE	GIRAFFE	HDHL50852	2NEO	2008	URGENTE
0335		PESABEBES	ASIMED	MS4200	7CT037117	2NEO	2008	NORMAL
0337		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	PK	800506180	2DIGP	2008	NORMAL
0338		INCUBADORA	GE	GIRAFFE	HDHL50872	2NEO	2008	URGENTE
0339		PESABEBES	MARSDEN	MS4200baby,	7CT037021	2URG	2008	URGENTE
0340		BOMBA de infusion	ALARIS	PK	723102814	2HDME	2008	NORMAL
0341		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	PK	800506466	CHIS	2008	NORMAL
0342		PESABEBES	MARSDEN	MS4200baby	7CT037007	2PAR	2008	URGENTE
0343		PESABEBES	ASIMED	MS4200	7CT037006	2HPED	2008	URGENTE
0348		CUNA TERMICA	DRAGER	BABY THERM 8010	ARKY-0067	2PAR	2008	URGENTE
0349		CUNA TERMICA	DRAGER	BABY THERM 8010	ARKY-0068	2PAR	2008	URGENTE
0351		BOMBA VOLUMETRICA	ALARIS	GW	723102816	2HOS61	2008	NORMAL
0352		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	GH	800266016	2PAR	2008	NORMAL
0354		ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	F7G55400A	2QUI	2008	URGENTE
0355		INCUBADORA DE TRANSPORTE	BIO-MED	MCT-200	1160-07	2PAR	2008	URGENTE
0356		RESPIRADOR	BIO-MED	CROSSVENT 2	220207E2	2PAR	2009	CRITICO
0358		BASCULA	SECA	BMI 704	5704065078716	2MIRC	2008	NORMAL
0359		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	GH	800265837	2UCA	2008	NORMAL
0360		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	GH	800265892	2UCA	2008	NORMAL
0361		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	8003311773	2UCA	2008	NORMAL
0547		MONITOR	PHILIPS	MCMD02AA	MC15601	2GINC	2008	URGENTE
0548		SONDA ECOGRAFO	PHILIPS	C5-2	02ZIGQ	2GINC	2008	URGENTE
0549		SONDA ECOGRAFO	PHILIPS	C8-4V	02ZMFV	2GINC	2008	URGENTE
0659		CENTRIFUGA	ORTHO CLINICAL	BIOVUE SYSTEM	01-BV-7240	2BCS	2008	NORMAL
0660		INCUBADOR	ORTHO CLINICAL	BIOVUE SYSTEM	1934467	2BCS	2008	NORMAL
0661		AGITADOR	IKA	VORTEX GENIUE 3	01484552	2LUR	2008	NORMAL
0664		CENTRIFUGA	ORTHO CLINICAL	BIOVUE SYSTEM	01-BV-7231	2LUR	2008	NORMAL
0665		INCUBADOR	ORTHO CLINICAL	BIOVUE SYSTEM	1930902	2BCS	2008	NORMAL
0671		NEVERA	LIEBHERR	PROFI LINE	79.137.415.1	2HOS61	2008	NORMAL
0672		NEVERA	CLIMAS	BLOOD BANK	4710	2BCS	2008	URGENTE
0674		CENTRIFUGA	EPPENDORF	5702	0014976	2BCS	2008	NORMAL
0675		CENTRIFUGA	EPPENDORF	5702	0014977	2LUR	2008	NORMAL
0682		NEVERA	LIEBHERR	COMFORT	79.185.299.4	2LUR	2008	URGENTE

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

0683		NEVERA	LIEBHERR	PROFI LINE	79.137.414.4	2LUR	2008	URGENTE
0688		AGITADOR	IKA	MS3 DIGITAL	03252765	2LUR	2008	NORMAL
0690		BALANZA ELECTRONICA	RADWAG	WLC 2/A1	207799/07	2BCS	2008	NORMAL
0705		CENTRIFUGA	EPPENDORF	5810 R	0039245	2LUR	2008	NORMAL
0708		BAÑO TERMICO	VWR	944305EU	071210006	2LUR	2008	NORMAL
0709		CALENTADOR DE PLASMA	TRANSMED	TRANSTHERM III BASIC	97.8710.803	2BCS	2008	URGENTE
0710		CENTRIFUGA	SAKURA	CYTO-TEK	43231681-0807	2LUR	2008	NORMAL
0716		ESTUFA	THERMO	371	309504-2979	2LUR	2008	NORMAL
0720		MICROSCOPIO	NIKON	ECLIPSE 50i	110596	2APA	2008	NORMAL
0721		MICROSCOPIO	NIKON	ECLIPSE 50i	142924	2APA	2008	NORMAL
0727		PIPETA	COMECTA	DISPEN-VAR	061624	2LUR	2008	NORMAL
0729		BALANZA ELECTRONICA	TERUMO	T - RAC	2007-410125	2BCS	2008	NORMAL
0733		ESTUFA	GRIFOLS	I-54	711-787484819	2BCS	2008	NORMAL
0734		CONSERVADOR DE PLAQUETAS	GRIFOLS	PLAQUEPEX H-54		2BCS	2008	URGENTE
0735		CRIOSTATO	LEICA	CM1850 UV	1030	2APA	2008	URGENTE
0736		BALANZA ELECTRONICA	AVERY BERKEL	HL 220	07331163	2APA	2008	NORMAL
0737		BALANZA ELECTRONICA	AVERY BERKEL	HL 220	07331164	2APA	2008	NORMAL
0740		MESA DE TALLADO	PROPATH	CT4 2000	0A0010009/9302	2APA	2008	URGENTE
0741		MESA DE TALLADO	PROPATH	CT4 2000	0A0010002/9302	2APA	2008	URGENTE
0742		ESTUFA	MEMMERT	UNB 400	C4071055	2APA	2008	NORMAL
0743		MICROSCOPIO	NIKON	ECLIPSE 50i	142424	2APA	2008	NORMAL
0744		NEVERA	LIEBHERR	PROFI LINE	790205630	2APA	2008	URGENTE
0745		MICROTOMO	LEICA	RM2255	2209	2APA	2008	NORMAL
0746		ESTUFA	MEMMERT	UNB 400	C4071052	2APA	2008	NORMAL
0748		MICROTOMO	LEICA	RM2255	2208	2APA	2008	NORMAL
0749		DISPENSADOR	LEICA	EG 1150H	7718	2APA	2008	NORMAL
0751		CALENTADOR DE PARAFINA	GFL	1052	10462807 C	2APA	2008	URGENTE
0752	0749	PLACA FRIA	LEICA	EG 1150 C1	4682	2APA	2008	URGENTE
0753		NEVERA	NUAIRE	NU-9668E	70712464	2APA	2008	URGENTE
0754		NEVERA	LIEBHERR	PROFI LINE	790205616	2APA	2008	URGENTE
0755	0000	CABINA DE FLUJO LAMINAR	NUAIRE	CLASS II	115283053107	2APA	2008	URGENTE
0756		CENTRIFUGA	THERMO	CYTOSPIN 4	CY4555 0707	2APA	2008	URGENTE
0757		AUTOTEÑIDOR	LEICA	AUTOSTAINER XL	1791	2APA	2008	URGENTE
0758		MONTADOR DE PLACAS	LEICA	CV5030-TS5015	1222	2APA	2008	URGENTE
0759		MICROSCOPIO	NIKON	ECLIPSE E200	847449	2APA	2008	NORMAL
0760	0761	SISTEMA DE ILUMINACION	KAISER	RSI	-----	2APA	2008	NORMAL
0762		MICROSCOPIO C/ MODULO FLUORESCENCIA	OLYMPUS	BX51	7D18142	2APA	2008	NORMAL
0763	0762	MONITOR	HP	L1940T	CNC7050JYF	2APA	2008	NORMAL
0764	0762	CPU	HP	COMPAQ	CZC7281NSX	2APA	2008	NORMAL
0765	0762	MODULO DE FLUORESCENCIA	OLYMPUS	U-RFL-T-200	2705030	2APA	2008	NORMAL
0766		DEFIBRILADOR AUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAK 1000	35911830	2HDME	2008	CRITICO
0767		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	7131/7231	723102683	2HDME	2008	NORMAL
0768		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	7131/7231	723102697	2HDME	2008	NORMAL
0769		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	7131/7231	723102667	2HDME	2008	NORMAL
0770		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	7131/7231	723102678	2HDME	2008	NORMAL
0771		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	7131/7231	723102686	2HDME	2008	NORMAL
0772		BOMBA	ALARIS	7131/7231	723102674	2HDME	2008	NORMAL
0773		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	7131/7231	723102834	2URG	2008	NORMAL
0774		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	7131/7231	723102685	2HDME	2008	NORMAL
0775		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	7131/7231	723102690	2HDME	2008	NORMAL
0776		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	7131/7231	723102862	2HDME	2008	NORMAL
0777		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	7131/7231	723102986	2HDME	2008	NORMAL
0778		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	7131/7231	723102677	2HDME	2008	NORMAL
0779		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	7131/7231	723102677	2HDME	2008	NORMAL
0780		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	7131/7231	723102675	2HDME	2008	NORMAL

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

0781		NEVERA	ASPES	CLASE A	072705188	2HDME	2008	NORMAL
0782		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	07384513	2HDME	2008	NORMAL
0783		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	07384520	2HDME	2008	NORMAL
0784		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	07384430	2HDME	2008	NORMAL
0786		BASCULA	SECA	BMI 704	5704067078785	2HDME	2008	NORMAL
0787		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	7131/7231	723102711	2HDME	2008	NORMAL
0788		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	7131/7231	723102700	2HDME	2008	NORMAL
0789		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	7131/7231	723102684	2HDME	2008	NORMAL
0790		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	7131/7231	723102663	2HDME	2008	NORMAL
0791		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011880	2HDME	2008	NORMAL
0793		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORHE	011907	2HDME	2008	NORMAL
0794		NEVERA	ASPES	CLASE A	072906401	2HDME	2008	NORMAL
0795		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07397765	2HDME	2008	NORMAL
0796		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07397618	2HDME	2008	NORMAL
0797		DESFIBRILADOR AUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAK 1000	35911822	2DIALH	2008	CRITICO
0798		BASCULA	SECA	BMI 704	5704067078786	2DIALH	2008	NORMAL
0799		BAÑO TERMICO	RAYPA	BAD-4	29124	2QUI	2008	NORMAL
0800		BASCULA	SECA	BMI 704	5704067078794	2DIALH	2008	NORMAL
0801		BASCULA	SECA	BMI 704	5704068078858	2DIALH	2008	NORMAL
0802		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07311469	2DIALH	2008	NORMAL
0803		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07311464	2DIALH	2008	NORMAL
0804		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011910	2DIALH	2008	NORMAL
0805		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011885	2DIALH	2008	NORMAL
0806		BAÑO TERMICO	RAYPA	BAD-4	29122	2QUI	2008	NORMAL
0811		NEVERA	ASPES	CLASE A	072805799	2DIALH	2008	URGENTE
0812		BASCULA	SECA	BMI 665	1665290075785	2DIALH	2008	NORMAL
0813		BASCULA	SECA	BMI 665	1665290075784	2DIALH	2008	NORMAL
0814		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07397282	2HUC	2008	NORMAL
0818		GRUA	LIKO	VIKING XL	801879	2HUC	2008	NORMAL
0821		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07397637	2HUC	2008	NORMAL
0823		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800331775	2HUC	2008	NORMAL
0826		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800331825	2HUC	2008	NORMAL
0829		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800330526	2HUC	2008	NORMAL
0832		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800331790	2HUC	2008	NORMAL
0834		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800331837	2HUC	2008	NORMAL
0835		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800331821	2HUC	2008	NORMAL
0838		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800331828	2HUC	2008	NORMAL
0839		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800331788	2HUC	2008	NORMAL
0840		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800331797	2HUC	2008	NORMAL
0841		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800331781	2HUC	2008	NORMAL
0842		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800331769	2HUC	2008	NORMAL
0843		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800331227	2HUC	2008	NORMAL
0844		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800331219	2HUC	2008	NORMAL
0845		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800331793	2HUC	2008	NORMAL
0846		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800331823	2HUC	2008	NORMAL
0851		BAÑO TERMICO	RAYPA	BAD-4	29127	2QUI	2008	NORMAL
0852		CALENTADOR DE SUERO	FLUID WARMER	HL-90	510001088	2HUC	2008	NORMAL
0853		CALENTADOR DE SUERO	FLUID WARMER	HL-90	510000926	2HUC	2008	NORMAL
0855		CAPNOGRAFO	NELLCOR	NPB-70	87505541	2HUC	2008	NORMAL
0856		CAPNOGRAFO	NELLCOR	NPB-70	87505560	2HUC	2008	NORMAL
0857		CAPNOGRAFO	NELLCOR	NPB-70	87505488	2HUC	2008	NORMAL
0858		CAPNOGRAFO	NELLCOR	NPB-70	87505539	2HUC	2008	NORMAL
0859		CAPNOGRAFO	NELLCOR	NPB-70	87505497	2HUC	2008	NORMAL

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

0867		ELECTROESTIMULADOR	SANRO	BTL-4000	4000-0283093	2FIS	2008	NORMAL
0868		APARATO DE DRENAJE LINFATICO	SANRO	LYMPHA-MAT	312G34250108	2REHC	2008	NORMAL
0869		APARATO DE DRENAJE LINFATICO	SANRO	LYMPHA-MAT	312G34290108	2REHC	2008	NORMAL
0870		ULTRASONIDOS	SANRO	BTL-5000	5000-0387165	2FIS	2008	NORMAL
0871		ELECTROESTIMULADOR	SANRO	BTL-5000	5000-0387874	2REHC	2008	NORMAL
0873		ULTRASONIDOS	SANRO	BTL-5000	5000-0380165	2FISX	2008	NORMAL
0874		ULTRASONIDOS	SANRO	BTL-4000	4000-0286193	2FISX	2008	NORMAL
0875		HIDROCOLATOR (CALOR)	CHATTANOOGA	M-2	18764	2REHC	2008	NORMAL
0876		HIDROCOLATOR (FRIO)	CHATTANOOGA	3114	8141	2REHC	2008	NORMAL
0877		BAÑO DE PARAFINA	CARIN	1H01003	070570001	2REHC	2008	NORMAL
0878		BAÑO DE PARAFINA	CARIN	1H01003	070570006	2REHC	2008	NORMAL
0879		SISTEMA DE TRACCION	GRADIENT	LIMPHANAT	200801080022	2REHC	2008	NORMAL
0880		SISTEMA DE TRACCION	GRADIENT	LIMPHANAT	200801080011	2REHC	2008	NORMAL
0881		SISTEMA DE TRACCION	GRADIENT	LIMPHANAT	200801080008	2REHC	2008	NORMAL
0882		DESFIBRILADOR AUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAK 1000	35911824	2HOS63	2008	CRITICO
0883		LASER	SANRO	EASYONE 3W	3EZ212	2REHC	2008	NORMAL
0884		LASER	SANRO	EASYONE 3W	3EZ211	2REHC	2008	NORMAL
0885		MAGNETOTERAPIA	SANRO	BTL-5000	5000-0382365	2FIS	2008	URGENTE
0886		MAGNETOTERAPIA	MEDICAL ITALIA	MAGNETOMED 8400	MI01910208	2REHC	2008	URGENTE
0887	0886	CAMILLA DE MAGNETOTERAPIA	MEDICAL ITALIA	MAGNETOMED 8400	MI01910208	2REHC	2008	NORMAL
0888		MICROONDAS	MEDICAL ITALIA	RADARMED 2500CP	MI02290208	2FIS	2008	NORMAL
0889		MICROONDAS	MEDICAL ITALIA	RADARMED 2500CP	MI01160108	2FIS	2008	NORMAL
0892		ELECTROESTIMULADOR	SANRO	BTL-5000	5000-0387855	2FIS	2008	NORMAL
0893		MICROONDAS	MEDICAL ITALIA	RADARMED 2500CP	MI02140208	2FIS	2008	NORMAL
0894		MICROONDAS	MEDICAL ITALIA	RADARMED 2500CP	MI01200108	2FIS	2008	NORMAL
0895		MICROONDAS	MEDICAL ITALIA	RADARMED 2500CP	MI02120208	2FIS	2008	NORMAL
0897		MICROONDAS	MEDICAL ITALIA	RADARMED 2500CP	MI02100208	2FIS	2008	NORMAL
0898		ULTRASONIDOS	SANRO	BTL-5000	5000-0388955	2FIS	2008	NORMAL
0899		ELECTROESTIMULADOR	SANRO	BTL-5000	5000-0382265	2FIS	2008	NORMAL
0900	0899	APARATO DE VACIO	SANRO	BTL-VAC	VACU-0326491	2FIS	2008	NORMAL
0901		ONDA CORTA	EMS	MEGAPULSE SENSOR 265	96505	2FIS	2008	NORMAL
0902		ELECTROESTIMULADOR	SANRO	BTL-5000	5000-0389065	2FIS	2008	NORMAL
0903		ULTRASONIDOS	SANRO	BTL-5000	5000-0385275	2FIS	2008	NORMAL
0904		ULTRASONIDOS	SANRO	BTL-5000	5000-0386165	2FIS	2008	NORMAL
0907		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORME	011813	2HOS51	2008	NORMAL
0908		DESFIBRILADOR AUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAK 1000	35911831	2HOS51	2008	CRITICO
0909		NEVERA	ASPES	CLASE A	0	2HOS51	2008	URGENTE
0911		GRUA	LIKO	VIKING M	7107323	2HOS51	2008	NORMAL
0931		BASCULA PESA PERSONAS	SECA	BMI 704	5704073079055	2OBSh	2008	NORMAL
0932		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011855	2HOS61	2008	NORMAL
0933		DESFIBRILADOR AUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAK 1000	35911823	2HOS61	2008	CRITICO
0938		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384472	2HOS61	2008	NORMAL
0939		GRUA	LIKO	VIKING M	7107330	2HOS61	2008	NORMAL
0940		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800265982	2HOS61	2008	NORMAL
0950		GRUA PACIENTES	LIKO	VIKING M	7107322	2HOS52	2008	NORMAL
0951		BASCULA	SECA	BMI 704	5704073079063	2HOS52	2008	URGENTE
0952		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011806	2HOS52	2008	NORMAL
0955		NEVERA	ASPES	CLASE A	072704496	2HOS52	2008	URGENTE
0957		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07311467	2HOS52	2008	NORMAL
0960		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011996	2ORLC	2008	NORMAL
0961		OFTALMOSCOPIO	RIESTER	RI-FORMER	012003	2ORLC	2008	NORMAL

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

		ELECTRONICO						
0962		PODOSCOPIO	TOP CLASS	-----	-----	2TRAC	2008	NORMAL
0963		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07324918	2TRAC	2008	NORMAL
0964		PODOSCOPIO	TOP CLASS	-----	-----	2TRAC	2008	NORMAL
0965		PODOSCOPIO	TOP CLASS	-----	-----	2TRAC	2008	NORMAL
0966		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384470	2REUC	2008	NORMAL
0967		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011854	2NRLC	2008	NORMAL
0968		BASCULA	SECA	BMI 704	5704073079068	2PEDC	2008	NORMAL
0969		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011932	2PEDC	2008	NORMAL
0970		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384452	2PEDC	2008	NORMAL
0971		PESABEBES	MARSDEN	MS4100	6KT033929	2PEDC	2008	NORMAL
0972		BASCULA	SECA	BMI 704	5704073079066	2PEDC	2008	NORMAL
0973		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011928	2PEDC	2008	NORMAL
0974		PESABEBES	MARSDEN	M54200	7CT036971	2PEDC	2008	NORMAL
0975		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011853	2PEDC	2008	NORMAL
0976		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07324927	2PEDC	2008	NORMAL
0977		CALIENTA BIBERONES	RAYPA	BAE-2	29428	2HPED	2008	NORMAL
0981		ELECTROBISTURI	FAZZINI	DIATROM 120	2814891906	2DIGP	2008	URGENTE
0982		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384459	2DERC	2008	NORMAL
0984		DERMATOSCOPIO	HEINE	DELTA 10	-----	2DERC	2008	NORMAL
0986		DEFIBRILADOR AUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAK 1000	35911826	2DERC	2008	CRITICO
0992		BASCULA	SECA	BMI 704	5704011077374	2DIGC	2008	NORMAL
0993		ECOGRAFO	HITACHI	EUB-6500	KE11293603	2DIGC	2008	URGENTE
0994	0993	MONITOR	HITACHI	-----	KE11948709	2DIGC	2008	URGENTE
0995	0993	SONDA ECOGRAFO	HITACHI	5-2	KE11851719G	2DIGC	2008	URGENTE
0996		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07311496	2DIGC	2008	NORMAL
0997		BASCULA	SECA	BMI 704	5704015077557	2DIGC	2008	NORMAL
0998		BASCULA	SECA	BMI 704	5704015077516	2DIGC	2008	NORMAL
1013		BASCULA	SECA	BMI 704	5704071078874	2NMLC	2008	NORMAL
1014		BASCULA	SECA	BMI 704	5704071078875	2NMLC	2008	NORMAL
1015		BASCULA	SECA	BMI 704	5704073079065	2NMLC	2008	NORMAL
1016		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	0	2NMLC	2008	NORMAL
1017		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07324932	2NMLC	2008	NORMAL
1018		BASCULA	SECA	BMI 704	5704073079067	2NMLC	2008	NORMAL
1019		BASCULA	SECA	BMI 704	5704073079056	2NMLC	2008	NORMAL
1020		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011984	2ALGC	2008	NORMAL
1021		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011986	2ALGC	2008	NORMAL
1022		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384535	2ALGC	2008	NORMAL
1023		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011987	2ALGC	2008	NORMAL
1024		NEVERA	BOSCH	KGN39X00	217110240959002863	2ALGC	2008	NORMAL
1025		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011837	2ALGC	2008	NORMAL
1026		DEFIBRILADOR AUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAK 1000	35911832	2ALGC	2008	CRITICO
1027		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011924	2ALGC	2008	NORMAL
1028		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011922	2ANEC	2008	NORMAL
1029		BASCULA	SECA	BMI 704	5704073079057	2NMLC	2008	NORMAL
1030		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384508	2ANEC	2008	NORMAL
1031		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384482	2CGDC	2008	NORMAL
1032		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384392	2CGDC	2008	NORMAL
1033		BASCULA	SECA	BMI 704	5704073079062	2ONCC	2008	NORMAL

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

1034		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011909	2ONCC	2008	NORMAL
1035		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011929	2ONCC	2008	NORMAL
1036		BASCULA	SECA	BMI 704	5704073079059	2ONCC	2008	NORMAL
1037		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384498	2ONCC	2008	NORMAL
1039		DESFIBRILADOR AUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAK 1000	35911829	2CARC	2008	CRITICO
1040		BASCULA	SECA	BMI 704	5704073079064	CEX	2008	NORMAL
1041		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384458	2CARC	2008	NORMAL
1042		BASCULA	SECA	BMI 704	5704073079058	2CARC	2008	NORMAL
1043		BASCULA	SECA	BMI 704	5704071078876	2ENDC	2008	NORMAL
1044		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011957	2ENDC	2008	NORMAL
1045		BASCULA	SECA	BMI 704	5704071078871	2ENDC	2008	NORMAL
1046		BASCULA	SECA	BMI 704	5704071078865	2ENDC	2008	NORMAL
1047		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	012002	2ENDC	2008	NORMAL
1048		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384450	2ENDC	2008	NORMAL
1049		BASCULA	SECA	BMI 704	5704071078866	2ENDC	2008	NORMAL
1050		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011843	2ENDC	2008	NORMAL
1051		BASCULA	SECA	BMI 704	5704071078868	2MIRC	2008	NORMAL
1052		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011815	2MIRC	2008	NORMAL
1053		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384468	2MIRC	2008	NORMAL
1054		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	-----	2UROC	2008	NORMAL
1056		TORRE DE ENDOSCOPIA	STORZ	TRICAM SL II	202223020	2UROC	2008	URGENTE
1057	1056	MONITOR	STORZ	SC-SX19-A1A11	0	2UROC	2008	URGENTE
1058	1056	PROCESADOR DE VIDEO	STORZ	TRICAM SL II	20223020	2UROC	2008	URGENTE
1059	1056	FUENTE DE LUZ	STORZ	XENON NOVA 300	20134020	2UROC	2008	URGENTE
1060	1056	BOMBA	STORZ	HAMOU ENDOMAT	26331020	2UROC	2008	URGENTE
1064		BASCULA	SECA	BMI 704	5704071078861	2PSQC	2008	NORMAL
1065		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384385	2PSQC	2008	NORMAL
1066		BASCULA	SECA	BMI 704	5704071078860	2PSQC	2008	NORMAL
1067		BASCULA	SECA	BMI 704	5704071078870	2HEMC	2008	NORMAL
1068		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011923	2NEFC	2008	NORMAL
1069		BASCULA	SECA	BMI 704	5704071078869	2NEFC	2008	NORMAL
1070		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011839	2NEFC	2008	NORMAL
1071		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07324905	2NEFC	2008	NORMAL
1072		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384533	2HEMC	2008	NORMAL
1073		BASCULA	SECA	BMI 704	5704071078867	2HEMC	2008	NORMAL
1074		ECOGRAFO	PHILIPS	HD 11	US 70733043	2OBSC	2008	URGENTE
1075	1074	MONITOR	PHILIPS	MCMD02AA	453561234313	2OBSC	2008	URGENTE
1078		ECOGRAFO	G.E	VIVID 7 PRO	9733V7L	2CARP	2008	URGENTE
1079	1078	MONITOR	G.E	VIVID 7 PRO	BR21HS3P9153P	2CARP	2008	URGENTE
1080	1078	VIDEOIMPRESORA	VPP-110	VIVID 7 PRO	-----	2CARP	2008	URGENTE
1081	1078	SONDA ECOGRAFO	GE	78	80094PD6	2CARP	2008	URGENTE
1083		DESFIBRILADOR AUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAK 1000	35911827	2CARP	2008	CRITICO
1086		TORRE DE ENDOSCOPIA	PENTAX MEDICAL	EPKI-7010	EA010692	2DIGP	2008	URGENTE
1087		MONITOR TORRE ENDOSCOPIA	SONY	BRAVIA	1302553	2DIGP	2008	URGENTE
1090		TORRE DE ENDOSCOPIA	PENTAX MEDICAL	EPKI-7010	EA10762	2DIGP	2008	URGENTE
1091	1090	MONITOR	-----	-----	0	2DIGP	2008	URGENTE
1094		ELECTROBISTURI	ERBE	ICC 200	D-2552	2DIGP	2008	URGENTE
1095	1094	CONSOLA ARGON	ERBE	APC 300	C-2332	2DIGP	2008	URGENTE
1096		TORRE DE ENDOSCOPIA	PENTAX MEDICAL	EPK-100P	EA010874	2DIGP	2008	URGENTE
1097	1090	MONITOR	SONY	LMD-2140	2009662	2DIGP	2008	URGENTE
1099		TORRE DE ENDOSCOPIA	FUJINON	0	0	2NMLP	2008	URGENTE

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

1101		FUENTE DE LUZ	FUJINON	2200	3V382B141	2NMLP	2008	URGENTE
1102		TORRE DE PHMETRIA	MMS	SOLAR GI	0871756	2DIGP	2008	URGENTE
1103	1102	MONITOR	DELL	E198FP6	77870	2DIGP	2008	URGENTE
1104	1102	CPU P/ TORRE PHMETRIA	DELL	OPTIPLEX 755	77870	2DIGP	2008	URGENTE
1105	1102	IMPRESORA	DELL	OCT269	D0D8JC1	2DIGP	2008	URGENTE
1106		TORRE DE URODINAMICA	MMS	SOLAR SILVER	0771624	2GINP	2008	URGENTE
1107	1106	MONITOR	HP	L1940T	CNK7330B5J	2GINP	2008	URGENTE
1108	1106	CPU P/ TORRE URODINAMICA	HP	DX2300	CZC7340CTJ	2GINP	2008	URGENTE
1109	1106	IMPRESORA	HP	DESKJET 6940	-----	2GINP	2008	URGENTE
1110	1106	SOPORTE	MMS	-----	P07-7SCP0583	2GINP	2008	URGENTE
1111		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07397704	2GINP	2008	NORMAL
1112		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07311321	2URG	2008	NORMAL
1115		TORRE DE ENDOSCOPIA	STORZ	IMAGE H1V	222010	2GINP	2008	URGENTE
1116	1115	MONITOR	STORZ	SC-SX19	07-99548	2GINP	2008	URGENTE
1117	1115	PROCESADOR DE CAMARA	STORZ	TRICAM SL II	20223020	2GINP	2008	URGENTE
1118	1115	FUENTE DE LUZ	STORZ	XENON NOVA 300	MC0633747	2GINP	2008	URGENTE
1119	1115	BOMBA	STORZ	VERSAPOINT	0723071	2GINP	2008	URGENTE
1120	1115	DVD	SONY	RDR-HXD870	4519087	2GINP	2008	URGENTE
1121		BOMBA	STORZ	HAMOU ENDOMAT	26331020	2GINP	2008	URGENTE
1128		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011995	2ORLC	2008	NORMAL
1130		FUENTE DE LUZ	ENDOVIEV	M-H250 duo	M13100B-1196	2ORLC	2008	URGENTE
1131		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011975	2ORLC	2008	NORMAL
1132	1136	MONITOR	SONY	LMD-1410	3303345	2ORLC	2008	URGENTE
1133		FUENTE DE LUZ	ENDOVIEV	M-H250 duo	H13100B-1194	2ORLC	2008	URGENTE
1134		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011927	2ORLC	2008	NORMAL
1135	1633	MONITOR	SONY	LMD-1410	3303340	2ORLC	2008	URGENTE
1136		FUENTE DE LUZ	ENDOVIEV	MH250 duo	M13100B-1191	2ORLC	2008	URGENTE
1137		FUENTE DE LUZ	ATHOS	ENDO	170013746	2ORLC	2009	URGENTE
1138		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011934	2ORLC	2008	NORMAL
1139		FUENTE DE LUZ	ENDOVIEV	-----	M13100B-1193	2ORLC	2008	URGENTE
1148		SIERRA	MEDICON	OSCILLO COMPACT	15823	2URG	2008	NORMAL
1150		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011918	2OFTC	2008	NORMAL
1152		UNIDAD DE REFRACCION	LUNEAU	STAND L104E	0907	2OFTC	2008	NORMAL
1153	1152	LAMPARA DE HENDIDURA	HAAG STREIT	BQ 900	900.7.22145	2OFTC	2008	NORMAL
1157		OPTOTIPO	SUPORE	ACP-6	70661757	2OFTC	2008	NORMAL
1158		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07311331	2OFTC	2008	NORMAL
1159		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011	2OFTC	2008	NORMAL
1160		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011831	2NRLC	2008	NORMAL
1161		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	-----	2NRLC	2008	NORMAL
1162		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07311472	2NRLC	2008	NORMAL
1163		PAQUIMETRO	OPTIKON	PACLINE	160AU	2OFTCX	2008	NORMAL
1164		BIOMETRO	OPTIKON	BIOLINE	545AV	2OFTC	2008	NORMAL
1165		UNIDAD DE REFRACCION	LUNEAU	STAND L104E	177	2OFTC	2008	NORMAL
1166	1165	LAMPARA DE HENDIDURA	HAAG STREIT	BD 900	01307	2OFTC	2008	NORMAL
1167	1165	OPTOTIPO	SUPORE	ACP-6	7061755	2OFTC	2008	NORMAL
1168		UNIDAD DE REFRACCION	LUNEAU	STAND L104E	175	2OFTC	2008	NORMAL
1169	1168	LAMPARA DE HENDIDURA	HAAG STREIT	BD 900	01310	2OFTC	2008	NORMAL
1170		UNIDAD DE REFRACCION	LUNEAU	STAND L104E	176	2OFTC	2008	NORMAL
1171	1170	LAMPARA DE HENDIDURA	HAAG STREIT	BD 900	01309	2OFTC	2008	NORMAL
1172	1170	OPTOTIPO	SUPORE	ACP-6	70661756	2OFTC	2008	NORMAL

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

1173		FRONTOFOCOMETRO	TIANLE	-----	-----	2OFTC	2008	NORMAL
1174		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011930	2OFTC	2008	NORMAL
1175		LASER YAG	TOPCON	9000P	YA36-9643	2OFTC	2008	URGENTE
1176		LAMPARA DE HENDIDURA	TOPCON	SLD-7	702966	2OFTC	2008	URGENTE
1178		UNIDAD DE REFRACCION	LUNEAU	STAND L104E	173	2OFTC	2008	NORMAL
1179	1178	LAMPARA DE HENDIDURA	HAAG STREIT	BD 900	01244	2OFTC	2008	NORMAL
1181		FRONTOFOCOMETRO	TIANLE	TL-6000	753103C	2OFTCX	2008	NORMAL
1182		OFTALMOSCOPIO (INDIRECTO)	WELCH ALLYN	TL-6000	1412757	2OFTC	2008	NORMAL
1183		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011816	2OFTC	2008	NORMAL
1184		NEVERA	ASPES	CLASE A	A72704125	2HOS62	2008	NORMAL
1185		DESFIBRILADOR AUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAK 1000	35911820	2CARP	2008	CRITICO
1186		GRUA	LIKO	VIKING M	7107321	2FIS	2008	NORMAL
1194		BOMBA DE INFUSION	ALARIS	GH	800265042	2HOS62	2008	NORMAL
1195		BOMBA DE INFUSION	ALARIS	GH	800265789	2HOS62	2008	NORMAL
1196		BOMBA DE INFUSION	ALARIS	GH	800265006	2HOS62	2008	NORMAL
1201		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011940	2URG	2008	NORMAL
1203		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011948	2URG	2008	NORMAL
1204		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011802	2URG	2008	NORMAL
1205		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011883	2URG	2008	NORMAL
1206		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	012005	2URG	2008	NORMAL
1208		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011898	2URG	2008	NORMAL
1210		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011805	2URG	2008	NORMAL
1211		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011959	2URG	2008	NORMAL
1213		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	01903	2URG	2008	NORMAL
1214		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011824	2URG	2008	NORMAL
1216		NEVERA	ASPES	CLASE A	071501665	2URG	2008	URGENTE
1218		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011993	2URG	2008	NORMAL
1219		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011936	2URG	2008	NORMAL
1220		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384456	2URG	2008	NORMAL
1221		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011945	2URG	2008	NORMAL
1223		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011825	2URG	2008	NORMAL
1228		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011969	2URG	2008	NORMAL
1230		BAÑO TERMICO	RAYPA	BAD-4	29125	2QUI	2008	NORMAL
1231		BASCULA	SECA	BMI 704	5704067078789	2URG	2008	URGENTE
1232		NEVERA	ASPES	CLASE A	071503142	2URG	2008	URGENTE
1233		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011919	2URG	2008	NORMAL
1235		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011951	2URG	2008	NORMAL
1236		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011917	2URG	2008	NORMAL
1237		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011901	2URG	2008	NORMAL
1238		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011838	2URG	2008	NORMAL
1239		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011844	2URG	2008	NORMAL

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1000967312239957886078**

1240		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011803	2URG	2008	NORMAL
1244		ECOGRAFO	TOSHIBA	NEMIO XG	E2D0816140	2URG	2008	URGENTE
1245	1244	MONITOR	TOSHIBA	ISTYLE	13262924	2URG	2008	URGENTE
1247	1244	SONDA ECOGRAFO	TOSHIBA	PVM-651VT	A4762333	2GINC	2008	URGENTE
1248	1244	VIDEO IMPRESORA	MITSUBISHI	P93D	-----	2URG	2008	URGENTE
1252		BASCULA	SECA	BMI 704	5704067078792	2URG	2008	URGENTE
1253		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011912	2URG	2008	NORMAL
1255		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011926	2URG	2008	NORMAL
1257		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011949	2URG	2008	NORMAL
1259		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011994	2URG	2008	NORMAL
1261		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011884	2URG	2008	NORMAL
1262		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384543	2URG	2008	NORMAL
1263		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011989	2URG	2008	NORMAL
1264		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011900	2URG	2008	NORMAL
1265		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011905	2URG	2008	NORMAL
1266		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384429	2URG	2008	NORMAL
1267		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011804	2URG	2008	NORMAL
1268		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07324824	2URG	2008	NORMAL
1269		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011904	2URG	2008	NORMAL
1271		NEVERA	ASPES	CLASE A	071501664	2URG	2008	URGENTE
1277		MONITOR MULTICANAL	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	02489	2URG	2008	NORMAL
1281		MONITOR MULTICANAL	NIHON KOHDEN	BSM-2301K	25347	2URG	2008	NORMAL
1284		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384521	2URG	2008	NORMAL
1285		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384486	2URG	2008	NORMAL
1287		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384431	2URG	2008	NORMAL
1288		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384417	2URG	2008	NORMAL
1289		MONITOR MULTICANAL	NIHON KOHDEN	BSM-2301K	25349	2URG	2008	NORMAL
1290		MONITOR MULTICANAL	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	02297	2URG	2008	NORMAL
1293		GRUA	LIKO	VIKING M	7107331	2URG	2008	NORMAL
1296		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011908	2URG	2008	NORMAL
1297		MONITOR MULTICANAL	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	03540	2URG	2008	NORMAL
1300		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384509	2URG	2008	NORMAL
1301		MONITOR MULTICANAL	NIHON KOHDEN	BSM-2301K	25344	2URG	2008	NORMAL
1302		MONITOR MULTICANAL	NIHON KOHDEN	BSM-2301K	25345	2URG	2008	NORMAL
1303		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384454	2URG	2008	NORMAL
1306		PULSIOXIMETRO	NIHON KOHDEN	OXPAL	0096	2URG	2008	NORMAL
1307		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384499	2URG	2008	NORMAL
1308		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011881	2URG	2008	NORMAL
1309		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011935	2URG	2008	NORMAL
1310		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07324929	2URG	2008	NORMAL
1311		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384478	2URG	2008	NORMAL
1312		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011990	2URG	2008	NORMAL
1313		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	GH	80066020	2URG	2008	NORMAL
1319		MONITOR MULTICANAL	NIHON KOHDEN	BSM-2301K	25341	2URG	2008	NORMAL
1321		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	GH	8265958	2URG	2008	NORMAL
1325		MONITOR MULTICANAL	NIHON KOHDEN	BSM-2301K	25342	2URG	2008	NORMAL
1327		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	GH	800265819	2URG	2008	NORMAL

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

1328		MONITOR MULTICANAL	NIHON KOHDEN	BSM-2301K	25337	2URG	2008	NORMAL
1329		RESPIRADOR	DRAGER	OXYLOG 3000	SRZA-0150	2URG	2008	CRITICO
1330		DEFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAK 20/P	36231897	2URG	2008	CRITICO
1332		MONITOR MULTICANAL	NIHON KOHDEN	BSM-2301K	25339	2URG	2008	NORMAL
1334		MONITOR MULTICANAL	NIHON KOHDEN	BSM-2301K	25346	2URG	2008	NORMAL
1336		CALENTADOR DE AIRE	NELLCOR	WARM TOUCH	CI0208.J	2URG	2008	NORMAL
1338		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	GH	800265901	2URG	2008	NORMAL
1339		BAÑO TERMICO	RAYPA	BAD-4	29130	2URG	2008	NORMAL
1341		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07311348	2URG	2008	NORMAL
1342		PULSIOXIMETRO	NIHON KOHDEN	OXPAL	00094	2URG	2008	NORMAL
1343		NEVERA	ASPES	CLASE A	0727052027	2URG	2008	NORMAL
1344		BASCULA	SECA	BMI 704	5704067078788	2URG	2008	URGENTE
1345		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	GH	8002695916	2URG	2008	NORMAL
1346		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	GH	800269893	2URG	2008	NORMAL
1347		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	GH	800266008	2URG	2008	NORMAL
1349		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	GH	800265825	2URG	2008	NORMAL
1350		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	GH	800265842	2URG	2008	NORMAL
1351		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	GH	800264848	2URG	2008	NORMAL
1353		NEVERA	ASPES	CLASE A	072704135	2NEO	2008	NORMAL
1354		CALIENTA BIBERONES	RAYPA	BAE-2	29430	2HPED	2008	NORMAL
1355		NEVERA	ASPES	CLASE A	073408325	2NEO	2008	NORMAL
1360		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800331776	2HPED	2008	NORMAL
1361		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800331538	2NEO	2008	NORMAL
1363		SACALECHES	MEDELA	LACTINA SELECT	897908	2NEO	2008	NORMAL
1364		SACALECHES	MEDELA	LACTINA SELECT	899400	2NEO	2008	NORMAL
1366		INCUBADORA	GE	GIRAFFE	HDHM50038	2NEO	2008	NORMAL
1367		INCUBADORA	GE	GIRAFFE	HDHM50040	2NEO	2008	NORMAL
1368		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800331108	2NEO	2008	NORMAL
1369		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800331696	2NEO	2008	NORMAL
1370		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111592	2HPED	2008	NORMAL
1373		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE73111586	2NEO	2008	NORMAL
1379		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800331640	2HPED	2008	NORMAL
1380		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800331766	2NEO	2008	NORMAL
1381		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800331151	2NEO	2008	NORMAL
1383		LAMPARA DE FOTOTERAPIA	OHMEDA	GIRAFFE SPOT LITE	HEBL51364	2NEO	2008	NORMAL
1384		LAMPARA DE FOTOTERAPIA	OHMEDA	GIRAFFE SPOT LITE	HEBL51363	2NEO	2008	NORMAL
1385		LAMPARA DE FOTOTERAPIA	OHMEDA	GIRAFFE SPOT LITE	HEBL51366	2NEO	2008	NORMAL
1386		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011933	2NEO	2008	NORMAL
1387		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800331801	2NEO	2008	NORMAL
1389		INCUBADORA	GE	GIRAFFE	HDHM50039	2NEO	2008	NORMAL
1390		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011846	2HPED	2008	NORMAL
1392		NEVERA	ASPES	CLASE A	072703961	2PAR	2008	NORMAL
1393		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	-----	2HPED	2008	NORMAL
1395		LAVAVAJILLAS	SIEMENS	EURE ELECTRIC	5.60041002	2HPED	2008	NORMAL
1396		CALIENTA BIBERONES	RAYPA	BAE-2	29429	2HPED	2008	NORMAL
1397		BASCULA	SECA	BMI 704	5704073079034	2HPED	2008	URGENTE
1399		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384432	2HPED	2008	NORMAL
1400		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384455	2HPED	2008	NORMAL
1403		NEVERA	ASPES	CLASE A	072704597	2HOBG	2008	NORMAL
1404		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07324924	2HOBG	2008	NORMAL
1406		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07311485	2HOBG	2008	NORMAL
1407		DEFIBRILADOR AUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAK 1000	35911828	2HOBG	2008	CRITICO
1408		BASCULA PESA PERSONAS	SECA	BMI 704	5704073079060	CEX	2008	NORMAL

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

1410		SACALECHES	MEDELA	LACTINA SELECT	899398	2HPED	2008	NORMAL
1411		OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO	RIESTER	RI-FORMER	011852	2HPED	2008	NORMAL
1420		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	08036939	2PAR	2008	NORMAL
1421		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	08074518	2PAR	2008	NORMAL
1425		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800331778	2NEO	2008	NORMAL
1426		RESPIRADOR	BIO-MED	CROSSVENT 4	324207E4	2PAR	2008	URGENTE
1427		INCUBADORA	GE	GIRAFFE	HDHM50804	2NEO	2008	NORMAL
1428		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800331157	2NEO	2008	NORMAL
1429	1572	MONITOR MULTICANAL	NIHON KOHDEN	BSM-2351k	02888	2URG	2008	NORMAL
1433		MESA QUIRURGICA	MAQUET	BETASTAR	01548	2QUI	2008	URGENTE
1434		MESA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS GS	ARZC-0020	2QUI	2008	URGENTE
1435	1434	MONITOR MULTICANAL	DRAGER	INFINITY DELTA	5399405855	2QUI	2008	NORMAL
1436		MESA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS GS	ARZC-0019	2DIGP	2008	URGENTE
1437	1436	MONITOR MULTICANAL	DRAGER	INFINITY DELTA	5399424059	2QUI	2008	NORMAL
1439		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	GH	80026598	2QUI	2008	NORMAL
1446		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	PK	800506428	2QUI	2008	NORMAL
1447		SELLADORA	MAWO	HM850	425079	2QUI	2008	NORMAL
1448		TORNIQUETE DE ISQUEMIA	VBM	4500 ELC	0708.45771	2QUI	2008	NORMAL
1449		CALENTADOR DE AIRE	NELLCOR	WARM TOUCH	CI12075122	2QUI	2008	NORMAL
1450		CONSOLA MOTOR	STRYKER	CORE 5400-50	0805803503	2QUI	2008	URGENTE
1451	0000	CONSOLA QUIRURGICA	CONMED	PRO 2000	BBC25214	2QUI	2008	URGENTE
1452		CARGADOR DE MOTORES	STRYKER	6110-120	0803117933	2QUI	2008	NORMAL
1453		TORRE DE ENDOSCOPIA	STORZ	IMAGE 1HV	AB647058-P	2QUI	2008	CRITICO
1454	1453	MONITOR	STORZ	HD	07-100875	2QUI	2008	URGENTE
1456	1461	PROCESADOR DE VIDEO	STORZ	IMAGE 1 HV	2220120	2QUI	2008	CRITICO
1457	1524	FUENTE DE LUZ	STORZ	XENON NOVA 300	MC0633746	2QUI	2008	CRITICO
1458	1453	BOMBA	STORZ	HAMOU ENDOMAT	26331020	2QUI	2008	CRITICO
1459	1524	BOMBA	STORZ	THERMOFLATOR	26432020	2QUI	2008	CRITICO
1460	1453	DVD	SONY	RDR-HX8070	4519104	2QUI	2008	CRITICO
1461		TORRE DE ENDOSCOPIA	STORZ	IMAGE 1 HV	22201020	2QUI	2008	CRITICO
1462	1461	MONITOR	STORZ	HD	08-110035	2QUI	2008	CRITICO
1463	1461	MONITOR	STORZ	HD	08-109988	2QUI	2008	CRITICO
1464	1453	PROCESADOR DE VIDEO	STORZ	IMAGE 1 HV	AB647058-P	2QUI	2008	CRITICO
1465	1461	FUENTE DE LUZ	STORZ	XENON NOVA 300	MC633748	2QUI	2008	CRITICO
1466	1461	BOMBA	STORZ	HAMOU ENDOMAT	26331020	2QUI	2008	CRITICO
1467	1461	INSUFLADOR	STORZ	THERMOFLATOR	264320 20	2QUI	2008	CRITICO
1468	1461	DVD	SONY	RDR-HX8070	4519103	2QUI	2008	CRITICO
1469		TORRE DE ENDOSCOPIA	STORZ	TRICAM SLII	20223020	2QUI	2008	CRITICO
1471	1469	PROCESADOR DE VIDEO	STORZ	TRICAM SL II	20223020	2QUI	2008	CRITICO
1472	1469	FUENTE DE LUZ	STORZ	XENON NOVA 300	MC0633757	2QUI	2008	CRITICO
1473	1469	DVD	SONY	RDR-HDXD870	4519116	2QUI	2008	CRITICO
1475		MESA QUIRURGICA	MAQUET	BETASTAR	01550	2QUI	2008	URGENTE
1476		ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	F7G55398A	2QUI	2008	URGENTE
1477		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	PK	800506489	2QUI	2008	NORMAL
1478		MESA QUIRURGICA	MAQUET	BETASTAR	01547	2QUI	2008	URGENTE
1480		MESA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS GS	ARZC-0022	2QUI	2008	URGENTE
1481	1480	MONITOR	DRAGER	INFINITY DELTA	5399405454	2QUI	2008	URGENTE
1482		MESA QUIRURGICA	MAQUET	BETASTAR	01545	2QUI	2008	URGENTE
1483		MONITOR	BIS	VISTA	VT05883	2QUI	2008	NORMAL
1485		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384457	2DIALH	2008	NORMAL
1486		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384441	2DIALH	2008	NORMAL
1487		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384528	2DIALH	2008	NORMAL
1488		CALENTADOR DE PARAFINA	SELECTA	40004 90	0510645	2APA	2008	URGENTE
1489		BALANZA ELECTRONICA	SARTORIUS	TE 313-DS	22609871	2APA	2008	NORMAL
1490		CABINA DE FLUJO LAMINAR	TELSTAR	BIO-II A	22876	2LUR	2008	URGENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **100967312239957886078**

1492		BAÑO TERMICO	SELECTA	DIGITERM 100	0510000	2BCS	2008	URGENTE
1497		SELLADORA	TERUMO	ME-TSEAL2	2008-02037	2BCS	2008	URGENTE
1501		GRUA	LIKO	VIKING M	7107329	2HOS53	2008	NORMAL
1502		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	CC	800331835	2HUC	2008	NORMAL
1503		CALENTADOR DE AIRE	NELLCOR	WARM TOUCH	C102081142	2HUC	2008	NORMAL
1506		CAPNOGRAFO	NELLCOR	NPB-70	8750557	2HUC	2008	NORMAL
1507		CAPNOGRAFO	NELLCOR	NPB-70	87505528	2HUC	2008	NORMAL
1510		PODOSCOPIO	TOP CLASS	-----	-----	2REHC	2008	NORMAL
1511		MESA QUIRURGICA	MAQUET	BETASTAR	01324	2QUI	2008	URGENTE
1512		ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	F7G55402A	2QUI	2008	URGENTE
1513		MESA QUIRURGICA	MAQUET	BETASTAR	01332	2UCA	2008	URGENTE
1514	1115	ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	F7G55399A	2UCA	2008	URGENTE
1516		ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	F7G55397A	2UCA	2008	URGENTE
1517		MESA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS GS	ARZC-0023	2UCA	2008	URGENTE
1518	1517	MONITOR	DRAGER	INFINITY DELTA	5399411162	2UCA	2008	URGENTE
1519		MESA QUIRURGICA	MAQUET	BETASTAR	01333	2UCA	2008	URGENTE
1520		ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	F7G55395A	2UCA	2008	URGENTE
1521		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	PK	800506174	2UCA	2008	NORMAL
1522		MONITOR	BIS	VISTA	VT05886	2UCA	2008	NORMAL
1524		TORRE DE ENDOSCOPIA	STORZ	IMAGE 1 HUB	22201020	2UCA	2008	CRITICO
1525	1524	PROCESADOR DE VIDEO	KARL STORZ	IMAGE 1 HUB 222010 20	AB647078-P	2UCA	2008	CRITICO
1526	1803	FUENTE DE LUZ	STORZ	XENON NOVA 300	MC063869	2UCA	2008	CRITICO
1527	1524	BOMBA	STORZ	ARTHROPUMP	KD01448	2UCA	2008	CRITICO
1528	1803	DVD	SONY	RDR-HXD870	4519107	2UCA	2008	CRITICO
1529	1524	MONITOR	STORZ	HD	08-109984	2UCA	2008	CRITICO
1530	1524	MONITOR	STORZ	HD	08-109998	2UCA	2008	CRITICO
1533		MESA QUIRURGICA	MAQUET	BETASTAR	01549	2UCA	2008	URGENTE
1534		MESA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS GS	ARZC-0018	2DIGP	2008	URGENTE
1535	1534	MONITOR MULTICANAL	DRAGER	INFINITY DELTA	5399412455	2UCA	2008	URGENTE
1536		BAÑO TERMICO	RAYPA	BAD-4	29129	2UCA	2008	NORMAL
1537		TORNIQUETE DE ISQUEMIA	VBM	4500 ELC	-----	2UCA	2008	NORMAL
1538		TORNIQUETE DE ISQUEMIA	VBM	4500 ELC	-----	2UCA	2008	NORMAL
1539		FUENTE DE LUZ	ENDOVUEW	M-X180T	M23000B-1270	2UCA	2008	CRITICO
1543		NEVERA	ASPES	3FA-280A	071503148	2UCA	2008	NORMAL
1545		CUNA TERMICA	DRAGER	RESUCITARE	PK04698	2PAR	2008	URGENTE
1546	1572	MONITOR MULTICANAL	NIHON KOHDEN	BSM-2301K	25336	2URG	2008	NORMAL
1547		ELECTROBISTURI	LEEP	SYSTEM 1000	0512F3078	2GINP	2008	URGENTE
1548		ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCETRIAD	T8B5633E	2QUI	2008	URGENTE
1549		ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCETRIAD	T8B5649E	2QUI	2008	URGENTE
1550		ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCETRIAD	T8B5628E	2QUI	2008	URGENTE
1557		TORNIQUETE DE ISQUEMIA	VBM	4500 ELC	0707-45759	2QUI	2008	NORMAL
1558		CENTRAL DE MONITORIZACION	HP	COMPAQ	2UA7380RZS	2UCA	2008	CRITICO
1561		CENTRAL DE MONITORIZACION	HP	COMPAQ	2UA7380S04	2HUC	2008	CRITICO
1564		PLACA FRIA	LEICA	EG 1150 C1	14038837689	2APA	2008	URGENTE
1565		MICROSCOPIO	LEICA	EZ4D	280MQA11010	2APA	2008	NORMAL
1566		NEVERA	LIEBHERR	CONFORT	41.926.363.8	2BCS	2008	URGENTE
1567		CENTRIFUGA	DIAMED	DIACENT-12	1001043	2BCS	2008	NORMAL
1570		MONITOR CARDIACO	EDWARS LIFECIENCES	CARDIOLIFE	81028	2HUC	2008	NORMAL
1571		DEFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	NIHON KOHDEN	TEC-7731K	81028	2URG	2008	CRITICO
1572		CENTRAL DE MONITORIZACION	NIHON KOHDEN	HU-971RK	V5270909-00	2URG	2008	NORMAL
1573	1572	MONITOR	NIHON KOHDEN			0 2URG	2008	NORMAL
1574	1572	IMPRESORA	HP	LASERJET P2015	CNBW7CV80K	2URG	2008	NORMAL
1577		PULSIOXIMETRO	NIHON KOHDEN	OXPAL	00168	2DIGP	2008	NORMAL
1580		DEFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	NIHON KOHDEN	TEC-7731K	81026	2URG	2008	CRITICO
1581		DEFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-7731K	81025	2URG	2008	CRITICO

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

		SEMIAUTOMATICO						
1582		DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	NIHON KOHDEN	TEC-7731K	81027	2URG	2008	CRITICO
1583		MONITOR MULTICANAL	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	03700	2URG	2008	NORMAL
1586		DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	NIHON KOHDEN	TEC-7731K	81023	2URG	2008	CRITICO
1587		ECOGRAFO	TOSHIBA	FAMIO	E2J08Y6884	2URG	2008	URGENTE
1588	1587	MONITOR	TOSHIBA		0	2GINC	2008	URGENTE
1589	1587	VIDEOIMPRESORA	MITSUBISHI	P93	0	2GINC	2008	URGENTE
1591	1587	SONDA ECOGRAFO	TOSHIBA	PVQ-375A	TDA0885895	2GINC	2008	URGENTE
1592		PULSIOXIMETRO	NIHON KOHDEN	OLV-2700K	00279	2URG	2008	NORMAL
1593		PULSIOXIMETRO	NIHON KOHDEN	OLV-2700K	00196	2URG	2008	NORMAL
1594		PULSIOXIMETRO	NIHON KOHDEN	OLV-2700K	00278	2URG	2008	NORMAL
1595		FUENTE DE LUZ	ENDOVUEW	M-H250 DUO	M13100B-1192	2URG	2008	URGENTE
1596		DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	NIHON KOHDEN	TEC-7731K	81024	2URG	2008	CRITICO
1597		FUENTE DE LUZ	ENDOVUEW	M-H250 DUO	M13100B-1197	2HOS52	2008	URGENTE
1598	1597	FOTOFORO	ENDOVUEW	820029	-----	2URG	2008	NORMAL
1600		BALANZA ELECTRONICA	ACCULAB	ATILON	22903027	2FAR	2008	NORMAL
1601		BAÑO TERMICO	LABOLAN	IDL-AG-12	08004AG	2FAR	2008	NORMAL
1602		BAÑO TERMICO	LABOLAN	DK-524	L-607072	2FAR	2008	NORMAL
1603		PHMETRO	HANNA	HI 221	28 05018	2FAR	2008	NORMAL
1604		ESTUFA	LABOLAN	IDL-A1-36	9380E	2FAR	2008	NORMAL
1605		AGITADOR	VELP	ARE	96479	2FAR	2008	NORMAL
1606		CABINA DE FLUJO LAMINAR	TELSTAR	AH-100	22950	2FAR	2008	URGENTE
1607		BALANZA ELECTRONICA	ACCULAB	VICON	19153375	2FAR	2008	NORMAL
1608		CABINA DE FLUJO LAMINAR	TELSTAR	AV-30/70 (CYTOSTAR)	23646	2FAR	2008	URGENTE
1609		RESUCITADOR-MEZCLADOR	FISHER&PAYKEL	NEOPUFF	070803002340	2PAR	2008	NORMAL
1615	3198	SAI	APC	SMART 620	-----	2PAR	2008	NORMAL
1616	1561	MONITOR	PHILIPS	190S	AV3A0749000883	2PAR	2008	CRITICO
1617		MICROSCOPIO	LEICA	DM2500	291590	2BCS	2008	NORMAL
1618		RESPIRADOR	DRAGER	BABYLOG 8000	ARZA-0042	2NEO	2008	CRITICO
1619		CALEFACTOR DE CUNAS	INDITHERM	CCU1	08/3208	2HPED	2008	NORMAL
1620		CALEFACTOR DE CUNAS	INDITHERM	CCU1	08/3207	2HPED	2008	NORMAL
1621		SACALECHES	MEDELA	LACTINA SELECT	642647	2HPED	2008	NORMAL
1622		LAMPARA DE FOTOTERAPIA	MEDELA	BILIMED	1197050	2HPED	2008	URGENTE
1623		LAMPARA DE FOTOTERAPIA	MEDELA	BILIBED	1195075	2HPED	2008	URGENTE
1624		DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	NIHON KOHDEN	TEC-7731K	81029	2HPED	2008	CRITICO
1625		SACALECHES	MEDELA	LACTINA SELECT	642646	2HOBG	2008	NORMAL
1627		FLUJOMETRO	MMS	0	PE08-9FLMB1822	2UROC	2008	NORMAL
1628		FLUJOMETRO	MMS	0	PE08-9FLMB1823	2UROC	2008	NORMAL
1629		FLUJOMETRO	MMS	0	PE08-9FLMB1821	2UROC	2008	NORMAL
1630		FLUJOMETRO	MMS	0	PE08-9FLMB1689	2UROC	2008	NORMAL
1633		FUENTE DE LUZ	OLYMPUS	XENON ESPAÑA 180	K23150A-1623	2ORLC	2008	URGENTE
1634	1133	MONITOR	SONY	LMB-1410	3303365	2ORLC	2008	URGENTE
1636		FIBROLARINGOSCOPIO	OLYMPUS	ENF TYPE T3	W700093	2ORLC	2008	NORMAL
1637		CUNA TERMICA	GE	PANDA IRES	HDJM50562	2PAR	2008	URGENTE
1638		CUNA TERMICA	GE	PANDA IRES	HDJM50563	2PAR	2008	URGENTE
1639		CUNA TERMICA	GE	PANDA IRES	HDJM50561	2HPED	2008	URGENTE
1640		RESPIRADOR	MAQUET	SERVO-I	34394	2HPED	2008	CRITICO
1641	3756	MONITOR	MAQUET	ABS	130418	2HPED	2008	CRITICO
1642		LAMPARA DE FOTOTERAPIA	MEDELA	BILIBED	1208933	2HPED	2008	URGENTE
1644		LAMPARA DE FOTOTERAPIA	MEDELA	BILIMED	1197052	2HPED	2008	URGENTE
1645		OFTALMOSCOPIO	RIESTER	RI-FORMER	011834	2HPED	2008	NORMAL
1646		COLPOSCOPIO	ZEISS	KSK 150-FC	6022508944	2GINP	2008	URGENTE
1647		HISTEROSCOPIO	GYNECARE	VERSAPOINT	0820053	2UCA	2008	CRITICO

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

1650		BIPAP	RESPIRONICS	VISION VENTILATORY SYSTEMS	128634	2HOS62	2008	URGENTE
1651		BIPAP	RESPIRONICS	VISION VENTILATORY SYSTEMS	132113	2HOS62	2008	URGENTE
1653		POLIGRAFO	EMBLA	EMBLETTA X10 SYSTEM	C0811063-EB2-0440	2NMLP	2008	NORMAL
1657		ESPIROMETRO	MED GRAPHICS	CPFS/D	220001177	2NMLP	2008	NORMAL
1658		ESPIROMETRO	MED GRAPHICS	CPFS/D	220001172	2NMLC	2008	NORMAL
1660		ANALIZADOR BIOIMPEDANCIA	AKERN	BIA 101	BIA200802040	2DIALH	2008	NORMAL
1661		BIPAP	RESPIRONICS	VISION VENTILATORY SYSTEMS	132127	2HUC	2008	URGENTE
1662		POLIGRAFO	EMBLA	EMBLETTA X10 SYSTEM	C0811063-EB2-0440	2NMLP	2008	NORMAL
1663		PULSIOXIMETRO	NIHON KOHDEN	OLV-2700 K	00277	2URG	2008	NORMAL
1664		PULSIOXIMETRO	NIHON KOHDEN	OLV-2700 K	00172	2URG	2008	NORMAL
1665		PULSIOXIMETRO	NIHON KOHDEN	OLV-2700 K	00276	2URG	2008	NORMAL
1666		PULSIOXIMETRO	NIHON KOHDEN	OLV-2700 K	00275	2URG	2008	NORMAL
1668		PULSIOXIMETRO	NIHON KOHDEN	OLV-2700 K	00661	2URG	2008	NORMAL
1669		PULSIOXIMETRO	NIHON KOHDEN	OLV-2700 K	00665	2URG	2008	NORMAL
1670		PULSIOXIMETRO	NIHON KOHDEN	OLV-2700 K	00286	2URG	2008	NORMAL
1671		PULSIOXIMETRO	NIHON KOHDEN	OLV-2700 K	00664	2URG	2008	NORMAL
1672		PULSIOXIMETRO	NIHON KOHDEN	OLV-2700 K	00659	2URG	2008	NORMAL
1673		PULSIOXIMETRO	NIHON KOHDEN	OLV-2700 K	00663	2URG	2008	NORMAL
1682		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP40	DE72811974	2URG	2008	NORMAL
1685		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP40	DE72811979	2DIALH	2008	NORMAL
1688		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP40	DE72811991	2URG	2008	NORMAL
1691		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP40	DE72811958	2URG	2008	NORMAL
1697		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP40	DE72812004	2URG	2008	NORMAL
1700		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP40	DE72811997	2URG	2008	NORMAL
1703		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP40	DE72811981	2URG	2008	NORMAL
1706		PULSIOXIMETRO	NIHON KOHDEN	OLV-2700 K	00171	2URG	2008	NORMAL
1707		ECOGRAFO	PHILIPS	HD 3	A81202300004546	2GINP	2008	URGENTE
1708	1707	MONITOR	PHILIPS	AY-439-MNT 00	A81202209900593	2GINC	2008	URGENTE
1709	1707	VIDEOIMPRESORA	SONY	UP-897MD	-----	2GINC	2008	URGENTE
1710	1707	SONDA ECOGRAFO	PHILIPS	C9-4ec	A84900011203214	2GINC	2008	URGENTE
1711	1707	SONDA ECOGRAFO	PHILIPS	C5-2	A82919310005767	2GINC	2008	URGENTE
1716		SILLON DE EXPLORACION	FIMET	F1	07010571	2ORLC	2008	NORMAL
1717		SILLON DE EXPLORACION	FIMET	F1	07010566	2HOS52	2008	NORMAL
1718		SILLON DE EXPLORACION	FIMET	F1	08010005	2ORLC	2008	NORMAL
1719		CABINA DE AUDIOMETRIA (INFANTIL)	EYMESA	-----	-----	2ORLC	2008	URGENTE
1720		CABINA DE AUDIOMETRIA (ADULTO)	REDUSON	-----	-----	2ORLC	2008	URGENTE
1721		REENVASADORA	STROCAR	HF100A	1020	2FAR	2008	URGENTE
1722	1721	IMPRESORA	DATAMAX	MCLASS	-----	2FAR	2008	URGENTE
1723	1721	CPU P/ REENVASADORA	SONY	COOL	90003 03279	2FAR	2008	URGENTE
1724	1721	MONITOR	HNC	AG191D	711HT2AY02100	2FAR	2008	URGENTE
1725		ASPIRADOR	SURGIPATH	CCS	071512424	2APA	2008	NORMAL
1726		ESPIROMETRO	SIBELMED	DATOSPIR 110C	118-H028	2ALGC	2008	NORMAL
1728		CENTRIFUGA	THERMO	HERAEUS MULTIFUGE 1L-R	40847993	2ALGC	2008	URGENTE
1729		LAMPARA WOOD	LUXIT	VISTA	-----	2DERC	2008	NORMAL
1730		LAMPARA WOOD	LUXIT	VISTA	-----	2DERC	2008	NORMAL
1731		DERMATOSCOPIO	HEINE	DELTA 10	-----	2DERC	2008	NORMAL
1732		DERMATOSCOPIO	HEINE	DELTA 10	-----	2DERC	2008	NORMAL
1734		LASER	LEVEL	LEVELASER EZ1	3EZ218	2FIS	2008	URGENTE
1735		LASER	LEVEL	LEVELASER EZ1	3EZ220	2FISX	2008	URGENTE
1740		VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX	EG-290KP	G121545	2DIGP	2008	NORMAL
1744		FIBROSCOPIO DE INTUBACION	PENTAX MEDICAL	FI168S	G10628	2NMLP	2008	CRITICO

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

1745	1744	FUENTE DE LUZ	PENTAX	LH-150PC	M017536	2NMLP	2008	NORMAL
1747		NEBULIZADOR	MEDTRONIC	PRO	AP-083635	2HUC	2008	NORMAL
1748		NEBULIZADOR	MEDTRONIC	PRO	AP-083611	2HUC	2008	NORMAL
1753	1177	BINOCULAR LASER VERDE	HEINE	IRIS MEDICAL	0344	2OFTC	2008	NORMAL
1754		TONOMETRO	PERKINS	HA-2	24175	2OFTC	2008	NORMAL
1755		INCUBADORA	GE	GIRAFFE	HDHM50042	2NEO	2008	NORMAL
1756		ESPIROMETRO	SIBELMED	DATOSPIR 110C	118-H029	2ALGC	2008	NORMAL
1757		BALANZA ELECTRONICA	AND	EK-1200i	P 1862325	2ALGC	2008	NORMAL
1758		PLATO AGITADOR	STUART	CC162	R000100449	2ALGC	2008	NORMAL
1761		PLATO AGITADOR(CON CALEFACCION)	STUART	CB302	R000101752	2ALGC	2008	NORMAL
1762	1761	TERMOMETRO	STUART	SCT1	R000100511	2ALGC	2008	NORMAL
1764	0000	AUDIOMETRO	MAICO	MA 50	7886183	2ORLC	2008	CRITICO
1765		ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	F8A58933A	2QUI	2008	URGENTE
1766		ELECTROBISTURI	OLYMPUS	PK	0622708	2QUI	2008	URGENTE
1767		MONITOR	BIS	VISTA	VT06762	2QUI	2008	NORMAL
1769		MONITOR	BIS	VISTA	VT5885	2QUI	2008	NORMAL
1770		ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	F8A59088A	2QUI	2008	URGENTE
1771		CALENTADOR DE AIRE	NELLCOR	WARM TOUCH	CI0807J 109	2QUI	2008	NORMAL
1773		ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	F8A59115A	2QUI	2008	URGENTE
1774		TORNIQUETE DE ISQUEMIA	VBM	4500 ELC	0706-45750	2QUI	2008	NORMAL
1775		CALENTADOR	HOT LINE	LEVEL 1	2500 0480	2QUI	2008	NORMAL
1776		BAÑO TERMICO	RAYPA	BAD-4	29126	2QUI	2008	NORMAL
1777		ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	F8A59100A	2QUI	2008	URGENTE
1778		MONITOR	BIS	VISTA	VT06668	2QUI	2008	NORMAL
1779		MESA QUIRURGICA	MAQUET	ORTHOSTART	00685	2QUI	2008	URGENTE
1780		SIERRA	MEDICON	OSCILLO COMPAQ	15832	2TRAC	2008	URGENTE
1781		SIERRA	MEDICON	OSCILLO COMPAQ	15826	2UCA	2008	NORMAL
1782	1783	BOMBA DE IRRIGACION	MEDTRONIC	ENDO-SCRUB 2	14129	2QUI	2008	URGENTE
1783		CONSOLA IRRIGACION	MEDTRONIC	XPS 3000	114140	2QUI	2008	URGENTE
1785		BAÑO TERMICO	RAYPA	BAD-4	29128	2QUI	2008	NORMAL
1786		SIERRA	MEDICON	OSCILLO COMPAQ	15836	2TRAC	2008	URGENTE
1787		RESPIRADOR	DRAGER	OXYLOG 2000	SRZD-0014	2REA	2008	CRITICO
1788		MONITOR	DRAGER	INFINITY GAMMA XL	5514282959	2REA	2008	URGENTE
1789		CALENTADOR DE AIRE	NELLCOR	WARM TOUCH	CI1207J 186	2REA	2008	NORMAL
1790		CALENTADOR	HOT LINE	LEVEL 1	2004 0662	2REA	2008	NORMAL
1795		ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	F8A59092A	2UCA	2008	URGENTE
1796		ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	F8A59117A	2UCA	2008	URGENTE
1797		ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	F8A59094A	2DERCX	2008	URGENTE
1798		CALENTADOR DE AIRE	NELLCOR	WARM TOUCH	CI0807J 111	2UCA	2008	NORMAL
1799		SIERRA	MEDICON	OSCILLO COMPAQ	15824	2QUI	2008	NORMAL
1800		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	PK	800506197	2UCA	2008	NORMAL
1801		BOMBA DE JERINGA	ALARIS	PK	800506193	2UCA	2008	NORMAL
1802		CONSOLA	CONMED	PRO 2000	BBC94564	2UCA	2008	CRITICO
1803		TORRE DE LAPAROSCOPIA	KARL STORZ	0	0	2UCA	2008	CRITICO
1804	1803	MONITOR	KARL STORZ	HD	08-114177	2UCA	2008	CRITICO
1806	1803	FUENTE DE LUZ	STORZ	XENON NOVA 300	CB641559	2UCA	2008	CRITICO
1807	1803	PROCESADOR DE VIDEO	KARL STORZ	22201020-104	DB650711-P	2UCA	2008	CRITICO
1808	1803	BOMBA	STORZ	THERMOFLATOR	26432020	2UCA	2008	CRITICO
1809		DVD	SONY	RDR-HDX870	4519091	2UCA	2008	CRITICO
1810		SISTEMA OFTALMOLOGICO	OPTIKON	CRYOLINE	481AW	2UCA	2008	URGENTE
1811		SISTEMA DOBLE LASER	STEUTE	ARC	01642	2UCA	2008	URGENTE
1814	1078	ESTACION DE TRABAJO(CPU)	FUJITSU-SIEMENS	-----	YK7V049238	2DIGP	2008	NORMAL
1815	0000	MESA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS GS	ARZC-0024	2DIGP	2008	URGENTE
1816	1815	MONITOR	DRAGER	INFINITY DELTA	5399417156	2DIGP	2008	URGENTE
1818		CAMILLA BOBATH 2 SECCIONES	AKRON	4412/3031	0632582	2FIS	2008	NORMAL

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

1819		CAMILLA 3 SECCIONES	AKRON	1442/4060	0632587	2FIS	2008	NORMAL
1820		NEVERA	AMCOR	UNIC 1000	110712100026007	2FAR	2008	URGENTE
1822		DEFIBRILADOR AUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAC 1000	35911833	2HOS52	2008	CRITICO
1823		LARINGOSCOPIO	HERSILL	MEGARAY	0	2HUC	2008	NORMAL
1824		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	08460033	2HPED	2009	NORMAL
1825		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07311334	2HPED	2008	NORMAL
1833		NEVERA	LIEBHERR	KT1430	419264697	2APA	2008	URGENTE
1845		CALIENTA BIBERONES	RAYPA	BAE-2	29427	2URG	2008	NORMAL
1846		MONITOR DE TRANSPORTE	PHILIPS	INTELLIVUE X2	DE73607073	2HUC	2008	URGENTE
1857		LARINGOSCOPIO	HERSILL	0	0	2ORLC	2008	NORMAL
1858		BIOMETRO	CARL ZEISS	IOLMASTER XP	1000551	2OFTC	2009	NORMAL
1860		BASE OFTALMOSCOPIO	HEINE	EN50	1105030746	2OFTC	2008	NORMAL
1861		ANGIOGRAFO	ZEISS	VISUCAM NM FA/AF	993667	2OFTC	2009	NORMAL
1862	1861	RETINOGRAFO	ZEISS	STRATUS	3001-0346	2OFTC	2009	NORMAL
1863		OFTALMOSCOPIO	HEINE	EN50	1158675	2OFTC	2008	NORMAL
1864		OFTALMOSCOPIO	HEINE	EN50	1208766	2OFTC	2008	NORMAL
1866		LARINGOSCOPIO	RIESTER	0	0	2DERC	2008	NORMAL
1867		LARINGOSCOPIO	RIESTER	0	0	2DERC	2008	NORMAL
1868		LAMPARA DE FOTOTERAPIA	AKTILITE	CL128	2501	2DERC	2008	NORMAL
1869		CENTRIFUGA	KUBOTA	2420	HY3687-M000	2DIGC	2008	URGENTE
1870		LARINGOSCOPIO	RIESTER	0	0	2ALGC	2008	NORMAL
1871		LARINGOSCOPIO	RIESTER	0	0	2ALGC	2008	NORMAL
1872		PESABEBES	SECA	BMI 376	5376331064871	2ALGC	2008	NORMAL
1873		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	N560	01108030347	2ALGC	2008	NORMAL
1875		AGITADOR	IKA	VG3	01.489282	2ALGC	2008	NORMAL
1876		BALANZA ELECTRONICA	AND	GF-200	14685581	2ALGC	2008	NORMAL
1877		BALANZA ELECTRONICA	SOEHNLE	0	0	2ALGC	2008	NORMAL
1878		ANALIZADOR DE MASA CORPORAL	TANITA	TBF-300	07090590	2ONCC	2008	NORMAL
1879	1878	BALANZA ELECTRONICA	ABBOTT	0	0	2ONCC	2008	NORMAL
1881	1880	MONITOR	PHILIPS		0	2OBSC	2008	URGENTE
1882	1880	VIDEO IMPRESORA	SONY		0	2OBSC	2008	URGENTE
1883	1880	SONDA ECOGRAFO	PHILIPS	PB-C5-2 A1	A82919310005769	2OBSC	2008	URGENTE
1884	1880	SONDA ECOGRAFO	PHILIPS	PB-C9-4/10-A2	A84900011203220	2URG	2008	URGENTE
1885		TENSIOMETRO	OMRON	HEM-7000-E	20070106932LF	2OBSC	2008	NORMAL
1886		MONITOR FETAL	PHILIPS	AVALON FM20	DE53008232	2PAR	2008	URGENTE
1887		ECOGRAFO	PHILIPS	HD3-EXP-V2	A81202300004557	2GINC	2008	URGENTE
1891	1887	SONDA ECOGRAFO	PHILIPS	PB-C5-2-A1	A81919310005499	2GINC	2008	URGENTE
1892		CAMILLA 4 SECCIONES	AKRON	1442C	0	2FIS	2008	NORMAL
1893		MICROONDAS	MEDICAL ITALIA	RADARMED 2500CP	XX2860405	2FIS	2008	NORMAL
1895		NEVERA	SCLAB	FAF-500	08/2104-04	2FAR	2008	URGENTE
1896		NEVERA	AMCOR	UNIC 1000	110712140044002	2FAR	2008	URGENTE
1898		MONITOR HEMODIALISIS	GAMBRO	AK200	18211	2DIALH	2008	NORMAL
1899		MONITOR HEMODIALISIS	GAMBRO	AK200	18329	2DIALH	2008	NORMAL
1900		MONITOR HEMODIALISIS	GAMBRO	AK200	18208	2DIALH	2008	NORMAL
1901		CALIENTA SUEROS	GAMBRO	MEDICALE	0807036	2DIALH	2008	NORMAL
1902		CALIENTA SUEROS	GAMBRO	PDH200	5383	2DIALH	2008	NORMAL
1903		MONITOR HEMODIALISIS	GAMBRO	AK200	18330	2DIALH	2008	NORMAL
1909		MICROSCOPIO	LEICA	DM1000	298332-042008	2APA	2008	NORMAL
1910		EQUIPO DE ISQUEMIA	VBM	INFUSOR A PRESION 100	0611-739	2GINP	2008	NORMAL
1912		CABINA DE ESPIROMETRIA	MEDGRAPHICS	ELITE DL	211000558	2NMLP	2008	URGENTE
1919		HOLTER	MMS	ORION 2	08800633	2DIGP	2008	NORMAL
1923		ECOGRAFO	GE	VIVID S6	0254VS6	2CARP	2008	URGENTE
1927		POLIGRAFO	EMBLA	EMBLETTA X10 SYSTEM	C0821052-EB2-0440	2NMLP	2008	NORMAL
1928		POLIGRAFO	EMBLA	EMBLETTA X10 SYSTEM	C0811084-EB2-0440	2NMLP	2008	NORMAL

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

1929		POLIGRAFO	EMBLA	EMBLETTA X10 SYSTEM	C0821005-EB2-0440	2NMLP	2008	NORMAL
1930		POLIGRAFO	EMBLA	EMBLETTA X10 SYSTEM	C0821062-EB2-0440	2NMLP	2008	NORMAL
1934		MONITOR DE GASTO CARDIACO	EDWARDS	VIG2E	VG007409	2HUC	2008	URGENTE
1935		RESPIRADOR	DRAGER	OXYLOG 3000	SRZD-0077	2URG	2008	CRITICO
1938		DESFIBRILADOR AUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAK 1000	35911821	2UEX	2008	CRITICO
1941		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384505	2PAR	2008	NORMAL
1942		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07384446	2UCA	2008	NORMAL
1943		ECOGRAFO	SIEMENS	SONOLINE G20	JB01064	2UCA	2008	NORMAL
1945	1943	SONDA ECOGRAFO	SIEMENS	08647542	AR84582	2UCA	2008	URGENTE
1948		MESA QUIRURGICA	RINI	650033	814-03	2UCA	2008	URGENTE
1949	1524	VAPORIZADOR	MITTEK	VAPR3	0721354	2UCA		
1950		MONITOR BIS	BIS	VISTA	VT07212	2UCA	2008	NORMAL
1951		CALENTADOR DE AIRE	NELLCOR	WARM TOUCH	CI0108J036	2UCA	2008	NORMAL
1952		CALENTADOR DE AIRE	NELLCOR	WARM TOUCH	CI608J 085	2UCA	2008	NORMAL
1954		ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE FX	F8A59095A	2QUI	2008	URGENTE
1956		MONITOR	BIS	VISTA	VT07213	2QUI	2008	NORMAL
1957		CUNA TERMICA	GE	PANDA IRES	HDJM50687	2PAR	2008	URGENTE
1958		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US83302518	2REA	2009	NORMAL
1959		PESABEBES	SECA	BMI 376	5376001076733	2PAR	2008	URGENTE
1961		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	N-600X	G08802848	2PAR	2008	NORMAL
1962		MONITOR FETAL	PHILIPS	AVALON FM20	DE53008204	2PAR	2008	URGENTE
1963		MONITOR FETAL	PHILIPS	AVALON FM20	DE53008208	2PAR	2008	URGENTE
1966		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	08061030	2HUC	2008	NORMAL
1967		BASCULA	SECA	BMI 704	5704073079061	2HOS53	2008	NORMAL
1968		DOPPLER	DWL	MULTIDOP X	MDX 0576	2HOS61	2008	URGENTE
1969	1968	MONITOR	BELINEA			2HOS61	2008	URGENTE
1970	1968	SONDA	DWL	PW 2MHZ	08-4669	2HOS61	2008	URGENTE
1971	1968	SONDA	DWL	PW 4MHZ	08-3412	2HOS61	2008	URGENTE
1979	1618	HUMIDIFICADOR	FISHER PAYKEL	MR850ALV	080326008302	2HUC	2008	NORMAL
1980	1981	HUMIDIFICADOR	WILAMED	PMH5000	08530149P	2HPED	2008	URGENTE
1981		RESPIRADOR	VIASYS	INFANFLOW	AJN01961	2NEO	2008	CRITICO
1983	1982	SAI	ACTIVE			2HPED	2008	URGENTE
1984		PESABEBES	SECA	BMI 376	5376331064878	2HPED	2008	URGENTE
1985		OPTOTIPO	SUPORE	ACP-6	806061876	2OFTC	2008	NORMAL
1986		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US83306309	2URG	2009	NORMAL
1987		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	N-600X	G08817588	2NEO	2008	NORMAL
1989		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	N-600	G08802864	2NEO	2008	NORMAL
1991		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	N560	G08802743	2NEO	2008	NORMAL
1992		DESFIBRILADOR AUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAK 1000	35911825	2REHC	2008	CRITICO
1994		MONITOR	DELL		CN-OPF446-72872-83I	2ORLC	2008	URGENTE
1995	3504	IMPRESORA	HP	D4260	TH7CM525MX	2ORLC	2008	NORMAL
1996	3504	IMPULSOR Y SILLA	SYNAPSYS	MED4	0825176	2ORLC	2008	URGENTE
1997		ESTIMULADOR CALORICO AGUA	ATMOS	VAROTHERM PLUS	170019383-050383	2ORLC	2008	NORMAL
1998	3504	PROYECTOR	DELL	1209S	FPNR0D1	2ORLC	2008	URGENTE
2002		ORDENADOR PORTATIL P/ NAVEGADOR POTENCIALES EVOCADOS	HP	KE105RT#ABE	CNU8092NFC	2ORLC	2008	URGENTE
2003	2002	IMPRESORA	HP	D4260	TH7BH522Y2	2ORLC	2008	NORMAL
2004	2002	NAVEGADOR POTENCIALES EVOCADOS	BIO-LOG	580-SPBOX1001	08C11832G	2ORLC	2008	URGENTE
2005		OFTALMOSCOPIO	RIESTER	RI-FORME	019400	2PEDC	2008	NORMAL
2006		ANALIZADOR DE CONDUCTIVIDAD	WESCOR	3120	3120081375	2PEDC	2008	NORMAL
2007		DOSIMETRO	KOKO		0 2008KD025	2PEDC	2008	NORMAL
2009	2008	IMPRESORA	HP	DESKJET D4260	TH74A346F8	2PEDC	2008	NORMAL
2010		CRIBADO AUDITIVO	NATUS	ALGO 3I	91942	2HPED	2008	CRITICO

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

2015	0251	HOLTER ECG	GE	SEER LIGHT	P89010030	2CARP	2008	URGENTE
2016	0251	HOLTER ECG	GE	SEER LIGHT	P89010031	2CARP	2008	URGENTE
2020	0251	HOLTER T.A.	GENERAL ELECTRIC	TONOPORT	101184670	2CARP	2008	URGENTE
2027		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US83314698	2CARP	2009	NORMAL
2028		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US83314697	2DIGP	2009	NORMAL
2034		CAPNOGRAFO	MEDLAB	CAP10	1022	2NMPL	2008	NORMAL
2039		SELLADORA	TERUMO	T-SEAL II	2008-02023	2BCS	2008	NORMAL
2041		ELECTROCARDIOGRAFO	GE	MAC 1200 ST	550046448	2HOS62	2009	URGENTE
2042		DOPPLER	CONTEC	SONOTRAX B		2PAR	2008	NORMAL
2043		VIDEODUODENOSCOPIO	PENTAX	ED-3470TK	A120333	2DIGP	2008	NORMAL
2049	0234	CAMARA	SONY	DXC-390P	410736	2UCA	2008	URGENTE
2050		RESPIRADOR	MAQUET	SERVO-I	40998	2HUC	2008	URGENTE
2051		RESPIRADOR	MAQUET	SERVO-I	40999	2HUC	2008	URGENTE
2052		MONITOR FETAL	PHILIPS	AVALON FM20	DE53008226	2PAR	2008	URGENTE
2054		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	OXIMAX N-600X	G08817586	2HPED	2008	NORMAL
2055		ONDAS DE CHOQUE	SANRO	BTL-5000	5000-0382137	2FIS	2008	NORMAL
2056	2055	COMPRESOR	SANRO	BTL-5000SWT POWER	AWT-0141610	2FIS	2008	NORMAL
2057		CPU P/ CABINA PUVA				2DERC	2008	URGENTE
2058	2057	MONITOR	HANN.S.G	HSG 1027	8170Y3NA04132	2DERC	2008	URGENTE
2059	2057	CABINA DE PUVA	MEDISON	MEDISUN 2800-44-PC-AB	0907	2DERC	2008	URGENTE
2060	2057	PUVA PIES Y MANOS				2DERC	2008	URGENTE
2062		DESFIBRILADOR AUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAK 1000	35911834	2HPSQ	2008	CRITICO
2065		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07397608	2URG	2009	NORMAL
2066		MONITOR BIS	BIS	VISTA	VT06763	2QUI	2008	NORMAL
2067		ECOGRAFO	SONOSITE	MICROMAXX	03BLP8	2DIALH	2008	URGENTE
2068	2067	SONDA ECOGRAFO	SONOSITE	L38E/10-5MHZ	03C1NZ	2QUI	2008	URGENTE
2069	2067	SONDA ECOGRAFO	SONOSITE	C60E/5-2MHZ	03C275	2DIALH	2008	URGENTE
2077		ORDENADOR	DELL	OPTIPLEX	CXCSC3J	2CARP	2008	NORMAL
2079	2077	MONITOR	DELL	19"	7AU-00NH	2CARP	2008	NORMAL
2080	2077	IMPRESORA	HP	D4260	TH75E345P5	2CARP	2008	NORMAL
2083		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	08460251	2URG	2009	NORMAL
2084		CENTRAL DE MONITORIZACION	NIHON KOHDEN	NS-9701		2HOS62	2008	URGENTE
2085	2084	ORDENADOR	NIHON KOHDEN	MU-971RK	01178	2HOS62	2008	URGENTE
2086	2084	MONITOR TACTIL	NIHON KOHDEN	NKD-MCDFM19NKVTR	20007	2HOS62	2008	URGENTE
2088	2084	IMPRESORA	HP	LASERJET 2015	CNBW7CV80G	2HOS62	2008	URGENTE
2089	2084	ORG. CABINA PARA RECEPTORES DE TELEMETRIA	NIHON KOHDEN	ZR-920P	00010	2HOS62	2008	URGENTE
2096		CENTRAL DE MONITORIZACION	NIHON KOHDEN	CNS-9701		2HOS62	2009	URGENTE
2099	2096	PULSIOXIMETRO NELLCOR	NELLCOR	N-600X	G08830228	2HOS62	2008	NORMAL
2100		DOOPLER FETAL	HUNTLEIGH HEALTHCARE	MD200	752AX0100424-08	2PAR	2008	NORMAL
2101	2096	MONITOR MULTICANAL	NIHON KOHDEN	BSM-6701NE	00105	2HOS62	2009	NORMAL
2102	2096	MONITOR MULTICANAL	NIHON KOHDEN	BSM-6701NE	00287	2HOS62	2009	NORMAL
2103	2096	MONITOR MULTICANAL	NIHON KOHDEN	BSM-6701NE	00285	2HOS62	2009	NORMAL
2104	2096	MONITOR MULTICANAL	NIHON KOHDEN	BSM-6701NE	00301	2HOS62	2009	NORMAL
2105		IMPEDANCIOMETRO+PHMETRO	MMS / MEDICAL MEASUREMENT SYSTEMS	OHMEGA	08880228	2PEDC	2008	NORMAL
2106		HOLTER T.A.	SPACELABS	90207-5Q	207-057182	2NEFC	2008	NORMAL
2107		HOLTER T.A.	SPACELABS	90207-5Q	207-057185	2NEFC	2008	NORMAL
2108		HOLTER T.A.	SPACELABS HEALTHCARE	90207-5Q	207-057175	2CARP	2008	NORMAL
2109		HOLTER T.A.	SPACELABS	90217-5Q	217-014070	2NEFC	2008	NORMAL
2110		HOLTER T.A.	SPACELABS	90207-5Q	207-056754	2NEFC	2008	NORMAL
2111		VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX	EG-290KP	G121640	2DIGP	2008	NORMAL
2112		HOLTER T.A.	SPACELABS	90207-5Q	207-056739	2NEFC	2008	NORMAL
2113		RESPIRADOR	ELISEE	150	EL2D0804052	2HOS62	2009	URGENTE

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

2118		ESTIMULADOR	ORGANON	TOF-WATCH SX	16-2008058	2QUI	2008	URGENTE
2124		MICROSCOPIO	LEICA	S6 D	5591987	2REUC	2008	NORMAL
2125	2124	FUENTE DE LUZ	LEICA	L2	10446385	2REUC	2008	NORMAL
2126		MICROSCOPIO	LEICA	DM4000B	305160	2REUC	2008	NORMAL
2128	2127	FUENTE DE LUZ	PENTAX	LH-150PC	EB017214	2QUI	2008	CRITICO
2129	1461	INSUFLADOR DE CO2	STORZ	TERMOFLATOR	KC07574B	2QUI	2008	CRITICO
2130		NEVERA	CLIMAS	DW-HL328	80062009-SUS	2BCS	2008	URGENTE
2131		LECTOR DE MICROPLACAS	PHADIA	LUXSCAN 10K-A	100-0186	2ALGC	2008	NORMAL
2132	2131	CPU P/ LECTOR MICROPLACAS	LENOVO	LMIDHP8	970217G	2ALGC	2008	NORMAL
2133	2131	MONITOR	PHILIPS	190S	AU6A0805006210	2ALGC	2008	NORMAL
2134	2131	IMPRESORA	HP	DESKJET6980	0789355200079-5	2ALGC	2008	NORMAL
2135		CORTADORA DE HUESOS	MEDOC	BG-200M	367.769	2APA	2008	NORMAL
2136		MICROSCOPIO	LEICA	DM4000B	299960	2APA	2008	NORMAL
2137		MICROSCOPIO	LEICA	DM4000B	299955	2APA	2009	NORMAL
2138		BALANZA ELECTRONICA	OHAUS	BW15	RW368676LJ	2APA	2008	NORMAL
2140	1461	CONTROLADOR DE CAMARA	NEOMEDIC	IDC-1500	07050840	2QUI	2008	CRITICO
2141		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	N-600X	G08817516	2URG	2008	NORMAL
2142		NEVERA	SCLAB	CVN-40/275	08/2104-02	2ALGC	2008	NORMAL
2143		DEFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAK 12	37881354	2HOS62	2008	CRITICO
2146		DOSIMETRO	MARKOS MEFAR	MB3	2008KD025	2NMLP	2008	NORMAL
2147	2096	IMPRESORA	HP	P1505	VNCB00977	2HOS62	2008	NORMAL
2148		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	OXIMAX N-600X	G08830228	2HPED	2008	NORMAL
2149		HUMIDIFICADOR	FISHER&PAYKEL	MR850ALV	100211075577	2HUC	2008	NORMAL
2152		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	09202956	2HOS61	2008	NORMAL
2155		DETECTOR GAMMA	WORLD OF MEDICINE	0 021105		2QUI	2009	CRITICO
2156	1561	IMPRESORA	HP	LASERJET P2055DN	CNCKG95411	2HUC	2008	NORMAL
2160		PIPETA	COMECTA	DISPEN-VAR	060005	2LUR	2008	NORMAL
2161		PIPETA	COMECTA	DISPEN-VAR	060006	2LUR	2008	NORMAL
2162		PIPETA	COMECTA	DISPEN-VAR	060004	2LUR	2008	NORMAL
2165		VIDEOCOLONOSCOPIO	FUJINON	EC-530FL	2C496A020	2DIGP	2009	URGENTE
2167		DEFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	NIHON KOHDEN	TEC-5521K	84110	2HOS51	2009	CRITICO
2169		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	N-600X	G08830237	2URG	2009	NORMAL
2170		DEFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	NIHON KOHDEN	TEC-5521K	83717	2HOS53	2009	CRITICO
2171		MONITOR MULTICANAL	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	04071	2URG	2009	NORMAL
2172		PETACA DE MEDICION DE SANGRE	MEDTRONIC	MMT-7102W	G1021931 U CONF 4A6	2ENDC	2008	NORMAL
2174		ECOGRAFO	ALOKA	SSD-3500	M16516	2GINC	2010	URGENTE
2175	2174	MONITOR	ALOKA	IPF-1504	M02812	2GINC	2010	URGENTE
2176	2174	SONDA ECOGRAFO	ALOKA	UST9123	M23988C	2GINC	2010	URGENTE
2177	2174	SONDA ECOGRAFO	ALOKA	UST9124	M11828C	2GINC	2010	URGENTE
2178	2174	VIDEO IMPRESORA	SONY	UP-897 MD	179346	2GINC	2010	URGENTE
2179		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	09271962	2DIALH	2009	NORMAL
2180		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	09271966	2DIALH	2009	NORMAL
2181		ERGOMETRO	GE	CASE	2012492-009	2CARP	2009	URGENTE
2182	2181	MONITOR	G.E	MDC1900-1AC6	CCACXK4970029	2CARP	2009	URGENTE
2183	2181	MODULO TANGO	SUNTECH	TANGO +	M00004643	2CARP	2009	URGENTE
2184	2181	CINTA DE ESFUERZO	GE	T2100	SBC09395686SA	2CARP	2009	URGENTE
2185		ASPIRADOR DE SECRECIONES DE 90 L/MIN CON PEDAL	FAZZINI	F-100	080057	2HOS52	2009	NORMAL
2186		ARTROMOTOR DE RODILLA Y CADERA	ORMED	ARTROMOT-K4	8000015.11590	2HOS53	2009	URGENTE
2187		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	09312272	2HOS53	2009	NORMAL
2188		MEZCLADOR DE ALTO FLUJO	BIO-MED	2002F70	225K09B090909	2HPED	2009	URGENTE
2189	3756	HUMIDIFICADOR	FISHER&PAYKEL	MR850	90512049735	2HPED	2009	URGENTE
2190		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	N560	011109050095	2HDPS	2009	NORMAL

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

2193		RESPIRADOR	VIASYS	INFANFLOW	AKN02258	2NEO	2009	CRITICO
2194	2193	HUMIDIFICADOR	WILAMED	PMH5000	P9530214P	2HPED	2009	URGENTE
2195		VAPOTHERM	VAPOTHERM	PRECISION FLOW	PF00001780-P	2HPED	2009	CRITICO
2198		LASER DEL HOLMO	DORNIER	H20-807	MEDILAS H	2QUI	2009	CRITICO
2199		CONSOLA MOTOR	STRYKER	CORE	0912708503	2QUI	2009	URGENTE
2200		CARDIOTOCOGRAFO	PHILIPS	AVALON FM20	DE53010537	2PAR	2009	NORMAL
2201		CARDIOTOCOGRAFO	PHILIPS	AVALON FM20	DE53010516	2PAR	2009	NORMAL
2202		CARDIOTOCOGRAFO	PHILIPS	AVALON FM20	DE53008257	2PAR	2009	NORMAL
2205		ESTIMULADOR	ORGANON	TOF-WATCH SX	07-2007029	2QUI	2009	URGENTE
2208		MONITOR MULTICANAL	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	04068	2URG	2009	NORMAL
2209		EQUIPO OXIDO NITRICO	ECO MEDICS	CLD 88 SP	88SP0785	2NMLP	2009	NORMAL
2210	2209	ESPIROMETRO	ECO MEDICS	DENOX 88	88DX0179	2NMLP	2009	NORMAL
2211	2209	MONITOR	DELL		CN-0C888H-74445-918	2NMLP	2009	NORMAL
2212	2209	CPU P/ EQUIPO OXIDO NITRICO	DELL	OPTIPLEX 760	4N5BJ4J	2NMLP	2009	URGENTE
2215	0251	HOLTER T.A.	GENERAL ELECTRIC	TONOPORT	101181836	2CARP	2009	URGENTE
2216		OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	TOPCON	PS-12	613945	2OFTCX	2009	NORMAL
2217		LAMPARA DE HENDIDURA	TOPCON	SL-D7	703608	2OFTCX	2009	NORMAL
2218		LAMPARA DE HENDIDURA	TOPCON	SL-D7	703487	2OFTCX	2009	NORMAL
2219		OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	TOPCON	ID10	614099	2OFTCX	2009	NORMAL
2220		LAMPARA DE HENDIDURA	TOPCON	SL-D7	703347	2OFTCX	2009	NORMAL
2221		REFRACTOMETRO	TOPCON	KR-8800	4120447	2OFTCX	2009	NORMAL
2222		PROYECTOR DE OPTOTIPOS	TOPCON	ACP-8	150369	2OFTCX	2009	NORMAL
2223		PROYECTOR DE OPTOTIPOS	TOPCON	ACP-8	150277	2OFTCX	2009	NORMAL
2224		PROYECTOR DE OPTOTIPOS	TOPCON	ACP-8	150398	2OFTCX	2009	NORMAL
2226		OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	TOPCON	PS-12	614152	2OFTCX	2009	NORMAL
2228		MARCAPASOS EXTERNO	ST.JUDE MEDICAL	0	0	2HUC	2009	URGENTE
2229		MARCAPASOS EXTERNO	ST. JUDE MEDICAL	0	0	2HUC	2009	URGENTE
2230		TORRE DE DIAGNOSTICO OTORRINO	TGH	ENDODIGI	0	2ORLC	2009	URGENTE
2231		MICROSCOPIO	LEICA	DM4000B	302589	2APA	2009	NORMAL
2233		EXOFTALMOMETRO	OCULUS	52400	0109	2OFTC	2009	NORMAL
2235		GRABADORA DIGITAL	OLYMPUS	DS-5000	4467	2APA	2009	NORMAL
2236		DEFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	NIHON KOHDEN	TEC-5521K	83718	2HOS61	2009	CRITICO
2237	2100	SONDA	HUNTLEIGH HEALTHCARE	SONICAID-MD200	752AX0100424-08	2PAR	2008	URGENTE
2238		CENTRIFUGA	HERMLE	Z-400	48060082	2APA	2008	URGENTE
2240		MONITOR HEMODIALISIS	GAMBRO	AK200	18976	2DIALH	2008	NORMAL
2241		BASCULA	SECA	BMI 704	5704067078784	2HPSQ	2008	NORMAL
2242		MESA DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	AVANCE	ANBP00342	2QUI	2009	URGENTE
2243	2242	MONITOR MULTIPARAMETRICO	G.E	D-FPD15-00	DTJ50122565	2QUI	2009	URGENTE
2244	2242	PORTA MODULOS	G.E	F-CU8-12-V61	6603493	2QUI	2009	NORMAL
2245	2242	MODULO DE ESTIMULACION	G.E	E-NMT-00	6591420	2QUI	2009	URGENTE
2246	2242	MODULO MULTICANAL	G.E	E-PRESTN-00	6601460	2QUI	2009	URGENTE
2248		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US93622934	2HOS63	2009	NORMAL
2251		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07311358	2HPSQ	2009	NORMAL
2252		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07324902	2HPSQ	2009	NORMAL
2254		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07397761	2QUI	2009	NORMAL
2256		EQUIPO DE TRATAMIENTO POR ONDAS DE CHOQUE	ARIES	DORNIER AR2	0048	2REHC	2009	URGENTE
2262		HOLTER ECG	GE	SEER LIGHT	P87080296	2CARP	2009	URGENTE
2264	2266	MONITOR	NEOVO	TS-15	V1TS5SAA742	2ORLC	2009	NORMAL
2265	2266	ORDENADOR P/ EQUIPO VIDEO CAPTURADORA	HP COMPAQ	0	CZC9071FTH	2ORLC	2009	NORMAL
2266	1633	VIDEO CAPTURADORA DE IMAGEN Y SONIDO	ENDOVUE	M-H2250-2400 PAL	M63102B-13749	2ORLC	2009	NORMAL
2267		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	08074594	2HUC	2009	NORMAL
2268		SET DE MONITORIZACION DE	NIHON KOHDEN	TG-920P	03701	2HOS62	2009	NORMAL

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

		CO2						
2273	2271	TELEMETRIA	PHILIPS	M2727A	DE30743623	2PAR	2009	NORMAL
2279		TONOMETRO	REICHERT 7	AUTO TONOMETER	00789-0110	2OFTCX	2009	NORMAL
2280		DEFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	NIHON KOHDEN	TEC-5521K	83930	2CARP	2009	CRITICO
2281		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP40	DE72811968	2URG	2009	NORMAL
2284		MONITOR MULTICANAL	NIHON KOHDEN	BSM-2351K	04072	2URG	2009	NORMAL
2285		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	07324925	2CEXX	2009	NORMAL
2294		ESPIROMETRO	MED GRAPHICS	CPFS/D	220002047	2NMLP	2009	NORMAL
2295		ESPIROMETRO	JAEGER	MSC POWER UNIT	03Q00090	2NMLC	2009	NORMAL
2297		MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	VM4	US94340489	2QUI	2010	NORMAL
2298		MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	VM4	US94340490	2QUI	2010	NORMAL
2301		BASCULA	SECA	BMI 704	5704067078714	2HPSQ	2010	NORMAL
2302		MONITOR MULTIPARAMETRICO	WELCH ALLYN	VSM 300	JA091225	2HOS63	2010	NORMAL
2303	2302	MONITOR MULTIPARAMETRICO	WELCH ALLYN	VSM 300	JA091226	2DIGC	2010	NORMAL
2304	2135	CORTADORA DE HUESO	BIO-MED	TRACER	09091021	2QUI	2010	NORMAL
2306		MONITOR MULTIPARAMETRICO	WELCH ALLYN	VSM 300	JA092886	2ALGC	2010	NORMAL
2307		MONITOR MULTIPARAMETRICO	WELCH ALLYN	VSM 300	JA092887	2ENDC	2010	NORMAL
2308		MONITOR MULTIPARAMETRICO	WELCH ALLYN	VSM 300	JA092884	2MIRC	2010	NORMAL
2310		PESABEBES	SECA	376	5376322096380	2PAR	2010	NORMAL
2311		FLUOROSCOPIO	FM CONTROL	XISCAN 4"	10/151	2QUI	2010	CRITICO
2312	2311	MONITOR	MATRIX	ST-TM19C1L	0902030870007	2QUI	2010	CRITICO
2313	2320	ADAPTACION DE LASER CO2 QUIRURGICO	DIAGNISCAN	ACUPULSE 40 ST	LB-1023270	2QUI	2010	CRITICO
2320		LASER QUIRURGICO DE CO2	LUMENIS	ACUPULSE 40W (920GA-000080)	36-S2	2QUI	2010	CRITICO
2321	2323	MONITOR	FLEXSCAN	S1921	73462059	2QUI	2010	URGENTE
2322	2323	MONITOR	PHILIPS	200P8M6	103460	2QUI	2010	URGENTE
2323		NAVEGADOR DE OTORRINO	COLLIN	DIGIPOINTER 6200	DGP235/0914020P	2QUI	2010	URGENTE
2324	2323	PROCESADOR DE VIDEO	ENDOVUE	M-CAM 3500	K46050A	2QUI	2010	URGENTE
2326		FOTOFORO	HEINE	MPACK	2 163053	2QUI	2010	NORMAL
2329	2332	FUENTE DE LUZ	OLYMPUS	EVIS EXERA II CLV-180 300W	7015048	2QUI	2010	URGENTE
2330	2332	INSUFLADOR DE CO2	OLYMPUS	UHI-3		2QUI	2010	URGENTE
2332		TORRE DE ENDOSCOPIA	OLYMPUS	WM-NP1	21 006327	2QUI	2010	CRITICO
2333		ELECTROBISTURI	SUTTER	CURIS	BM-17000201100425	2QUI	2010	CRITICO
2335		INCUBADORA	GE	GIRAFFE	HDHP50603	2NEO	2010	NORMAL
2336		ELECTROBISTURI DE ARGON	ERBE	VIO-200S	11307736	2DIGP	2010	URGENTE
2337		CRIOSTATO	LEICA	CM1950	1317	2APA	2010	URGENTE
2339		ECOGRAFO	ALOKA	SS-3500 SX	M16969C	2GINC	2010	URGENTE
2341	2339	IMPRESORA	SONY	SSD-3500SX	187219	2DIGC	2010	URGENTE
2342		ECOGRAFO	ALOKA	ALPHA 6	M00531	2DIGP	2010	URGENTE
2344	2342	IMPRESORA	SONY	UPDB97	150448	2DIGP	2010	URGENTE
2345		ECOGRAFO	SONOSITE	NANOMAXX	03JPXD	2ANE	2010	URGENTE
2346	2345	SONDA ECOGRAFO	SONOSITE	C60N/5-2	03F8HR	2ANE	2010	URGENTE
2347	2345	SONDA ECOGRAFO	SONOSITE	L38N/10-5	03FTC8	2ANEC	2010	URGENTE
2348		MESA HIDRAULICA	-----	-----	MR.29.190 HR	2NRLC	2010	NORMAL
2349		ELECTROBISTURI	FAZZINI	DIATROM	2875670507	2DERC	2008	NORMAL
2350	0034	SILLON QUIRURGICO	STRYKER	SURGISTOOL II	0803106589	2UCA	2008	URGENTE
2351		SILLON QUIRURGICO	STRYKER	SURGISTOOL II	0803106588	2UCA	2008	URGENTE
2352		CAMILLA HIDRAULICA PARA PREANESTESIA	SCHMITZ	285.100	C02369-N	2UCA	2010	URGENTE
2353		CAMILLA HIDRAULICA PARA PREANESTESIA	SCHMITZ	285.100	C02370-N	2QUI	2010	URGENTE
2355		TRACCION CERVICAL	TRUC-TRAC	TT98220	90324B	2FISX	2010	NORMAL
2356		MICROONDAS	PHISIOMED	PHISIOTERM-M	04-900-19167	2FISX	2010	NORMAL
2357		MICROONDAS	PHYSIOMED	PHISIOTERM-M	03-900-19031	2FISX	2010	NORMAL

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

			ELEKTROMEDIZIN AG					
2360		ULTRASONIDOS	ROLAND	DT 20	775	2FISX	2010	NORMAL
2363		MESA HIDRAULICA	AKRONTERAPY	9221A	93367-9319	2FISX	2010	NORMAL
2364		MESA HIDRAULICA	AKRONTERAPY	9221A	93369-9319	2FISX	2010	NORMAL
2365		MESA HIDRAULICA	ARKONTERAPY	9221A	93368-9319	2FISX	2010	NORMAL
2366		MESA HIDRAULICA	AKRONTERAPY	9221A	93253-9307	2FISX	2010	NORMAL
2369		MESA HIDRAULICA	ORTOTECSA	F-28-8H2	3282	2FISX	2010	NORMAL
2370		MESA HIDRAULICA	ORTOTECSA	F-28-8H2	2876	2FISX	2010	NORMAL
2371		ELECTROESTIMULADOR	SANRO	BTL-4000	400-00-1960	2FISX	2010	NORMAL
2373		MINICLAVE	MATACHANA	21EX	32707	2DERCX	2010	URGENTE
2374		ELECTROESTIMULADOR	SMITH NEPHEW	-----	02111059	2FISX	2010	NORMAL
2375		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE84315399	2REA	2010	URGENTE
2376		MONITOR MULTICANAL	PHILIPS	MP60	DE84315399	2REA	2010	URGENTE
2379		CONTROLADOR DE HELIO	CARBUROS METALICOS	75631	09031450	2HUC	2008	NORMAL
2381		RESPIRADOR	PHILIPS	V60	100016614	2HUC	2010	URGENTE
2382		OFTALMOSCOPIO	HEINE	OMEGA 500	1314260	2OFTC	2010	NORMAL
2383		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	10181636	2DIALH	2010	NORMAL
2384		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	10181634	2DIALH	2010	NORMAL
2387		HOLTER T.A.	GENERAL ELECTRIC	TONOPORT V	TONO0878	2CARP	2010	URGENTE
2389		OPTOTIPO	SUPORE	ACP-6	206061899	2OFTC	2009	NORMAL
2391		BASCULA	SECA	877	5877212101996	2HPED	2010	URGENTE
2393		MEDIDOR DE PRESION INTRACOMPARTIMENTAL	STRYKER	295-1	1008801693	2QUI	2010	URGENTE
2395		OPTOTIPO	SHIN-NIPPON	CP-500	38904	2OFTC	2010	NORMAL
2396		LAMPARA DE HENDIDURA	HAAG STREIT	BP 900	01938	2OFTC	2010	NORMAL
2398		DERMATOSCOPIO DIGITAL	FOTOFINDER	DERMATOSCOPE	G200596	2DERC	2010	NORMAL
2399	2398	CAMARA DIGITAL	FOTOFINDER	MEDICAM 800 FULLHD	MC8001027845	2DERC	2010	NORMAL
2400	2398	MONITOR	FOTOFINDER	EIZO	22477099	2DERC	2010	NORMAL
2402		SELLADORA BOLSAS SANGRE	LJUNGBERG & KOGEL AB	CR6-PS	0610	2UEXX	2010	NORMAL
2403		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	N560	011109020436	2FIS	2010	NORMAL
2404		MESA QUIRURGICA	MAQUET	ALPHASTER	3359	2UCA	2010	URGENTE
2407		ECOGRAFO	SIEMENS	ACUSON X300 PE	317707	2CARC	2010	URGENTE
2409	2407	IMPRESORA	MITSUBISHI	P95D	6005165	2CARC	2010	URGENTE
2413	1461	VIDEO PROCESADOR	OLYMPUS	OTV-SI	7054579	2QUI	2010	CRITICO
2415	1887	SONDA ECOGRAFO	PHILIPS	C9-4EC	A513900011200423	2OBSC	2010	URGENTE
2416		BALANZA	RADWAG	AS 220/C/2	310315/10	2FAR	2010	NORMAL
2417		BALANZA	RADWAG	PS 1000/C/2	290397/10	2FAR	2010	NORMAL
2420		ORDENADOR P/ REHABILITACIÓN CARDIACA	HANS E RUTH	0	0	2CARP	2010	URGENTE
2421	2420	MONITOR	HP		0	2CARP	2010	URGENTE
2422	2423	TRANSMISOR	SECA	CARDIOTEST 100	1545008071346	2CARP	2010	NORMAL
2423		CICLOERGOMETRO	SECA	545	1545008071347	2CARP	2010	NORMAL
2424	2425	TRANSMISOR	SECA	CARDIOTEST 100	1545046071376	2CARP	2010	NORMAL
2425		CICLOERGOMETRO	SECA	545	1545046071372	2CARP	2010	NORMAL
2426	2427	TRANSMISOR	SECA	CARDIOTEST 100	0	2CARP	2010	NORMAL
2427		CICLOERGOMETRO	SECA	545	1545008071344	2CARP	2010	NORMAL
2428	2429	TRANSMISOR	SECA	CARDIOTEST 100	1545046071373	2CARP	2010	NORMAL
2429		CICLOERGOMETRO	SECA	545	1545008071346	2CARP	2010	NORMAL
2430	2431	TRANSMISOR	SECA	CARDIOTEST 100	1545008071347	2CARP	2010	NORMAL
2431		CICLOERGOMETRO	SECA	545	1545046071373	2CARP	2010	NORMAL
2432	2433	TRANSMISOR	SECA	CARDIOTEST 100	1545008071344	2CARP	2010	NORMAL

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

2433		CICLOERGOMETRO	SECA	545	1545046071376	2CARP	2010	NORMAL
2434		SILLON DE EXPLORACION	SALVADOR NAVARRO	MG.4000E	XXX	2GINC	2011	URGENTE
2435		ERGOMETRO	MEDICAL	ERGO RUN 200	01014	2CARP	2010	NORMAL
2436	1524	CONSOLA	SERHOSA	D3000I	BBD58416	2UCA	2009	URGENTE
2438		ORDENADOR P/ UNIDAD SUEÑO POLISOMNOGRAFIA	DELL	OPTIPLEX 960	188-076-180-99	2NMLP	2011	CRITICO
2439	2438	MONITOR	DELL		0	2NMLP	2011	CRITICO
2440	2442	MONITOR	DELL		0	2NMLP	2011	CRITICO
2441	2438	MODULO DE ALTAVOZ	LOUROE	APR-1	95017558	2NMLP	2011	CRITICO
2442		ORDENADOR P/ UNIDAD SUEÑO POLISOMNOGRAFIA	DELL	OPTIPLEX 960	243-088-764-67	2NMLP	2011	CRITICO
2443	2442	MODULO DE ALTAVOZ	LOURE	APR-1	95011370	2NMLP	2011	CRITICO
2444	2438	ESTACION BASE DE POLISONNOGRAFIA	GRASS	AURA-PSG BASE	08K0507g	2NMLP	2011	CRITICO
2445	2438	AMPLIFICADOR DE POLISONNOGRAFIA	GRASS	AURA PSG	06G0192	2NMLP	2011	CRITICO
2446	2438	CAMARA DE VIDEO	SONY	IPELA	-----	2NMLP	2011	CRITICO
2447	2442	ESTACION BASE DE POLISONNOGRAFIA	GRASS	AURA PSG BASE	09M0366G	2NMLP	2011	CRITICO
2448	2442	AMPLIFICADOR DE POLISONNOGRAFIA	GRASS	AURA PSG	09M0390G	2NMLP	2011	CRITICO
2449	2442	CAMARA DE VIDEO	SONY	IPELA	0	2NMLP	2011	CRITICO
2451		GRABADORA DE MEMORIA CAPSULA ENDOSCOPICA	GIVEN IMAGING	4752A-DR2	RFB0136PRM	2DIGP	2011	URGENTE
2454		TORRE DE DIAGNOSTICO CARDIORESPIRATORIO	MEDGRAPHICS	ULTIMA CPX	222000257	2NMLP	2011	NORMAL
2455	2454	CICLOERGOMETRO	ERGOLINE	ERGOSELECT 100/200	2010004339	2NMLP	2011	NORMAL
2458		ASPIRADOR	GIMA	SUPERTOBI	3478	2HPED	2011	NORMAL
2459		LAMPARA DE HENDIDURA	HAAG STREIT	BM 900	13679	2OFTC	2009	NORMAL
2460		PHMETRO	ALBYN MEDICAL	SMARTPH	1004083	2DIGP	2011	URGENTE
2462		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	10471169	2DIALH	2011	NORMAL
2464		TRANSDUCTOR CPAP	SLEEP SENSE	14840	133341	2NMLP	2011	URGENTE
2465		ECOGRAFO	BK MEDICAL	FLEX FOCUS 700	5000050	2UROC	2011	URGENTE
2466	2465	TECLADO	BK MEDICAL	FLEX FOCUS 700	4000027	2UROC	2011	URGENTE
2467	2465	IMPRESORA	SONY	UPD-897	203643	2UROC	2011	URGENTE
2468	2465	SONDA ECOGRAFO	BK MEDICAL	8670	1905288	2UROC	2011	URGENTE
2469	2465	SONDA ECOGRAFO	BK MEDICAL	8820E	1912554	2UROC	2011	URGENTE
2470	2465	SONDA ECOGRAFO	BK MEDICAL	8808E	1911589	2UROC	2011	URGENTE
2471		MONITOR FETAL	PHILIPS	AVALON FM30	DE53114013	2PAR	2011	URGENTE
2472		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	N560	01110030468	2CARP	2011	NORMAL
2476		HOLTER ECG	GE	SEER LIGHT	P81040173	2CARP	2011	URGENTE
2477		HOLTER ECG	GE	SEER LIGHT	P81040176	2CARP	2011	URGENTE
2478		HOLTER ECG	GE	SEER LIGHT	P81040175	2CARP	2011	URGENTE
2479		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	11071932	2QUI	2011	NORMAL
2482		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	11301383	2HOS61	2011	NORMAL
2483		HOLTER T.A.	GENERAL ELECTRIC	TONOPORT V	101174496	2CARP	2011	URGENTE
2486		VIDEOCOLONOSCOPIO	PENTAX	EC-380LKP	G121171	2DIGP	2011	NORMAL
2488		URETEROCISTOSCOPIO	WOLF	8603524/38201783	8704.523	2UROC	2011	CRITICO
2489	3617	NEUROFAXX	NIHON KOHDEN	JE921A	4940	2NRLP	2011	URGENTE
2490	3617	MODULO NEUROFAXX	NIHON KOHDEN	JE922A	02059	2NRLP	2011	URGENTE
2491	3617	MONITOR	EIZO	BLACK SPEAKER	91285020	2NRLP	2011	URGENTE
2492	2489	SERVIDOR NEUROFAXX	NIHON KOHDEN	NKD-NEURO	F00001	2NRLC	2011	URGENTE
2493	3617	MODULO DE TRANSMISION	NIHON KOHDEN	EEG-1200K	00432	2NRLC	2011	URGENTE
2494		LAMPARA QUIRURGICA	MINDRAY	HYLED8600M	K4-1A000005T	2CARP	2011	CRITICO
2496		MICROTOMO	LEICA	RM2255	050237960	2APA	2011	URGENTE
2497		DISPENSADOR	LEICA	EG1150H	6362	2APA	2011	NORMAL
2498		HOLTER T.A.	SPACELABS	90217-5Q	217-014517	2MIRC	2008	NORMAL
2502		HOLTER T.A.	SPACELABS	90217-5Q	217-000043	2MIRC	2011	NORMAL
2503		TENSIOMETRO	MICROLIFE	BP A100PLUS	171001877	2MIRC	2011	NORMAL

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

2504		BICICLETA ESTATICA	KETTLER	GOLF M	4-76187	2REHC	2011	NORMAL
2506		MESA QUIRURGICA	RINI	650033	1059-03	2UCA	2011	URGENTE
2509		TENSIOMETRO	MICROLIFE	BP A100PLUS	171001911	2MIRC	2011	NORMAL
2513	1078	SOPORTE DE PARED PARA PIPETAS	GE	TEE CLEANIN AND STORING SYSTEM	DEN00913	2CARP	2011	NORMAL
2514		HOLTER T.A.	SPACELABS	90217-5Q	217-020083	2MIRC	2011	NORMAL
2518		MEZCLADOR DE ALTO FLUJO	BIO-MED	2003FFEU	B1107703	2HPED	2012	URGENTE
2519		MEZCLADOR DE ALTO FLUJO	BIO-MED	2003FFEU	B1107703	2HPED	2012	URGENTE
2520		MONITOR MULTIPARAMETRICO	WELCH ALLYN	VSM 300	JA101737	2OBSh	2012	NORMAL
2521		HUMIDIFICADOR	FISHER&PAYKEL	MR580A	120112129496	2NEO	2011	NORMAL
2523		SILLON QUIRURGICO	STRYKER	SURGITOOL 830	1108035566	2UCA	2011	URGENTE
2525		TENSIOMETRO	MICROLIFE	BP A100PLUS	211000770	2MIRC	2011	NORMAL
2532		MONITOR MULTIPARAMETRICO	WELCH ALLYN	VSM 300	22310300	2UDOC	2012	NORMAL
2533	1651	SAI	AENER	AE-200	E-0806031884	2HOS62	2012	NORMAL
2534	1650	SAI	AENER	AE-200	E-0806031892	2HOS62	2012	NORMAL
2538		HOLTER T.A.	SPACELABS	90207	207-043893	2NEFC	2012	NORMAL
2540		ESTIMULADOR DE SUELO PELVICO	SANRO	PERITONE	000299	2REHC	2012	NORMAL
2542		ECOGRAFO	ESAOTE	MYLAB25	6147	2REUC	2012	URGENTE
2543	2542	SONDA ECOGRAFO	ESAOTE	LA523	12013	2REHC	2012	URGENTE
2544		MICROSCOPIO QUIRURGICO	LEICA	M820 F40	181011001-041011002	2QUI	2012	URGENTE
2546		TENSIOMETRO	OMRON	M6	20111001693LG	2ALGC	2012	NORMAL
2553		CRIBADO AUDITIVO	MAICO	BERPHONE MB11	1250219	2HPED	2012	URGENTE
2554	2553	ORDENADOR PORTATIL	ACER	ASPIRE ONE	NUSFUEB00120402C4	2HPED	2012	URGENTE
2557	3804	IMPRESORA	HP	DESKJET 1000	CN1AQ24J8D	2ORLC	2012	URGENTE
2559		MOTOR QUIRURGICO	STRYKER	SYSTEM 6	0909309413	2QUI	2012	URGENTE
2561		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	12292059	2HOS53	2012	NORMAL
2563		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	12292057	2GINP	2012	NORMAL
2564		PHMETRO	ALBYN MEDICAL	SMARTPH	0806035	2DIGP	2011	URGENTE
2566	1725	SIERRA DE AUTOPSIA	DE SOUTTER MEDICAL	NS3	IP67	2APA	2012	URGENTE
2567		CITOSCOPIO FLEXIBLE	WOLF	C27.R.7305.001	5000207658	2QUI	2013	URGENTE
2568		MOTOR QUIRURGICO	STRYKER	SAGITAL 6298	0810101993	2QUI	2012	URGENTE
2569		NEVERA	THERMO SCIENTIFIC	935; TSE320	829521-69	2ONCC	2012	NORMAL
2570		MOTOR QUIRURGICO	STRYKER	SYSTEM 6	0911313543	2QUI	2012	URGENTE
2571		AGITADOR DE PLAQUETAS	SELECTA	A-PL-54	573816	2BCS	2012	URGENTE
2572		PIEZA DE MANO DE CRIOCOAGULADOR	OPHTHICON	133002	11774	2QUI	2012	URGENTE
2575		PLICOMETRO	SAEHAN	SH5020	11030316	2ENDC	2012	NORMAL
2576		HOLTER T.A.	SPACELABS	90217-5Q	0217A-03004	2NEFC	2012	NORMAL
2578		CAMILLA EXPLORACION	ORLA	MM.03.200EG	LOT: 12/4151012	2CARP	2012	NORMAL
2579		HOLTER T.A.	SPACELABS	90217-5Q	217A-003005	2NEFC	2012	NORMAL
2580		ENTRENADOR ESFINTER ANAL	LIMBS & THINGS	G850	60227	2PAR	2012	NORMAL
2581		SISTEMA DE ELECTROPHORESIS	THERMO SCIENTIFIC	P8DS-2	119293-45	2ONCC	2012	NORMAL
2583		TERMOCICLADOR	THERMO SCIENTIFIC	ARTIK 5020	ARC961202226	2ONCC	2012	NORMAL
2585		TRANSDUCTOR LAPAROSCÓPICO 10-4,3 MHz	BK MEDICAL	8666-RF	3910255	2QUI	2012	URGENTE
2586		PLACA FRIA	LEICA	EG 1150 C1	038838037	2APA	2012	URGENTE
2587		MOTOR QUIRURGICO	STRYKER	SYSTEM 6	0731615563	2QUI	2012	URGENTE
2589		BASCULA NO METRICA	SOEHNLE	7830.01-001		2CARC	2012	NORMAL
2590		TENSIOMETRO	OMRON	HEM-759-E795T	20091200296LF	2NEFC	2012	NORMAL
2592		MONITOR MULTIPARAMETRICO	WELCH ALLYN	VSM 300	JA108652	2HPED	2013	NORMAL
2594		ELECTROESTIMULADOR NERVI TIBIAL POSTERIOR	ELPHA II	3000	201308047	2UROC	2013	NORMAL
2597	1524	CONSOLA QUIRURGICA	SMITH&NEPHEW	DYONICS POWER MAX	08809	2QUI	2013	URGENTE
2599		MOTOR QUIRURGICO	CONMED	POWER PRO	BBF33916	2QUI	2013	URGENTE
2602		RESPIRADOR	WEINMANN MEDICAL	VENTILOGICS LS	10504	2REA	2013	URGENTE
2603		CAMILLA RECONOCIMIENTO	SCHMITZ U SOHNE	114.500.01	...192858-1200028-N	2GINC	2013	URGENTE

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

		GINECOLOGIA	IBERICA					
2605	2339	SONDA ECOGRAFO	HITACHI ALOKA	UST-9124	X0050775	2GINC	2013	URGENTE
2606		CISTOSCOPIO	KARL STORZ	27026V	-----	2QUI	2013	CRITICO
2607		ECOGRAFO	MINDRAY	M5	MR-28004707	2REHC	2013	URGENTE
2608	2607	SONDA ECOGRAFO	MINDRAY	7L4S	MLV28104719	2REHC	2013	URGENTE
2610	1078	SONDA ECOGRAFO	GE	3S	240383WX0	2CARP	2013	URGENTE
2612		SONDA ECOGRAFO	HITACHI	EUP-C312	SE15829205	2DIGC	2013	URGENTE
2613	0334	PESABEBES INTERNO	GE	103	397972	2NEO	2013	NORMAL
2614	1803	MONITOR	STORZ	XES00166	13354662	2QUI	2013	URGENTE
2615		SILLON PROCTOLOGICO	SCHMITZ SOEHNE	ARCO-PROKTO	11466001-212940-13-0	2CGDC	2013	URGENTE
2617		ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCETRIAD	T3D34556EX	2QUI	2013	URGENTE
2618		MOTOR QUIRURGICO	CONMED	POWER PRO	BBF13446	2QUI	2013	URGENTE
2619		ECOGRAFO	MINDRAY	M5	MR23004243E	2HUC	2013	NORMAL
2620	2619	SONDA ECOGRAFO	MINDRAY	7L4S	MLV26104519	2HUC	2013	URGENTE
2621	2619	SONDA ECOGRAFO	MINDRAY	3C5S	MPT22103706	2HUC	2013	URGENTE
2622	2619	MODULO ECG	MINDRAY	IEC	2108-30-66064	2HUC	2013	URGENTE
2623	2619	SONDA ECOGRAFO	MINDRAY	P2PS	MPF33107238	2HUC	2013	URGENTE
2665		POLIGRAFO	NONIN	NOX-T3	902005220	2NMLP	2013	URGENTE
2667		CONSOLA QUIRURGICA	TGH	HIGHSURG 30	5061U1302A	2QUI	2013	URGENTE
2668	2667	MOTOR QUIRURGICO	TGH	2099	6728M1303S	2QUI	2013	URGENTE
2669	2667	PIEZA DE MANO	TGH	1951	AG11919	2QUI	2013	URGENTE
2670	2667	PIEZA DE MANO	TGH	1951	3792H1302R	2QUI	2013	URGENTE
2671	2667	PIEZA DE MANO	TGH	1961	7982H0906R	2QUI	2013	URGENTE
2672		MONITOR MULTIPARAMETRICO	MINDRAY	IMEC12	EV-38006217	2URG	2013	NORMAL
2677		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US93620850	2OBSh	2013	NORMAL
2678		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS3	US93620849	2QUI	2013	NORMAL
2681		VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX	EG-290KP	G124052	2DIGP	2013	NORMAL
2682		VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX	EG-290KP	G124077	2DIGP	2013	NORMAL
2688		TENSIOMETRO	OMRON	M6	20130704371 LG	2GINC	2013	NORMAL
2689	1139	MONITOR PARA TORRE OTORRINO JVC	JVC	GD.191	148H0004	2ORLC	2013	URGENTE
2694		MEZCLADOR DE ALTO FLUJO CON CAUDALÍMETRO	BIO-MED	2002F70	131309733	2HPED	2013	URGENTE
2699		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	N-600X	G118001354	2URG	2013	NORMAL
2700		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	N-600X	G11800139	2URG	2013	NORMAL
2707	0220	EQUIPO IMAGEN Y SONIDO ELECTROENCEFALOGRAFO	SONY	RZ250P	420785	2NRLC	2013	URGENTE
2708	0220	FOCO INFRARROJOS PARA CAMARA NEURO	SONY			2NRLC	2013	URGENTE
2711		MOTOR QUIRURGICO	STRYKER	SYSTEM 6	0803802233	2QUI	2013	URGENTE
2713		EXTRACTOR DE ACIDOS NUCLEICOS Y PROTEINAS	QUIGEN	QIACUBE STARTER PACK	139311425	2INV	2013	NORMAL
2714		HUMIDIFICADOR	FISHER&PAYKEL	AIRVO 2	131202006629	2HPED	2013	URGENTE
2715		TENSIOMETRO	OMRON	M6	2013050462LG	2CARC	2014	NORMAL
2720		OTOSCOPIO DE PARED	RIESTER	RI-FORMER	011882	2CARP	2013	NORMAL
2721		VITREOTOMO CON LASER INCORPORADO	ALCON	CONSTELLATION VISION SYSTEM	1102667901X	2QUI	2013	URGENTE
2723		ECOGRAFO	ECHOSENS	FIBROSCAN 402	F411040093	2DIGC	2014	URGENTE
2724	2723	SONDA	ECHOSENS	7	S70227	2DIGP	2014	URGENTE
2725	0304	SONDA ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	RAB4-8L	30692KR8	2GINC	2014	URGENTE
2728		LECTOR DE PLACAS	BIOCHROM	EZ READ 400	504887	2INV	2014	NORMAL
2730		TERMOBLOQUE	EPPENDORF	5382 THERMOMIXER C	5382CM602522	2INV	2014	NORMAL
2736	1056	DVD	PANASONIC	DMR-EX86	VQ4BA001400	2UROC	2014	NORMAL
2737		MAQUINA DE HIELO PICADO	FRIGICOLL	FCT90W	2014040676057	2INV	2014	NORMAL
2738		MONITOR BIS	ASPECT	VISTA	VT01780	2QUI	2014	NORMAL
2740		PULSIOXIMETRO	NONIN	3150	501701102	2NMLP	2014	URGENTE
2741		PULSIOXIMETRO	NONIN	3150	501705215	2NMLP	2014	URGENTE
2742		PULSIOXIMETRO	NONIN	GO2	501624643	2NMLP	2014	URGENTE

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

2743		REFRACTOMETRO	SHIN NIPPON	K-900	63BN0867	2OFTC	2014	NORMAL
2744	2407	SAI	APC	BK500EI	4B0742P59004	2CARC	2014	NORMAL
2747		TENSIOMETRO	OMRON	M6 AC	20140303981VG	2HEMC	2014	NORMAL
2749		DEFIBRILADOR AUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAK 1000	35911835	2RAD	2014	CRITICO
2750		CENTRIFUGA	EPPENDORF	5430R	5428CP818539	2INV	2014	NORMAL
2751		MOTOR QUIRURGICO	CONMED	PRO6100	BBD63978	2QUI	2014	URGENTE
2753		HUMIDIFICADOR	FISHER&PAYKEL	MR850	140123204494	2HUC	2014	NORMAL
2754		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	13511207	2URG	2014	NORMAL
2755		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	13511159	2URG	2014	NORMAL
2757		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	14142562	2URG	2014	NORMAL
2758		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	14142500	2URG	2014	NORMAL
2759		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	14151616	2URG	2014	NORMAL
2760		MARCAPASOS EXTERNO	ST JUDE MEDICAL	3085	1032132	2HUC	2009	URGENTE
2762		GRABADORA DIGITAL	OLYMPUS	DS-3500	200101986	2APA	2014	NORMAL
2763		MONITOR MULTIPARAMETRICO	MINDRAY	IPM8	FF-46011164	2HUC	2014	NORMAL
2765		MONITOR MULTIPARAMETRICO	MINDRAY	IMEC12	EV-46012398	2URG	2014	NORMAL
2766		MONITOR MULTIPARAMETRICO	MINDRAY	IMEC12	EV-46012399	2URG	2014	NORMAL
2767		MONITOR MULTIPARAMETRICO	MINDRAY	IMEC12	EV-46012400	2URG	2014	NORMAL
2768		MONITOR MULTIPARAMETRICO	MINDRAY	IMEC12	EV-4312396	2URG	2014	NORMAL
2769		MONITOR MULTIPARAMETRICO	MINDRAY	IMEC12	EV-46012397	2URG	2014	NORMAL
2770		MEZCLADOR DE ALTO FLUJO CON CAUDALIMETRO	BIO-MED	2002F70	B1404544	2HUC	2014	NORMAL
2771		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6AC	20140100299V6	C2CSM	2014	NORMAL
2772		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6AC	20140100292V6	C2CSM	2014	NORMAL
2773		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6AC	20131117445L6	C2CSM	2013	NORMAL
2780		GRUA	HILL ROM	VIKING M	7509320	2HOS62	2014	NORMAL
2781		GRUA	HILL-ROM	VIKING M	7509321	2HOS63	2014	NORMAL
2782		BASCULA	DYMO	M1	0011410016080	2NEO	2014	NORMAL
2783		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	14192068	2URG	2014	NORMAL
2784		ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	VIVID S5	7486VS5	2CARC	2014	URGENTE
2786	2784	IMPRESORA	GE	SONY	-----	2CARC	2014	NORMAL
2787		ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	LOGIC e	364071WX1	2HPED	2014	URGENTE
2788	2787	SONDA ECOGRAFO	GE	6S-RS	147553PDZ	2HPED	2014	URGENTE
2789	2787	SONDA ECOGRAFO	GE	3S-RS	360577WX1	2HPED	2014	URGENTE
2790	2787	SONDA ECOGRAFO	GE	12L-RS	361397WX3	2HPED	2014	URGENTE
2791		ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ F6	364517WX3	2HOS61	2014	URGENTE
2792	2791	SONDA ECOGRAFO	GE	3Sc-RS	361034WX2	2HOS61	2014	URGENTE
2793	2794	SONDA ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	L6-12-RS	363921WX8	2HOS61	2014	URGENTE
2794		ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ F6	3417141WX4	2ENDC	2014	URGENTE
2796	2794	SONDA ECOGRAFO	GE	4C-RS	288400WX5	2ENDC	2014	URGENTE
2800	2407	SONDA ECOGRAFO	SIEMENS	P5-1	P04-130185	2CARC	2014	URGENTE
2804		ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ F6	347142WX2	2PAR	2014	URGENTE
2805	2804	SONDA ECOGRAFO	GE	4C-RS	327994WX0	2GINC	2014	URGENTE
2806	2804	SONDA ECOGRAFO	GE	E8C-RS	343945WX2	2GINC	2014	URGENTE
2807	2804	IMPRESORA	SONY	UP-D711	S016000297	CHIS	2014	URGENTE
2808		POLIGRAFO	NONIN	NOX-T3	902007758	2NMLP	2014	URGENTE
2809		POLIGRAFO	NONIN	NOX-T3	902005220	2NMLP	2014	URGENTE
2810	2665	PULSIOXIMETRO	NONIN	WRIST OX2	501559814	2NMLP	2014	NORMAL
2811	2808	PULSIOXIMETRO	NONIN	WRIST OX2	501731417	2NMLP	2014	NORMAL
2812	2809	PULSIOXIMETRO	NONIN	WRIST OX2	501731415	2NMLP	2014	NORMAL
2813		ELECTROESTIMULADOR	ENRAF NONIUS	TENSMED P82	21439	2FISX	2014	NORMAL
2817		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	14172685	2HPED	2014	NORMAL
2819	0220	CPU P/ ELECTROENCEFALOGRAFO	DELL	TQC	TQC300D140300646	2NRCL	2014	URGENTE
2823		MICROSCOPIO	NIKON	ECLIPSE CI	702672	2REUC	2014	NORMAL
2824		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	N-600X	G08817586	2HPED	2014	NORMAL
2826		ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ F6	381850WX7	2GINC	2014	URGENTE

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

2827	2826	IMPRESORA	SONY	B-H	S0160007199	2GINC	2014	URGENTE
2828	2826	SONDA ECOGRAFO	GE	L6-12RS	378122WX6	2GINC	2014	URGENTE
2829	2826	SONDA ECOGRAFO	GE	E8C-RS	377130WX0	2GINC	2014	URGENTE
2830	2826	SONDA ECOGRAFO	GE	4C-RS	378645WX6	2GINC	2014	URGENTE
2834		FIBROLARINGOSCOPIO	MACHIDA EDS	ENT-30PIII	87796	2ORLC	2014	URGENTE
2835		MONITOR MULTIPARAMETRICO	WELCH ALLYN	VSM 300	JA125434	2URG	2014	NORMAL
2836		TENSIOMETRO AUTOMATICO	WELCH ALLYN	VSM 300	JA125431	2CARP	2014	NORMAL
2837		MONITOR MULTIPARAMETRICO	WELCH ALLYN	VSM 300	JA125429	2MIRC	2014	NORMAL
2838		MONITOR MULTIPARAMETRICO	WELCH ALLYN	VSM 300	JA125432	2HDME	2014	NORMAL
2839		MONITOR MULTIPARAMETRICO	WELCH ALLYN	VSM 300	JA125433	2CARP	2014	NORMAL
2840		MONITOR MULTIPARAMETRICO	WELCH ALLYN	VSM 300	JA125430	2CARP	2014	NORMAL
2841		MONITOR MULTIPARAMETRICO	WELCH ALLYN	244 NELLCOR	GA117957	2PAR	2014	NORMAL
2842		MONITOR MULTIPARAMETRICO	WELCH ALLYN	244 NELLCOR	GA117958	2PAR	2014	NORMAL
2843		HUMIDIFICADOR	FISHER PAYKEL	MR 850 ALU	710032244	2HOS62	2014	NORMAL
2844		GRABADORA DIGITAL	OLYMPUS	DS-3500	200103511	2APA	2014	NORMAL
2845	2763	MODULO	MINDRAY	IPM	FFJ21000061	2HUC	2014	NORMAL
2847		TERMOMETRO DIGITAL	WELCHALLYN	SURETEMP	14343235	2HOS61	2014	NORMAL
2848		PESABEBES	SECA	376	5376001076726	2HPED	2014	NORMAL
2850		TENSIOMETRO ELECTRONICO	OMRON	M6	20140302954VG	2FIS	2014	NORMAL
2851		TENSIOMETRO ELECTRONICO	OMRON	M6	20140302953VG	2FIS	2014	NORMAL
2853	3125	CPU P/ ESPIRÓMETRO	DELL	OPTIPLEX 3020	J582622	2ALGC	2014	URGENTE
2854	3125	MONITOR	DELL	P1914S	43D-DM9L	2ALGC	2014	URGENTE
2855	3125	IMPRESORA	HP	1010	CN4951804B	2ALGC	2014	NORMAL
2856		ESPIROMETRO	SANRO	CPFS/D USB	220004078	2ALGC	2014	NORMAL
2857	2856	CPU P/ ESPIRÓMETRO	DELL	OPTIPLEX 3020	7682622	2ALGC	2014	URGENTE
2858	2856	MONITOR ORDENADOR	DELL	P1914S	43D-DN5L	2ALGC	2014	URGENTE
2859	2856	IMPRESORA	HP	1010	CN4951804M	2ALGP	2014	URGENTE
2860		TORRE DE CIRUGIA	KARL STORZ	0	NO SN	2QUI	2014	CRITICO
2861	2860	PROCESADOR DE VIDEO	STORZ	IMAGE 1	VZ676412-P	2QUI	2014	CRITICO
2863	2860	FUENTE DE LUZ	STORZ	XENON NOVA 300	ZW0693013	2QUI	2014	CRITICO
2864	2860	MONITOR	NDS (STORZ)	SC-WU26A1511	14-245185	2QUI	2014	CRITICO
2865	2860	CAMARA	STORZ	IMAGE 1 H3	WX802227-H	2QUI	2014	CRITICO
2867		DOSIMETRO	SANRO	ZAN 200	13-201-014	2ALGC	2014	NORMAL
2868		PULSIOXIMETRO	OXIMAX	N600	G08802705	2HPED	2014	NORMAL
2869		FIBROURETERORENOSCOPIO	WOLF	8704.523	5000290804	2UROC	2014	CRITICO
2871		ECOGRAFO OCULAR	MMD	MOBILE B-SCAN	09624	2OFTC	2015	URGENTE
2873		TENSIOMETRO ELECTRONICO	OMRON	M6 COMFORT	2ENDC	2015	NORMAL
2880		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	14343255	2HOS61	2014	NORMAL
2882		ESTIMULADOR	ORGANON	TOF-WATCH	16-2014012	2ANE	2015	NORMAL
2885		PROCESADOR DE VIDEO	KARL STORZ	TC301	XV722148-P	2QUI	2014	CRITICO
2886	2407	SONDA ECOGRAFO	SIEMENS	P5-1	P04-130185	2ENDC	2014	URGENTE
2890		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	N560	011114030024	2HOBG	2015	NORMAL
2894		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6	20080809198LF	2NEFC	2015	NORMAL
2895		MESA DE ANESTESIA	DRAGER	PRIMUS IE	ASHA-0213	2QUI	2015	URGENTE
2896	2895	MONITOR	DRAGER	INFINITY C500	361115054	2QUI	2015	URGENTE
2900		ELECTROBISTURI	ETHICON	GEN 11	1111422030	2QUI	2015	URGENTE
2901		ELECTROBISTURI	ETHICON	GEN 11	1111422033	2QUI	2015	URGENTE
2903		NEUMOTONOMETRO	TOPCON	CT-800	2830113	2OFTC	2015	NORMAL
2907		NEUROESTIMULADOR	PAJUNK	MULTISTIM SENSOR	10538	2QUI	2015	URGENTE
2909		CONSOLA QUIRURGICA	CONMED	D4000A	2014-0435	2QUI	2014	URGENTE
2910		MONITOR MULTIPARAMETRICO	MINDRAY	IMEC 12	EV-51016579	2URG	2015	NORMAL
2911		MICROTOMO DE ROTACION	LEICA	RM2125RTS	02408	2INV	2015	NORMAL
2912		BAÑO DE PARAFINA	SELECTA	3000459	615045	2INV	2015	NORMAL
2913		MICROCENTRIFUGA	FISHERBRAND	SPROUT	HSA20026	2INV	2015	NORMAL
2914		PIPETA	HEATHROW SCIENTIFIC	RF3000	0	2INV	2015	NORMAL
2916		ELECTROBISTURI	ETHICON	VERSAPOINT II	GY1421861	2GINP	2015	URGENTE

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

2917		OTOSCOPIO PORTATIL	HEINE	BETA 100		0	2ORLC	2015	URGENTE
2918		BICICLETA ESTATICA	ERGOLINE	ERGOSELECT 50	2015004180		2CARP	2015	NORMAL
2919		BICICLETA ESTATICA	ERGOLINE	ERGOSELECT 50	2015004179		2CARP	2015	NORMAL
2920		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	OXIMAX N-600X	G08802720		2HPED	2015	NORMAL
2921		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	OXIMAX N-600X	G08802728		2HPED	2015	NORMAL
2923		CAMILLA	BTL	BTL 1300	0632472		2REHC	2015	URGENTE
2924		PESABEBES	SECA	375	5376268074633		2URG	2015	NORMAL
2925		MOTOR QUIRURGICO	STRYKER	SAGITAL 6298	0803616283		2QUI	2015	URGENTE
2926		COOXIMETRO	QUIRUMED	C0 CHECK PLUS	4833		2NMLC	2015	NORMAL
2927		TENSIOMETRO ELECTRONICO	OMRON	M6AC	1111419		2CARC	2015	NORMAL
2928		RETINOGRAFO	TOPCON	TRC-NW200	226583		2OFTC	2010	NORMAL
2929		CENTRAL DE MONITORIZACION	HP	RP5800	2UA5061X6N		2REA	2015	URGENTE
2930	2929	IMPRESORA	HP	LASERJET PRO 400	PHKFC16175		2REA	2015	URGENTE
2931	2929	MONITOR	PHILIPS	453564348871	F14C003896		2REA	2015	URGENTE
2935	2339	SONDA ECOGRAFO	ALOKA	UST-9123	X00B3707		2DIGC	2015	URGENTE
2937	2861	MONITOR	NDS (STORZ)	BC-WU24-A1417	15-251333		2QUI	2015	URGENTE
2940		ERGOMETRO DE BICICLETA	MONARK	915E	WBK287865I		2FIS	2015	NORMAL
2941		ERGOMETRO DE BICICLETA	MONARK	915E	WBK287864I		2FIS	2015	NORMAL
2942		PULSIOXIMETRO PORTATIL	RIESTER	RI-FOX N	01032184		2FIS	2015	NORMAL
2943	2895	EQUIPO DE RELAJACION MUSCULAR	IDMED	TOFSCAN	15-846		2QUI	2015	URGENTE
2946		BICICLETA ESTATICA	BH	H872N	S6120866		2FIS	2015	NORMAL
2947		BICICLETA ESTATICA	BH	H872N	S6120867		2FIS	2015	NORMAL
2948		BICICLETA ESTATICA	BH	H872N	S6120840		2FIS	2016	NORMAL
2949		BICICLETA ESTATICA	BH	H872N	S6120841		2FIS	2016	NORMAL
2950		BICICLETA ESTATICA	BH	H872N	S6120848		2FIS	2016	NORMAL
2951		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	N-600X	G08817571		2HPED	2016	NORMAL
2952		ESTIMULADOR DE SUELO PELVICO	YSY MEDICAL	EVO 4	302051/3		2REHC	2015	NORMAL
2955		MEZCLADOR DE ALTO FLUJO CON CAUDALÍMETRO	BIO-MED	2002F70	B1504399		2HUC	2015	NORMAL
2956		MEZCLADOR DE ALTO FLUJO CON CAUDALÍMETRO	BIO-MED	2002F70	B1504398		2HUC	2015	NORMAL
2957		MEZCLADOR DE ALTO FLUJO CON CAUDALÍMETRO	BIO-MED	2002F70	B1504397		2HUC	2015	NORMAL
2958		MICROSCOPIO C/ CONTROLADORA CAMARA	OLYMPUS	BX43F	4M44346		2APA	2015	NORMAL
2959	2958	PROCESADORA DE CAMARA	OLYMPUS	DP2-SAL	CB00853		2APA	2015	NORMAL
2960		ECOGRAFO	G.E.	LOGIC e R6	401166WX4		2ANE	2015	URGENTE
2962	2960	SONDA ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	35c-RS	313323WX8		2ANE	2015	URGENTE
2964	0304	SONDA ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	RIC5-9H	37202KR9		2GINC	2015	URGENTE
2965	2607	SONDA ECOGRAFO	MINDRAY	L14-6S	NAF9B000116		2REHC	2015	URGENTE
2966	2607	VIDEOPRINTER	SONY	UP-X898MD	7009985		2REHC	2015	URGENTE
2969		POLIGRAFO	EMBLA	EMBLETTA X10 SYSTEM	C0811080-EB2-0440		2NMLP	2015	NORMAL
2971		SONDA ECOGRAFO	GE	6T	602370		2CARP	2015	URGENTE
2973		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	14482887		2URG	2015	NORMAL
2974		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	14482362		2URG	2015	NORMAL
2975		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	14482351		2URG	2015	NORMAL
2977		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	14482347		2URG	2015	NORMAL
2978		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	14482878		2URG	2015	NORMAL
2980		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	14482343		2HPED	2015	NORMAL
2981		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	14482359		2URG	2015	NORMAL
2982		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	14482879		2URG	2015	NORMAL
2985	3167	MONITOR DE PROFUNDIDAD ANESTESICA	MDMS	ANI	MN-ANI-V1-517		2QUI	2015	URGENTE
2987		BALANZA ELECTRONICA	LJUNGBERG&KOGEL	BIOMIXER 323	15-06-5799		2BCS	2015	NORMAL
2988	2438	TRANSDUCTOR CPAP	SLEEP SENSE	14840	133339		2NMLP	2015	NORMAL
2994		HUMIDIFICADOR	FISHER AND PAYKEL	MR 850 ALU	080716022256		2HUC	2015	NORMAL
2995		FACIOESTIMULADOR	BAUSCH&LOMB	STELLARIS	SYS03297		2QUI	2015	URGENTE

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

		BAUSCH&LOMB						
3003		FIBROLARINGO	TGH ENDOSCOPIA	ENT-30PIII	90806	2ORLC	2015	URGENTE
3006	0304	SONDA ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	AB2-7	197176KR1	2GINC	2015	URGENTE
3007		BIPEDESTADOR TALLA 4	ORMESA	STANDY-4	1506207-004	2FIS	2015	NORMAL
3009		ECOGRAFO	HITACHI	AVIUS	G320026115	2CGDH	2015	URGENTE
3010	3009	MONITOR	HITACHI	EZU-MT29-S1	KE13556407	2CGDH	2015	URGENTE
3011	3009	SONDA ECOGRAFO	HITACHI	EUP-R54AW-19	G3W1062615	2CGDH	2015	URGENTE
3013		FIBROLARINGOSCOPIO	MACHIDA	ENT-30PIII	86364	2ORLC	2015	URGENTE
3014		TERMOMETRO DIGITAL	WELCHALLYN	SURETEMP PLUS	10181715	2HOBG	2015	NORMAL
3015		TOMOGRAFO	OCTOVUE	AVANTI RTVUE XR	30319	2OFTC	2015	URGENTE
3016	3015	CPU OCT	LG	LG OFTALTECH	CCP55395514026002	2OFTC	2015	URGENTE
3017	3015	MONITOR	LG	FLATRON E2211TB-BN	403MCDM5E562	2OFTC	2015	URGENTE
3024		INVERSOR MICROSCOPIO ZEISS S8	OCULUS	SDI 4e	74215140	2QUI	2015	URGENTE
3026	1099	PROCESADOR ULTRASONIDOS	FUJIFILM	ULTRASONER PROCESADOR SU-1	1V618K020	2NMLP	2015	URGENTE
3027	1099	ECOBRONCOSCOPIO	FUJINON	EB-530US	1U912K069	2NMLP	2015	NORMAL
3028		ESTIMULADOR POR INCONTINENCIA UROLOGICA Y FECAL	PIERENKEMPER GmbH	UROSTIM2	050198 C	2DIGP	2015	NORMAL
3029		ESTIMULADOR POR INCONTINENCIA UROLOGICA Y FECAL	PIERENKEMPER GmbH	UROSTIM2	050199 C	2DIGP	2015	NORMAL
3032		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	15030169	2HOS62	2015	NORMAL
3033		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	15422220	2HOS63	2015	NORMAL
3034		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	15422224	2REA	2015	NORMAL
3035		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	15422311	2HDME	2015	NORMAL
3036		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	15422219	2HOS51	2015	NORMAL
3038		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	15422287	2HOS51	2015	NORMAL
3039		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	15422304	2HUC	2015	NORMAL
3041	2272	TELEMETRIA	PHILIPS	M2725A	DE11921075	2PAR	2016	NORMAL
3043		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	15053083	2HUC	2015	NORMAL
3044		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	15052547	2HOS63	2015	NORMAL
3045		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	15052556	2HOS51	2015	NORMAL
3046		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	15052559	2URG	2015	NORMAL
3047		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	15052557	2URG	2015	NORMAL
3048		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	15052539	2HUC	2015	NORMAL
3049		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	15052563	2HOS63	2015	NORMAL
3050		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	15052551	2HOS62	2015	NORMAL
3051		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	15053082	2HOS51	2015	NORMAL
3052		ELECTROESTIMULADOR	SANRO	BTL-4625 PREMIUM	058P-B-02887	2REHC	2016	NORMAL
3053		TENSIÓMETRO ELECTRÓNICO	OMRON	M6AC	20150601421VG	2OBSC	2016	NORMAL
3056	1646	ADAPTADOR DE TV AL COLPOSCOPIO	QUINTUS	IPUSAZ45HD	355546	2GINP	2015	NORMAL
3058		OSMOSIS INVERSO	GAMBRO	WRO-300	W200045009	2DIALH	2015	URGENTE
3060		CLASSIC STEPPER . ESTACION FIJACION SONDA ECOGRAFICA	GRUPO TAPER	620-089	1749	2QUI	2015	NORMAL
3061		CAMILLA PLANO INCLINADO ELECTRICA	SERVIMEDICA 2000 SL	PI-2ER	3138	2FIS	2015	NORMAL
3063		ESTIMULADOR FACIAL	MEDTRONIC	NIM-NEURO 3.0	2NN3-1189	2QUI	2016	CRITICO
3064		MONITOR VIDEOCISTOURETROSCOPIO	KARL STORZ	C-MAC 8403ZX	PU 4564	2UROH	2016	CRITICO
3065	3064	VIDEOCISTOURETROSCOPIO	KARL STORZ	11272V	25893	2UROH	2016	CRITICO
3066		MONITOR VIDEOCISTOSCOPIO TP 100	KARL STORZ	TP100	YU3762	2UROC	2016	CRITICO
3069	1099	VIDEOBRONCOSCOPIO	FUJINON	EB-530H	1B087K031	2NMLP	2015	NORMAL
3070		AUTOCAP	PHIPS RESPIRONICS	SYSTEM ONE	PI13194176D9	2NMLP	2015	URGENTE

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

3071		AUTOCAP	PHIPS RESPIRONICS	SYSTEM ONE	PI138314013E2	2NMLP	2015	URGENTE
3072		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6	5416727L	2ENDC	2015	NORMAL
3077		ELECTROESTIMULADOR	ENRAF NONIUS	TENSMED P82	23079	2FISX	2016	NORMAL
3078		FOTOFORO PARA FUENTE DE LUZ	ENDOVUE	820029		2ORLC	2016	NORMAL
3080		TELEMETRIA	NIHON KOHDEN	ZS-910PG	01227	2HOS62	2016	URGENTE
3081		CAPNOGRAFO TRANSCUTANEO	SENTEC	SDM	305754	2NMLP	2016	NORMAL
3086		ESTIMULADOR MUSCULAR PROGRAMABLE	FH SERVICE DANMETER	ELPHA // 3000	2015080379	2UROC	2016	NORMAL
3087		BAÑO DE PARAFINA	MILLAS	PARAFINA 4KG	14-1502404	2DERC	2016	NORMAL
3088		BAÑO DE PARAFINA	MILLAS	PARAFINA 4KG	14-1502404-1	2DERC	2016	URGENTE
3089		TENSIOMETRO ELECTRONICO	OMRON	M6AC	20150705170VG	2ENDC	2016	NORMAL
3105		HOLTER ECG	GE	SEER LIGHT	P86039837	2CARP	2016	URGENTE
3109	3110	POLISOMNOGRAFO	NONIN MEDICAL	NOX A1	992901919	2NMLP	2016	URGENTE
3110		ORDENADOR P/ UNIDAD SUEÑO POLISOMNOGRAFO A1	DELL	OPTIPLEX 3020 MT	1Y5XV42	2NMLP	2016	URGENTE
3111	3109	MONITOR	DELL	DELL 24"		2NMLP	2016	URGENTE
3112	3109	MODULO BLUETOOTH	BLUEGIGA	ONLINE	1412090135	2NMLP	2016	URGENTE
3113	3109	CAMARA	TPLINK	DCS-6113B1	22131720497	2NMLP	2016	URGENTE
3114	3110	EQUIPO DE TITULACION DEL TRATAMIENTO	RESMED	TXLINK S9 VPAP	22131720497	2NMLP	2016	URGENTE
3115		TENSIOMETRO ELECTRONICO	OMRON	M6 COMFORT	20151100718VG	2ENDC	2016	NORMAL
3116	1086	VIDEO PROCESADOR	PENTAX	EPK-1000	EA010369	2DIGP	2016	URGENTE
3119		ECOGRAFO	ESAOTE	MYLAB25GOLD	8593	2DERC	2016	URGENTE
3120	3119	SONDA ECOGRAFO	ESAOTE	La435	07747	2DERC	2016	URGENTE
3122		BASCUA	SECA	BMI 704	5704076166469	2HOS51	2016	NORMAL
3124		ELECTROCARDIOGRAFO	GE	MAC 2000	SMT16177805PA	2HDME	2016	URGENTE
3125		ESPIROMETRO	SANRO	CPFS/D USB	220004079	2ALGC	2016	NORMAL
3126		ESTIMULADOR	RGB Medical Devices	TOF-CUFF	TC166025	2ANE	2016	NORMAL
3127	3128	FOTOFORO	ENDOVUE	SOLAR		2QUI	2016	NORMAL
3128		FUENTE DE LUZ	ECLERIS	PORTALED	LED010R001568	2ORLC	2016	NORMAL
3129		HISTEROSCOPIO TRUCLEAR 5C	SMITH&NEPHEW	72204752	CCL1094339	2GINP	2016	CRITICO
3131	3128	FOTOFORO	ENDOVUE	BINNER		2ORLC	2016	NORMAL
3133		CENTRIFUGA	KUBOTA	4000	S8 7875	2APA	2016	URGENTE
3134		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	10005941	MBB1511699	2ANE	2016	NORMAL
3138		DEFIBRILADOR AUTOMATICO	MEDTRONIC	LIFEPAK 1000	45124192	2HDME	2016	CRITICO
3139		ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	VOLUSON S8	VS8000724	2GINC	2016	URGENTE
3142	3139	IMPRESORA	SONY	UPD898MD	--	2GINC	2016	URGENTE
3143		SACALECHES	MEDELA	SYMPHONY PLUS	1622210	2NEO	2016	NORMAL
3144		SACALECHES	MEDELA	SYMPHONY PLUS	1622211	2NEO	2016	NORMAL
3146		MICROTOMO	THERMO	MICROM HM 355S	S16050781	2APA	2016	URGENTE
3147	3146	PLACA FRIA	LAN TECHNICS	42815	7677	2APA	2016	URGENTE
3148	3146	CALENTADOR DE PARAFINA	FALC	BI	B152189	2APA	2016	URGENTE
3149		ELECTROESTIMULADOR	ENRAF NONIUS	TENSMED P82	24.197	2FISX	2016	NORMAL
3150		URETEROCISTOSCOPIO COMPACTO	WOLF	C27R.8642.403	5000349295	2UROC	2016	CRITICO
3151	1524	PROCESADOR DE VIDEO	STORZ	TC200EN IMAGE 1 CONNECT	NV712354-P	2QUI	2016	CRITICO
3153		TORRE ENDOSCOPIA UROLOGIA 3D	STORZ	IMAGE 1		2QUI	2016	CRITICO
3154	3153	PROCESADOR DE VIDEO	STORZ	TC200ES IMAGE 1 CONNECT	XT756007-P	2QUI	2016	CRITICO
3155	3153	MODULO CONEXION CABEZAL DE CAMARA	STORZ	TC300 IMAGE 1 H3-LINK	OV713334-P	2QUI	2016	CRITICO
3156	3153	MODULO DE CONEXION 3D	STORZ	TC302 IMAGE 1 D3-LINK	VT753287-P	2QUI	2016	CRITICO
3157	3153	FUENTE DE LUZ FRIA	KARL STORZ	20133720-1 D-LIGHT P	OX3040-C	2QUI	2016	CRITICO
3158	3153	INSUFLADOR DE CO2	STORZ	26432020	NV17408-B	2QUI	2016	CRITICO

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

3159	3153	MONITOR	STORZ	EV LED 90K0010	13-231751	2QUI	2016	CRITICO
3160	3153	MONITOR	STORZ	9826NB-3D	F6IA10105	2QUI	2016	CRITICO
3161	3153	CABEZAL DE CAMARA	STORZ	TH100 H3-Z S	PV832206-H	2QUI	2016	CRITICO
3162	3153	CABEZAL DE CAMARA	STORZ	TH102 H3-Z S	PV-232039-H	2QUI	2016	CRITICO
3167		MESA DE ANESTESIA	DRAGER	PRIMUS IE	ASJK-0152	2QUI	2016	URGENTE
3168	3167	EQUIPO DE RELAJACION MUSCULAR	IDMED	TOFSCAN	16-2601	2QUI	2016	URGENTE
3169	3167	MONITOR DE PROFUNDIDAD ANESTESICA	MDMS	ANI	MN-ANI-V1-296	2QUI	2016	URGENTE
3170	3167	MONITOR	DRAGER	INFINITY C500	402951046	2QUI	2016	URGENTE
3171	3167	MODULO	DRAGER	INFINTY M540	5612047170	2QUI	2016	URGENTE
3173		VAPOTHERM	VAPOTHERM	PRECISION FLOW	PF00025067E	2HPED	2017	CRITICO
3175	3174	PULSIOXIMETRO	NONIN	WRIST OX2	502176109	2ORLC	2017	NORMAL
3176	3174	PULSIOXIMETRO	NONIN	WRIST OX2	502176111	2ORLC	2017	NORMAL
3177	3174	PULSIOXIMETRO	NONIN	WRIST OX2	502142754	2ORLC	2017	NORMAL
3183		SONDA ECOGRAFO	GRUPO TAPER	PV-0215673	3012242	2QUI	2016	URGENTE
3184		POLIGRAFO	NONIN	NOX-T3	902016257	2NMLP	2016	URGENTE
3185	3184	PULSIOXIMETRO	NONIN	WRIST OX2	502134757	2NMLP	2016	URGENTE
3186		POLIGRAFO	NONIN	NOX-T3	902016254	2NMLP	2016	URGENTE
3187	3186	PULSIOXIMETRO	NONIN	WRIST OX2	502134758	2NMLP	2016	URGENTE
3188		POLIGRAFO	NONIN	NOX-T3	902015444	2NMLP	2016	URGENTE
3189	3188	PULSIOXIMETRO	NONIN	WRIST OX2	502134580	2NMLP	2016	URGENTE
3190		POLIGRAFO	NONIN	NOX-T3	902016292	2NMLP	2016	URGENTE
3191	3190	PULSIOXIMETRO	NONIN	WRIST OX2	502134749	2NMLP	2016	URGENTE
3192		POLIGRAFO	NONIN	NOX-T3	902016297	2NMLP	2016	URGENTE
3193	3192	PULSIOXIMETRO	NONIN	WRIST OX2	502134756	2NMLP	2016	URGENTE
3194		POLIGRAFO	NONIN	NOX-T3	902015482	2NMLP	2016	URGENTE
3195	3194	PULSIOXIMETRO	NONIN	WRIST OX2	502134637	2NMLP	2016	URGENTE
3196		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS4	US42740472	2HDME	2016	NORMAL
3197		SENSOR DIFERENCIAL DE PRESION	BRAEBON	ULTIMA PRESSURE SENSOR 0581	179428	2NMLP	2016	URGENTE
3198		CENTRAL DE MONITORIZACION DE PARTOS	HPE	M5U84A	USE6368EHA	2PAR	2016	URGENTE
3199	3198	ORDENADOR MONITORIZACION	HP / HEWLETT PACKARD	PSK14EA#ABE	CZC623C02V	2PAR	2016	URGENTE
3200	3198	MONITOR	PHILIPS	241S4LCB/00	AU1A1620001083	2PAR	2016	URGENTE
3201	3198	IMPRESORA	HP	LASERJET PRO M402n	PHCGD09387	2PAR	2016	URGENTE
3202	3198	ORDENADOR MONITORIZACION	HP	PSK14EA#ABE	CZC623C02X	2PAR	2016	URGENTE
3203	3198	MONITOR	PHILIPS	241S4LCB/00	AU1A1620001076	2PAR	2016	URGENTE
3205		MICROSCOPIO QUIRURGICO	ALCON	LX3	1501672103X	2QUI	2016	URGENTE
3206		MOTOR ARTROSCOPIA	SMITH&NEPHEW	POWERMAX ELITE	AAL87720	2QUI	2017	URGENTE
3209	0310	SONDA ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	AB2-7	205754KR5	2GINC	2017	URGENTE
3218		TELEMETRIA ECG	NIHON KOHDEN	ZS-910PG	00941	2HOS62	2017	URGENTE
3219	2339	SONDA ECOGRAFO	ALOKA	UST-9127	203P5700	2DIGP	2017	URGENTE
3221	3153	NEFROSCOPIO	STORZ	27092AMA	4063600	2QUI	2017	CRITICO
3222	3756	HUMIDIFICADOR	FISHER&PAYKEL	MR850	16110301137	2HUC	2017	NORMAL
3224		SONDA ECOGRAFO	TOSHIBA	PVM-375AT	TDA1746726	2OBSC	2017	URGENTE
3227	3015	IMPRESORA	HP / HEWLETT PACKARD	LASERJET PRO 200 M276nw	CNF8GCGJ8G	2OFTC	2017	URGENTE
3230		FUENTE DE LUZ	STORZ	XENON NOVA 300	ME0619286	2UCA	2017	CRITICO
3232		ELECTROBISTURI	SMITH & NEPHEW	ARTHROCARE QUANTUM 2 RF12000	QR0Q00064H	2QUI	2017	URGENTE
3233		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	N560	DE011106080544	2HOS61	2017	NORMAL
3234		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	N560	011114032225	2HOS61	2017	NORMAL
3235		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	N560	011106080538	2HOS61	2017	NORMAL
3239		MONITOR HEMODIALISIS	GAMBRO	AK200	18974	2DIALH	2017	NORMAL
3240		MONITOR HEMODIALISIS	GAMBRO	AK200	18921	2DIALH	2017	NORMAL
3242		CALENTADOR DE AIRE	NELLCOR	WARM TOUCH	C103125237	2REA	2017	NORMAL
3245		CALENTADOR DE PARAFINA	LEICA	HI 1210	8878/12/09	2INV	2017	NORMAL

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

3246		MORCELADOR HISTEROSCOPICO	SMITH&NEPHEW	TRUCLEAR SYSTEM	YF5553	2GINP	2017	URGENTE
3250		ECOGRAFO	MINDRAY	D1-50	PP-3V006250	2NMLP	2017	URGENTE
3251	3250	SONDA ECOGRAFO	MINDRAY	35C50EA	AGB3A118511	2NMLP	2017	URGENTE
3256		GRABADORA DE MEMORIA CAPSULA ENDOSCOPICA	GIVEN IMAGING	PILLCAM DR3	2013-08DR3-0804739	2DIGP	2017	NORMAL
3257		MICROSCOPIO	MOLLER-WEDEL	FS 1-11	398	2URG	2017	URGENTE
3259		PESABEBES	SECA	376	5376332064948	2HOBG	2017	NORMAL
3260		OFTALMOSCOPIO	WELCH ALLYN	767	74227	2OFTCX	2017	NORMAL
3261		Tonometro- refractometro- queratometro- paquímetro robotizado	TOPCON	TRK-29	5280209	2OFTC	2017	NORMAL
3262	3261	MESA ELECTRICA	TOPCON	0	20170027314104	2OFTC	2017	NORMAL
3269		RESECTOSCOPIO	KARL STORZ	AUTOCON II 400	MA02029	2QUI	2017	CRITICO
3272		BASCULA	SECA	SC799	S79934152795	2CSM	2017	NORMAL
3275		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	10005941	MBB1704511	2ANE	2017	NORMAL
3276		NEVERA	BALAY	3KF6860W/27	00192	2INV	2017	NORMAL
3278		MONITOR MULTIPARAMETRICO	NIHON KOHDEN	VISMO PVM-2701	10400	2PAR	2017	NORMAL
3279		TENSIOMETRO AUTOMATICO	HUNTLEIGH	DOPPLEX ABILITY	1108040	2NEFC	2017	NORMAL
3280	1074	SONDA ECOGRAFO	PHILIPS	C8-4V	B1X3B7	2GINC	2017	URGENTE
3281	1074	SONDA ECOGRAFO	PHILIPS	C5-2	B24H38	2GINC	2017	URGENTE
3282	3139	SONDA ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	RAB6-RS	221940KR0	2GINC	2017	URGENTE
3283		MESA DE ELEVACIÓN	YURATEK	MT-20	162730	2OFTC	2017	NORMAL
3284	3283	LAMPARA DE HENDIDURA	TAKAGI	700GL	2013741	2OFTC	2017	NORMAL
3285	3283	TONOMETRO DE APLANACION	INDO OPTICAL	TG-1000	400815	2OFTC	2017	NORMAL
3286		ORDENADOR PORTATIL	HP / HEWLETT PACKARD	PAVILION DV7	584037-001	2NRCL	2017	URGENTE
3290	3139	SONDA ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	RIC5-9A-RS	220194KR5	2GINC	2017	URGENTE
3293		VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX MEDICAL	EG-29i10	A115941	2DIGP	2017	NORMAL
3296		VIDEOCOLONOSCOPIO	PENTAX MEDICAL	EC-28i10L	A112634	2DIGP	2017	NORMAL
3300	1086	VIDEO PROCESADOR	PENTAX MEDICAL	EPK17010	EA010692	2DIGP	2017	URGENTE
3301	1090	VIDEO PROCESADOR	PENTAX MEDICAL	EPK17010	EA010762	2DIGP	2017	URGENTE
3302	1086	MONITOR	NDS SURGICAL IMAGING	403071	17-281168	2DIGP	2017	URGENTE
3303	1090	MONITOR	NDS SURGICAL IMAGING	403071	17-281172	2DIGP	2017	URGENTE
3304		PODOSCOPIO	TRITON	6100	170561	2TRAC	2017	NORMAL
3306	0310	SONDA ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	RIC5-9H	165567KR9	2PAR	2017	URGENTE
3311		CONSOLA CAMARA VIDEO	SONY	CMA-D2CE	30204	2QUI	2017	URGENTE
3312	2960	SONDA ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	L4-12T-RS	433902WX4	2QUI	2018	URGENTE
3319		ELECTROFISIOLOGIA AMPLIFICADOR	BOTOX	SIGNAL AMPLIFIER	B41429	2NRCL	2018	URGENTE
3320		ESPECTROFOTOMETRO	OTSUKA MEDICAL DEVICES	POCONE	200273	2INV	2018	URGENTE
3322		HISTEROSCOPIO TRUCLEAR 5C	SMITH NEPHEW	72204752	CCL1127815	2GINP	2018	CRITICO
3326		FIBROLARINGOSCOPIO	MACHIDA EDS	ENT-30PIII	90245	2URG	2018	URGENTE
3330	1943	SONDA ECOGRAFO	SIEMENS	10038881	04217	2PAR	2018	URGENTE
3331		CAMARA FOTOS	SONY	DSC-H400	0545002	2APA	2018	NORMAL
3332		HUMIDIFICADOR	FISHER PAYKEL	MR850	08071602022259	2HUC	2020	NORMAL
3333	2794	SONDA ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	L6-12-RS	670424WX1	2ENDC	2018	URGENTE
3334	1056	CISTOURETROFIBROSCOPIO	KARL STORZ	11272C1	2225430	2UROC	2018	CRITICO
3337		ULTRASONIDOS	SANRO	BTL-4710	058508011275	2FIS	2018	NORMAL
3340		LITOTRIPTOR NEUMATICO	KARL STORZ	CALCUSPLIT 276300 20	SR4296	2QUI	2018	URGENTE
3341		MESA DE EXPLORACION	LINAK	MRL.2080H+SPF	J11331	2OFTC	2018	NORMAL
3342		NEVERA	TEKA	TS1 138 VR01	40607710	2NEFC	2018	NORMAL
3343		MONITOR	PHILIPS	862442	DE90757822	2REA	2018	NORMAL

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

		MULTIPARAMETRICO, COMPONENTE						
3344	3064	VIDEOURETEROCISTOSCOPIO	KARL STORZ	11272VP	22696	2UROC	2018	CRITICO
3345		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6AC	20180400331VG	2UROC	2018	NORMAL
3346		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	10005941	MBB1709068	2URG	2018	NORMAL
3347		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	10005941	MBB1709269	2QUI	2018	NORMAL
3349		TELEMETRIA DE ECG	NIHON KOHDEN	ZS-620PG	4183	2HOS62	2018	URGENTE
3351		HOLTER ECG	GENERAL ELECTRIC	SEER LIGHT	P85118950	2CARP	2018	URGENTE
3352		FIBROLARINGOSCOPIO	MACHIDA EDS	ENT-30PC	91442	2ORLC	2018	URGENTE
3354		FIBROLARINGOSCOPIO	MACHIDA EDS	ENT-30PC	91452	2ORLC	2018	URGENTE
3356		FIBROLARINGOSCOPIO	MACHIDA EDS	ENT-30FIII	85516	2ORLC	2018	URGENTE
3360	3756	HUMIDIFICADOR	FISHER PAYKEL	MR850	100211075533	2HUC	2018	NORMAL
3361		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6 AC	20160803560VG	2PRL	2018	NORMAL
3363		RESPIRADOR	DRAGER	OXILOG VE300	ASLH-0009	2HUC	2018	CRITICO
3368		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	18347879	2HOS51	2018	NORMAL
3369		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	18347958	2OBSC	2018	NORMAL
3370		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	18347977	2OBSC	2018	NORMAL
3371		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	18347891	2HOS63	2018	NORMAL
3372		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	18347937	2HOS53	2018	NORMAL
3374		NEVERA	BALAY	1613FCE642WE	1804131219	2DERC	2018	NORMAL
3375		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6 AC	20180302726VG	2CARC	2020	NORMAL
3377		FIBROSCOPIO INTUBACION	KARL STORZ	11301BN1	2235969	2ANE	2018	URGENTE
3378		FIBRO-URETERO RENOSCOPIO	PALEX MEDICAL	R.8704.524	1100437959	2UROH	2018	CRITICO
3379		LAMPARA DE FOTOTERAPIA	WELCH ALLYN	FTL-620	25318	2NEO	2018	NORMAL
3380		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6 AC	20180302723VG	2NEFC	2018	NORMAL
3381		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6 AC	20180302722VG	2TRAC	2018	NORMAL
3382		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6 AC	20180302725VG	2ENDC	2018	NORMAL
3383		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6 AC	20180302724VG	2CEX	2018	NORMAL
3384		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6 AC	20180302721VG	2CEX	2018	NORMAL
3386		FIBRO-URETERO RENOSCOPIO	PALEX MEDICAL	R.8704.524	1100415571	2UROH	2018	CRITICO
3389		NEVERA	THERMO SCIENTIFIC	FRBB1204V	1114449901180827	2BCS	2018	URGENTE
3390		ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ E9 XD CLEAR	6012577WX0	2REUC	2018	URGENTE
3392		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	18351873	2DIALH	2018	NORMAL
3393		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURETEMP PLUS	18352221	2DIALH	2018	NORMAL
3395		ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	VOLUSON S8	VS8800551	2OBSC	2018	URGENTE
3396	3395	SONDA ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	RIC5-9A-RS	234406KR7	2OBSC	2018	URGENTE
3397	3395	SONDA ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	RAB6-RS	701721WX3	2OBSC	2018	URGENTE
3398	3395	IMPRESORA DE PLACAS, COMPONENTE	GENERAL ELECTRIC	UPP-110	7182726	2OBSC	2018	URGENTE
3399		NEBULIZADOR	MEDTRONIC	PRO	AP-063597	2PEDH	2018	NORMAL
3400		NEVERA	LIEBHERR	GT3032	84.469.178.5	2INV	2018	NORMAL
3401		ECOGRAFO	SONOSCAPE	E2 EXP	0728974881	2ANE	2018	URGENTE
3403	3401	SONDA ECOGRAFO	SONOSCAPE	L741	0262515512	2ANE	2018	URGENTE
3404		SACALECHES	MEDELA	600.0837	1716468	2HPED	2018	NORMAL
3405		SACALECHES	MEDELA	600.0837	1716469	2HPED	2018	NORMAL
3409		CAMILLA	LINAK	0	J12517	2CGDC	2018	NORMAL
3410		HOLTER T.A.	GENERAL ELECTRIC	TONOPORT V	TONO19732	2NEFC	2018	URGENTE
3411		HOLTER T.A.	GENERAL ELECTRIC	TONOPORT V	TONO19723	2NEFC	2018	URGENTE
3412		HOLTER T.A.	GENERAL ELECTRIC	TONOPORT V	TONO19743	2NEFC	2018	URGENTE
3413		HOLTER T.A.	GENERAL ELECTRIC	TONOPORT V	TONO19751	2NEFC	2018	URGENTE
3414		HOLTER T.A.	GENERAL ELECTRIC	TONOPORT V	TONO19726	2NEFC	2018	URGENTE
3415		CAMILLA	SANRO	CH-2120-AR.70	21207018265703	2FIS	2018	NORMAL
3416		CAMILLA	SANRO	CH-2120-AR.70	21207018265701	2FIS	2018	NORMAL
3417		CAMILLA	SANRO	CH-2120-AR.70	21207018265702	2FIS	2018	NORMAL
3419		TORRE DE VIDEORINOLARINGOSCOPIO	OLYMPUS	TC-C3	21861637	2ORLC	2018	NORMAL
3420	3419	MONITOR	OLYMPUS	NEOVO X24	WAX24AOHG4100072	2ORLC	2018	NORMAL

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1000967312239957886078**

3421	3419	VIDEOPROCESADOR	OLYMPUS	CV 170	7884206	2ORLC	2018	NORMAL
3422	3419	VIDEORINOLARINGOSCOPIO	OLYMPUS	ENF-VH	2837076	2ORLC	2018	CRITICO
3423	3419	CAMARA DE VIDEO DE QUIROFANOS	OLYMPUS	OTV-57H-1N	7840267	2ORLC	2018	NORMAL
3426		ELECTROBISTURI	OLYMPUS	CELON ELITE WA9001A	B000296	2QUI	2018	URGENTE
3427		BOMBA LAVADO	OLYMPUS	INSTACLEAR LCCONS100	GB04462	2QUI	2018	URGENTE
3428		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS4	US42765159	2HOS61	2018	NORMAL
3429		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS4	US42765155	2URG	2018	NORMAL
3430		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS4	US42765164	2URG	2018	NORMAL
3431		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS4	US42765160	2HOS61	2018	NORMAL
3432		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS4	US42765161	2HOS61	2018	NORMAL
3433		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS4	US42765157	2HDM6	2018	NORMAL
3434		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS4	US42765158	2URG	2018	NORMAL
3435		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS4	US42765162	2HOS62	2018	NORMAL
3436		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS4	US42765163	2URG	2018	NORMAL
3437		MONITOR PANI+SPO2	PHILIPS	VS4	US42765156	2URG	2018	NORMAL
3438		HOLTER ECG	GENERAL ELECTRIC	SEER 1000	3911813110	2CARP	2018	URGENTE
3439		HOLTER ECG	GENERAL ELECTRIC	SEER 1000	3911813100	2CARP	2018	URGENTE
3440		HOLTER ECG	GENERAL ELECTRIC	SEER 1000	3911812556	2CARP	2018	URGENTE
3441	1803	CAMARA DE VIDEO DE QUIROFANOS	KARL STORZ	IMAGE 1 HUB	AB730264-H	2QUI	2018	CRITICO
3443	3153	VIDEOLAPAROSCOPIO 0º	KARL STORZ	26605AA	11725	2QUI	2018	CRITICO
3444		ECOGRAFO	ESAOTE	MYLABSIX	240905	2DERC	2018	URGENTE
3445	3444	SONDA ECOGRAFO	ESAOTE	SL3116	184200158C	2DERC	2018	URGENTE
3446	3444	SONDA ECOGRAFO	ESAOTE	SL3116	01537	2DERC	2018	URGENTE
3447		ELECTROMIOGRAFO	NATUS	SYNERGY UNTRAPRO S1000	UK181236G	2NRLC	2018	URGENTE
3448	3447	MONITOR	DELL	22"	39BG9J2	2NRLC	2018	URGENTE
3449	3447	BASE UNIT	NATUS	ULTRAPRO S100 BASE UNIT	2018-6926	2NRLC	2018	URGENTE
3450	3447	ELECTROFISIOLOGIA AMPLIFICADOR	NATUS	ULTRAPRO S1000 AMPLIFIER	4719	2NRLC	2018	URGENTE
3451	3447	ORDENADOR P/ ELECTROMIOGRAFO	DELL	SFF	5J6J452	2NRLC	2018	URGENTE
3452	3447	IMPRESORA	HP	LASER	VNC6K04964	2NRLC	2018	URGENTE
3455		MESA ANESTESIA	DRAGER	PRIMUS INFINITY	ASLK-0173	2QUI	2018	URGENTE
3456	3455	MONITOR MULTIPARAMETRICO	DRAGER	M540	5613333768	2QUI	2018	URGENTE
3457	3455	MONITOR MULTIPARAMETRICO	DRAGER	C500	429226081	2QUI	2018	URGENTE
3458	3455	TOFSCAN	DRAGER		0 18-7332	2QUI	2018	URGENTE
3459	3756	HUMIDIFICADOR	FISHER PAYKEL	MR850ALU	180606357542	2HUC	2018	NORMAL
3461	1469	MONITOR	KARL STORZ	SC-WU26-A1511	293347	2QUI	2018	URGENTE
3462	1453	MONITOR	KARL STORZ	SC-WU26-A1511	18-293305	2QUI	2018	URGENTE
3463		TELEMETRIA DE ECG	NIHON KOHDEN	ZS-620PG	427	2HOS62	2019	URGENTE
3464		TELEMETRIA DE ECG	NIHON KOHDEN	ZS-620PG	527	2HOS62	2019	URGENTE
3466		ECOGRAFO	ESAOTE	MYLABSIX	240939	2MIRC	2018	URGENTE
3467	3466	MONITOR	ESAOTE	NL192108	DV1841058	2MIRC	2018	URGENTE
3468	3466	SONDA ECOGRAFO	ESAOTE	SP2730	01996	2MIRC	2018	URGENTE
3469	3466	SONDA ECOGRAFO	ESAOTE	AC2541	9692	2MIRC	2018	URGENTE
3470	3466	SONDA ECOGRAFO	ESAOTE	SL1543	646	2MIRC	2018	URGENTE
3471		ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	VIVID T8	6009347WX0	2URG	2018	URGENTE
3472	3471	COMPONENTE ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	VIVID T8		2URG	2018	URGENTE
3473	3471	SONDA ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	35c - RS	695611WX4	2URG	2018	URGENTE
3474	3471	SONDA ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	4C-RS	700404WX7	2URG	2018	URGENTE
3475		MANIQUÍ DE ENTRENAMIENTO VITAL AVANZADO	LAERDAL MEDICAL	RESUCI ANNE		0 2HUC	2018	NORMAL
3478		LAMPARA DE FOTOTERAPIA	WELCH ALLYN	FTL-620	81713	2NEO	2018	NORMAL
3479		LAMPARA DE FOTOTERAPIA	WELCH ALLYN	FTL-620	81813	2NEO	2018	NORMAL
3480		ELECTROCARDIOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	MAC 2000	SRR18490059PA	2URG	2018	NORMAL

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

3481		ELECTROCARDIOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	MAC 2000	SRR18490221PA	2URG	2018	NORMAL
3482	1056	CISTOURETROFIBROSCOPIO	KARL STORZ	11272C1	2227718	2UROC	2018	CRITICO
3484		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6 AC	20170600539VG	2CEX	2019	NORMAL
3485		TALLIMETRO	SECA	216	0	2PEDC	2018	NORMAL
3486		TALLIMETRO	SECA	216	0	2PEDC	2018	NORMAL
3488		VIDEOCOLONOSCOPIO	PENTAX MEDICAL	EC38i10L	K110349	2DIGP	2019	CRITICO
3489		TORRE DE ENDOSCOPIA	PENTAX MEDICAL	0	0	2DIGP	2019	URGENTE
3490		VIDEO DUODENOSCOPE	PENTAX MEDICAL	ED34-i10T2	A110249	2DIGP	2019	NORMAL
3491		VIDEOCOLONOSCOPIO	PENTAX MEDICAL	EC38i10L	K110346	2DIGP	2019	NORMAL
3492		VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX MEDICAL	EG-29i10	K110860	2DIGP	2019	NORMAL
3493		VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX MEDICAL	EG-29i10	K110819	2DIGP	2019	NORMAL
3494		VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX MEDICAL	EG-29i10	K110806	2DIGP	2019	NORMAL
3495		VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX MEDICAL	EG-29i10	K110871	2DIGP	2019	NORMAL
3496		VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX MEDICAL	EG-29i10	K110765	2DIGP	2019	NORMAL
3497		VIDEOCOLONOSCOPIO	PENTAX MEDICAL	EC38i10L	K110308	2DIGP	2019	NORMAL
3498		VIDEOCOLONOSCOPIO	PENTAX MEDICAL	EC38i10L	K110360	2DIGP	2019	NORMAL
3499		VIDEOCOLONOSCOPIO	PENTAX MEDICAL	EC38i10L	K110365	2DIGP	2019	NORMAL
3500		VIDEOCOLONOSCOPIO	PENTAX MEDICAL	EC38i10L	K110298	2DIGP	2019	NORMAL
3501	3489	VIDEO PROCESADOR	PENTAX MEDICAL	EPKi7010	B720182	2DIGP	2019	URGENTE
3502	3489	MONITOR DE VIDEO	MULTI RADIANCE MEDICAL	NDS 27"	18-290727	2DIGP	2019	URGENTE
3503	3504	MONITOR VÍDEONISTALMÓGRAFO	ASUS	VA229	JBLMTJ014223	2ORLC	2019	URGENTE
3504		CPU VÍDEONISTALMÓGRAFO	ASUS	0	2K19/0037	2ORLC	2019	URGENTE
3506		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6 AC	20181109913VG	2HAD	2019	NORMAL
3507		OTOSCOPIO / OFTALMOSCOPIO	HEINE	PORTATIL	0	2HAD	2019	NORMAL
3508		TORNIQUETE DE ISQUEMIA	VBM MEDICAL	4500 ELC	0708-45765	2QUI	2008	NORMAL
3509		TORNIQUETE DE ISQUEMIA	VBM MEDICAL	4500 ELC	0707-45761	2QUI	2008	NORMAL
3516	3153	CABEZAL DE CÁMARA HD	KARL STORZ	TH113	NR990119-H	2QUI	2019	CRITICO
3517		ELECTROBISTURI	ETHICON	VERSAPOINT II	GY1520701	2QUI	2019	URGENTE
3518		ELECTROBISTURI	COVIDIEN	FT10	T9B303380X	2QUI	2019	URGENTE
3520		MONITOR DE VIDEO PARA ENDOSCOPIOS DESECHABLES	AMBU	405002000	AM18800699	2ANE	2019	NORMAL
3522		FRIGORÍFICO	BEKO	TS190020	19-105057-04	2GINC	2019	NORMAL
3526		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6 AC	20181110135VG	2GINC	2019	NORMAL
3531		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	19022065	2URG	2019	NORMAL
3532		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	19037291	2URG	2019	NORMAL
3538		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6 AC	20181110200VG	2OFTC	2019	NORMAL
3542	3009	SONDA ECOGRAFO	HITACHI	EUP-O53T	206G6229	2CGDH	2019	URGENTE
3544		BICICLETA ESTATICA	SALTER	RS24	00RS2400000742	2FIS	2019	NORMAL
3546		VITREOTOMO CON LASER INCORPORADO	ALCON	CONSTELLATION VISION SYSTEM	1901491801X	2QUI	2019	URGENTE
3547		UNIDAD DE REFERENCIA (VERION SYSTEM)	ALCON CUSI	VERION (REF. X-RUM)	04189	2OFTC	2019	NORMAL
3548	3547	MARCADOR DIGITAL (VERION SYSTEM)	ALCON CUSI	VERION (REF. X-RUP)	04202	2OFTC	2019	NORMAL
3549	3547	UNIDAD DE IMAGEN DEL MARCADOR DIGITAL (VERION SYSTEM)	ALCON CUSI	VERION DM	M40318	2QUI	2019	URGENTE
3550		SISTEMA DE VÍDEO 3D (NGENUITY)	ALCON CUSI	VERION DM	M40318	2QUI	2019	URGENTE
3551	3550	CÁMARA 3D (NGENUITY)	ALCON CUSI	NGENUITY ICM5	ICM5A-01063	2QUI	2019	URGENTE
3552	1244	SONDA ECOGRAFO	TOSHIBA	PVM-651VT	TDA0995586	2GINC	2019	URGENTE
3554		MESA DE QUIROFANOS	SCHMITZ SOEHNE	DIAMOND 60 BLK	00058731	2QUI	2019	URGENTE
3555		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6 AC	20181108391VG	2PRL	2019	NORMAL
3556		MONITOR MULTIPARAMETRICO	NIHON KOHDEN	VISMO PVM-2703	0116341	2URG	2019	NORMAL
3557		MONITOR MULTIPARAMETRICO	NIHON KOHDEN	VISMO PVM-2703	0116792	2URG	2019	NORMAL
3558		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6	20181108206VG	2OFTCX	2019	NORMAL

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

3561		RESPIRADOR	DRAGER	OXILOG VE300	ASMF-0029	2URG	2019	CRITICO
3562		HOLTER ECG	GENERAL ELECTRIC	SEER 1000	3911916737	2CARP	2019	URGENTE
3563		MONITOR MULTIPARAMETRICO	NIHON KOHDEN	VISIO PVM-2703	0116264	2URG	2019	NORMAL
3564		VENTILADOR MECANICO	BREAS	VIVO 65	Y180005	2HOS62	2019	URGENTE
3565		RESPIRADOR	DRAGER	OXILOG VE300	ASMF-0059	2URG	2019	CRITICO
3566		HOLTER ECG	GENERAL ELECTRIC	SEER 1000	391 19 16607	2CARP	2019	URGENTE
3567		OFTALMOSCOPIO DE PARED	WELCH ALLYN	12500	1417084	2OFTC	2019	NORMAL
3570	2342	SONDA ECOGRAFO	HITACHI	UST-9127	205N0969	2DIGP	2019	URGENTE
3571		ONDA CORTA	ENRAF NONIUS	CURAPULS 670 M	01.118	2REHC	2019	NORMAL
3572		OSMOSIS INVERSO	GAMBRO	WRO-300H	11792	2DIALH	2019	URGENTE
3573		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	19104231	2HUC	2019	NORMAL
3575		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	19104226	2HOS52	2019	NORMAL
3576		CAMARA DE VIDEO DE QUIROFANOS	OLYMPUS	N2638640	7917826	2QUI	2019	URGENTE
3578		MESA EXAMEN ELÉCTRICA 2 SECCIONES CON SOPORTE ROLLO PAPEL	LINAK	REF MRL.2080E	J11331 / J12517	2UROC	2019	NORMAL
3580		HISTEROSCOPIO TRUCLEAR 5C	SMITH NEPHEW	72204752S	CCL1209531	2GINP	2019	URGENTE
3582		TORRE DE CIRUGIA	SMITH NEPHEW	COMPACT-CART B500 40E	001-204829	2QUI	2019	URGENTE
3583	3582	MONITOR DE VIDEO DE QUIROFANO	SONY	27INCH 3G 4K		2QUI	2019	URGENTE
3584	3582	TORRE DE CIRUGIA, CONSOLA MOTOR	SMITH NEPHEW	DYONICS POWER II	AAX31543	2QUI	2019	URGENTE
3585	3582	TORRE DE CIRUGIA, FUENTE DE LUZ FRIA CON MODULO DE VIDEO	SMITH NEPHEW	LENS INTEGRATED SYSTEM	EEI3882	2QUI	2019	URGENTE
3586	3582	TORRE DE CIRUGIA, ELECTROBISTURI	ARTHROCARE CORPORATION	RF12000	QROQ000478	2QUI	2019	URGENTE
3587		ANESTESIA EQUIPO, HUMIFICADOR	FISHER PAYKEL	AIRVO2	170509050900	2HOS62	2019	NORMAL
3589		PROYECTOR OPTOTIPO	OFTALMICA BONET	AOC	AOC1403104	2OFTC	2019	NORMAL
3590		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	N560	0111108090277	2CARP	2019	NORMAL
3592		ENDOSCOPIO FLEXIBLE	OLYMPUS	URF-P7	2901633	2QUI	2019	CRITICO
3595		MESA DE EXPLORACION	LINAK	MRL.2080E	NO SN	CEX	2019	NORMAL
3596		MESA DE EXPLORACION	LINAK	MRL.2080E	NO SN	CEX	2019	NORMAL
3597		MESA DE EXPLORACION	LINAK	MRL.2080E		0 CEX	2019	NORMAL
3598		MESA DE EXPLORACION	LINAK	MRL.2080E		0 CEX	2019	NORMAL
3599		MESA DE EXPLORACION	LINAK	MRL.2080E	NO SN	CEX	2019	NORMAL
3600		MESA DE EXPLORACION	LINAK	MRL.2080E	NO SN	CEX	2019	NORMAL
3601		MESA DE EXPLORACION	LINAK	MRL.2080E	NO SN	CEX	2019	NORMAL
3604		TELEMETRIA DE ECG	NIHON KOHDEN	ZS-620PG		0 2HOS62	2019	URGENTE
3605		ELECTROCARDIOGRAFO	PHILIPS	TC10	CN01912805	2HAD	2019	NORMAL
3606		MONITOR MULTIPARAMETRICO	NIHON KOHDEN	VISMO PVM-2703	0116269	2GINP	2018	NORMAL
3607		CAMPIMETRO	INDO OPTICAL	VISION MONITOR	1116	2OFTC	2018	URGENTE
3608	3607	ORDENADOR CAMPIMETRO	INDO OPTICAL		0 G1SFN42	2OFTC	2019	URGENTE
3609	3607	MESA ELECTRICA	INDO OPTICAL		0 SIN SN	2OFTC	2019	NORMAL
3610		MICROSCOPIO ESPECULAR	INDO OPTICAL	CEM-530	141628	2OFTC	2019	NORMAL
3611	3610	MESA ELECTRICA	INDO OPTICAL		0	0 2OFTC	2019	NORMAL
3613		OCT	TOPCON	DRI OCT TRITON	981076	2OFTC	2019	URGENTE
3614	3615	MONITOR	DELL	OPTIPLEX 5260	574	2OFTC	2019	URGENTE
3615		BIOMETRO	DGH TECHNOLOGY	DGH 6000	75DMM42	2OFTC	2019	URGENTE
3616		MESA DE EXPLORACION	SCHMITZ SOEHNE	ARCO 100	00067913	2PAR	2019	NORMAL
3617		TORRE DE EEG (ELECTROENCEFALOGRAMA)	NIHON KOHDEN	CK11	1811-000142	2NRLC	2019	URGENTE
3618		MEZCLADOR DE ALTO FLUJO CON CAUDALÍMETRO	BLENDER	REF. PM5200	BH005736	2ANE	2019	NORMAL
3619		HUMIDIFICADOR	FISHER & PAYKEL	MR 850 ALU	190722390771	2ANE	2019	NORMAL
3620		ECOGRAFO	PHILIPS	AFFINITY 70C	USN19F0249	2CARP	2019	URGENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **100096731239957886078**

3621	3620	SONDA ECOGRAFO	PHILIPS	X7-2t	B3DRNM	2CARP	2019	URGENTE
3622	3620	SONDA ECOGRAFO	PHILIPS	X5-1	B3F35P	2CARP	2019	URGENTE
3623	2010	IMPRESORA	SEIKO INSTRUMENTS	ALGO 3I	33030807B0	2HPED	2019	URGENTE
3626		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	10005941	MBB1915696	2ANE	2019	NORMAL
3627		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	10005941	MBB1915698	2URG	2019	NORMAL
3628		MONITOR FETAL	PHILIPS	AVALON FM30	DE65932256	2PAR	2019	URGENTE
3629		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	10005941	MBB1915695	2NEO	2019	NORMAL
3630		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	10005941	MBB1915700	CEX	2019	NORMAL
3631		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	10005941	MBB1915699	CEX	2019	NORMAL
3632		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	10005941	MBB1915697	2URG	2019	NORMAL
3633		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	10005941	MBB1915701	CEX	2019	NORMAL
3634	2332	MONITOR DE VIDEO DE QUIROFANO	OLYMPUS	LMD-2735MD	S002824	2QUI	2019	URGENTE
3635	2332	TORRE DE CIRUGIA, CONSOLA LAPAROSCOPIA HD	OLYMPUS	LMD-2735MD	634851	2QUI	2019	CRITICO
3636		VIDEOENDOSCOPIO	OLYMPUS	GIF-H180J	2104354	2QUI	2019	CRITICO
3637		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	10005941	MBB1915862	CEX	2019	NORMAL
3638		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	10005941	MBB1915861	CEX	2019	NORMAL
3639		MESA ANESTESIA	DRAGER	PRIMUS INFINITY	ASMA-0245	2QUI	2019	URGENTE
3640	3639	MONITOR MULTIPARAMETRICO	DRAGER	C500	424460046	2QUI	2019	URGENTE
3641	3639	TOFSCAN	DRAGER	TOF MU	2019-937I	2QUI	2019	URGENTE
3642	3639	MONITOR MULTIPARAMETRICO	DRAGER	INFINITY M540	5612980764	2QUI	2019	URGENTE
3643		MESA ANESTESIA	DRAGER	PRIMUS INFINITY	ASMA-0244	2QUI	2019	URGENTE
3644	3643	MONITOR	DRAGER	INFINITY C500	424460028	2QUI	2019	URGENTE
3645	3643	TOFSCAN	DRAGER	TOF MU	2019-937B	2QUI	2019	URGENTE
3646	3643	MONITOR MULTIPARAMETRICO	DRAGER	INFINITY M540	5612990862	2QUI	2019	URGENTE
3647		MESA DE QUIROFANOS	SCHMITZ SOEHNE	DIAMOND 60 BLK	00068521	2QUI	2019	URGENTE
3648		TORRE DE LAPAROSCOPIA 3D Y FLUORESCENCIA	KARL STORZ	TC300	XQ816123-P	2QUI	2019	CRITICO
3649	3648	CONSOLA DE GRABACIÓN	KARL STORZ	TC200	XQ816298-P	2QUI	2019	CRITICO
3650	3648	FUENTE DE LUZ FRIA	KARL STORZ	D-LIGHT P SCB	XV3320-C	2QUI	2019	CRITICO
3651	3648	INSUFLADOR	KARL STORZ	UI500	NS924	2QUI	2019	CRITICO
3652	3648	MONITOR 3D DE 32"	KARL STORZ	TM330	21180059	2QUI	2019	CRITICO
3653	3648	MONITOR 3D DE 32"	KARL STORZ	TM330	21188059	2QUI	2019	CRITICO
3654		ECOGRAFO	ALOKA	ARIETTA V60	G3002413	2DIGP	2019	URGENTE
3655	3654	SONDA ECOGRAFO	ALOKA	C251	V0066703	2DIGDP	2019	URGENTE
3656		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	19321196	2URG	2019	NORMAL
3657		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	19321180	2PAR	2019	NORMAL
3658		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	19321192	2HUC	2019	NORMAL
3659		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	19321310	2URG	2019	NORMAL
3660		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	19321179	CEX	2019	NORMAL
3661		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	19321212	2URG	2019	NORMAL
3662		VÍDEO-URETERORRENOSCOPIO	KARL STORZ	11278 VS	42333	2QUI	2019	CRITICO
3663	3648	TORRE DE CIRUGIA, CONSOLA DE CÁMARA	KARL STORZ	TC302	SQ806603-P	2QUI	2019	CRITICO
3664	3648	VIDEOLAPAROSCOPIO 30º	KARL STORZ	26605BA	12917	2QUI	2019	CRITICO
3665	3648	TORRE DE CIRUGIA, CABEZAL CAMARA	KARL STORZ	H3-Z FI	OR990551-H	2QUI	2019	CRITICO
3668		ELECTROBISTURI	COVIDIEN	FT10	T9E33411DX	2QUI	2019	CRITICO
3669	1099	TORRE DE ENDOSCOPIA, VIDEOPROCESADOR	FUJIFILM MEDICAL	EP-6000	1V693K217	2NMLP	2019	URGENTE
3670		VAPOTHERM	VAPOTHERM	PRECISION FLOW	PF00002121-P	2HPED	2019	CRITICO
3671	3489	TORRE DE ENDOSCOPIA, BOMBA DE IRRIGACION	ENDOTECHNIK	AQUA MASTER	2108	2DIGP	2019	URGENTE
3672	1090	TORRE DE ENDOSCOPIA, INSUFLADOR DE CO2	PENTAX MEDICAL	EGA501E	13104572	2DIGP	2019	URGENTE
3673		VIDEODUODENOSCOPIO	PENTAX MEDICAL	ED34-i10T2	A110336	2DIGP	2019	URGENTE
3675		PIEZA DE MANO MOTOR	SYNTHESE	05.001.201	015681	2QUI	2019	URGENTE

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

		QUIRÚRGICO						
3676	3675	CARGADOR DE BATERIAS UNIVERSAL II	SYNTHES	05.001.204	017926	2QUI	2019	URGENTE
3677		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	19318490	2PAR	2019	NORMAL
3679		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	19318776	2URG	2019	NORMAL
3680		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	19318488	2URG	2019	NORMAL
3682	3756	HUMIDIFICADOR	FISHER PAYKEL	MR850	100629087786	2HUC	2019	NORMAL
3683		ULTRACONGELADOR	IBERCEX	LEUF60S	145670045180254	2ALGC	2019	URGENTE
3685	3756	HUMIDIFICADOR	FISHER PAYKEL	MR850ALU	SIN SN	2HOS62	2019	NORMAL
3686		VENTILADOR NO INVASIVO DE ALTO FLUJO	PHILIPS	RESPIRONICS V60 PLUS	100320645	2HUC	2019	URGENTE
3687	3686	HUMIDIFICADOR	WILAMED	AIRCON	20192000943	2HUC	2019	CRITICO
3688		DERMATOSCOPIO DIGITAL	HEINE	DELTAone	1105067480	2DERCX	2019	NORMAL
3690		ASPIRADOR	HERSILL	V7	49502-0023	2HAD	2019	NORMAL
3691		NEVERA	ZANUSSI	ZFT611W	81020001	2FAR	2019	URGENTE
3695		DEFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	ZOLL	AED PLUS	(21)X19A107443	2DERCX	2019	CRITICO
3698	3489	TORRE DE ENDOSCOPIA, BOMBA DE IRRIGACION	ENDOTECHNIK	AQUA MASTER	2071	2DIGP	2019	URGENTE
3699	3471	SONDA ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	L6-12-RS	784022WX6	2URG	2019	URGENTE
3701		CENTRIFUGA	PALEX	2420	VX13775	2BCS	2019	NORMAL
3702	0220	CABEZAL ELECTROENCEFALOGRAFO	NIHON KOHDEN	JE-921A	17186	2NRCL	2019	URGENTE
3703		FRONTOFOMETRO	SHIN NIPPON	DL-900	Z512135	2OFTC	2019	NORMAL
3704		TALLIMETRO	HARPENDER	602VR	0	2PEDC	2019	NORMAL
3705		EQUIPO DE BIOIMPEDANCIA	TANITA	MC 7800P-MA	16110114	2ENDC	2019	NORMAL
3706		DOPPLER BIDIRECCIONAL	HADECO / HAYASHI DENKI CO	SMART V LINK	19050025	2ENDC	2019	NORMAL
3709		MOTOR QUIRURGICO	STRYKER	SYSTEM 8 DUAL TRIGGER ROTARY	1925618363	2QUI	2019	URGENTE
3710		MOTOR QUIRURGICO	STRYKER	SYSTEM 8 SAGITAL SAW EUROPEAN	0	2QUI	2019	URGENTE
3711		MOTOR QUIRURGICO	STRYKER	SYSTEM 8 DUAL TRIGGER ROTARY	1927001473	2QUI	2019	URGENTE
3712		MOTOR QUIRURGICO	STRYKER	SYSTEM 8 DUAL TRIGGER ROTARY	2000614443	2QUI	2019	URGENTE
3713		CARGADOR DE BATERIAS UNIVERSAL	STRYKER	7110-120-000	2001305923	2QUI	2019	URGENTE
3714		HOLTER T.A.	GENERAL ELECTRIC	TONOPORT V	TONO20808	2NMLP	2020	URGENTE
3715	3489	TORRE DE ENDOSCOPIA, BOMBA DE IRRIGACION	ENDOTECHNIK	AQUA MASTER	2073	2DIGP	2020	URGENTE
3716		POLIGRAFO	NONIN	NOX-T3	902027241	2NMLP	2020	URGENTE
3717	3188	PULSIOXIMETRO	NONIN	WRIST OX2	502645605	2NMLP	2020	URGENTE
3719		MONITOR MULTIPARAMETRICO	DRAGER	VISTA 120	VQSMD0011	2QUI	2020	NORMAL
3720		MONITOR MULTIPARAMETRICO	DRAGER	VISTA 120	VQSMF0005	2QUI	2020	NORMAL
3721		MONITOR MULTIPARAMETRICO	DRAGER	VISTA 120	VQSMD0019	2QUI	2020	NORMAL
3722		MONITOR MULTIPARAMETRICO	DRAGER	VISTA 120	VQSMD0035	2HUC	2020	URGENTE
3723		MONITOR MULTIPARAMETRICO	DRAGER	VISTA 120	VQSMD0016	2HUC	2020	URGENTE
3724		MONITOR MULTIPARAMETRICO	DRAGER	VISTA 120	VQSMD0030	2HUC	2020	URGENTE
3725		MONITOR MULTIPARAMETRICO	DRAGER	VISTA 120	VQSMD0023	2HUC	2020	URGENTE
3726		MONITOR MULTIPARAMETRICO	DRAGER	VISTA 120	VQSMD0005	2HUC	2020	URGENTE
3727		MONITOR MULTIPARAMETRICO	DRAGER	VISTA 120	VQSMD0007	2HUC	2020	URGENTE
3728		MONITOR MULTIPARAMETRICO	DRAGER	VISTA 120	VQSMF0015	2QUI	2020	NORMAL
3729		MONITOR MULTIPARAMETRICO	DRAGER	VISTA 120	VQSMF0010	2QUI	2020	NORMAL
3730		MONITOR MULTIPARAMETRICO	DRAGER	VISTA 120	VQSMD0009	2QUI	2020	NORMAL
3731		RESPIRADOR	MEDTRONIC	E360	G172050447	2HUC	2020	NORMAL
3732		RESPIRADOR	MEDTRONIC	E360	G171060214	2HUC	2020	NORMAL
3733		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	20012645	2HOS52	2020	NORMAL
3734		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	20012257	2HOS53	2020	NORMAL
3735		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	20012256	2URG	2020	NORMAL

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

3736		DESFIBRILADOR	PHYSIO CONTROL	LIFE PACK 20	48709985	2HUC	2020	CRITICO
3737		DESFIBRILADOR	PHYSIO CONTROL	LIFE PACK 20	48710506	2HUC	2020	CRITICO
3738		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	19503050	CEX	2020	NORMAL
3739		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	19516298	CEX	2020	NORMAL
3740		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	19502272	CEX	2020	NORMAL
3741		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	19516297	2HOS53	2020	NORMAL
3742		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	19516303	2REA	2020	NORMAL
3743		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	19516296	CEX	2020	NORMAL
3744		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	19516292	CEX	2020	NORMAL
3745		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	19516299	2HPED	2020	NORMAL
3746		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	19516277	2HOS61	2020	NORMAL
3747		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	19502273	2HOS52	2020	NORMAL
3749		GRUA PACIENTES	LIKO	VIKING XL	9601092	2HUC	2020	NORMAL
3750		GRUA PACIENTES	LIKO	VIKING XL	9601093	2HUC	2020	NORMAL
3751		RESPIRADOR	ZOLL	Z-VENT	AY20C010535	2HUC	2020	NORMAL
3752		RESPIRADOR	ZOLL	Z-VENT	AY20C010539	2HUC	2020	NORMAL
3753		RESPIRADOR	MINDRAY	SV300	GB-03016039	2HUC	2020	NORMAL
3754		RESPIRADOR	MINDRAY	SV300	GB-03016040	2HUC	2020	NORMAL
3755		RESPIRADOR	MINDRAY	SV300	GB-03016034	2HUC	2020	NORMAL
3756		RESPIRADOR	MAQUET	SERVO-AIR	16031	2HUC	2020	URGENTE
3757		RESPIRADOR	MAQUET	SERVO-AIR	16016	2HUC	2020	URGENTE
3758		OSMOSIS INVERSO	GAMBRO	WRO-300H	WR030261	2DIALH	2020	URGENTE
3759		ANESTESIA EQUIPO, HUMIFICADOR	FISHER PAYKEL	AIRVO2	191114105870	2HOS62	2020	NORMAL
3760		ANESTESIA EQUIPO, HUMIFICADOR	FISHER PAYKEL	AIRVO2	200309115140	2HOS62	2020	NORMAL
3762		ECOGRAFO	SONOSITE	X-PORTE	04R0NZ	2URG	2020	URGENTE
3763	3762	SONDA ECOGRAFO	SONOSITE	L38XP	04R5GF	2URG	2020	URGENTE
3764	3762	SONDA ECOGRAFO	SONOSITE	RP19XP	04QY16	2URG	2020	URGENTE
3765	3762	SONDA ECOGRAFO	SONOSITE	C60XP	04QVZF	2URG	2020	URGENTE
3766	3401	SONDA ECOGRAFO	SONOSCAPE	L741	E018151465	2ANE	2020	URGENTE
3767		VENTILADOR MECANICO	BREAS	VIVO 65	D150346	2HOS62	2020	URGENTE
3768		VENTILADOR MECANICO	BREAS	VIVO 65	D150352	2HOS62	2020	URGENTE
3769		FIBROLARINGOSCOPIO	MACHIDA EDS	ENT-30PIII	91926	2HOS52	2020	NORMAL
3770		DESFIBRILADOR	PHYSIO CONTROL	LIFE PACK 20	48750999	2URG	2020	CRITICO
3771		MESA DE ANESTESIA	DRAGER	ATLAN A350	ASMM-0032	2QUI	2020	URGENTE
3772	3771	ANESTESIA EQUIPO, MONITOR MULTIPARAMETRICO	DRAGER	C700	433814087	2QUI	2020	URGENTE
3773		VIDEOCOLONOSCOPIO	PENTAX MEDICAL	EC38i10L	K110511	2DIGP	2020	URGENTE
3774		NEVERA	TEKA	TS1 135	113320000	2OFTC	2020	NORMAL
3775		HUMIDIFICADOR	FISHER PAYKEL	MR850	191216407524	2HUC	2020	NORMAL
3776	3756	HUMIDIFICADOR	FISHER PAYKEL	MR850	191216407517	2HUC	2020	NORMAL
3777		HUMIDIFICADOR	FISHER PAYKEL	MR850	200131410897	2HUC	2020	NORMAL
3778		HUMIDIFICADOR	FISHER PAYKEL	MR850	200131410895	2HUC	2020	NORMAL
3779		HUMIDIFICADOR	FISHER PAYKEL	MR850	191216407520	2HUC	2020	NORMAL
3780		HUMIDIFICADOR	FISHER PAYKEL	MR850	1911017400374	2HUC	2020	NORMAL
3781	3775	ALTO FLUJO	OHIO MEDICAL CORPORATION	2001B	BX2052170	2HUC	2020	NORMAL
3782	3776	ALTO FLUJO	OHIO MEDICAL CORPORATION	2001B	BX2052467	2HUC	2020	NORMAL
3783	3777	ALTO FLUJO	OHIO MEDICAL CORPORATION	2001B	BX2052466	2HUC	2020	NORMAL
3784	3778	ALTO FLUJO	OHIO MEDICAL CORPORATION	2001B	BX2052179	2HUC	2020	NORMAL
3785	3778	ALTO FLUJO	OHIO MEDICAL CORPORATION	2001B	BX2052171	2HUC	2020	NORMAL
3786		ALTO FLUJO	OHIO MEDICAL	2001B	BX1958033	2HUC	2020	NORMAL

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

			CORPORATION					
3787		ALTO FLUJO	OHIO MEDICAL CORPORATION	2001B	BX20552175	2HUC	2020	NORMAL
3788		ALTO FLUJO	OHIO MEDICAL CORPORATION	2001B	BO2052180	2HUC	2020	NORMAL
3789		HUMIDIFICADOR	FISHER PAYKEL	MR850	200330418312	2HUC	2020	NORMAL
3790		HUMIDIFICADOR	FISHER PAYKEL	MR850	200330418316	2HUC	2020	NORMAL
3791		RESPIRADOR	MEDTRONIC	E360	G171060229	2HUC	2020	NORMAL
3792		RESPIRADOR	MEDTRONIC	E360	G16070094	2HUC	2020	NORMAL
3793		RESPIRADOR	MEDTRONIC	E360	G171060228	2HUC	2020	NORMAL
3794		RESPIRADOR	MEDTRONIC	E360	G172050446	2HUC	2020	NORMAL
3795		RESPIRADOR	MEDTRONIC	E360	G171060220	2HUC	2020	NORMAL
3796		RESPIRADOR	MEDTRONIC	E360	N15361231244	2HUC	2020	NORMAL
3797		RESPIRADOR	MEDTRONIC	E360	G171060227	2HUC	2020	NORMAL
3798		CALENTADOR DE PARAFINA	LEICA	HI1210	15907	2APA	2020	NORMAL
3799		RESPIRADOR	HAMILTON	C2	4210	2HUC	2020	NORMAL
3800		RESPIRADOR	MINDRAY	SV600	AA6-04004132	2HUC	2020	NORMAL
3801		VENTILADOR MECANICO	BREAS	VIVO 65	D170386	2HOS62	2020	URGENTE
3803		VENTILADOR MECANICO	BREAS	VIVO 65	D170309	2HOS62	2020	URGENTE
3804		NEVERA	THERMO SCIENTIFIC	935; TSE320	116115460120324	2ORLC	2019	NORMAL
3805		FIBROSCOPIO DE INTUBACION PORTATIL	PENTAX MEDICAL	FI-16RBS	N110297	2HUC	2020	CRITICO
3806		RESPIRADOR	MEDTRONIC	E360	N15360730456	2HUC	2020	NORMAL
3807		RESPIRADOR	ZOLL	Z-VENT	AY20C010534	2HUC	2020	NORMAL
3808		RESPIRADOR	ZOLL	Z-VENT	AY20C010536	2HUC	2020	NORMAL
3809		RESPIRADOR	MEDTRONIC	E360	N17361133484	2HUC	2020	NORMAL
3811	1524	TORRE DE CIRUGIA, VIDEOPROCESADOR	KARL STORZ	TC301	NP821632-P	2QUI	2020	CRITICO
3812	1524	CAMARA DE VIDEO DE QUIROFANOS	KARL STORZ	TH110	YQ018411-K	2QUI	2020	CRITICO
3813	1524	CONSOLA DE GRABACIÓN	KARL STORZ	TC200	NP823364P	2QUI	2020	CRITICO
3814		MONITOR DE VIDEO TORRE CIRUGIA	LG	27HK5105	001KCLHM9850	2QUI	2020	CRITICO
3815		RESPIRADOR	HAMILTON	C1	22986	2HUC	2020	NORMAL
3816		FOTOFORO	RIESTER	RI-FOCUS LED	002077	2ORLC	2020	NORMAL
3817		MONITOR VIDEOLARINGOSCOPIO	KARL STORZ	C-MAC	RP22459	2QUI	2020	URGENTE
3818	3817	VIDEOLARINGOSCOPIO	KARL STORZ	8403X51	RP5111	2QUI	2020	CRITICO
3819		TOFSCAN	DRAGER	TOF MU	2020-11069	2QUI	2020	URGENTE
3820		TOFSCAN	DRAGER	TOF MU	2020-11140	2QUI	2020	URGENTE
3821		TOFSCAN	DRAGER	TOF MU	2020-11146	2QUI	2020	URGENTE
3822		TOFSCAN	DRAGER	TOF MU	2020-11142	2QUI	2020	URGENTE
3823		MONITOR MULTIPARAMETRICO	COMEN	C30	K3200403033	2URG	2020	NORMAL
3824	3823	MONITOR MULTIPARAMETRICO	COMEN	C70	K7200403079	2URG	2020	NORMAL
3825		MONITOR MULTIPARAMETRICO	COMEN	C30	K3200403004	2DIGP	2020	NORMAL
3826	3825	MONITOR MULTIPARAMETRICO	COMEN	C70	K7200403021	2DIGP	2020	NORMAL
3827		MONITOR MULTIPARAMETRICO	COMEN	C30	K3200403039	2DIGP	2020	NORMAL
3828	3827	MONITOR MULTIPARAMETRICO	COMEN	C70	K7200403050	2DIGP	2020	NORMAL
3830		URETERO-RINOSCOPIO	RICHARD WOLF	8703.524	1100634758	2QUI	2020	CRITICO
3831	3153	VIDEOLAPAROSCOPIO	KARL STORZ	26605BA	14522	2QUI	2020	CRITICO
3832		MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	MX750	DE71302937	2CARP	2020	NORMAL
3833	3832	MONITOR MULTIPARAMETRICO, COMPONENTE	PHILIPS	867030	DE694A0375	2CARP	2020	NORMAL
3834		RESPIRADOR	MEDTRONIC	E360	N15361131136	2HUC	2020	NORMAL
3837		ESPIROMETRO	MED GRAPHICS	CPFS/D	220006100	2PEDC	2020	NORMAL
3838		ANESTESIA EQUIPO, HUMIFICADOR	FISHER PAYKEL	AIRVO2	200505128002	2HOS62	2020	URGENTE
3839		ANESTESIA EQUIPO,	FISHER PAYKEL	AIRVO2	200513130494	2HOS62	2020	URGENTE

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

		HUMIFICADOR						
3840		ANESTESIA EQUIPO, HUMIFICADOR	FISHER PAYKEL	AIRVO2	200505127901	2HOS62	2020	URGENTE
3841		CENTRAL DE MONITORIZACION	PHILIPS	866424	US43386916	2HOS62	2020	URGENTE
3842	3841	CENTRAL DE MONITORIZACION, COMPONENTE. MONITOR DE PC	HP	E233	3CQ8521V9G	2HOS62	2020	URGENTE
3843	3841	MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	MX750	DE71302988	2HOS62	2020	NORMAL
3844	3843	MONITOR MULTIPARAMETRICO, COMPONENTE	PHILIPS	INTELIVUE X3	DE69490381	2HOS62	2020	NORMAL
3846	3841	MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	MX750	DE71302972	2HOS62	2020	NORMAL
3847	3846	MONITOR MULTIPARAMETRICO, COMPONENTE	PHILIPS	INTELIVUE X3	DE694A0367	2HOS62	2020	NORMAL
3848	3841	MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	MX750	DE71302989	2HOS62	2020	NORMAL
3849	3848	MONITOR MULTIPARAMETRICO, COMPONENTE	PHILIPS	INTELIVUE X3	DE694A0847	2HOS62	2020	NORMAL
3851	3841	MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	MX750	DE731303006	2HOS62	2020	NORMAL
3852	3851	MONITOR MULTIPARAMETRICO, COMPONENTE	PHILIPS	INTELIVUE X3	DE694A0363	2HOS62	2020	NORMAL
3853	3841	MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	MX750	DE71302957	2HOS62	2020	NORMAL
3854	3853	MONITOR MULTIPARAMETRICO, COMPONENTE	PHILIPS	INTELIVUE X3	DE694A0499	2HOS62	2020	NORMAL
3856	3841	MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	MX750	DE71302931	2HOS62	2020	NORMAL
3857	3841	MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	MX750	DE71302981	2HOS62	2020	NORMAL
3858	3857	MONITOR MULTIPARAMETRICO, COMPONENTE	PHILIPS	INTELIVUE X3	DE694A0377	2HOS62	2020	NORMAL
3860	3856	MONITOR MULTIPARAMETRICO, COMPONENTE	PHILIPS	INTELIVUE X3	DE644A0326	2HOS62	2020	NORMAL
3862		MONITOR MULTIPARAMETRICO	COMEN	C70	k7200403084	2PAR	2020	NORMAL
3863	3862	MONITOR MULTIPARAMETRICO	COMEN	C30	K3200403029	2PAR	2020	NORMAL
3864		RESPIRADOR	HAMILTON	C1	23047	2HUC	2020	NORMAL
3865		RESPIRADOR	HAMILTON	T1	15081	2HUC	2020	NORMAL
3866		RESPIRADOR	HAMILTON	C1	23046	2HUC	2020	NORMAL
3867		RESPIRADOR	HAMILTON	C1	23044	2HUC	2020	NORMAL
3869		VIDEO-URETERENOSCOPIO	KARL STORZ	11278VS	54910	2QUI	2020	CRITICO
3872		MESA EXPLORACION	FIMET	F1	32900275	2URG	2020	NORMAL
3873		RESPIRADOR	MINDRAY	SV600	AA6-05004490	2HUC	2020	NORMAL
3874		CENTRAL DE MONITORIZACION	LENOVO	M720S	S4PL7151	2HUC	2020	URGENTE
3875		COMPONENTE, CENTRAL DE MONITORIZACION	IYAMA	PL2283H	11593015B3955	2UCI	2020	URGENTE
3876		COMPONENTE, CENTRAL DE MONITORIZACION	IYAMA	PL2283H	11593015B3960	2UCI	2020	URGENTE
3877		RESPIRADOR	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-07510	2REA	2020	NORMAL
3878		RESPIRADOR	MAQUET	SERVO-I		2HUC	2020	URGENTE
3880		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	10005941	MBB2005453	2HOS61	2020	NORMAL
3881		RESPIRADOR	PHILIPS	TRILOGY EVO O2	H28928679F9A7	2HOS62	2020	URGENTE
3882		RESPIRADOR	PHILIPS	TRILOGY EVO O2	H2893582917CF	2HOS62	2020	URGENTE
3884		RESPIRADOR	NELLCOR	840	3510050053	2REA	2020	URGENTE
3886		MONITOR MULTIPARAMETRICO	COMEN	OTROC70	K7200403005	2URG	2020	NORMAL
3887		HUMIDIFICADOR	WILAMED	AIRCON GEN2	20202007250	2REA	2020	URGENTE
3888		HUMIDIFICADOR	WILAMED	AIRCON GEN2	20202007265	2REA	2020	URGENTE
3889		HUMIDIFICADOR	WILAMED	AIRCON GEN2	20202007285	2REA	2020	URGENTE
3890		HUMIDIFICADOR	WILAMED	AIRCON GEN2	20202007249	2REA	2020	URGENTE
3891		HUMIDIFICADOR	WILAMED	AIRCON GEN2	20202007242	2REA	2020	URGENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1000967312239957886078**

3892		HUMIDIFICADOR	WILAMED	AIRCON GEN2	20202007314	2REA	2020	URGENTE
3893		HUMIDIFICADOR	WILAMED	AIRCON GEN2	20202007263	2REA	2020	URGENTE
3894		TELEMETRIA DE ECG	NIHON KOHDEN	ZS-910PG	1235	2HOS62	2020	URGENTE
3896		SELLADORA DE TUBOS	OLYMPUS	USG-410	7000355	2QUI	2020	NORMAL
3897		SELLADORA DE TUBOS	OLYMPUS	USG-410	7000344	2QUI	2020	NORMAL
3898		FACOEMULSIFICADOR	BAUSCH & LOMB	STELLARIS PC	SPC04885	2UCA	2020	URGENTE
3899		PULSIOXIMETRO	NELLCOR	10005941	MBB2011451	2URG	2020	NORMAL
3900		NEVERA	THERMO FISHER	LKUV161U-25	0852361397	2NRLC	2020	URGENTE
3901		NEVERA	FISHER SCIENTIFIC	LKV-3910-25	0853433925	2ALGC	2020	URGENTE
3902		PIPETA	GILSON	PIPETMAN	CA65497	2ALGC	2020	NORMAL
3903		PIPETA	GILSON	PIPETMAN	BL53849	2ALGC	2020	NORMAL
3904		PIPETA	GILSON	PIPETMAN	BK67697	2ALGC	2020	NORMAL
3905		PIPETA	GILSON	PIPETMAN	CA59042	2ALGC	2020	NORMAL
3906		PIPETA	GILSON	PIPETMAN	CB53541	2ALGC	2020	NORMAL
3907		BALANZA ELECTRONICA	LIJUNGBERG&KOGEL	BIOMIXER 323	20-05-32310750	2HDME	2020	NORMAL
3908	2809	PULSIOXIMETRO	NONIN	WRIST OX2	505029443	2ORLC	2020	NORMAL
3909		HUMIDIFICADOR	WILAMED	AIRCON GEN2	20192001336	2NEO	2020	NORMAL
3910		MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	VS30	CN80600444	2HPED	2020	NORMAL
3911		MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	VS30	CN80600459	2HPED	2020	NORMAL
3912		HOLTER T.A.	GENERAL ELECTRIC	TONOPORT V	TONO20900	2NMLP	2020	URGENTE
3913		HOLTER T.A.	GENERAL ELECTRIC	TONOPORT V	TONO20901	2NMLP	2020	URGENTE
3916	0000	BILIRRUBINOMETRO	DRAGER	JM-105	H3506148	2NEO	2020	NORMAL
3917		LAMPARA DE FOTOTERAPIA	BIOFRONTERA	BF-RHODOLED	LEDV-013-005	2DERCX	2020	NORMAL
3918	3771	ESTIMULADOR	RGB Medical Devices	TOF-CUFF	TC2015011	2ANE	2020	NORMAL
3919		ESTIMULADOR	ORGANON	TOF-WATCH SX	12-2014096	2QUI	2020	URGENTE
3921		OFTALMOSCOPIO	KEELER	VANTAGE PLUS	76299	2OFTCX	2020	NORMAL
3922		MONITOR	PHILIPS	2435SLIMB/00	UK0A2018007304	2NMLC	2020	NORMAL
3923		HOLTER ECG	GENERAL ELECTRIC	SEERLT RECORDER KIT	P88060218	2CARP	2020	CRITICO
3924		ANESTESIA EQUIPO, HUMIFICADOR	FISHER PAYKEL	AIRVO2	201030194998	2HOS62	2020	URGENTE
3925		OFTALMOSCOPIO	HEINE	OMEGA 500	1105669807	2OFTC	2020	NORMAL
3926		TENSIOMETRO ELECTRONICO	OMRON	M6	201912001431V	2OBSC	2020	NORMAL
3928		PROYECTOR OPTOTIPO	OFTALMICA BONET	AOC	aoc1403332	2OFTC	2020	NORMAL
3929		GRUA PACIENTES	HILL ROM	VIKING M	9408334	2PSQH	2020	NORMAL
3930		ELECTROCARDIOGRAFO	G.E	MAC 2000	STD20460329PA	2CARP	2020	NORMAL
3931		ELECTROCARDIOGRAFO	G.E	MAC 2000	STD204603333PA	2CARP	2020	NORMAL
3932		VIDEOCOLONOSCOPIO	PENTAX MEDICAL	EC38i10L	L002ZZ0443	2DIGP	2020	NORMAL
3933		TORRE DE ENDOSCOPIA	PENTAX MEDICAL	MB	201141	2DIGP	2020	URGENTE
3935	3933	VIDEO PROCESADOR	PENTAX	EPK-I7010	D720745	2DIGP	2020	URGENTE
3936	3933	TORRE DE ENDOSCOPIA, PANTALLA	PENTAX MEDICAL	SC-WU27-G1522	20-362972	2DIGP	2020	URGENTE
3937	3933	TORRE DE ENDOSCOPIA, BOMBA DE IRRIGACION	ENDOTECHNIK	AQUA MASTER	2237	2DIGP	2020	URGENTE
3938		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	20390565	2DIGP	2020	NORMAL
3939		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	20390573	2DIGP	2020	NORMAL
3940		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	20390677	2DIGP	2020	NORMAL
3941		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	20390202	2DIGP	2020	NORMAL
3942		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	20390694	CEX	2020	NORMAL
3943		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	20390188	CEX	2020	NORMAL
3944		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	20390697	CEX	2020	NORMAL
3945		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	20390551	CEX	2020	NORMAL
3946		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	20390194	CEX	2020	NORMAL
3947		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	20390693	CEX	2020	NORMAL
3948		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	20390702	CEX	2020	NORMAL
3949		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	20390550	CEX	2020	NORMAL

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

3950		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	20390545	CEX	2020	NORMAL
3951		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	20390320	CEX	2020	NORMAL
3952		TERMOMETRO	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	20390187	CEX	2020	NORMAL
3953		ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	VERSANA PREMIER	6042363WX0	2GINC	2020	URGENTE
3954	3953	ECOGRAFO, MONITOR	GENERAL ELECTRIC	GEHC 21,5	2021501636	2GINC	2020	URGENTE
3955	3953	SONDA ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	4C-RS	932749WX5	2GINC	2020	URGENTE
3956	3953	ECOGRAFO, IMPRESORA	GENERAL ELECTRIC	UP-D898	045648736044692	2GINC	2020	URGENTE
3957	3953	SONDA ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	E8Cs-RS	929662WX5	2GINC	2020	URGENTE
3958		DERMATOSCOPIO DIGITAL	HEINE	DELTA 20T	1105424611	2DERC	2020	NORMAL
3960		SIERRA	MEDICON	OSCILLO COMPAQ	770301	2TRAC	2021	NORMAL
3961		ULTRACONGELADOR	INFRICO		ULF70086	2FAR	2021	URGENTE
3962		HOLTER ECG	GENERAL ELECTRIC	SEER LIGHT	P87080295	2CARP	2021	URGENTE
3963		FIBROLARINGOSCOPIO	MACHIDA EDS	ENT-30PC	93162	2ORLC	2121	URGENTE
3964	2784	SONDA ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	3Sc-RS	938890WX1	2CARC	2021	URGENTE
3966		MUESTREADOR AIRE	AIR IDEAL	AIR IDEAL 3P	091143	2MPR	2009	URGENTE
3967		MUESTREADOR AIRE	AIR IDEAL	3P	110550	2MPR	2019	URGENTE
3968		VENTILADOR MECANICO	BREAS	VIVO 3	D490302	2HOS62	2020	URGENTE
3969		MONITOR MULTIPARAMETRICO	COMEN	C70	K7200403059	2URG	2020	NORMAL
3970	3969	MONITOR MULTIPARAMETRICO	COMEN	C30	K3200403092	2URG	2020	NORMAL
3972		VENTILADOR MECANICO	PHILIPS RESPIRONICS	TRILOGY EVO	H30095010502C	2HOS62	2020	URGENTE
3973		VENTILADOR MECANICO	RESMED	ASTRAL 150	22161208159	2HOS62	2020	URGENTE
3974	2801	SONDA ECOGRAFO	GE	L10-22-RS	611165WX2	2REUC	2021	URGENTE
3975		VENTILADOR MECANICO	PHILIPS RESPIRONICS	TRILOGY EVO	H2915813556FF	2HOS62	2021	URGENTE
3976		TOPOGRAFO CORNEAL	OCULUS	PENTACAM AXL	710075718101	2OFTC	2020	URGENTE
3977	2860	CAMARA	STORZ	IMAGE 1 HX	NO034758-K	2QUI	2021	URGENTE
3978		CENTRAL DE MONITORIZACION	NIHON KOHDEN	CNS-9101K	101038	2HOS62	2021	URGENTE
3979	3978	PANTALLA CENTRAL MONOTORIZACION	HP / HEWLETT PACKARD	X	X	2HOS62	2121	URGENTE
3981		MONITOR DE VIDEO PARA BRONCOSCOPIOS DESECHABLES	AMBU	AVIEW	AM20800733	2NMLP	2121	URGENTE
3982		BASCUA PESA PERSONAS	SECA	BMI 799	10000000561807	2MAN	2121	URGENTE
3984		MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	VS30	CN82203948	2HOS51	2021	NORMAL
3985		MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	VS30	CN82203957	2HPED	2021	NORMAL
3986		MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	VS30	CN82203953	2HOS51	2021	NORMAL
3987		MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	VS30	CN82203956	2OBSh	2021	NORMAL
3988		ENDOSCOPIO FLEXIBLE	OLYMPUS	URF-P7	2103520	2QUI	2021	CRITICO
3990		ESPIROMETRO	MED GRAPHICS	CPFS/D	22006596	2NMLC	2021	NORMAL
3991		MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	VS30	CN82203941	2HDME	2021	NORMAL
3992		MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	VS30	CN82203939	2URG	2021	NORMAL
3994		MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	VS30	CN82203940	2MAN	2021	NORMAL
3995		MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	VS30	CN82203951	2HOS53	2021	NORMAL
3996		CPU CENTRAL TELEMETRIA	HP / HEWLETT PACKARD	453564867131	MXL0232YC	2HUC	2021	CRITICO
3997	3996	PANTALLA	HP / HEWLETT PACKARD	E233	CNC0470FK5	2HUC	2021	CRITICO

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **100096731239957886078**

3998	3996	SWITCH CENTRAL TELEMETRIA	3COM		CN03FPF388	2HUC	2021	CRITICO
3999	3996	SIDE CENTRAL TELEMETRIA	APC / AMERICAN POWER CONVERSION	SMART UPS	SC450MI1U	2HUC	2021	CRITICO
4000	3996	PANTALLA	HP / HEWLETT PACKARD	E233	CNC0470FJZ	2HUC	2021	CRITICO
4001		CAMPIMETRO	CARL ZEISS	HFA 3	860-19185	2OFTC	2021	NORMAL
4002		MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	VS30	CN82203949	2HOS53	2021	NORMAL
4003		MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	VS30	CN82203945	2HOS63	2021	NORMAL
4004		MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	VS30	CN82203947	2HOS63	2021	NORMAL
4005	4006	LASER OCULAR	NIDEK	YLC500	G0650047	2OFTC	2021	
4006		LAMPARA DE HENDIDURA	NIDEK	SL1800	20078377	2OFTC	2021	
4007	4006	BINOCULAR	HEINE	OMEGA 500		2OFTC	2021	
4008		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6	202101033573V	2GINC	2021	NORMAL
4009		MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	VS30	CN82203956	2PEDH	2021	NORMAL
4010		MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	VS30	CN82203952	2HOS62	2021	NORMAL
4012		MESA DE EXPLORACION	SALVADOR NAVARRO	LINAK	SIN SN	2PRL	2021	NORMAL
4013		MESA DE EXPLORACION	SALVADOR NAVARRO	LINAK		2PRL	2021	NORMAL
4014		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6	202011013758V	2PRL	2021	NORMAL
4015		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6	202001001010V	2PRL	2021	NORMAL
4016		MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	VS30	CN82203946	2CARP	2021	NORMAL
4017		MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	VS30	CN82203944	2URG	2021	NORMAL
4018		OTOSCOPIO DE PARED	RIESTER	RI-FORMER	102105	2PRL	2021	NORMAL
4019		OTOSCOPIO DE PARED	RIESTER	RI-FORMER	102103	2PRL	2021	NORMAL
4020		BASCUA PESA PERSONAS	DR KERN		WF20020734	2PRL	2021	NORMAL
4023		ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	VOLUSON P8	VP8807843	2PAR	2021	URGENTE
4024	4023	SONDA CONVEXA	GENERAL ELECTRIC	IC9-RS	970443WX8	2PAR	2021	URGENTE
4025	4023	SONDA CONVEXA	GENERAL ELECTRIC	4C-RS	969155WX1	2PAR	2021	URGENTE
4026		HOLTER DE PRESION	GENERAL ELECTRIC	TONOPORT V	TONO98932	2NEFC	2021	URGENTE
4027		HOLTER DE PRESION	GENERAL ELECTRIC	TONOPORT V	TONO13381	2NEFC	2021	URGENTE
4028		POTENCIALES EVOCADOS	INTERACOUSTICS	ECLIPSE REF:8507420	SN1005676	2ORLC	2021	URGENTE
4029		MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	VS30	CN82203958	2CARP	2021	NORMAL
4030		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6	202101033575V	2FIS	2021	NORMAL
4031		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6	202101033574V	2FIS	2021	NORMAL
4032		MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	VS30	CN82203950	2HPED	2021	NORMAL
4033		MODULO MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	M3001A	DE9070A5FR	2UCA	2021	NORMAL
4034		MODULO MULTICANAL	PHILIPS	M3001A	DE9070BNMU	2HUC	2021	NORMAL
4035	2804	SONDA CONVEXA	GENERAL ELECTRIC	4C-RS	808433WX7	2GINC	2021	URGENTE
4036		ELECTROCARDIOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	MAC 2000	STX21060040TA	2REA	2021	NORMAL
4037		SISTEMA GESTIÓN Y ALMACENAMIENTO CARDIO	PHILIPS	XCELERA		2CARP	2018	URGENTE
4038		ELECTROBISTURI	COVIDIEN	FT10	T9K38006DX	2QUI	2021	URGENTE
4039		ELECTROBISTURI	COVIDIEN	FT10	T9K38007DX	2QUI	2021	URGENTE
4040		ELECTROBISTURI	COVIDIEN	FT10	T9K38008DX	2QUI	2021	URGENTE
4042		BASCUA PESA PERSONAS	SECA	3847017099	10000000659786	2URG	2021	NORMAL
4043	1943	SONDA ECOGRAFO	SIEMENS	10038881	7278	2PAR	2021	URGENTE
4044		MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	VS30	CN82203939	2HOS52	2021	NORMAL
4045		SONDA ECOGRAFO	GENERAL MEDICAL EQUIPMENT	IMT-BT	KB22NS1013	2QUI	2021	URGENTE
4046	4045	SONDA ECOGRAFO	GENERAL EQUIPMENT FOR MEDICAL	WPROBE	0108437018413072215700192	2QUI	2021	URGENTE
4047		EQUIPO DE ANESTESIA, HUMIDIFICADOR	FISHER PAYKEL	AIRVO2	210115242054	2HOS62	2021	URGENTE
4048		TELEMETRIA DE ECG	NIHON KOHDEN	ZS-620PG	01001	2HOS62	2021	URGENTE
4049		CARGADOR DE BATERIAS UNIVERSAL	STRYKER	7110-120-000	2017106813	2QUI	2021	NORMAL

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

4053		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6	202101033576V	2ENDC	2021	NORMAL
4055	3978	IMPRESORA DE ETIQUETAS IDENTIFICACION	HP / HEWLETT PACKARD	M404dn	VNFB17646	2HOS62	2021	NORMAL
4056		ENDOSCOPIO FLEXIBLE	MACHIDA EDS	ENT-30PC	92009	2ORLC	2021	URGENTE
4057		ENDOSCOPIO FLEXIBLE	MACHIDA EDS	ENT-30PF-III	85509	2ORLC	2021	URGENTE
4059		VENTILADOR MECANICO	BREAS	VIVO 3	K170326	2HOS62	2021	URGENTE
4060		ENDOSCOPIO FLEXIBLE	RICHARD WOLF	8642.403	1100768320	2UROC	2021	URGENTE
4063		ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	VERSANA PREMIER	6140291WX0	2GINC	2021	URGENTE
4064	4063	SONDA ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	4C-RS	974892WX2	2GINC	2021	URGENTE
4065	4063	SONDA ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	E8C-RS	988920WX2	2OBSC	2021	URGENTE
4066		MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	VS30	CN82203943	2HOS52	2021	NORMAL
4068		FUENTE DE LUZ FRIA	TGH	M-LED 2500	966160	2QUI	2021	NORMAL
4069	4070	FUENTE DE LUZ FRIA	ECLERIS	EVERLUX PRO		2ORLC	2021	NORMAL
4070		FUENTE DE LUZ FRIA	ECLERIS	STROGO LED	SL103R010605	2ORLC	2021	NORMAL
4071	4070	TORRE DE CIRUGIA, CAMARA DE VIDEO	ECLERIS	PROCAM HD	U1V1311R000181	2ORLC	2021	NORMAL
4072	4070	ENDOSCOPIO FLEXIBLE	ORL VISION	RS1	RS13638	2ORLC	2021	NORMAL
4073	4070	TORRE DE CIRUGIA, CABLE CAMARA VIDEO	MEDCAPTURE	H264	2019113	2ORLC	2021	NORMAL
4074	4070	TORRE DE CIRUGIA, MONITOR DE VIDEO	AG NEOVA	SX-196	D1SX9G0AM0500021	2ORLC	2021	NORMAL
4075		ENDOSCOPIO FLEXIBLE	PENTAX MEDICAL	EC-28i10L	A111782	2DIGP	2021	URGENTE
4077		MESA DE EXPLORACION	FIMET	F1	32900285	2ORLC	2021	NORMAL
4078		MONITOR MULTIPARAMETRICO, COMPONENTE	PHILIPS	862442	DE6520JH1Z	2DIALH	2021	NORMAL
4079		HOLTER DE PRESION	GENERAL ELECTRIC	TONOPOORT V	TONO98932	2NEFC	2021	URGENTE
4080		TELEMETRIA DE ECG	NIHON KOHDEN	ZS-620PG	01005	2HOS62	2021	URGENTE
4081		MONITOR MULTIPARAMETRICO	PHILIPS	VS30	CN82203959	2URG	2021	NORMAL
4082		TELEMETRIA DE ECG	NIHON KOHDEN	ZS-620PG	01019	2HOS62	2021	URGENTE
4083		HOLTER DE ECG	GE	SEER LIGHT	P88080124	2CARP	2021	URGENTE
4084		CARGADOR DE BATERIAS UNIVERSAL	STRYKER	7110-120-0000	2105012723	2QUI	2021	NORMAL
4085		TELEMETRIA DE ECG	NIHON KOHDEN	ZS-620PG	01016	2HOS62	2021	URGENTE
4086		MONITOR MULTIPARAMETRICO	MINDRAY	EPM10	AC7-17030579	2HUC	2021	NORMAL
4087		OFTALMOSCOPIO	HEINE	OMEGA 500-XHL	1106032449	2OFTC	2021	NORMAL
4088		OFTALMOSCOPIO	HEINE	OMEGA 500-XHL	1106032452	2OFTC	2021	NORMAL
4089		CENTRAL DE MONITORIZACION FETAL	PHILIPS	AVALON CL	DE64714573	2PAR	2021	URGENTE
4090	4089	CENTRAL DE MONITORIZACION FETAL, COMPONENTE	PHILIPS	866076	DE45027244	2PAR	2021	URGENTE
4091	4089	CENTRAL DE MONITORIZACION FETAL, COMPONENTE	PHILIPS	866075	DE44916885	2PAR	2021	URGENTE
4092	4089	CENTRAL DE MONITORIZACION FETAL, COMPONENTE	PHILIPS	866077	DE45104441	2PAR	2021	URGENTE
4094		ENDOSCOPIO FLEXIBLE	MACHIDA EDS	ENT-30PC	90561	2ORLC	2021	URGENTE
4095		ENDOSCOPIO FLEXIBLE	RICHARD WOLF	8642.403	1100796422	2UROC	2021	URGENTE
4096	4098	AUDIOMETRO	MAICO DIAGNOSTIC	EASYSscreen BERA	ID119778	2PEDH	2021	NORMAL

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

4098		EQUIPO CRIBADO AUDITIVO	MAICO DIAGNOSTIC	EASYSscreen	MA9075037	2HPED	2021	CRITICO
4099		MOTOR QUIRURGICO	STRYKER	SYSTEM 8	2111010783	2QUI	2021	NORMAL
4100		CRIOterapia	KEELER	CRIOmatic MK2	K0910439	2QUI	2021	NORMAL
4101		ELECTROCARDIOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	MAC 2000	STX2107004PA	2URG	2021	NORMAL
4102		ELECTROCARDIOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	MAC 2000	STX21070040PA	2URG	2021	NORMAL
4103		TERMOMETRO	COVIDIEN	GENIUS 3	N20772629	2QUI	2021	NORMAL
4104		TERMOMETRO	COVIDIEN	GENIUS 3	N20772826	2QUI	2021	NORMAL
4106	3188	PULSIOXIMETRO	NONIN	WRIST OX2	501559814	2NMLP	2021	URGENTE
4107	3188	PULSIOXIMETRO	NONIN	WRIST OX2	502134580	2NMLP	2021	URGENTE
4108		POLIGRAFO	NONIN	NOX-T3	902007612	2NMLP	2021	URGENTE
4109		DISPENSADOR	LEICA	HISTOCARE ARCADIA H	7325	2APA	2021	NORMAL
4110		PLACA FRIA	LEICA	HISTOCARE ARCADIA C	7814	2APA	2021	NORMAL
4111		PLACA FRIA	LEICA	HISTOCARE ARCADIA C	7816	2APA	2021	NORMAL
4112		MICROTOMO	LEICA	HISTOCORE AUTOCUT	02125	2APA	2021	NORMAL
4113		BAÑO TERMOSTATICO	LEICA	HI1210	16700	2APA	2021	NORMAL
4114		HOLTER DE PRESION	GENERAL ELECTRIC	TONOport V	TONO17871	2NEFC	2021	URGENTE
4116		ELECTROCARDIOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	MAC 2000	STX21060041PA	2HOS62	2021	NORMAL
4117		ELECTROCARDIOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	MAC 2000	STX21060037PA	2HOS62	2021	NORMAL
4121		ENVASADOR DE FARMACOS	DEXTRO MEDICA	DEXTROPAC	2021-15	2FAR	2021	URGENTE
4122	4121	ENVASADOR DE FARMACOS	LG	VS197	LBLMTF036986	2FAR	2021	URGENTE
4123		MONITOR CEREBRAL	PHILIPS	M1034B	49722614	2HUC	2021	URGENTE
4124	2784	SONDA ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	3Sc-RS	1033853WX1	2CARC	2021	URGENTE
4128		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6	202101033579V	2CARC	2021	NORMAL
4130		INCUBADORA DE MUESTRAS	KW	W96RT HPL	83728	2BCS	2021	NORMAL
4131	2801	SONDA ECOGRAFO	GE	L4-12T-RS	1033504WX0	2QUI	2021	URGENTE
4132		MESA DE EXPLORACION	LINAK	J12517		2FISX	2021	NORMAL
4133	2553	TORRE DE CIRUGIA, ORDENADOR	ACER	ASPIRE 1	NXA9JEB003124238E17600	2HPED	2021	NORMAL
4134		BASCUA PESA PERSONAS	SECA	799	100000000732218	2HOS51	2021	NORMAL
4137	4139	TORRE DE CIRUGIA, CABEZAL CAMARA	STORZ	IMAGE 1 4K	W0044817-K	2QUI	2021	CRITICO
4138	4139	CAMARA CCD	STORZ	IMAGE S 4U-LINK	04048551413906	2QUI	2021	CRITICO
4139	1524	TORRE DE CIRUGIA, VIDEOPROCESADOR	KARL STORZ	TC201ES	U0852482-P	2QUI	2021	CRITICO
4140	4139	FUENTE DE LUZ FRIA	KARL STORZ	TL 400	U003808	2QUI	2021	CRITICO
4141	1524	CAMARA CCD	KARL STORZ	TH100	7710-0322115	2QUI	2021	CRITICO
4142		MONITOR MULTIPARAMETRICO	NIHON KOHDEN	VISMO PVM-4761	01323	2URG	2021	NORMAL
4143		MONITOR MULTIPARAMETRICO	NIHON KOHDEN	VISMO PVM-4761	01322	2URG	2021	NORMAL
4144	3009	SONDA ECOGRAFO	HITACHI	EUP-OL334	G3092161	2CGDH	2021	URGENTE
4145		ELECTROCARDIOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	MAC 2000	STX21060049PA	2HOS62	2021	NORMAL
4147		TENSIOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M6	202106002496V	2GINC	2021	NORMAL

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)

4148	1078	SONDA ECOGRAFO	GE	3S	647219WX5	2CARP	2021	URGENTE
------	------	----------------	----	----	-----------	-------	------	---------

Equipo	Marca	Modelo	Unidades	Código Unidad
GRABADORA DIGITAL	OLYMPUS	DS-3500	10	2APA
CONTENEDORES NITRÓGENO DE 20 A 50 LITROS	CARBUROS	VARIOS	6	2DER; 2APA
CRY-ACC NITROGENO	VARIOS	VARIOS	15	2DER
PROYECTORES	VARIOS	VARIOS	15	VARIOS

LISTADO APROXIMADO DE ÓPTICAS RÍGIDAS:

Equipo	Marca	Modelo	Unidades	Código Unidad
OPTICA RÍGIDA	STORZ	26003ACA 26003AGA 26003BCA 27092AMA 27294AA	12	2QUI
OPTICA RÍGIDA	STORZ	26003AA 26003BA 26046BA 27005BA 27005FA 28300BA	50	2QUI
OPTICA RÍGIDA	STORZ	26120BA 26120BHA	5	2GINP
OPTICA RÍGIDA	STORZ	27830KA	1	2QUI
OPTICA RÍGIDA	OLYMPUS	WA96201A	1	2QUI
OPTICA RÍGIDA	OLYMPUS	A4674A	1	2GINP
OPTICA RÍGIDA	OLYMPUS	A70963A	1	2ORLC
OPTICA RÍGIDA	OLYMPUS	WA96200A	1	2QUI
OPTICA RÍGIDA	WOLF	8880.443 8880.541 8880.543 8885.443 8934.432	8	2QUI
OPTICA RÍGIDA	WOLF	8654.422	1	2UROC
OPTICA RÍGIDA	WOLF	8642.403 8650.415	3	2QUI
OPTICA RÍGIDA	GYNECARE VERSASCOPE	MG21768	1	2GINP
OPTICA RÍGIDA	SMITH&NEPHEW	722022087	4	2QUI
OPTICA RÍGIDA	SMITH&NEPHEW	3894	1	2QUI
OPTICA RÍGIDA	ALPHA INNOTECH CORPORATION	GMS40A	1	2QUI
OPTICA RÍGIDA	ENDOVUE	10-0177-00	1	2ORLC
OPTICA RÍGIDA	ENDOVUE	10-0046-00	1	2QUI
OPTICA RÍGIDA	ALPHA	GMS40A	1	2GINP
OPTICA RÍGIDA	TONTARRA	COLIBRI 5.3	1	2GINP

LISTADO APROXIMADO DE EQUIPOS EN CESIÓN:

Equipo	Marca	Modelo	Unidades	Código Unidad	Año Adquisición	Procedencia
CALENTADOR DE AIRE	NELCOR	WARM TOUCH	15	2QUI/2REA	2008	CE
CALENTADOR	HOT LINE	LEVEL 1		2REA		CE
MONITOR	BIS	VISTA	15	2QUI 2PES		CE
ELECTROBISTURI	OLYMPUS	PK	1	2QUI	2008	CE

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)



ELECTROBISTURI	OLYMPUS	CELON ELITE WA9001A	1	2QUI	2018	CE
ELECTROBISTURI	ETHICON	GEN 11	2	2QUI	2015	CE
ELECTROBISTURI	ETHICON	VERSAPOINT II	1	2GINP	2015	CE
EQUIPOS LIGASURA	ETHICON	VLLS10GEN	1	2GINP/2QUI		CE
TORRE DE VIDEORINOLARINGOSCOPIO	OLYMPUS	TC-C3	1	2ORLC	2018	CE
EQUIPO INMUNOCAP	PADIA	ISAC READER	1	2ALEC		CE
MONITOR HEMODIALISIS	GAMBRO	AK200	1	2DIALH		CE
MONITOR HEMODIALISIS	GAMBRO	ARTIS	15	2DIALH		CE
MONITOR HEMODIALISIS	PALEX		5	2DIALH		CE
MONITOR HEMODIALISIS	FRESENIUS	5008 ONLINE PLUS	10	2DIALH		CE
MONITOR DIALISIS DOMICILIARIA	BAXTER	AK98 V2	1	2DIALH		CE
BOMBAS	ALARIS/BD	GW, GH, CC, SE 2 CHANNEL, ETC	350	VARIAS		CE
BOMBAS NUTRICIÓN	NUTRICIA		30	VARIAS		CE
FACOEMULSIFICADOR CON 4 PIEZAS DE MANO OZIL	ALCON	CENTURION VISION SYSTEM	1	2QUI	2019	CE
FACOEMULSIFICADOR	BAUSCH & LOMB	STELLARIS PC	1	2UCA	2020	CE
VITREOTOMO CON LASER INCORPORADO	ALCON	CONSTELLATION VISION SYSTEM	1	2QUI	2019	CE
LASER VERDE	BOSTON	GRRENLIGHT XPS	1	2QUI	2020	CE
MOTOR ANTIESCARAS	HILL ROM		30	VARIOS		CE
ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE	SIEMENS		5	VARIOS		CE
VAPORIZADOR SEVOFLURANE	ABBVIE SPAIN, S.L.U.		20	2QUI; 2PES; 2RAD		CE
VAPORIZADOR DESFLURANE	BAXTER		15	2QUI; 2PES; 2RAD		CE
MONITOR DE VIDEO PARA BRONCOSCOPIOS DESECHABLES	AMBU	AVIEW	2	2NMPL 2QUI	2121	CE
LASER	BOSTON	GREEN LIGHT XPS	1	2QUI	2020	CE
LASER	BOSTON	AURIGA XL 4007	1	2QUI	2020	CE
ELECTROBISTURÉS	COVIDIEN	FT10	6	2QUI		



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1000967312239957886078**

ANEXO 2: LISTADO DE MATERIALES ALMACÉN EXISTENTE.

Material	Descripción material	Referencia	Un.	Importe Total
102858	CABLE ALARGADOR SPO2 PARA SENSOR DESECHABLES 3M P/MONITOR PHILIPSINTELLIVUE/VS3	M1943AL	5	
105095	PERA TENSIÓMETRO	RE-001	4	
109453	MANÓMETRO DE TENSIÓMETRO COMPLETO 1,2 vías	RE-006	1	
1200162	CABLE DATOS P/NEBULIZADOR AERONEB PRO	AG-AP1085	2	
1200163	TRANSFORMADOR 230VAC/9VDC CON ADAPTADOR, P/ NEBULIZADOR AERONEB PRO	AG-AP1040-EU	2	
1200203	TORNILLO 10X40 P/MESA BETASTAR (AVELLANADO)	31012339	5	
1200222	VALVULA DE ENTRADA PARA RESUCITADOR ADULTO	304 000 505	2	
1200223	VALVULA ENTRADA PARA RESUCITADOR PEDIATRICO	299 000 505	2	
1200224	BOLSA OXIGENO PARA RESUCITADOR ADULTO	299 000 506	1	
1200253	CASETE ESPIRATORIO PARA RESPIRADOR MAQUET SERVO-I	6696947	1	
1200263	LÁMPARA HALÓGENA 6V, REF. HEINE X-04.88.104, P/OFTALMOSCOPIO HEINE OMEGA 500	X0488104	2	
1200276	SONDA DE TEMPERATURA PICCO PARA MONITOR PHILLIPS MP60	M1646A	2	
1200294	RESISTENCIA 750W-220V, P/ CUNA TÉRMICA DRAGER RESUSCITAIRE	MU11223	1	
1200327	CABLE EMISION P/MICROONDAS RADARMED 2500CP	5904	2	
1200333	DOBLE CALENTADOR MR850 P/HUMIDIFICADOR FISHER PAYKER NEOPUFF	900MR805	3	
1200344	CABLE CONEXIÓN P/CONSOLA CORE SYSTEM 6	6292004000	1	
1200353	KIT CARCARSA Y ETIQUETAS P/HOLTER SPACELABS	M KIT90207	3	
1200472	BOLSA INTERNA P/AMBU RESUCITADOR MARK IV	304 000 501	4	
1200473	CUBIERTA EXTERNA P/AMBU RESUCITADOR MARK IV	304 000 502	4	
1200474	CONECTOR A VÁLVULA RESUCITADOR MARK IV	304 000 503	4	
1200480	LÁMPARA OSRAM 18W/71 2G11, P/LÁMPARA DE FOTOTERAPIA MEDELA	PLL18W-71-2G11	3	
1200481	LÁMPARA XENON 300W 15V P/FUENTE DE LUZ KARL STORZ NOVA 300	99-X130	1	
1200673	CABLE ADAPTADOR A CONECTOR KEY PARA POLISOMNÓGRAFO GRASS AURA PSG	CAB-21911	7	
1200762	CUERPO DEL SENSOR CON CABLE PARA CÁPSULA DE OXÍGENO	6850720	1	
1200953	GOMA PASAMURO, P/ INCUBADORA GE GIRAFFE	6600-1248-500	10	
1201244	CABLE SUPER VHS MACHO-MACHO 10M PARA TORRE ENDOSCOPIA A ENDOBASE	1700641052	1	
1201297	CABLE ALTA FRECUENCIA MONOPOLAR WOLF, MACHO 4 MM-HEMBRA 4 MM, LONGITUD 3 M	C27.8106.034	2	
1201302	CABLE ALARGADOR SPO2 1M NELLCOR PARA MESA ANESTESIA DRAGER FABIUS GS	3368433	4	
1201304	CONEXION OXIGENO A EQUIPO PARA RESPIRADOR DRAGER OXYLOG2001		3	
1201306	INTERRUPTOR PRINCIPAL DE ENCENDIDO EQUIPO PARA MESA ANESTESIA DRAGERFABIUS GS		2	
1201307	TAPA VALVULA PEED "18" PARA MESA ANESTESIA DRAGER FABIUS GS	8604385	1	
1201312	SEGURO DE FIJACIÓN DE VENTANA PARA INCUBADORA GIRAFFE	6600-1246-500	2	
1201313	TAPA BATERIA PARA HOLTER ECG GE SEER LIGHT		5	
1201323	MANGUERA EXTRACCIÓN DE GASES 3M P/ MESA ANESTESIA DRAGER	M33298	2	
1201324	CABLE ALARGADOR SPO2 P/MESA ANESTESIA G.E.		2	
1201330	CABLE MONOPOLAR ACTIVO 8MM-MACHO 3MM-HEMBRA, 3M, P/FUENTE DIATERMIA ERBE ICC 200	20192-117	2	
1201333	SENSOR SPO2 ADULTO P/MESA ANESTESIA DRAGER FABIUS GS	ms13235	6	

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)



1201334	CABLE COMPLETO ECG DE 3 DERIVACIONES P/MESA ANESTESIA G.E. AVANCECARESTATION PRO		1	
1201335	CABLE DATOS CONEXIÓN SCIO-DELTA X5 TERMINAL LIBRE P/MESA ANESTESIADRAGER FABIUS GS	6871581	2	
1201336	CABLE DATOS COM1 X3, TERMINAL LIBRE, P/MESA ANESTESIA DRAGER FABIUS GS	5206441	1	
1201337	SENSOR SPO2 CLIP 8000AA LONG.1,4M P/POLÍGRAFO EMBLETTA NONIN		3	
1201342	CABLE PLACA A ELECTRODO 5M P/ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB FORCE FX		3	
1201346	CABLE MONOPOLAR 8MM-MACHO 3MM-HEMBRA P/ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB FORCE FX		1	
1201350	SENSOR NMT P/ MESA ANESTESIA G.E. AVANCE CARESTATION PRO		1	
1201351	SENSOR SPO2 PINZA DEDO 1M P/ MESA ANESTESIA G.E. AVANCE CARESTATION PRO		2	
1201352	MEMBRANA TECHALDO P/BÁSCULA SECA BMI 704		5	
1201355	CABLE RELAJACIÓN MUSCULAR (NMT SENSOR CABLE) P/MESA ANESTESIA G.E.AVANCE CARESTATION PRO		1	
1201357	CABLE PACIENTE ECG 7 LATIGUILLOS P/HOLTER G.E. SEER LIGHT		2	
1201358	CABLE PLACA NEUTRO P/BISTURÍ FAZZINI DIATROM 120		3	
1201359	CABLE COMPLETO ECG 10 LATIGUILLOS BANANA P/ECG G.E. MAC1200	CM310MQB	3	
1201360	CABLE PACIENTE ECG 5 LATIGUILLOS 1M IEC 1 P/MESA ANESTESIA DRAGER FABIUSGS		4	
1201394	ALOJAMIENTO PARA BOLSA OXÍGENO, P/ AMBU RESUCITADOR MARK IV		5	
1201395	INTERFACE BANDAS INDUCTIVAS TORAX CONECTOR KEY, P/POLISOMNÓGRAFO GRASSAURA PSG	9132	1	
1201403	TAPA BATERÍA, P/ HOLTER TA TONOPOORT V	2002857-001	8	
1201405	CABLE INTERFACE AURA A BASE, P/POLISOMNÓGRAFO GRASS AURA PSG		1	
1201406	CABLE CONECTOR CORCHETE (3U), P/POLISOMNÓGRAFO GRASS AURA PSG	F-SL48	3	
1201409	TERMISTOR ADULTO CONECTOR KEY, P/POLISOMNÓGRAFO GRASS AURA PSG		3	
1201423	CABLE CONEXIÓN ENTRE SENSOR Y MONITOR, P/ SENSOR DE GLUCOSA MMT-7102 W		2	
1201425	SENSOR DE FLUJO TERMISTOR 23,5" 60CM, P/ POLÍGRAFO EMBLETTA	1420430	2	
1201426	ADAPTADOR BANANA-PINZA CONEXIÓN ECG		50	
1201428	SONDA DOBLE TEMPERATURA, P/ HUMIDIFICADOR WILAMED PMH5000		1	
1201431	CONECTOR RÁPIDO MACHO P/ MANGUITO VBM	SLZM30	30	
1201432	ADAPTADOR EN Y, HEMOMED POD 10 PIN, P/ MESA ANESTESIA DRAGER FABIUS GS		2	
1201434	ROSCA PITORRO DE Sonda IMPEDANCIA REF.786517, P/ IMPEDANCIÓMETRO MAICOMI44		2	
1201435	PITORRO DE Sonda IMPEDANCIA REF.786517, P/ IMPEDANCIÓMETRO MAICO MI44	DTEA140	1	
1201436	FILTRO AIRE MGD, P/ MESA ANESTESIA DRAGER FABIUS GS		14	
1201438	JUEGO 10 LATIGUILLOS PINZA ECG, P/ ECG G.E. MAC1200		2	
1201441	ADAPTADOR MONOPOLAR UNIVERSAL, P/ ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB FORCE TX		3	
1201444	CABLE BIPOLAR 3MM PINZA 2PIN 3M, P/ BISTURÍ SUTTER CURIS		1	
1201446	CABLE BIPOLAR 2 CLAVIJAS 4 MM PINZA WOLF, 3M, P/ ELECTROBISTURÍVALLEYLAB A PINZA WOLF		1	
1201447	CABLE MONOPOLAR CLAVIJA 4 MM 3 M, P/ MODELOS ANTIGUOS KARL STORZ	277	3	
1201448	CABLE BIPOLAR, 4,5 M DE LARGO 2PIN 28MM BOWA CLAVIJA 4 MM, P/BISTURÍ VALLEYLAB FORCE FX	351-040	1	
1201449	CABLE PRESIÓN INVASIVA, P/ MONITOR GASTO CARDIACO EDWARDS VIGI2E Y MONITOR PHILIPS INTELLIVUE MP40/60	896083L1B	8	
1201450	CABLE PRESIÓN INVASIVA, P/ MONITOR GASTO CARDIACO EDWARDS VIGI2E Y MONITOR DRAGER	896012-013	10	

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)



1201456	SONDA TEMPERATURA, P/BASE CALENTADORA FISHER<(>&<)>PAYCKEL 850	900MR869	10	
1201457	VENTANA, P/ INCUBADORA GE GIRAFFE		2	
1201459	CABLE BIPOLAR 3 CLAVIJAS 4MM OLYMPUS, 3,5M, P/BISTURÍ SUTTER CURIS YVALLEYLAB HF		1	
1201461	JUEGO 10 LATIGUILLOS ECG, P/ ERGÓMETRO GE CASE	420101-002	2	
1201462	CONEXIONES PINZA PARA JUEGO 10 LATIGUILLOS, P/ ERGÓMETRO GE CASE		1	
1201469	CABLE MARCAPASOS, P/ DESFIBRILADOR MEDTRONIC LIFEPAK 12/20		2	
1201471	CABLE MANGUITO PRESIÓN NO INVASIVA 3,7M, P/MESA ANESTESIA DRAGER FABIUS GS	MP00953	4	
1201473	PINZA EXTREMIDADES ADULTO PARA ECG		2	
1201476	CUCHARILLA ORO 10MM, 152CM P/ POLISOMNÓGRAFO GRASS AURA PSG	F-E5GH-60	4	
1201484	PASAMURO, P/ INCUBADORA GE GIRAFFE	6600-1429-500	12	
1201485	SUJECCIÓN BISAGRA DE VENTANA, P/INCUBADORA GE GIRAFFE	6600-1436-500	3	
1201486	BISAGRA PARED PARA VENTANA PEQUEÑA, P/INCUBADORA GE GIRAFFE	6600-1149-500	9	
1201490	TAPA VALVULA PEED "11" PARA MESA ANESTESIA DRAGER FABIUS GS	8604387	1	
1201512	TAPA BATERIAS PARA HOLTER SPACELABS 90217		4	
1201513	TAPA BATERÍAS, P/ HOLTER SPACELABS 90207	437-0029-01	1	
1201525	CABLE ALARGADOR SPO2 PARA MONITOR NELLCOR	DOC-10	6	
1201526	SENSOR SPO2 ADULTO DEDIL CLIP 1 METRO PARA MONITOR NELLCOR	DS100A	10	
1201527	CABLE PACIENTE ECG CORCHETE PARA DESFIBRILADOR MEDTRONIC LIFEPAK 12/20	11110-000030	1	
1201528	CABLE ALARGADOR ECG DE 5 DERIVACIONES 3,6 METROS PARA MESA DE ANESTESIA G.E. AVANCE CARESTATION PRO		1	
1201533	LÁMPARA HALÓGENA 2,5V P/ TONÓMETRO PERKINS KOWA HA-2		12	
1201534	LÁMPARA HALÓGENA 3,5V P/ DERMATOSCOPIO HEINE DELTA 10		3	
1201535	LÁMPARA HALÓGENA 3,5V P/ OFTALMOSCOPIO WECH-ALLYN 04900		16	
1201539	LAMPARA 6V-4,5A CON ZÓCALO CENTRADOR, P/ LAMPARA HENDIDURA HAAG-STREIT 900-930	LU-135091	2	
1201540	LÁMPARA HALÓGENA 6V 30W G4 HLX P/ MICROSCOPIO NIKON ECLIPSE 50I		4	
1201541	LÁMPARA HALÓGENA 6V XHL LIGTHANDLE, P/ OFTALMOSCOPIO HEINE EN50		6	
1201542	LÁMPARA 12V 50W, P/ PROYECTOR OPTOTIPOS TOPCON ACP-08		4	
1201543	LÁMPARA HALÓGENA 12V 100W P/MICROSCOPIO LEICA GY6 35	OSRAM HLX64625	11	
1201544	LÁMPARA HALÓGENA 12V 30W OSRAM 64261 CASQUILLO G,35 P/ MICROSCOPIO LEICA	JQ-030-05	4	
1201545	LÁMPARA HALÓGENA 12V 30W P/ LÁMPARA HENDIDURA HAAG-STREIT BC-900, BD-900		8	
1201546	LÁMPARA HALÓGENA 12V 30W P/ LAMPARA HENDIDURA TOPCON SL-D7		2	
1201547	LÁMPARA HALÓGENA 12V 100W P/ MICROSCOPIO ZEISS OPMI PICO	KL-100-05 (64627)	10	
1201548	LÁMPARA HALÓGENA 15V 150W P/ FUENTE DE LUZ PENTAX LH-150PC		1	
1201549	LÁMPARA UVA 36W P/ EQUIPO DE PIES Y MANOS MEDISUN HF-216		12	
1201550	LÁMPARA DE MERCURIO 100W USH-103OL, P/MICROSCOPIO OLYMPUS BX51	N1217800	1	
1201552	LÁMPARA HALÓGENA 24V 250W P/ FUENTE DE LUZ FRÍA ZEISS M-H250		7	
1201553	LÁMPARA HALÓGENA XENOPHOT 24V 250W GX5,3 BIPIN P/ FUENTE DE LUZ ENDOVIEWMH250DUO		3	
1201556	LÁMPARA INCANDESCENCIA 220V 40W CASQUILLO BALLONETA 22D P/ UNIDAD DEREFRACCIÓN LUNEAU STAND L104E		6	
1201557	LÁMPARA INFRARROJOS PHILIPS 230-250V 250W		5	
1201559	LÁMPARA LUZ XENON XL 3,5V P/ OTOSCOPIO RIESTER RI-FORME		14	

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)



1201560	LÁMPARA OFTALMOSCOPIO DIRECTO WELCH ALLYN	99-5031(09400)	6	
1201568	LÁMPARA XENON 3V, P/ LARINGOSCOPIO HERSILL F.O.	130116	8	
1201570	LÁMPARA XENON XBO-R 100W-45 C OFR 13,6V 100W 7A, P/PROCESADOR PENTAXEPK-1000 Y EPK100P		1	
1201584	LINESTRA INCANDESCENTE OPAL 220V 35W CONECTOR S14D P/ CABINA AUDIOMETRIA		1	
1201585	TUBO FLUORESCENTE 8W 300MMX16 LUZ DÍA P/PODOSCOPIO		1	
1201586	ZÓCALO CONEXIÓN LÁMPARA P/ FUENTE DE LUZ ENDOVIEW MH250DUO		9	
1201588	CÁMARA MANGUITO INFUSIÓN 0,5L 2 VIAS		3	
1201589	CÁMARA MANGUITO INFUSIÓN 3L 2 VIAS	11235-536	4	
1201592	ADAPTADOR PARA ELECTRODOS DESECHABLES H305/H306/H405, P/ DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN TEC-7500/7600/7700	JC-755V	1	
1201594	CABEZAL PARA AGUJA CONCÉNTRICA 1,25, DIN, P/ EMG NIHON KOHDEN		6	
1201595	CABLE CONEXIÓN ELECTRODOS ECG EXTREMIDADES CONECTOR 2 MM DIN 2M P/ EMGNIHON KOHDEN		13	
1201596	CABLE ALARGADOR SPO2 NELLCOR P/ MONITOR NIHON KODEN BSM-23XX		5	
1201597	CABLE ALARGADOR SPO2 NELLCOR P/ PULSIOXÍMETRO NIHON KODEN OLV-2700K		2	
1201598	CABLE COMPLETO ECG 3 LATIGUILLOS PINZA P/ DESFIBRILADOR NIHON KODEN TEC-7731K	BC-763V	2	
1201599	CABLE ELECTRODO DEDO 2M P/EMG NIHON KOHDEN		1	
1201600	CABLE ELECTRODOS ESTIMULACIÓN P/ EEG NIHON KODEM		4	
1201601	CABLE ELECTRODOS ESTIMULACIÓN SUPERFICIES ADULTO 8MM 2M P/EMG NIHONKOHDEN		2	
1201602	CABLE ELECTRODO TIERRA PARA MUÑECA/PIERNA ADULTO 45CM 1,5M P/EMG NIHONKOHDEN		1	
1201603	CABLE INTERMEDIO CASCO ECI ELECTRODOS CONECTOR T/P P/ EEG NIHON KOHDEN		1	
1201604	CABLE ALARGADOR SPO2 LONG.2,5 M P/PULSIOXÍMETRO NIHON KOHDEN OXYPAL	JL-302T	3	
1201606	ELECTRODO DE INSERCIÓN RÁPIDA CONECTOR T/P P/ EMG NIHON KOHDEN		5	
1201607	JUEGO 3 LATIGUILLOS ECG CON CONECTOR PINZA, P/ MONITOR NIHON KOHDEN BSM-23XX	K911	4	
1201610	PEGATINA PANEL OPERACIÓN P/ MONITOR NIHON KOHDEN BSM-2301K Y BSM-2351K		1	
1201611	SENSOR SPO2 DEDO ADULTOS Y NIÑOS MAS DE 20 KG, LONG. 1,6M P/ PULSIOXIMETRO NIHON KOHDEN OXYPAL	TL-201T	10	
1201612	SENSOR SPO2 MULTISITIO ADULTOS Y NIÑOS DE MAS 3 KG LONG.1,6 MP/PULSIOXÍMETRO NIHON KOHDEN OXYPAL	TL-220T	4	
1201614	TERMISTOR NASAL ADULTO 1 CANAL, 3 P, P/ EMG NIHON KOHDEN	P1222	4	
1201615	TUBO ALARGADOR A MANGUITO PNI 3,5 MP/ PULSIOXÍMETRO NIHON KOHDEN		1	
1201616	CABEZAL P/ OTOSCOPIO RIESTER RI-MINI		2	
1201617	CABEZAL LÁMPARA XENON 3,5V P/ OTOSCOPIO RIESTER RI-SCOPE L2	10580	3	
1201618	CABEZAL LÁMPARA XENON 3,5V P/ OFTALMOSCOPIO RIESTER RI-SCOPE L2	10571	2	
1201628	ADAPTADOR REUTILIZABLE ECG DIRECTO PLACA PARA PIERNA, P/ MONITOR FETAL PHILIPS AVALON FM20	9898 031 37651	1	
1201630	CABLE ALARGADOR ECG 3 LATIGUILLOS 2,7M /M1672A P/ MONITOR PHILIPS INTELLIVUE	M1669A	5	
1201631	CABLE ALARGADOR ECG 5 LATIGUILLOS 2,7M P/ MONITOR PHILIPS INTELLIVUE	M1668A	4	
1201632	CABLE ALARGADOR SPO2 PARA SENSOR DESECHABLES 1,5M P/MONITOR PHILIPSINTELLIVUE/VS3	0	1	
1201633	CABLE ASSY PARA Sonda, P/TOCOCARDIOGRAFO PHILIPS AVALON FM30	451261010481	3	
1201634	CABLE DE GASTO CARDIACO PICCO 4,8M P/ MONITOR PHILIPS MP60	0	1	
1201637	JUEGO 3 LATIGUILLOS CONJUNTO CONEXIÓN PINZA P/ MONITOR PHILIPSINTELLIVUE MP40	M1672A	2	

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)



1201639	JUEGO 5 LATIGUILLOS CON CONEXIÓN PINZA P/ MONITOR PHILIPS INTELLIVUE	M1971A	30	
1201641	SENSOR SPO2 REUTILIZABLE ADULTO DEDIL SILICONA 3M P/MONITOR PHILIPS INTELLIVUE VS	R-2414-30 (M1191BL)	25	
1201643	SENSOR SPO2 REUTILIZABLE PEDIÁTRICO P/ MONITOR PHILIPS INTELLIVUE/VS3	0	2	
1201653	TUBO ALARGADOR A MANGUITO PNI NEONATAL 1,5M P/ MONITOR PHILIPSINTELLIVUE/VS3	M1596C	2	
1201655	TUBO ALARGADOR A MANGUITO PNI INFANTIL-ADULTO, 3 M P/MONITOR PHILIPSINTELLIVUE/VS3	M1599B	4	
1201656	TUBO ALARGADOR A MANGUITO NEONATAL 3M, P/ MONITOR PHILIPS INTELLIVUE/VS3		2	
1201658	CABLE PACIENTE 25"P/ POTENCIALES EVOCADOS BIO-LOGIC NAVIGATOR PRO		1	
1201660	CABLE PARA PINZA COCODRILO 1M (Pk.3), P/ POTENCIALES EVOCADOS NAVIGATOR PRO	417215	3	
1201664	TUBO SILICONA CON TERMINAL PARA OLIVAS P/ POTENCIALES EVOCADOS NAVIGATORPRO		1	
1201665	TUBO SILICONA ROJO Y BLANCO CON TERMINAL P/ POTENCIALES EVOCADOS BIO-LOGIC NAVIGATOR PRO		5	
1201669	CABLE DE TENS HEMBRA 2 MM P/TENS SANRO EY-E-702		8	
1201685	CABLE FIBRA ÓPTICA 3,5MM 2,3M P/ FUENTE LUZ XENON KARL STORZ	495NA	5	
1201688	CABLE ALARGADOR SPO2 MASIMO 3M P/ MONITOR WELH ALLYN VSM 300	1814	2	
1201689	SENSOR SPO2 REUTILIZABLE ADULTO MASIMO	1863	7	
1201690	SONDA P/TERMÓMETRO WELCH ALLYN SURETEMP PLUS		1	
1201691	TUBO ALARGADOR A MANGUITO PNI P/MONITOR WELH ALLYN VSM 300		1	
1201694	CELULA DE OXÍGENO P/MESA ANESTESIA G.E. AVANCE CARESTATION PRO		1	
1201697	CÉLULA OXÍGENO, P/ RESPIRADOR NELLCOR 840	10097559	1	
1201706	MANGUITO PNI PEDIÁTRICO SIN CÁMARA 1 VÍA CON CONEXIÓN, P/ MONITOR PHILIPS	M4552B	3	
1201708	MANGUITO NIBP ADULTO SIN CÁMARA, 1 VÍA, SIN CONEXIÓN.	US2635	10	
1201709	MANGUITO PNI ADULTO GRANDE 33-47CM SIN CÁMARA 1 VÍA SIN CONEXIÓN	0010-30-12160	8	
1201710	MANGUITO PNI ADULTO PIERNA 39-55CM SIN CÁMARA 1 VÍA SIN CONEXIÓN		2	
1201711	MANGUITO 24-32 CM CONEXIÓN RÁPIDA Y LUER, P/ HOLTER SPACELABS 90207	015-0068-05Q	1	
1201714	MANGUITO NIBP ADULTO SIN CÁMARA, 1 VÍA, P/ DRAGER	MP00916	7	
1201716	MANGUITO ISQUEMIA 20-54-828, EXTRA LARGO, P/ TORNQUETE DE ISQUEMIA VBM 4500 ELC	20-54-728	2	
1201720	MANGUITO PNI ADULTO NORMAL P/ TENSIOMETRO OMROM M6 CONFORT	M6CONFORT	1	
1201721	MANGUITO PNI OBESO 32-42CM P/ TENSIOMETRO OMROM M6 CONFORT	0205019090	4	
1201723	MANGUITO PNI CON CÁMARA ADULTO 21-30CM P/ TRANSMISOR TELEMETRÍA NIHONKOHDEN		3	
1201762	TAPA BATERIA PARA TRANSMISOR DE TELEMETRÍA NIHON KOHDEN		2	
1201792	CABLE TRANSDUCTOR, P/ ESTIMULADOR ORGANON TOF-WATCH	5750025 (79950163)	1	
1201797	MULTICONECTOR 2,5 MTS PARA MESA DE ANESTESIA FABIUS GS		3	
1201843	MEMBRANA PARA BOLSA DE OXIGENO PARA RESUCITADOR	245 000 514	7	
1201874	CONECTOR HEMBRA ESTRIADO 4MM, P/ MONITOR PHILIPS	989803167531	10	
1201942	MANGUITO PNI ADULTO NORMAL SIN LATEX DE 23X35 PARA MESA DE ANESTESIA G.E.	CU-D2335MQML	2	
1201973	CABLE TOMA DE TIERRA CONEXIONES ACODADAS 6 M PARA MESA QUIRURGICA		4	
1201974	TUBO DE GAS FRESCO COXI INTERIOR, P/MESA ANESTESIA DRAGER FABIUS GS	M29217	3	
1202012	CABLE ABDOMEN PARA POLIGRAFO T3	562010	2	

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)



1202013	SONDA SPO2 MEDIANA P/ POLIGRAFO T3	6836-800	6	
1202052	TERMISTOR NASAL ADULTO PARA POLIGRAFO T3	1401	6	
1202182	SENSOR DE FLUJO TERMISTOR ADULTO PARA EQUIPO SOMNOSCREEN	0	1	
1202202	SENSOR RONQUIDOS/FLUJO DE PRESIÓN PIEZOELÉCTRICOS P/ GRASS AURA	14838-KIT	2	
1202212	CABLE CONEXIÓN 3/6 LATIGUILLOS DE ECG		2	
1202316	LAMPARA HALOGENA 12V 50W PARA CUNA BABYTHERM 8010		35	
1202337	TAPA PLASTICO NEGRO PRIMELINE, P/ CONTENEDOR DE INSTRUMENTAL JP	JP001202	5	
1202338	TARJETA COMUNICACIÓN DUAL MIB/RS232, P/ MONITOR PHILIPS MP60	M8081-67001	2	
1202343	RUEDAS CARRO (SET 5 UN.), P/ MONITOR PHILIPS VS3	RSL-0001-17	24	
1202344	CABLE CONEXIÓN ELECTRODO P/ ELECTROESTIMULADOR BTL	5213	5	
1202383	TAPA BATERIA P/TERMOMETRO SURETEMP PLUS		1	
1202444	TUBO ALARGADOR A MANGUITO PNI ADULTO 3M P/ MONITOR MINDRAY	6200-30-09688	2	
1202445	CABLE ECG 5 LATIGUILLOS PARA MONITOR MINDRAY	040-000962-00	3	
1202852	CABLE PACIENTE ECG 5 LATIGUILLOS 1,5M P/MESA ANESTESIA DRAGER PRIMUS	MP03403	1	
1203242	MANGUITO PNI ADULTO 38-50CM CONEXIÓN RÁPIDA Y LUER P/ HOLTER SPACELABS902XX	016-0109-04Q	2	
1203743	CABLE DE TENS P/TENS ENRAF NONIUS P82/S82 (JUEGO 2 UNIDADES)	508443	6	
1203952	CABLES ADAPTADOR BANDAS TORAX Y ABDOMEN P/ POLÍGRAFO EMBLETTA	562050	1	
1204355	PANTALLA LCD, P/ MONITOR PHILIPS VS3	453564357421	2	
1204356	PESTILLO SEGURIDAD, P/ GRUA LIKO VIKING XL	31590014	4	
1206623	RESERVORIO OXIGENO COMPLETO, P/ AMBU RESUCITADOR MARK IV	304 000 507= 304 000 508	3	
1206922	CABLE COMPLETO ECG 3 DERIVACIONES PARA ECOGRAFO GE VIVID S6	0	1	
1206962	CABLE ALARGADOR SPO2 PHILIPS-NELLCOR 2,4M P/ SENSOR DESECHABLES MONITOR PHILIPSINTELLIVUE/VS3	M1943AL	4	
1207115	SONDA SPO2 TAMAÑO PEQUEÑO 8000SS-W02 P/ PULSIOXIMETRO NONIN 3150	8000SS-W02	3	
1207232	CABLE PRESIÓN ARTERIAL MONITORIZACION HEMODINAMICA PICCO, P/ MONITOR PHILIPS INTELLIVUE MP60	6882743	1	
1207435	LAMPARA UVB 9W UVA366NM		1	
1207436	LAMPARA 2,5 V CON MULLE LARINGO MILLER		4	
1207464	CABLE COMPLETO ECG 10 LAT BANANA MAC1200		8	
1207628	CABLE COMUNICACIÓN PC A PULSIOX NONIN	3150SC	1	
1207629	CABLE 5 ELECTRODOS CUCHARILLA ORO P/ POLIGRAFO A1	554411	3	
1207662	CONECTOR ENTRADA VALVULA MARK IV		1	
1207663	VÁLVULA PACIENTE CON OBTURADOR UNICO, P/ AMBU RESUCITADOR MARK IV	295 000 501	2	
1207792	MANGUITO PNI PEDIÁTRICO LARGO 15-23 SIN CÁMARA 1 VÍA CONEX PHILIPS	CM1T1320	3	
1207902	LAMPARA XENON 300W P/ VIDEOPROCESADOR EPKi7010	ROL-X29	1	
1208034	CABLE POSITIVO BLANCO (5 UNIDADES), P/ ESTIMULADOR TOF WATCH	5750022	4	
1208035	CABLE NEGATIVO NEGRO (5 UNIDADES), P/ ESTIMULADOR TOF WATCH	5750021	3	
1208036	CABLE TRONCAL 3M, P/ ESTIMULADOR ORGANON TOF-WATCH	79950215	1	
1208072	MANGUERA EXTRACCIÓN DE GASES 3M P/ MESA ANESTESIA DRAGER	M33298	1	
1208144	BANDA INDUCTIVA PLETISMOGRAFICA GRANDE, PACK 2 UNID., P/ POLISOMNÓGRAFO GRASS AURA PSG	9002-L90	1	
1208262	CABLE FIBRA OPTICA 48 2,3M	113.0248S	5	
1208752	CABLE CONEXIÓN ELECTRODOS GRIS CLARO, P/ ELECTROTERAPIA BTL4000 SMART/PREMIUM	2229	2	

GCASE2100001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.
(Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios)



1208772	CABLE ESTIMULADOR P/ ELECTROESTIMULADOR BBRAUN HNS11/12	4892070	2	
1208882	CABLE ST THERMISTOR ESTIMULADOR TOFWATCH		2	
1209137	LAMPARA HALOGENA 6v-20w G4 P/ PROYECTOR OPTOTIPOS LUNEAU	NH-010-05	9	
1209443	Arco de fonendoscopio, con olivas blancas; Fonendoscopios adultos	RE-008	8	
1209444	Cabezal doble campana; Fonendoscopios adultos	RE-010	9	
1209445	Olivas duras (envase 10 unid.); Fonendoscopios adultos	RE-011	20	
1209446	Membranas (envase 10 unid.); Fonendoscopios adultos	RE-012	20	
1209447	Membranas (envase 10 unid.); Fonendoscopios Duplex neonatales	11051	10	
1209626	CONECTOR NIBP MANGUITO HEMBRA GE (BOLSA 10 UN)	330092	7	
1209930	CABLE PACIENTE ECG 7 LATIGUILLOS P/HOLTER G.E. SEER 1000	2104813-001	3	
1210113	CABLE DOBLE ELECTRODO CORCHETE NARANJA 50/100CM P/ POLISOMNOGRAFO A1	554310	3	
1210252	JUNTA GOMA PUNTA Sonda MI-24-44, P/ IMPEDANCIÓMETRO MAICO MI44	DTEA138	2	
1210263	CABLE BIPOLAR28,6MM P/ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB FORCE TRIAD	GN133	2	
1210842	TAPA P/ EQUIPOS NONIN T3/T1	569011	1	
1211094	MANGUITO PNI PEDIATRICO 12-19CM SIN CÁMARA 1 VÍA SIN CONEXIÓN	CU-S1219MQML	4	
1211412	CABLE ALARGADOR SPO2 3M MASIMO RAINBAW P/ MESA ANESTESIA DRAGER PRIMUS	RC-12	2	
1211413	SENSOR SPO2 REUTILIZABLE ADULTO MASIMO RAINBOW, 1M P/ MESA ANESTESIA DRAGER PRIMUS	RC-MP00796	2	
1211432	CABLE ALARGADOR ECG 3 LATIGUILLOS ??M P/ MONITOR DRAGER VISTA120	2606495	6	
1211433	JUEGO 3 LATIGUILLOS ECG CON CONECTOR PINZA, P/ MONITOR DRAGER VISTA120	2606493	10	
1211434	TUBO ALARGA. 3M. MONITOR VISTA		6	
1211436	CABLE PRESIÓN INVASIVA, P/ MONITOR GASTO CARDIACO EDWARDS Y MONITOR DRAGER VISTA	2606489	3	
1211642	ADAPTADOR DE HILO CALENTADOR (INSP+ESP.) P/BASE CALENTADORA WILAMED AIRCON	100929	1	
1211643	SONDA TEMPERATURA 160CM, P/BASE CALENTADORA WILAMED AIRCON	100910	1	
1212172	TAPÓN BISAGRA, P/ INCUBADORA GE GIRAFFE	6600-1429-500 PORT SNA E/W/S/N	12	
1212781	CABLE ECG ADULTO P/ POLISOMNOGRAFO NONIN A1	562110	1	
	TOTAL COSTE MATERIAL ALMACEN		85.000,00 €	



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **100096731239957886078**