

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DRENAJES TORÁCICOS

GCASU 2021-180



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csy
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0927394807782752430142**

Comunidad de Madrid
HOSPITAL U. PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DRENAJES TORÁCICOS

GCASU 2021-180

INDICE

1. OBJETO	3
2. DIVISIÓN EN LOTES	3
3. CONDICIONES GENERALES	3
3.1. ETIQUETADO DE TODOS LOS ARTÍCULOS	3
3.2. ENVASADO	4
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	4



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cvy
 mediante el siguiente código seguro de verificación: **0927394807782732430142**

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DRENAJES TORÁCICOS

GCASU 2021-180

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de DRENAJES TORÁCICOS, con destino al Servicio de Cirugía Torácica del HUPH Majadahonda y cuyas características se especifican en el cuadro adjunto.

Las cantidades solicitadas son aproximadas, habiendo sido estimadas según los consumos del centro, pudiendo aumentar o disminuir según las necesidades del mismo, sin posibilidad de modificar el precio de la adjudicación.

Cada producto deberá ajustarse a la normativa vigente en materia de calidad, etiquetaje y envasado, y presentar los certificados CE.

2. DIVISIÓN EN LOTES

Con el fin de facilitar la concurrencia y atendiendo a la especialización de los diferentes operadores económicos el contrato se ha dividido en lotes.

3. CONDICIONES GENERALES

Todos los productos deberán cumplir la normativa vigente para la comercialización de productos sanitarios en España y disponer de marcado CE según RD 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios o normativa aplicable en el momento de presentación de ofertas.

Los licitadores deberán aportar toda la documentación técnica necesaria para la evaluación de los productos (catálogos, fotos, bibliografía, soportes científicos, etc.), en castellano, incluyendo el marcado CE de los Kits y de las bombas. Declaración sobre exención de látex.

3.1. ETIQUETADO DE TODOS LOS ARTÍCULOS

En español con la siguiente información:

- Nombre del producto y/o referencia comercial
- Identificación del fabricante: nombre y dirección
- Si procede, identificación del importador (nombre y dirección) para productos registrados.
- Número de Registro en la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios para implantes con autorización de comercialización, o marcado “CE” y número del Organismo Notificado donde se ha obtenido para productos con marcado “CE”
- Dimensiones
- Fecha de caducidad y envasado expresado en mes y año
- Número de lote /serie
- Leyenda o símbolo “No utilizar si el envase no está íntegro” o similar.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0927394807782732430142**

3.2. ENVASADO

- Individual en presentación estéril.
- En los productos con caducidad, la fecha de vencimiento deberá ser lo más prolongada posible.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las características técnicas de cada uno de los lotes que integran el presente contrato, son las que se detallan como ANEXO a este documento.

EL DIRECTOR GERENTE



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0927394807782732430142**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0927394807252430142**

LOTE	DENOM. LOTE	COD. SAP	DESCRIPCIÓN	CANTID. ESTIM. 24 MESES	PRECIO UNITARIO	BASE IMPONIBLE	CUOTA DE IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
1	DERENAJE TORACICO	102067	<p>EQUIPO DRENAJE TORACICO</p> <p>o Dispondrá de regulador mecánico de la succión que ajuste de forma continua y automática las fluctuaciones de las fugas de aire y las variaciones de succión central, para mantener la presión previamente establecida entre - 10 cm H2O a-40 cm H2O.</p> <p>o El control de la succión tendrá un sistema que permitirá la visualización de manera clara y precisa del nivel de aspiración predeterminado. Selección de rangos de aspiración encajables en su nivel prescrito.</p> <p>o Nivel de ruido mínimo.</p> <p>o Requisitos de aspiración entre 14 y 20 l/min a 20 cm H2O.</p> <p>o Dispondrá de un sistema de seguridad frente a presiones altas, tanto negativas como positivas, indicador de funcionamiento correcto y medidor graduado de fugas de aire (Bajo 1 - Alto 7), así como un sistema que impida transferencia de líquido entre cámaras en caso accidental.</p> <p>o Envase unitario estéril.</p> <p>o Estará compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recipiente de plástico con tres cámaras - Cámara de succión - Cámara depósito graduada con capacidad máxima entre 2100cc y 2500cc - Cierre hidráulico de seguridad - Escala graduada en las tres cámaras - Tubos de conexión al paciente y a la aspiración libres de látex - Ganchos para instalar en la cama, pie y asa de transporte. 	3.370	25.11,00	70.770,00	14.861,70	85.631,70
TOTAL LOTE 1						70.770,00	14.861,70	85.631,70



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0927394807252430142**

LOTE	DENOM. LOTE	COD. SAP	DESCRIPCIÓN	CANTID. ESTIM. 24 MESES	PRECIO UNITARIO	BASE IMPONIBLE	CUOTA DE IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
2	DRENAJE TORACICO PARA NEUMOTORAX	104742	DRENAJE TORACICO PARA NEUMOTORAX Unidad de drenaje torácico ambulatorio para fugas de aire (neumotórax): - Con cámara recolectora de hasta 30 ml calibrada y con puerto de vaciado con conexión luer-lock - Con válvula de sellado unidireccional - Sistema de control de fugas - Conexiones a diferentes tipos de catéteres torácicos - Sistema silencioso, libre de látex	360	52,58	15.328,44	3.218,97	18.547,41
TOTAL LOTE 2						15.328,44	3.218,97	18.547,41
TOTAL EXPEDIENTE						86.098,44	18.080,67	104.179,11