

Nº EXPEDIENTE: GCASU 2021-180

DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE DRENAJES TORÁCICOS

En función de las competencias atribuidas a las mesas de contratación, en virtud del art. 326.2 de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE Y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se propone la exclusión del procedimiento de los siguientes licitadores:

RELACIÓN DE EXCLUIDOS DEL PROCEDIMIENTO

LOTES	LICITADOR	CIF	MOTIVO DE EXCLUSIÓN
1	IZASA HOSPITAL, S.L.	B08438731	EXCLUIDO. - La oferta económica presentada supera los precios unitarios fijados en la licitación.
1	CARDIOLINK, S.L.	B62989264	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. El equipo ofertado no dispone de soporte para apoyarse en el suelo (<i>Ganchos para instalar en la cama, pie y asa de transporte</i>).
1	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	B80957889	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.- El modelo ofertado no permite aspiración mayor de -20 cm de agua, el PPT indica: <i>Dispondrá de regulador mecánico de la succión que ajuste de forma continua y automática las fluctuaciones de las fugas de aire y las variaciones de succión central, para mantener la presión previamente establecida entre - 10 cm H2O a-40 cm H2O.</i>
1	VECMEDICAL SPAIN, S.L	B62100722	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. No cumple la prescripción técnica relativa a la cámara de comprobación de fugas dado que no presenta escala graduada, tal y como se prevé en el PPT (<i>medidor graduado de fugas de aire (Bajo 1 - Alto 7)</i>)
2	IZASA HOSPITAL, S.L.	B08438731	EXCLUIDO. - Presenta dos referencias al mismo lote, la C4510808 con precio unitario de 42,58 euros y la C4510543 con precio unitario de 2 euros.

LA PRESIDENTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

