

**NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA DOCUMENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O DE ACREDITACIÓN DE LOS VALORES OFERTADOS PARA LOS CRITERIOS TÉCNICOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS, APORTADA POR LOS LICITADORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN N.º N.º: 10/2022 SUMINISTRO DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS TIPO IIR.**

De conformidad con lo indicado en el Acta S\_01 de 12 de Mayo de 2022, una vez analizada la documentación presentada por los licitadores, la Mesa Permanente de Contratación asistida por los servicios técnicos de Canal de Isabel II, S.A. procederá a solicitar las aclaraciones necesarias en los términos y condiciones previstas en los pliegos del procedimiento.

**A) CRITERIOS TÉCNICOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS:**

Los **aspectos susceptibles de aclaración** encontrados en la documentación de acreditación de los valores ofertados para los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas presentada por los licitadores son los siguientes:

**– Licitador N.º23: TEELMASK, S.L.**

**Aspecto susceptible de aclaración:** ERRORES DE CÁLCULO EN LA OFERTA ECONÓMICA: El importe total, IVA excluido en el punto (4) de la propuesta económica presentada, debería ser 14.500,00 € (como se indica en el punto 3 de la oferta, como resultado del producto 500.000 unidades  $\times$  0,029 €) y no de 29.000,00 € (como se indica en el punto 4), presumiblemente por error.

**Aclaración:** el licitador deberá corregir su oferta económica, en el sentido establecido en los Pliegos (Cláusula 10 apartado 8: *“En el caso de que los licitadores incluyan en su proposición económica el importe de la oferta en varias ocasiones y exista discrepancia entre las cantidades, será válida la cantidad menor”*), es decir, su propuesta económica es de **14.500,00 €**.

Se informa que, conforme a lo previsto en los pliegos, cuando la suma de los importes desglosados y/o precios unitarios incluidos en la proposición económica no se corresponda con la cantidad total resultante establecida en la misma, se considerará siempre que el error reside en la cantidad total resultante **y no en los precios unitarios**.

Por último, se debe indicar que, conforme a lo previsto en los pliegos, el licitador podrá reconocer error o inconsistencia de su oferta que le haga inviable, lo que conllevará la exclusión.

**B) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

Los **aspectos susceptibles de aclaración** encontrados en la documentación de **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** presentada por los licitadores son los siguientes:

Los licitadores que se relacionan a continuación NO CUMPLEN con el requisito de **“Declaración conformidad según Directiva 93/42/EEC por fabricante u organismo de control acreditado para esta directiva (en el que se hará referencia al Test report aportado)”**.

3	CELULOSAS VASCAS, S.L.	B95631925
6	TRYNDAMERE, S.L.	B87106498
7	VIN DORE 24K, S.L.	B83337527
8	GERSA INFORMATICA, S.L.	B60202876
16	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, S.L.	B65005498
17	FARMADOSIS, S.L.	B57433112
19	GARRIC MEDICA, S.L.	B80196934
20	SISVALD CEE, S.L.	B86056702
27	ANGAVA, S.L.	B79310371
29	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L.	B80299191
32	BULL FORCE, S.L.	B02713527

Los licitadores que se relacionan a continuación NO CUMPLEN con el requisito de ***“Informe de ensayo (Test report) emitido por un laboratorio según la norma UNE-EN 14683.”***.

17	FARMADOSIS, S.L.	B57433112
19	GARRIC MEDICA, S.L.	B80196934
20	SISVALD CEE, S.L.	B86056702
27	ANGAVA, S.L.	B79310371
28	GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.	B39516018
29	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L.	B80299191
32	BULL FORCE, S.L.	B02713527

Los licitadores que se relacionan a continuación NO CUMPLEN con el requisito de ***“Ficha técnica”***:

8	GERSA INFORMATICA, S.L.	B60202876
10	T.Q. TECNOL S.A.	A43501352
15	KEYLAB MEDICAL, S.L.	B61053922
20	SISVALD CEE, S.L.	B86056702
29	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L.	B80299191
32	BULL FORCE, S.L.	B02713527

Los licitadores que se relacionan a continuación NO CUMPLEN con el requisito de ***“Licencia previa de funcionamiento otorgada por la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios).”***:

1	KRAPE, S.A.	A28329704
4	EL CORTE INGLES, S.A.	A28017895
6	TRYNDAMERE, S.L.	B87106498
8	GERSA INFORMATICA, S.L.	B60202876
9	METALCO, S.A.	A08066896
10	T.Q. TECNOL S.A.	A43501352
11	PUBLISERVIC CANARIAS, S.L.U.	B38736336
12	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, S.L.	B65083016
13	PASTOR EPPS, S.L.	B85066116
14	NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L.	B48434096
16	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, S.L.	B65005498
17	FARMADOSIS, S.L.	B57433112
18	AMEVISA, S.A.	A28838555
19	GARRIC MEDICA, S.L.	B80196934
20	SISVALD CEE, S.L.	B86056702
24	BIOINICIA, S.L.	B12824629
25	SUMINISTROS INDUSTRIALES INCOMER, S.L.	B87442570
26	FUNDACIÓN JUAN XXIII	G78280880
27	ANGAVA, S.L.	B79310371
28	GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.	B39516018
29	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L.	B80299191
30	PIVELLON, S.L.	B45059508
32	BULL FORCE, S.L.	B02713527

Se solicitan aclaraciones a las especificaciones técnicas incumplidas por los licitadores relacionados anteriormente. Los licitadores pueden consultar los motivos de incumplimiento en **el Anexo I que se incluye a continuación**. Para dar por aclarada una oferta, los Servicios Técnicos de Canal de Isabel II S.A. han de poder verificar la trazabilidad del producto ofertado, entre la ficha técnica, el informe de ensayo y la declaración de conformidad.

N.º	LICITADOR	NIF	DECLARACIÓN CONFORMIDAD 93/42/CEE	TEST REPORT	FICHA TÉCNICA	LICENCIA AEMPS
1	KRAPE, S.A.	A28329704	✓	✓	✓	No presenta licencia previa de funcionamiento otorgada por la AEMPS.
2	EUREDA TEXTIL, S.L.	B86241759	✓	✓	✓	✓

3	CELULOSAS VASCAS, S.L.	B95631925	No presenta declaración conformidad según Directiva 93/42/EEC por fabricante u organismo de control acreditado para esta directiva	✓	✓	✓
4	EL CORTE INGLES, S.A.	A28017895	✓	✓	✓	No presenta licencia previa de funcionamiento otorgada por la AEMPS.
5	GLASS CHEMICALS, S.L.	B80364045	✓	✓	✓	✓
6	TRYNDAMERE, S.L.	B87106498	Presenta declaración de conformidad, pero no se especifica el modelo producto.	✓	✓	No presenta licencia previa de funcionamiento otorgada por la AEMPS.
7	VIN DORE 24K, S.L.	B83337527	Presenta declaración de conformidad, pero no se especifica el modelo producto.	✓	✓	✓
8	GERSA INFORMATICA, S.L.	B60202876	No presenta declaración conformidad según Directiva 93/42/EEC por fabricante u organismo de control acreditado para esta directiva	✓	No presenta ficha técnica	No presenta licencia previa de funcionamiento otorgada por la AEMPS.
9	METALCO, S.A.	A08066896	✓	✓	✓	No presenta licencia previa de funcionamiento otorgada por la AEMPS.
10	T.Q. TECNOL S.A.	A43501352	✓	✓	Presenta ficha técnica, pero no se especifica el modelo o referencia de mascarilla	No presenta licencia previa de funcionamiento otorgada por la AEMPS. En el certificado indica AEMPS: 20-1131

11	PUBLISERVIC CANARIAS, S.L.U.	B38736336	✓	✓	✓	No presenta licencia previa de funcionamiento otorgada por la AEMPS. En la imagen de la caja lo identifica, pero no presenta documento.
12	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, S.L.	B65083016	✓	✓	✓	Presenta licencia previa de funcionamiento otorgadas por la AEMPS pero a nombre de Suministros Hospitalarios, S.A
13	PASTOR EPPS, S.L.	B85066116	✓	✓	✓	No presenta licencia previa de funcionamiento otorgada por la AEMPS.
14	NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L.	B48434096	✓	✓	✓	No presenta licencia previa de funcionamiento otorgada por la AEMPS.
15	KEYLAB MEDICAL, S.L.	B61053922	✓	✓	Presenta ficha técnica, pero no se especifica el modelo o referencia de mascarilla.	✓
16	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, S.L.	B65005498	Presenta declaración de conformidad, pero no se especifica el modelo producto.	✓	✓	No presenta licencia previa de funcionamiento otorgada por la AEMPS.
17	FARMADOSIS, S.L.	B57433112	Presenta declaración de conformidad, pero no se especifica el modelo producto.	Presenta TEST REPORT, pero no se especifica el modelo	✓	No presenta licencia previa de funcionamiento otorgada por la AEMPS.

				producto ensayado.		
18	AMEVISA, S.A.	A28838555	✓	✓	✓	No presenta licencia previa de funcionamiento otorgada por la AEMPS.
19	GARRIC MEDICA, S.L.	B80196934	Presenta declaración de conformidad, pero no se especifica el modelo producto.	Presenta TEST REPORT, pero no se especifica el modelo producto ensayado.	✓	No presenta licencia previa de funcionamiento otorgada por la AEMPS.
20	SISVALD CEE, S.L.	B86056702	No presenta declaración conformidad según Directiva 93/42/EEC por fabricante u organismo de control acreditado para esta directiva	Presenta TEST REPORT, pero no se especifica el modelo producto ensayado.	Presenta FICHA TÉCNICA, pero no se indica la marca o fabricante ni modelo.	Presenta licencia AEMPS pero a nombre de Fabricación Valsodi, S.L
21	GAMMA SOLUTIONS HEALTH, S.L.	B88630728	✓	✓	✓	✓
22	DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO, S.L.	B23258635	✓	✓	✓	✓
23	TEELMASK, S.L.	B75239251	✓	✓	✓	✓
24	BIOINICIA, S.L.	B12824629	✓	✓	✓	No presenta licencia previa de funcionamiento otorgada por la AEMPS.
25	SUMINISTROS INDUSTRIALES INCOMER, S.L.	B87442570	✓	✓	✓	No presenta licencia previa de funcionamiento otorgada por la AEMPS.

26	FUNDACIÓN JUAN XXIII	G78280880	✓	✓	✓	No presenta licencia previa de funcionamiento otorgada por la AEMPS.
27	ANGAVA, S.L.	B79310371	No presenta declaración conformidad según Directiva 93/42/EEC por fabricante u organismo de control acreditado para esta directiva	No presenta Informe de ensayo emitido por un laboratorio según la norma UNE-EN 14683	✓	No presenta licencia previa de funcionamiento otorgada por la AEMPS.
28	GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L.	B39516018	✓	Presenta Informe de ensayo, pero para otro modelo (PM921) al indicado en la ficha técnica (1141) y en la Declaración conformidad.	✓	Presenta licencia AEMPS pero a nombre de PMAS FULL SPORT S.L.
29	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L.	B80299191	Presenta declaración de conformidad para el modelo PROS-IIR 12-458	No presenta Informe de ensayo emitido por un laboratorio según la norma UNE-EN 14683	Presenta ficha técnica, pero no se especifica el modelo o referencia de mascarilla.	No presenta licencia previa de funcionamiento otorgada por la AEMPS.
30	PIVELLON, S.L.	B45059508	✓	✓	✓	No presenta licencia previa de funcionamiento otorgada por la AEMPS.
31	TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.	B87583019	✓	✓	✓	✓

32	BULL FORCE, S.L.	B02713527	Presenta declaración de conformidad sobre el producto "MASCARILLA QUIRÚRGICA IIR"	Presenta informe de ensayo para los productos TQM06	Presenta ficha técnica, pero no se especifica el modelo o referencia de mascarilla	No presenta licencia previa de funcionamiento otorgada por la AEMPS.
33	ATAL INNOVATIONS, S.L.	B95941936	✓	✓	✓	✓

Las aclaraciones solicitadas deben presentarse a través de la Plataforma Electrónica de Licitación, **antes de las 14.00 horas del tercer día hábil computado a partir del día hábil siguiente a la publicación en el tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.**

El Secretario de la Mesa Permanente de Contratación



2022.05.27  
10:13:46  
+02'00'