

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA RESECCIÓN BIPOLAR PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro de material fungible para resección bipolar con cesión en uso de generadores bipolares y accesorios durante la vigencia del contrato para la realización de la técnica, con destino a los servicios de Urología y Ginecología del Hospital.

El Expediente consta del siguiente lote:

LOTE	Nº Orden	CD ARTº	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO
1	1	019241	ELECTRODO DE CORTE Y COAGULACIÓN BIPOLAR DESECHABLE <ul style="list-style-type: none"> 2 vástagos guidores. Para resectores tamaño 24/26 ch, 22 ch, 15 ch. Tamaño del alambre 0,40 mm y 0,30 mm Retorno de la energía a través del propio electrodo y separado del asa para evitar posibles derivaciones de corriente al paciente.
	2	019242	ELECTRODO COAGULACIÓN BIPOLAR DESECHABLE, PUNTIAGUDO TIPO "COLLINS" <ul style="list-style-type: none"> 2 vástagos guidores. Para resectores tamaño 24/26 ch, 22 ch, 15 ch. Retorno de la energía a través del propio electrodo y separado del asa para evitar posibles derivaciones de corriente al paciente.
	3	019243	ELECTRODO COAGULACIÓN BIPOLAR DESECHABLE, FORMA DE BOLA <ul style="list-style-type: none"> 2 vástagos guidores. Para resectores tamaño 24/26 ch, 22 ch, 15 ch. Retorno de la energía a través del propio electrodo y separado del asa para evitar posibles derivaciones de corriente al paciente.
	4	019244	ELECTRODO DE DISECCIÓN BIPOLAR REUTILIZABLE RECTO <ul style="list-style-type: none"> Electrodo de disección semirrígido. De 42 cm. Recto.
	5	019245	ELECTRODO DE DISECCIÓN BIPOLAR REUTILIZABLE ACODADO <ul style="list-style-type: none"> Electrodo de disección semirrígido. De 42 cm. Acodado 90°.

OTROS REQUISITOS:

- Para la utilización del material fungible el proveedor adjudicatario deberá suministrar en cesión en uso durante la vigencia del contrato, sin cargo adicional para el hospital, los materiales indicados a continuación, incluyendo al menos cuatro generadores, dada la necesidad de poder usar este tipo de tecnología en diferentes servicios del hospital de forma simultánea.
- ❖ **4 Generadores bipolares (2 para Urología y 2 para Ginecología) de las siguientes características:**
 - 400w potencia.
 - Salidas monopolar y bipolar.
 - Programa especial para resección bipolar.
 - Cuatro niveles de intensidad de corte y coagulación en programa RTU.
 - Reconocimiento automático del cable para resección bipolar.
 - Sistema de seguridad que identifique el número de usos del cable de resección bipolar para evitar desgaste del mismo.
- ❖ **Para el Servicio de Urología:**
 - 2 pedales de electrobisturí.
 - 4 Ópticas de 30º y 30 cm de longitud para resector bipolar.
 - 4 Elementos de trabajo bipolar doble patilla para resector.
 - 4 Vainas interna y externa de resección de 26 Charr.
 - 4 Obturadores de resector.
 - 4 Cables bipolares de doble conexión de asa para resector.
 - 4 Contenedores para instrumental de resección.
 - 1 Ureteroscopio semirrígido 9.5-7.5 ch.
- ❖ **Para el Servicio de Ginecología:**
 - 2 pedales de electrobisturí.
 - 2 Ópticas de 12º y 30 cm de longitud para resector bipolar
 - 2 Elementos de trabajo bipolar para resector
 - 2 Vainas interna y externa de resección de 8.7 mm
 - 2 Cables bipolar de doble conexión de asa para resector
 - 2 Contenedores para instrumental de resección
 - 2 Cables bipolares para electrodos bipolares de histeroscopia
 - 1 Resector de 15ch para uso en consulta.
- El mantenimiento, actualización y conservación de dicho material será responsabilidad del proveedor adjudicatario. El adjudicatario se hará cargo del mantenimiento preventivo, correctivo y normativo del equipo ante cualquier avería, rotura, daño, deterioro, etc. Estará incluido todo tipo de material y las piezas de repuesto, mano de obra, desplazamiento, etc. que sean necesarios para su reparación en caso de avería o en caso de mantenimiento.
- El proveedor adjudicatario se comprometerá, ante una mejora tecnológica, durante toda la vigencia del contrato, a sustituir las referencias y/o equipos necesarios sin que dicha modificación repercuta en el precio de la adjudicación.

MUESTRAS

Para la evaluación de los productos se solicitan muestras: **NO**

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se **podrán solicitar muestras** en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto

Lugar de Entrega: **Almacén General. Edificio MI planta -2**

FORMACIÓN

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, si es preciso, al personal que se determine para el correcto uso de los productos, entregándose sin coste adicional el material docente necesario para la formación.

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, 17 de marzo de 2022

JEFE DE SERVICIO UROLOGÍA



Fdo.: Dr. Rodríguez Antolín

JEFE DE SERVICIO GINECOLOGÍA



Fdo.: Dr. Galindo Izquierdo

EXPEDIENTE: 2022-0-62

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA RESECCIÓN BIPOLAR PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

						PRESUPUESTO					
LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	CANTIDAD INICIAL 12 MESES	CANTIDAD PRÓRROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO (incluida 20% modificación)	EPÍGRAFE
1	1	019241	ELECTRODO DE CORTE Y COAGULACIÓN BIPOLAR DESECHABLE	720	1.440	179,00	128.880,00	27.064,80	155.944,80	412.416,00	27004
	2	019242	ELECTRODO COAGULACION BIPOLAR DESECHABLE PUNTIAGUDO TIPO COLLINS	50	100	179,00	8.950,00	1.879,50	10.829,50	28.640,00	27004
	3	019243	ELECTRODO COAGULACION BIPOLAR DESECHABLE EN FORMA DE BOLA	40	80	179,00	7.160,00	1.503,60	8.663,60	22.912,00	27004
	4	019244	ELECTRODOS DE DISECCION BIPOLAR REUTILIZABLE RECTO	12	24	999,00	11.988,00	2.517,48	14.505,48	38.361,60	27004
	5	019245	ELECTRODOS DE DISECCION BIPOLAR REUTILIZABLE ACODADO	12	24	999,00	11.988,00	2.517,48	14.505,48	38.361,60	27004
							168.966,00	35.482,86	204.448,86	540.691,20	