

EXPEDIENTE: 2022-0-1

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE CATETERES BALON Y SISTEMA DE PERFORACIÓN PARA LA UNIDAD DE HEMODINAMICA INFANTIL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro de Catéteres Balón y Sistema de Perforación para diversas técnicas terapéuticas en la Unidad de Hemodinámica Infantil

El Expediente consta de los siguientes lotes y características

| LOTE | CD ARTº | DESCRIPCIÓN ARTICULO |
|------|---------|---|
| 1 | 013858 | CATÉTER BALÓN PEDIÁTRICO DE ULTRA-BAJO PERFIL <ul style="list-style-type: none"> • Diámetros del balón de 4 a 10 mm y longitud de 20 mm. • Pasa por introductor de 3F (diámetro de balón 4 a 8 mm) y 4F (diámetro de balón de 9 a 10 mm). • Presión hasta 3.5 atm. • Guía de 0.014". • Coaxial. |
| 2 | 017644 | CATÉTER DOBLE BALÓN <ul style="list-style-type: none"> • Diseño de balón dentro de balón, con balón interno con diámetro igual a la mitad del balón externo. • Diámetro balón externo de 8 a 30 mm, con longitud de balón 25 mm a 60 mm. • Introdutores de 8-11 F. • Coaxial |
| 3 | 011756 | CATÉTER DE SEPTOSTOMÍA ATRIAL <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro del balón hasta 13.5 mm. • Introductor de 6F. • Angulado 35° en punta. |
| 4 | 017105 | CATÉTER BALÓN MEDICION COMUNICACIÓN INTERAURICULAR <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro del balón de 20, 25, 30 mm, longitud de balón de 30 mm. • Introductor 8F. • Guía de 0.035" |
| 5 | 013692 | CATÉTER BALÓN ANGIOPLASTIA PARA ARTERIA MAMARIA Y CORONARIAS <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro de balón de 4 a 6 mm, longitud de 20 mm. • Introductor de 4F. • Presión de rotura 20 atm. • Guía de 0.018". • Monorail |
| 6 | 013261 | CATETER PEDIATRICO DE ALTO FLUJO NIH DE 4,1F <ul style="list-style-type: none"> • Longitudes entre 60 y 100 cm. • Catéter mixto presiones y angiografía • Solo orificios laterales. |

| LOTE | CD ARTº | DESCRIPCIÓN ARTICULO |
|------|---------|--|
| 7 | 013735 | CATETERES DE ANGIOGRAFÍA HIDROFILICOS DE ALTO FLUJO <ul style="list-style-type: none"> • Curvas pig-tail, multiuso, JR, JL, vertebral, mamaria, cobra • Contiene una capa de acero inoxidable de doble trenzado • Longitud de 60 a 110 cm • Guía de 0.035 o mayor |
| 8 | 018753 | GUIA ALTO SOPORTE LUNDERQUIST DE 0.035" <ul style="list-style-type: none"> • Longitud de la guía 145 a 260 cm |
| 9 | 017460 | GUÍA DE PERFORACIÓN CON RADIOFRECUENCIA <ul style="list-style-type: none"> • El sistema consta de guía de perforación con radiofrecuencia, microcatéter y adaptador al generador de radiofrecuencia. • Pasan por catéter de 4F |
| 10 | | AGUJA DE PERFORACIÓN TRANSEPTAL CON RADIOFRECUENCIA <ul style="list-style-type: none"> • El sistema consta de aguja perforación con radiofrecuencia con conector al generador de radiofrecuencia. • Pasan por vaina de 6F • Disponible en medidas pediátricas. |

MUESTRAS

Para la evaluación de los productos se solicitan muestras **SI**

Cantidad de muestras: **1 por LOTE**

Lugar de Entrega: **Almacén General. Edificio MI planta -2**

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar **más** muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto


FORMACIÓN

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, si es preciso, al personal que se determine para el correcto uso de los productos, entregándose sin cargo el material docente necesario para la formación.

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, 19 de octubre de 2021



Fdo.: Dr. Mendoza Soto
Jefe de Sección de Cardiología Pediátrica

EXPEDIENTE: 2022-0-1

OBJETO: SUMINISTRO DE CATETERES BALON Y SISTEMA DE PERFORACION PARA LA UNIDAD DE HEMODINAMICA INFANTIL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

| | | | | | PRESUPUESTO | | | | | |
|------|--------|--|---------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|----------|
| LOTE | CODIGO | DESCRIPCION ARTICULO | CANTIDAD INICIAL 24 MESES | CANTIDAD PRORROGA 24 MESES | PRECIO S/IVA | BASE IMPONIBLE | IVA | IMPORTE TOTAL | VALOR ESTIMADO (incluida 20% modificación) | EPIGRAFE |
| 1 | 013858 | CATÉTER BALÓN PEDIÁTRICO DE ULTRA-BAJO PERFIL | 40 | 40 | 950,00 | 38.000,00 | 7.980,000 | 45.980,000 | 83.600,000 | 27004 |
| 2 | 017644 | CATÉTER DOBLE BALÓN | 30 | 30 | 950,00 | 28.500,00 | 5.985,000 | 34.485,000 | 62.700,000 | 27004 |
| 3 | 011756 | CATETER SEPTOSTOMIA ATRIAL | 16 | 16 | 495,00 | 7.920,00 | 1.663,200 | 9.583,200 | 17.424,000 | 27004 |
| 4 | 017105 | CATÉTER BALON MEDICIÓN COMUNICACIÓN INTERAURICULAR | 16 | 16 | 305,925 | 4.894,80 | 1.027,908 | 5.922,708 | 10.768,560 | 27004 |
| 5 | 013692 | CATÉTER BALÓN ANGIOPLASTIA PARA ARTERIA MAMARIA Y CORONARIAS | 60 | 60 | 490,00 | 29.400,00 | 6.174,000 | 35.574,000 | 64.680,000 | 27004 |
| 6 | 013261 | CATETER PEDIATRICO DE ALTO FLUJO NIH DE 4,1F | 170 | 170 | 38,00 | 6.460,00 | 1.356,600 | 7.816,600 | 14.212,000 | 27004 |
| 7 | 013735 | CATETERES DE ANGIOGRAFÍA HIDROFILICOS DE ALTO FLUJO | 110 | 110 | 35,00 | 3.850,00 | 808,500 | 4.658,500 | 8.470,000 | 27004 |
| 8 | 018753 | GUIA ALTO SOPORTE LUNDERQUIST DE 0'035" | 60 | 60 | 50,00 | 3.000,00 | 630,000 | 3.630,000 | 6.600,000 | 27004 |
| 9 | 017460 | SISTEMA DE PERFORACIÓN CON RADIOFRECUENCIA | 6 | 6 | 3.203,70 | 19.222,20 | 4.036,662 | 23.258,862 | 42.288,840 | 27004 |
| 10 | | AGUJA DE PERFORACIÓN TRANSEPTAL CON RADIOFRECUENCIA | 10 | 10 | 3.203,70 | 32.037,00 | 6.727,770 | 38.764,770 | 70.481,400 | 27004 |
| | | | | | | 173.284,00 | 36.389,640 | 209.673,640 | 381.224,800 | |