

**PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****P.A. 53/2018 HUP**

**SUMINISTRO DE ECOENDOSCOPIO SECTORIAL Y ECOGRAFO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS TERAPEUTICAS DE ECOENDOSCOPIA, PARA SERVICIO DE DIGESTIVO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA**

Lo te	Bien/Producto	Can ti dad	Tipo Ud.	PRECIO UNITA RIO (IVA EXCLUIDO)	IVA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	LOTE 1						
1.1	ECOENDOSCOPIO SECTORIAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS TERAPEUTICAS DE ECOENDOSCOPIA	1	Ud.	68.347,11 €	14.352,89 €	82.700 €	82.700 €
1.2	ECOGRAFO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS TERAPEUTICAS DE ECOENDOSCOPIA	1	Ud.	66.694,22 €	14.005,78 €	80.700 €	80.700 €

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:*****Ecoendoscopio Sectorial***

- Profundidad de campo 3-100mm
- Canal de trabajo mínimo de 3,7mm de diámetro
- Disponer de Doppler Color (al menos 1 de alta calidad para diferenciación capilares en EUS-FNA) y PW Doppler
- Diámetro extremo distal igual o inferior a 13,9
- Permita disponer de doppler color y power doppler
- Disponer de Armónico de tejido y de contraste.
- Frecuencias hasta 12 Mhz.
- Compatible con el ecógrafo y torres existentes en la unidad de endoscopia digestiva, en caso de que no lo sea, se deberá aportar un gastroscopio, torre completa de endoscopia (procesador y fuente de luz con carro y monitor grado médico 24") de similares características a las existentes y un ecóendoscopio radial compatible de similares características, además de los adaptadores de lavado y homologados por el fabricante de las lavadoras existentes en la unidad de Endoscopia para Digestivo y armarios de secado.

***Ecógrafo***

- Ecógrafo electrónico autónomo incorporable en los brazos y carros de endoscopia.
- Doppler de banda ancha, Power flow y Hi-flow.
- Armónico de tejido de profundidad, Resolución y contraste armónico.
- Software para Elastografía

- Compatible con mini-sondas
- Imágenes en formato TIFF, BMP, JPEG.
- Salida de video en Y/C, DV, Comp, S-VHS y grabación y almacenamiento de video en el ecógrafo.
- Compatible con los Ecoendoscopios existentes en la unidad de Endoscopia digestiva. y con el ecobroncoscopio existente en el hospital, en caso de que no sea, se deberá aportar un ecobroncoscopio compatible y de similares características.

#### **PROCEDIMIENTO ABIERTO 53/2018 HUP**

Una vez elaborado el pliego de prescripciones técnicas correspondientes al Procedimiento Abierto 53/2018 HUP, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 9 de noviembre de 2017), el Director Gerente del Hospital Universitario de la Princesa, en uso de las atribuciones que le confiere la Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, de delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Gerentes de Atención Especializada, Servicio de Urgencias Médicas de Madrid y Centro de Transfusión, apartado primero (B.O.C.M. núm. 76, de 31 de marzo de 2011),

#### **RESUELVE:**

Aprobar dichos pliegos para el mencionado Procedimiento Abierto.

**EL DIRECTOR GERENTE**

Fdo.: Dr. Fidel ILLANA ROBLES

