 SaludMadrid <b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SERVICIO DE SUMINISTROS <b>SUMC</b>	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>ANEXO 24</b>
---	----------------------------------	-----------------

**EXPEDIENTE:** 2022000025

## OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de Material fungible necesario para la preservación de injertos renales de donante con criterio expandido mediante perfusión hipodérmica pulsátil para el Servicio de Urología, para cubrir las necesidades del Hospital.

Los consumibles solicitados habrán de ser compatibles con el **sistema LIFEPORT 1.1 KIDNEY TRANSPORTER** propiedad del Hospital Universitario Ramón y Cajal y situado en el Servicio de Urología de este centro.

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
1	1	296809	KIT PERFUSIÓN DE RIÑÓN - El kit deberá estar compuesto por un casete de perfusión y un litro de solución de perfusión de riñón.
1	2	296813	ADAPTADOR PARA CONECTAR CÁNULAS PARA PERFUSIÓN DE RIÑÓN - Adaptador para conectar cánulas para perfundir vasos para perfusión de riñón
1	3	296814	SÁBANA ESTÉRIL PARA PERFUSIÓN DE RIÑÓN - Sábana diseñada para generar campo estéril de seguridad para introducir o extraer con sistema lifeport para perfusión de riñón
1	4	299746	CÁNULA DESECHABLE PARA PERFUSIÓN DE RIÑÓN
	5	296812	- Cánulas de material apirógeno en distintos tamaños - Rectas y ovaladas - Libres de látex - Envase individual estéril

## Descripción del equipo LIFEPORT 1.1 KIDNEY TRANSPORTER

Máquina de perfusión para la preservación de injertos renales de donante con criterio expandido mediante perfusión hipotérmica pulsátil.


Se trata de un dispositivo que asegura la perfusión de injerto renal durante su periodo de isquemia fría, con una solución hipotérmica mediante una bomba de perfusión, permitiendo evaluar la resistencia vascular y el flujo del órgano trasplantado.

Asimismo, permite la evaluación bioquímica del efluente venoso, lo que junto con los datos antes referidos, establece la viabilidad del injerto y mejora la preservación del mismo, incrementando el porcentaje de riñones con función inmediata en el post-trasplante.

FDO. DR. BURGOS REVILLA  
JEFE SERVICIO UROLOGIA

Página 1 de 2

FDO. DR. RAFAEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR MEDICO AREA QUIRURGICA

 <p><b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SERVICIO DE SUMINISTROS <b>SUMC</b></p>	<p><b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b></p>	<p><b>ANEXO 24</b></p>
--	---	------------------------

### Mantenimiento del equipo


El mantenimiento preventivo y correctivo del aparato correrá a cargo de la empresa adjudicataria, comprometiéndose además, a presta servicio de asesoría y resolución de problemas.


### **ANEXO:**

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. Los artículos ofertados deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios y, para el caso de productos implantables activos el Real Decreto 1616/2009 de 26 de octubre así como el Real Decreto 1662/2000 de 29 de septiembre para los productos sanitarios diagnóstico "in vitro". En cualquier caso todos los productos que lo requieran deberán incluir el certificado de exención de látex.
3. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
  - Relación de productos ofertados.
  - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna a efectos de valoración de los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego.
4. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**.  
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
5. Etiquetado en el que figure:
  - a. La denominación del artículo.
  - b. El método de esterilización utilizado.
  - c. Las fechas de caducidad del producto.
  - d. El número de lote.
  - e. La referencia comercial.
  - f. Marcado CE.
  - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
6. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
7. El cumplimiento de todos estos extremos deben justificarse en el Sobre 2.

FDO. DR. BURGOS REVILLA  
JEFE SERVICIO UROLOGIA

Página 2 de 2

  
FDO. DR. RAFAEL MARTINEZ FERNANDEZ  
SUBDIRECTOR MEDICO AREA QUIRURGICA  
Tfno.: 80.24      Planta: 0 Dcha.

 <b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 25
---	--	----------

**P.A. 2019000025**

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (12 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no ncluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	296809	KIT PERFUSION RIÑON	KIT	67	1.875,00	125.625,00	21,00	26.381,25	152.006,25
1	2	296813	ADAPTADOR P/CONECTAR CANULA	UNIDAD	5	22,00	110,00	21,00	23,10	133,10
1	3	296814	SABANA ESTERIL P/PERFUSION RIÑON	UNIDAD	70	32,00	2.240,00	21,00	470,40	2.710,40
1	4	299746	CANULA DESECHABLE RECTA 5MM DIAMETRO P/PERFUSION RIÑON	UNIDAD	5	22,00	110,00	21,00	23,10	133,10
1	5	296812	CANULA DESECHABLE RECTA P/PERFUSION RIÑON 3 MM	UNIDAD	5	22,00	110,00	21,00	23,10	133,10
<b>TOTAL LOTE 1:</b>							<b>128.195,00</b>		<b>26.920,95</b>	<b>155.115,95</b>

<b>IMPORTE TOTAL:</b>	128.195,00		26.920,95	155.115,95
-----------------------	------------	--	-----------	------------

\*\* La oferta de los licitadores no podrá superar el precio máximo del lote , ni los precios máximos unitarios de cada número de orden.