

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE SISTEMAS CALENTADORES E INFUSION RAPIDA DE SANGRE Y FLUIDOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro de sistemas calentadores e infusión rápida de sangre y fluidos para el Servicio de Anestesia y Reanimación de la Residencia General y cesión en uso del equipamiento necesario durante la vigencia del contrato, para la realización de la técnica.

El Expediente consta de los siguientes lotes:

LOTE	Nº Orden	CD ARTº	DESCRIPCIÓN ARTICULO
1	1	014756	SISTEMA CALENTADOR E INFUSION RAPIDA DE SANGRE Y FLUIDOS (CALENTADOR + BOMBA)
	2	011854	RESERVORIO CARDIOTOMIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SISTEMA CALENTADOR + BOMBA:

- Equipo desechable que consta de intercambiador de calor con un reservorio/ filtro y sistema de bomba que permita flujos superiores a 700 ml/minuto con detector de burbujas.
- Entrada múltiple de bolsas de fluido/sangre.
- Libre de látex. Envase individual estéril.

Características de la bomba y calentador:

- Deberán estar integrados en una unidad compacta. Bomba de rodillo que permita flujos superiores a 700 ml/minuto media. Sistema de purgado de aire automático. Detector de aire y control de temperatura en entrada y salida del equipo. Control de sobrepresión y disponer de batería que facilite los traslados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RESERVORIO CARDIOTOMÍA:

- Con 5 líneas de entrada con punzones para bolsas y pinzas de bloques.
- Con filtro de sangre
- Libre de látex. Envase individual
- Compatible con el sistema calentador y de infusión rápida de sangre y fluidos.
- Capacidad mínima 3000 cc

OTROS REQUISITOS:

La empresa adjudicataria dejara en cesión de uso los equipos necesarios para la utilización de los sistemas, en:

- 5 Equipos para la Residencia General
- 1 Equipo para la Maternidad
- 1 Equipo para el Quirófano Infantil
- 1 Equipo para la Unidad de Politrauma (UCI)

La empresa adjudicataria será responsable del correcto funcionamiento de los equipos: Respuesta de mantenimiento en 24 horas y sustitución del equipo en caso de no poder repararse en el periodo mencionado.

Si durante la vigencia del contrato se renovara la tecnología del material, este deberá sustituir al adjudicado inicialmente, sin cargo adicional.

La empresa adjudicataria se comprometerá a dar cursos de formación a la enfermería de quirófano y UVI, como mínimo 2 veces al año y durante la vigencia del contrato.

Así mismo, la empresa adjudicataria facilitará sin cargo, el material necesario para la puesta en marcha de los equipos.

MUESTRAS

Para la evaluación de los productos se solicitan muestras: **NO**

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, **se podrán solicitar muestras** en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto

Lugar de Entrega: **Almacén General. Edificio MI planta -2**


FORMACIÓN

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, si es preciso, al personal que se determine para el correcto uso de los productos, entregándose sin cargo el material docente necesario para la formación.

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, 24 de septiembre de 2021



Fdo.: Dr. Cortes Guerrero
JEFE DE Sº DE ANESTESIA Y REANIMACION

EXPEDIENTE: 2021-0-174

OBJETO: SUMINISTRO DE SISTEMAS CALENTADORES E INFUSION RAPIDA DE SANGRE Y FLUIDOS PARA EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

						PRESUPUESTO					
LOTE	Nº ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD INICIAL 24 MESES	CANTIDAD PRORROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO (incluida 20% modificación)	EPIGRAFE
1	1	014756	SISTEMA CALENTADOR E INFUSION RAPIDA SANGRE Y FLUIDOS (CALENTADOR + BOMBA)	960	960	128,90	123.744,000	25.986,240	149.730,240	272.236,80	27004
	2	011854	RESERVORIO CARDIOTOMIA	144	144	110,50	15.912,000	3.341,520	19.253,520	35.006,40	27004
							139.656,00	29.327,76	168.983,76	307.243,20	