

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UNA MESA DE QUIRÓFANO PARA EL SMART HEALTH CENTER (SHC)**

**PASA 2021-7-263**

**1. OBJETIVO Y ALCANCE.**

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto describir las características técnicas que deberá cumplir el equipo médico que se describe en el lote que se relaciona, su instalación y puesta en marcha.

Las condiciones establecidas en este pliego tendrán la consideración de complementarias en relación con las de similar contenido en el pliego de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir la contratación de este expediente.

**2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO E IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN**

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE	DESCRIPCIÓN LOTE	UND.	PRECIO UNT.S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA (21 %)	TOTAL
1	MESA QUIRÓFANO	1	57.851,24 €	57.851,24 €	12.148,76 €	<b>70.000,00 €</b>

**3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas que tienen que tener el equipamiento:**

- Mesa quirúrgica polivalente de base móvil y tablero universal, adaptable a todo tipo de cirugías, con accionamiento hidráulico.
- Capacidad de soportar un peso de hasta 450 Kg en posición centrada y hasta 250 Kg en el resto de posiciones.
- Tablero 100% radiotransparente.
- Tablero dividido en un mínimo de 5 secciones (cabezal, respaldo, asiento, piernas divididas).
- Tablero con opción reversible que permita el posicionamiento de extensiones a ambos extremos de la mesa.
- Mando de control con pantalla retroiluminada para visualización de las teclas con quirófano en oscuridad, con pantalla digital que facilite información del estado de la mesa y de los movimientos de la misma.
- Posibilidad de manejo hidráulico de la mesa en caso de fallo eléctrico o falta de baterías.

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UNA MESA DE QUIRÓFANO PARA EL SMART HEALTH CENTER (SHC)**

**PASA 2021-7-263**

- Funcionamiento por baterías, enchufado a red eléctrica e hidráulicamente.
  - Alta autonomía de baterías para un número aproximado de 50 intervenciones.
  - Acolchados de doble capa viscolástica, con efecto memoria. Las fundas impermeables, termo-selladas, electro-conductivas, libres de costuras y cremalleras, y desmontables para su fácil limpieza.
  - Sistema de seguridad con sensores anticolidión.
  - Rieles laterales para acoplamiento de accesorios que garantice la compatibilidad con todos los accesorios de otras marcas.
  - Interface para conexión que permita la comunicación para diagnóstico y prestación de servicio al equipo.
  - Base de la mesa con 4 ruedas dobles y freno central.
  - Sistema para una retirada rápida y fácil de las secciones.
  - Acero inoxidable con alta aleación.
  - **Realización de movimientos motorizados:**
    - Desplazamiento longitudinal motorizado bidireccional del tablero, garantizando la máxima compatibilidad con técnica fluoroscópica (arco en "C").
    - Subida/ bajada con altura variable entre 70 y 110 cm (valores aproximados).
    - Tren/ antitrendelenburg 30/30º.
    - Basculamiento lateral de 20º en ambos sentidos.
    - Subida/ bajada de respaldo (-40º y 70º).
    - Retorno automático a nivel y posición centrada del tablero desde cualquier posición.
  - **Accesorios:**
    - Dos apoyabrazos articulados con acolchados incluidos de 45 cm de largo.
    - Porta-piernas hidráulicas regulables en altura y giratorias desde la parte de los pies.
4. El adjudicatario garantizará el **adiestramiento técnico** adecuado en el empleo de los bienes licitados al personal implicado en el uso de los mismos.
5. Para la recepción y la conformidad de la puesta en marcha de los equipos, será requisito imprescindible el cumplimiento de las cláusulas siguientes:
- 1) El equipo descrito en la oferta debe suministrarse con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexión y accesorios necesarios para un total y correcto funcionamiento.
  - 2) La instalación de los equipos se realizará en presencia del personal del servicio al que va

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UNA MESA DE QUIRÓFANO PARA EL SMART HEALTH CENTER (SHC)**

**PASA 2021-7-263**

dirigido y de un técnico designado por el Servicio Técnico del Hospital. El servicio receptor del equipo autorizará y supervisará la instalación del mismo (en coordinación con el Servicio Técnico del Hospital).

3) La fecha de instalación deberá ser comunicada a dicho Servicio y al que vaya dirigido con antelación suficiente, mediante documento escrito (carta o fax).

4) Deberá aportarse al servicio de Mantenimiento del Centro la siguiente documentación por cada equipo suministrado:

a. Descripción del equipo y todos y cada uno de sus componentes principales con sus números de serie correspondientes.

b. Documentación técnica completa, incluyendo esquemas eléctricos mecánicos, neumáticos hidráulicos y de otro tipo considerados necesarios del equipo principal y todos y cada uno de sus componentes en idioma castellano.

**6. LOS EQUIPOS Y TODOS SUS COMPONENTES SERAN DE NUEVA FABRICACION Y SIN NINGUN COMPONENTE REACONDICIONADO.**

Firmado digitalmente por: MAYOL MARTINEZ JULIO ANGEL  
Fecha: 2021.10.18 11:48

Fdo.: Dr. Julio Mayol  
Director Médico

Documento firmado digitalmente por: SOTO BONEL JOSE FRANCISCO

