

CRITERIOS TÉCNICOS DE ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE MESA QUIRÚRGICA PARA TRAUMATOLOGÍA

Relación de criterios: Total 30 puntos.

JUSTIFICACIÓN

Todos los criterios de adjudicación están vinculados directamente con el objeto del contrato, en cuanto que afectan a características tales como la calidad de estos productos, funcionalidad, seguridad y están referidos a prestaciones directas de los productos que suponen una mejora sobre las prestaciones base definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La puntuación máxima atribuida a estos criterios técnicos se establece en aplicación de la "Circular de criterios de homogeneización de la actividad contractual de la Comunidad de Madrid", remitida por el Director General de Patrimonio de Hacienda de la CAM con fecha 17 de enero de 2020, donde se recomienda establecer criterios de carácter automático para la fase técnica y con un peso del 30% de la puntuación, otorgándose 70% a los relacionados con el precio.

LOTE 1: MESA QUIRÚRGICA PARA TRAUMATOLOGÍA

1. Mesa con mayor superficie libre de obstáculos para mejorar el acceso del equipo de radiología con arco en C:

- Superficie libre mayor de 1.700mm.....5 puntos
- Superficie libre entre 1.600 y 1.700mm.....5 puntos
- Superficie libre menor de 1.600mm.....0 puntos

2. Presenta bloqueo de la base con sistema de compensación de nivel automático:

- Presenta SI.....5 puntos
- Presenta NO.....0 puntos

3. Autonomía de la batería:

- Entre 50 y 90 intervenciones.....5 puntos
- 50 intervenciones.....0 puntos

4. La mesa quirúrgica dispone de apoyo directo del chasis al suelo:

- Dispone SI.....5 puntos
- Dispone NO.....0 puntos

5. Los movimientos eléctricos se pueden activar hidráulicamente si falla el suministro:

- Se activan SI.....5 puntos
- Se activan NO.....0 puntos

6. Presenta un sistema de seguridad que ayude a evitar posibles accidentes:

- Presenta SI.....5 puntos
- Presenta NO.....0 puntos

JEFE DE SERVICIO TRAUMATOLOGÍA



Fdo: Pablo CENDRERO CENDRERO