

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UNA MESA QUIRÚRGICA Y SUS ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS.

PASA 2021-7-261

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto describir las características técnicas que deberá cumplir el equipo médico que se describe en el lote que se relaciona, su instalación y puesta en marcha.

Las condiciones establecidas en este pliego tendrán la consideración de complementarias en relación con las de similar contenido en el pliego de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir la contratación de este expediente.

2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO E IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE	DESCRIPCIÓN LOTE	UND.	PRECIO UNT.S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA (21 %)	TOTAL
1	MESA QUIRÚRGICA Y ACCESORIOS	1	60.000 €	60.000 €	12.600 €	72.600 €

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas que tienen que tener el equipamiento:

- MESA DE OPERACIONES MOVIL Y UNIVERSAL.
- Para pacientes con un peso máximo de al menos 250 kg.
- Estable y de fácil traslado.
- Altura máxima de al menos 1050 mm (sin incluir la colchoneta). Inclinación lateral hacia ambos lados de al menos 20º.
- Ajuste del respaldo desde -45º hasta 75º.

Madrid, 11 de octubre de 2021

Fdo.: Dr. Jesús Moreno Sierra

Jefe del Servicio de Urología

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UNA MESA QUIRURGICA Y SUS ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS.

PASA 2021-7-261

- Angulación en trendelenburg de 30 grados o superior y en antitren de al menos 30º (sin colocar en modo reverse).
- Accionamiento electrohidráulico por baterías.
- Sistema anticollisiones.
- Identificación automática de los accesorios.
- Interfaz de acceso para el servicio técnico sin necesidad de desmontar la mesa.
- Sistema de bloqueo de seguridad para evitar el accionamiento involuntario de la mesa.
- Aviso acústico de límite de movimiento.
- Nivel de carga de la batería: Al menos aviso óptico.
- Mando con cable con pictogramas.
- Mando de emergencia situado en la columna con pictogramas.
- Función de puesta a "O" activable desde cualquier posición.
- Autonomía al menos una semana de carga y 50 intervenciones.
- Movimientos electro-hidráulicos:
 - o Desplazamiento longitudinal de al menos 30 cm pudiendo conseguir un voladizo libre de obstáculos de al menos 1760 mm.
 - o Placas apoya piernas accionables eléctricamente de forma conjunta, sin colocar en modo reverse y eléctricamente o hidráulicamente de forma individual.
 - o Movimiento electrohidráulico de la sección de respaldo de al menos (+70º/-40º).
 - o Movimiento de la sección de piernas de al menos (+70º/-90º).
- **Tablero de la mesa:**
 - o Medidas: al menos 530 mm de ancho (sin contar los rieles laterales)
 - o Reversible.
 - o Totalmente radiotransparente.
 - o Con secciones fácilmente desmontables sin necesidad de tornillos.
 - o Con rieles laterales:
 - Material: Acero al cromo-níquel
 - Medidas: 25x10 mm que garantice el acoplamiento de diversos accesorios de otras marcas disponibles en el Hospital.
- **Base y columna de la mesa de operaciones:**
 - o Medidas: Ancho total inferior de 650mm para la base de la mesa y de 35 cm para la columna.

Madrid, 11 de octubre de 2021

Fdo.: Dr. Jesús Moreno Sierra

Jefe del Servicio de Urología

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UNA MESA QUIRURGICA Y SUS ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS.

PASA 2021-7-261

- o Material: Acero inoxidable.
 - o Diseño ergonómico que facilite el acceso del cirujano durante la intervención.
 - o Recubrimiento en ABS, protegido con dos planchas resistentes a golpes y líquidos desinfectantes.
 - **Colchoneta:**
 - o Medidas: al menos 60 mm de grosor
 - o Material: Antiestático
 - o Termo-moldeables de doble cara para prevenir las úlceras por decúbito.
 - o Impermeable para evitar la penetración de fluidos.
 - o Sin costuras para asegurar una colocación y estabilidad del paciente.
 - o Fijación al tablero mediante gel adherente evitando la presencia de veleros o correas y garantizar una correcta limpieza y desinfección.
 - o Eléctricamente conductiva.
 - o Totalmente radiotransparentes
 - o Exenta de látex.
 - **Perneras hidráulicas de bota (2):** desmontables, de acero al cromo-níquel y acolchado antiestático; incluyendo los sistemas de fijación.
 - **Apoyabrazos (2):** articulado horizontal y verticalmente con acolchado y sistema de fijación incluido.
 - **Apoyahombros (2)**
 - **Accesorios adaptadores para cirugías urológicas:**
 - o Laparoscópica.
 - o Cirugía abierta.
 - o Transuretral.
 - **Placa de cabeza desmontable de doble articulación y tapizado elevable.**
 - **Placa de piernas dividida con apertura horizontal y correa acolchada para su fijación.** (2 unidades).
 - **Ampliación de respaldo** de al menos 28 cm de largo.
4. El adjudicatario garantizará el **adiestramiento técnico** adecuado en el empleo del equipo licitado a todo el personal implicado en el uso de los mismos (médico, enfermería y servicios técnicos).

Madrid, 11 de octubre de 2021

Fdo.: Dr. Jesús Moreno Sierra

Jefe del Servicio de Urología



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UNA MESA QUIRURGICA Y SUS ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS.

PASA 2021-7-261

- 5. Para la recepción y la conformidad** de la puesta en marcha del equipo, será requisito imprescindible el cumplimiento de las cláusulas siguientes:
- 1) El equipo descrito en la oferta debe suministrarse con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexión y accesorios necesarios para un total y correcto funcionamiento.
 - 2) La instalación de los equipos se realizará en presencia del personal del servicio al que va dirigido y de un técnico designado por el Servicio Técnico del Hospital. El servicio receptor del equipo autorizará y supervisará la instalación del mismo (en coordinación con el Servicio Técnico del Hospital).
 - 3) La fecha de instalación deberá ser comunicada a dicho Servicio y al que vaya dirigido con antelación suficiente.
 - 4) Deberá aportarse al servicio de Mantenimiento del Centro la siguiente documentación por cada equipo suministrado:
 - a. Descripción del equipo y de todos y cada uno de sus componentes principales con sus números de serie correspondientes.
 - b. Documentación técnica completa, incluyendo esquemas eléctricos mecánicos, neumáticos hidráulicos y de otro tipo considerados necesarios del equipo principal y todos y cada uno de sus componentes en idioma castellano.
- 6. LOS EQUIPOS Y TODOS SUS COMPONENTES SERAN DE NUEVA FABRICACION Y SIN NINGUN COMPONENTE REACONDICIONADO.**

Madrid, 11 de octubre de 2021

Fdo.: Dr. Jesús Moreno Sierra
Jefe del Servicio de Urología