

**PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****P.A. 9/2019 HUP****MICROCATÉTER DE INFUSIÓN MALLADO CON DOS MARCADORES 3,0F-2,6 F**

Lo te	Bien/Producto	Canti dad	Tipo Ud.	BASE IMPONIBLE (IVA EXCLUIDO)	IVA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	<b>MICROCATÉTER DE INFUSIÓN MALLADO CON DOS MARCADORES 3,0F-2,6 F (273310)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recubrimiento hidrofílico.</li> <li>Diámetros proximal/distal comprendidos entre 3,2F y 2,6F.</li> <li>Luz interior mayor o igual a 0,027".</li> </ul>	115	Ud.	744 €	156,24 €	900,24 €	<b>103.527,60 €</b>

**PROCEDIMIENTO ABIERTO 9/2019 HUP**

Una vez elaborado el pliego de prescripciones técnicas correspondientes al Procedimiento Abierto 9/2019 HUP, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 9 de noviembre de 2017), el Director Gerente del Hospital Universitario de la Princesa, en uso de las atribuciones que le confiere la Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, de delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Gerentes de Atención Especializada, Servicio de Urgencias Médicas de Madrid y Centro de Transfusión, apartado primero (B.O.C.M. núm. 76, de 31 de marzo de 2011),

**RESUELVE:**

Aprobar dichos pliegos para el mencionado Procedimiento Abierto.

Madrid, 30 de enero de 2019

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: Fidel ILLANA ROBLES

