

EXPEDIENTE: 2022-0-014 (A/SUM-016715/2022)



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TÉCNICAS DE ENDOSCOPIA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TÉCNICAS DE ENDOSCOPIA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR.

PRIMERA.-DEFINICIÓN DEL OBJETO

El presente pliego contiene las prescripciones técnicas que, de acuerdo con el artículo 124 y siguientes de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2017/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, han de regir la contratación y ejecución del contrato administrativo cuyo objeto es la adquisición de material fungible para técnicas de endoscopia para el Hospital Universitario Infanta Leonor.

División en Lotes: SI.

Número y denominación de los Lotes: 21.

LOTE	ORDEN	NEXUS	DESCRIPCIÓN
1	1.1	120799	ASA DE POLIPECTOMIA OVALADA 220-230CM LAZO 15-30MM
	1.2	102116	ASA DE POLIPECTOMÍA HIBRIDA 220-230CM LAZO 10-15MM
	1.3	123533	ASA DE POLIPECTOMÍA FRIA 220-230CM LAZO 7-15MM
2	2.1	102041	ABREBOCAS ADULTO
3	3.1	109791	ABREBOCAS PEDIÁTRICO
4	4.1	106139	APLICADOR CLIP HEMOSTATICO GIRATORIO 2,8MM X 165CM CON APERTURA 11MM
	4.2	105102	APLICADOR CLIP HEMOSTATICO GIRATORIO 2,8MM X 230CM CON APERTURA 11MM
	4.3	101653	AGUJA DE ESCLEROTERAPIA PARA COLONOSCOPIA Y ENTEROSCOPIA DESECHABLE
5	5.1	103483	DISPOSITIVO DE LIGADURA DESECHABLE PARA POLIPECTOMÍA
6	6.1	107770	ENDOCLIP REABSORBIBLE ENDOCIRUGÍA
7	7.1	120894	BALON EXTRACCION CALCULOS BILIARES 3 VIAS X 190CM
8	8.1	121480	ESFINTEROTOMO 3 VÍAS, CORTE MONOFILAMENTO 30MM CANAL DE TRABAJO 2,8 COMPATIBLE CON GUIA 0,035"
	8.2	106411	ESFINTEROTOMO DE AGUJA
9	9.1	121420	GUIA ACERO INOXIDABLE RECUBIERTA RECTA ACCESO BILIAR 0,025"X 450CM

10	10.1	120848	SISTEMA INTRODUTOR PARA STENT BILIAR
11	11.1	108465	CEPILLO CITOLOGIA BILIAR
12	12.1	120891	CATETER DE DILATACION BILIAR 4MM
	12.2	120896	CATETER DILATACION ESOFAGICO-PILORICO-COLÓNICO-BILIAR, CON GUÍA INCORPORADA. DIAMETRO INFLADO 8.5, 9.5, 10.5
	12.3	104815	CATETER DILATACION ESOFAGICO-PILORICO-COLÓNICO-BILIAR, CON GUÍA INCORPORADA. DIAMETRO INFLADO 11, 12, 13.
	12.4	104340	CATETER DILATACION ESOFAGICO-PILORICO-COLÓNICO-BILIAR, CON GUÍA INCORPORADA. DIAMETRO INFLADO 13.5, 14.5, 15.5.
13	13.1	101939	JERINGA DISPOSITIVO DE INFLADO MANOMETRO
14	14.1	104826	PINZA DE BIOPSIA COPA TIPO COCODRILO FENESTRADA SIN AGUJA PARA GASTROSCOPIA DESECHABLE DIAMETRO MÍNIMO CANAL 2,8MM
	14.2	108752	PINZA DE BIOPSIA COPA TIPO COCODRILO FENESTRADA SIN AGUJA PARA GASTROSCOPIA DESECHABLE DIAMETRO MÍNIMO CANAL 2,0MM
	14.3	120860	PINZA DE BIOPSIA OVAL FENESTRADA SIN AGUJA PARA COLONOSCOPIA DESECHABLE DIAMETRO CANAL 2,8MM
15	15.1	101946	CEPILLO LIMPIEZA CANAL GASTROCOLONOSCOPIO
16	16.1	101954	CESTA CUERPOS EXTRAÑOS TIPO ROTH
17	17.1	102529	EQUIPO LIGADURA VARICES ESOFÁGICAS
18	18.1	101927	MARCADOR ENDOSCÓPICO
19	19.1	412024	VALVULA AIRE-AGUA ENDOSCOPIOS
20	20.1	120825	SONDA COAGULADOR PLASMA DE ARGON
21	21.1	122100	AGUJA DE PUNCION TRANSBRONQUIAL GUIADA POR ULTRASONIDOS PARA USO CON ECOBRONCOSCOPIO DE 22G
	21.2	122079	BALON ECOBRONCOSCOPIO PARA ECOPROCESADOR EBUS
	21.3	122101	VALVULA ASPIRACION CON TUBO DE SUCCIÓN EBUS

SEGUNDA.-PRESCRIPCIONES TECNICAS

Los productos descritos en el presente pliego deben cumplir las siguientes características técnicas mínimas:

GASTROSCOPIA / COLONOSCOPIA

LOTE 1: ASA POLIPECTOMIA

Material para la realización de polipectomía endoscópica de pólipos

1.1 (120799) ASA DE POLIPECTOMIA OVALADA 220-230CM LAZO 15-30MM

- Asa de polipectomía desechable, tipo oval con alambre trenzado grueso y rígido de acero inoxidable, para resecar tejido en tracto digestivo.
- Mango integrado.
- Vaina de teflón o polivinilo para facilitar su inserción en el canal de trabajo del endoscopio.
- Diámetro aproximado: >15 y ≤ 30 mm.
- Con alambre trenzado.
- Longitud aproximada mayor o igual de 220cm.
- Para canal de trabajo 2,8mm.
- Compatible con todas las fuentes de electrobisturí disponibles en este hospital.
- Libre de látex.

1.2 (102116) ASA DE POLIPECTOMÍA HÍBRIDA 220-230 CM LAZO 10-15MM.

- Asa de polipectomía desechable, con alambre trenzado, para resección de tejido en tracto digestivo. Se debe permitir corte en frío y coagulación en caliente.
- Mango integrado.
- Vaina de teflón o polivinilo para facilitar su inserción en el canal de trabajo del endoscopio.
- Diámetro aproximado de >10 y ≤ 15 mm.
- Longitud aproximada mayor o igual de 220cm.
- Para canal de trabajo 2,8 mm.
- Compatible con todas las fuentes de electrobisturí disponibles en este hospital.
- Libre de látex.

1.3 (123533) ASA DE POLIPECTOMIA FRÍA 220-230CM LAZO 7-15MM

- Asa de polipectomía desechable, de acero compactado /monofilamento /trenzado muy fino, para resecar tejido en tracto digestivo.
- Mango integrado.
- Vaina de teflón o polivinilo para facilitar su inserción en el canal de trabajo del endoscopio.

- Diámetro aproximado de 7-15mm.
- Longitud aproximada mayor o igual de 220cm.
- Para canal de trabajo 2,8mm.
- Compatible con todas las fuentes de electrobisturí disponibles en este hospital.
- Libre de látex.

LOTE 2: ABREBOCAS ADULTO

Material para evitar el daño en mucosa oral y arcada dentaria del paciente y evitar el daño de los endoscopios.

2.1. (102041) ABREBOCAS ADULTO

- Abrebocas adultos desechable para endoscopias
- Formato de gran tamaño, 20mm aproximadamente
- Que garantice la máxima protección de todos los endoscopios existentes en este hospital durante las exploraciones.
- Material suave para aumento de la comodidad del paciente
- Cinta perforada con posibilidad de ajuste que permita adaptar la talla del paciente
- Debe disponer de un protector de labios en la parte posterior y con 2 grandes aberturas laterales para la succión de secreciones.

LOTE 3: ABREBOCAS PEDIATRICO

Material para evitar el daño en mucosa oral y arcada dentaria del paciente y evitar el daño de los endoscopios.

3.1. (109791) ABREBOCAS PEDIATRICO

- Abrebocas que garantice la máxima protección de todos los endoscopios existentes en este hospital durante las exploraciones.
- Apertura mínima de 16mm aproximadamente.
- Debe disponer de un protector de labios en la parte posterior.

LOTE 4: APLICADOR CLIP 165 CM

4.1. (106139) APLICADOR CLIP HEMOSTATICO GIRATORIO 2,8MM X 165CM CON APERTURA 11MM

- Clips endoscópicos de hemostasia de 2 palas de 10mm de longitud, con apertura ajustable, para hemostasia mecánica.
- Compatibles con canal de trabajo de 2,8 mm, mango ergonómico integrado y premontado.
- Vaina plástica de protección, que permita la introducción completa del clip en su interior, para la protección del canal del endoscopio.
- Apertura de las palas 11 mm aproximadamente, debiendo tener la posibilidad de ampliar esta apertura mediante el apoyo en la mucosa, sin deformación y con suficiente fuerza prensil para el cierre de diferentes tipos de defectos mucosos.
- Sistema del mango rotatorio que permita la rotación de 360° el clip en el extremo distal.
- El clip debe permitir la apertura y cierre todas las veces que sea necesario para asegurar su correcta posición antes de su liberación.
- Compatibilidad MRI condicional.
- Longitud de trabajo aproximada 1.650 mm.
- Material de un solo uso, compatible con los endoscopios existentes en el Servicio marca Olympus y Pentax.
- Libre de látex.

4.2. (105102) APLICADOR CLIP HEMOSTATICO GIRATORIO 2,8MM X 230CM CON APERTURA 11MM

- Clips endoscópicos de hemostasia de 2 palas de 10mm de longitud, con apertura ajustable, para hemostasia mecánica.
- Compatibles con canal de trabajo de 2,8mm, mango ergonómico integrado y premontado.
- Vaina plástica de protección, que permita la introducción completa del clip en su interior, para la protección del canal del endoscopio.

- Apertura de las palas 11 mm aproximadamente, debiendo tener la posibilidad de ampliar esta apertura mediante el apoyo en la mucosa, sin deformación y con suficiente fuerza prensil para el cierre de diferentes tipos de defectos mucosos.
- Sistema del mango rotatorio que permita la rotación de 360° el clip en el extremo distal.
- El clip debe permitir la apertura y cierre todas las veces que sea necesario para asegurar su correcta posición antes de su liberación.
- Compatibilidad MRI condicional.
- Longitud de trabajo aproximada 2300 mm.
- Material de un solo uso, compatible con los endoscopios existentes en el Servicio marca Olympus y Pentax.
- Libre de látex.

4.3. (101653) AGUJA DE ESCLEROTERAPIA PARA COLONOSCOPIA Y ENTEROSCOPIA DESECHABLE.

- Agujas de escleroterapia de acero inoxidable con vaina rígida con teflón o polivinilo.
- Mango ergonómico que debe disponer de conector tipo luer para inyección.
- Desechables de un solo uso.
- Diámetro mínimo del canal 2,8 mm.
- Longitud de trabajo 230 y 270 cm.
- Aguja de longitud 4mm y diámetro 23G.

LOTE 5. DISPOSITIVO DE LIGADURA DESECHABLE PARA POLIPECTOMÍA

5.1. (103483) DISPOSITIVO DE LIGADURA DESECHABLE PARA POLIPECTOMÍA

- Dispositivo de ligadura desechable para polipectomía, compatible con canal de 2,8mm.
- Lazo precargado, de apertura 30mm aproximadamente.
- Lazo fabricado en nylon o similar. 2300mm longitud aproximada.
- Mango ergonómico integrado. Desechable. Estéril. Libre de látex.

LOTE 6: ENDOCLIP REABSORBIBLE

6.1. (107770) ENDOCLIP REABSORBIBLE ENDOCIRUGÍA.

- Dispositivo de aplicación de hemoclip precargado y radiopaco para hemostasia, con mango ergonómico.
- Compatible para gastroscopia y colonoscopia. Longitud mínima 230 cm.
- Aptos para canal de trabajo de 2,8mm.
- Función de apertura y cierre para reposicionamiento y sistema rotatorio para facilitar colocación del clip.
- Apertura entre palas entre 5 y 11mm.
- Compatible con RMN.
- Desechable. Estéril.

LOTE 7: EXTRACCION CALCULOS BILIARES

Material para la extracción de cálculos biliares en CPRE.

7.1. (120894) BALON EXTRACCION CALCULOS BILIARES 3 VIAS X 190CM.

- Catéter balón multiradial entre 8.5, 11.5, 15mm para extracción de cálculos en vías biliares.
- De 3 vías, con inyección de contraste por encima del balón.
- Doble marca radiopaca para localizar el balón.
- Marca Externa en la vaina que señalice su salida por el extremo distal del duodenoscopio.
- Vaina transparente para facilitar la visión de la guía.
- Sistema de sujeción al endoscopio para facilitar el trabajo del personal durante el procedimiento.
- Con jeringas precalibradas para cada diámetro.
- Longitud total 190 cm aproximadamente,
- Para canal de trabajo de 2,8 mm
- Libre de látex.

LOTE 8: ESFINTEROTOMO

8.1. (121480) ESFINTEROTOMO 3 VÍAS, CORTE MONOFILAMENTO 30 MM CANAL DE TRABAJO 2,8 COMPATIBLE CON GUIA 0,035”.

- De 3 luces compatibles con guías de 0,035 pulgadas.
- Con hilo de corte de 30 mm.
- Diámetro punta distal 4-4.5Fr y longitud aproximada 5-7mm.
- Diámetro mínimo del canal de 2,8 mm.
- Longitud de trabajo mayor o igual de 170 cm.
- Precurvado.
- Compatible con todas las fuentes de electrobisturí disponibles en este hospital.
- Estéril.

8.2. (106411) ESFINTEROTOMO DE AGUJA

- Esfinterotomo de 3 luces compatible con guías 0,035 pulgadas y con aguja de corte de 0,2 mm de diámetro.
- Punta precurvada y cónica.
- Marca externa en la vaina que señalice su salida por el extremo distal.
- Longitud de trabajo mayor o igual de 17 0cm.
- Diámetro mínimo del canal 2,8 mm.
- Compatible con todas las fuentes de electrobisturí disponibles en este hospital.
- Estéril.

LOTE 9: GUIA ACCESO BILIAR

Material para la canulación de vía biliar en CPRE.

9.1. (121420) GUIA DE ACERO INOXIDABLE RECUBIERTA RECTA ACCESO BILIAR 0,025” X 450CM.

- Guía Biliar con revestimiento para reducir la fricción en el intercambio de dispositivos a través de la guía.
- Longitud de trabajo 450cm.

- Diámetro de 0,025".
- Punta blanda y flexible para facilitar la canulación.
- Recubrimiento hidrofílico en extremo distal.
- Marcas de calibración radiológica que permitan la medición de estructuras anatómicas.
- Punta distal recta y radiopaca.
- Aislada eléctricamente.
- Estéril, un solo uso.

LOTE 10: SISTEMA INTRODUTOR

10.1. (120848) SISTEMA INTRODUTOR PARA STENT BILIAR

Material para la colocación de endoprótesis biliares en lesiones malignas y benignas en CPRE.

- Compatible con guías de 0,035".
- Catéter empujador de 9Fr y entre 195 y 220cm de longitud aproximadamente.
- Catéter guía de 5-5,5Fr aproximadamente. con banda radiopaca.
- Diámetro mínimo del canal 4,2mm.
- Fácil liberación del stent.
- Estéril.

LOTE 11: CEPILLO CITOLOGIA

Material para la realización de citologías de vía biliar y/o pancreática en lesiones sugestivas de neoplasia en CPRE.

11.1. (108465) CEPILLO CITOLOGIA BILIAR.

- Cepillo de citología biliar, con diseño distal compatible con guía para aproximación suave.
- Cepillo de citología biliar con cerdas de alto rendimiento para guía de 0,025" y 0,035".
- Longitud de trabajo 1.900mm

- El cepillo debe disponer de función de rotación para garantizar la toma adecuada de muestras.
- Debe permitir su empleo con sistema de intercambio con guía corta.
- Con 3 marcas radiopacas.
- Función de bloqueo para no contaminar la muestra.
- Marca externa en la vaina que señalice su salida por el extremo distal del duodenoscopio.
- Sistema de sujeción al endoscopio.
- Visión fluoroscópica superior
- Estéril con fecha de envasado y caducidad, de un solo uso.

LOTE 12: CATETER DE DILATACION

Material para facilitar la colocación de guía previa a dilatación de la luz del tracto digestivo en lesiones estenosantes.

12.1. (120891) CATETER DE DILATACION BILIAR 4MM

- Balón de dilatación biliar con marcas radiopacas y rápido desinflado.
- Diámetro exterior 4mm.
- Longitud del balón 40mm.
- Diámetro mínimo del canal de trabajo de 2,8mm.
- Longitud de trabajo de 180cm.
- Compatible con guías.
- Presión de hasta 6 ATM.

12.2. (120896) CATETER DILATACION ESOFAGICO-PILORICO-COLÓNICO-BILIAR, CON GUÍA INCORPORADA. DIÁMETRO INFLADO 8.5, 9.5, 10.5.

- Balón de dilatación con indicación esofágica, pilórica, colónica, biliar.
- Punta distal atraumática.
- Extremos del balón redondeados.
- Marcadores radiopacos distales y proximales y marcador central visible mediante visión endoscópica.
- El material debe permitir la visión clara de la estenosis.

- Guía incorporada de 0,035”.
- Longitud de 65mm.
- Diámetros inflados 8.5, 9.5 y 10.5.
- Posibilidad de inflador en intervalos de medio milímetro.
- Debe disponer de indicación para dilatación papilar (esfinteroplastia).

12.3. (104815) CATETER DILATACION ESOFAGICO-PILORICO-COLÓNICO-BILIAR, CON GUÍA INCORPORADA. DIÁMETRO INFLADO 11, 12, 13.

- Balón de dilatación con indicación esofágica, pilórica, colónica, biliar.
- Punta distal atraumática.
- Extremos del balón redondeados.
- Marcadores radiopacos distales y proximales y marcador central visible mediante visión endoscópica.
- El material debe permitir la visión clara de la estenosis.
- Guía incorporada de 0,035”.
- Longitud de 55mm.
- Diámetros inflados 11, 12 y 13.
- Posibilidad de inflador en intervalos de medio milímetro.
- Debe disponer de indicación para dilatación papilar (esfinteroplastia).

12.4 (104340) CATETER DILATACION ESOFAGICO-PILORICO-COLÓNICO-BILIAR, CON GUÍA INCORPORADA. DIÁMETRO INFLADO 13.5, 14.5, 15.5.

- Balón de dilatación con indicación esofágica, pilórica, colónica, biliar.
- Punta distal atraumática.
- Extremos del balón redondeados.
- Marcadores radiopacos distales y proximales y marcador central visible mediante visión endoscópica.
- El material debe permitir la visión clara de la estenosis.
- Guía incorporada de 0,035”.
- Longitud de 55mm.

- Diámetros inflados 13.5, 14.5 y 15.5.
- Posibilidad de inflador en intervalos de medio milímetro.
- Debe disponer de indicación para dilatación papilar (esfinteroplastia).

LOTE 13: JERINGA DISPOSITIVO INFLADO MANÓMETRO 60ML

Material para el manómetro de dilatación de estenosis del tracto digestivo.

13.1. (101939) JERINGA DISPOSITIVO DE INFLADO MANOMETRO

- Dispositivo de inflado para balones de dilatación con manómetro de presión integral.
- Sistema de inflado con control de presión.
- Se deben disponer de sistemas de inflado con volumen máximo de 60ml y presión de hasta 15 ATM.
- Debe permitir una dilatación gradual y muy precisa en anatomía sensible.
- Debe disponer de un mecanismo de bloqueo.
- Desinflado rápido y seguro.
- Estéril.

LOTE 14: PINZA BIOPSIA GASTROSCOPIA Y COLONOSCOPIA

Material para la realización de biopsias de mucosa de tracto digestivo superior e inferior.

14.1. (104826) PINZA DE BIOPSIA COPA TIPO COCODRILO FENESTRADA SIN AGUJA PARA GASTROSCOPIA DESECHABLE DIAMETRO MÍNIMO CANAL 2,8 MM.

- Cazoletas de acero inoxidable de gran capacidad con palas fenestradas.
- Cazoletas con dientes tipo cocodrilo en los laterales de la cazoleta, dejando el semicírculo frontal sin dientes.
- Con mango ergonómico.
- Longitud mayor o igual de 155cm.
- Diámetro mínimo canal 2,8mm
- Pinzas de diámetro 2,2mm con un volumen de muestra de al menos 6.0mm³.

14.2. (108752) PINZA DE BIOPSIA COPA TIPO COCODRILO FENESTRADA SIN AGUJA PARA GASTROSCOPIA DESECHABLE DIAMETRO MÍNIMO CANAL 2,0MM

- Cazoletas de acero inoxidable de gran capacidad con palas fenestradas con doble filo de corte para minimizar sangrado.
- Cazoletas con dientes tipo cocodrilo en los laterales de la cazoleta, dejando el semicírculo frontal sin dientes.
- Con mango ergonómico.
- Longitud mayor o igual de 155cm.
- Tamaño mínimo del canal 2,0mm.
- Pinzas de diámetro 1.8 mm con un volumen de muestra de al menos 3.9 mm³.

14.3 (120860) PINZA DE BIOPSIA OVAL FENESTRADA SIN AGUJA PARA COLONOSCOPIA DESECHABLE DIAMETRO CANAL 2,8 MM.

- Cazoletas sin dientes de acero inoxidable, palas fenestradas y con doble filo de corte para minimizar sangrado.
- Vaina con revestimiento y reborde para facilitar la inserción.
- Con mango ergonómico.
- Longitud de 230cm aproximadamente.
- Diámetro de canal 2,8mm.
- Pinzas de diámetro 2,2mm con un volumen de muestra de al menos 6.0 mm³.

LOTE 15: CEPILLO LIMPIEZA CANAL GASTROCOLONOSCOPIO

Material para la imprescindible limpieza de arrastre de materia orgánica tras realización de endoscopia previa a alta desinfección de los mismos.

15.1. (101946) CEPILLO LIMPIEZA CANAL GASTROCOLONOSCOPIO.

- Cepillo de limpieza de canales de endoscopio de alta resistencia con cerdas y punta suavemente redondeadas para proteger el canal de trabajo, de 2,0, 2,8, 3,7 y 4,2mm.

- Cepillo de doble cabeza, para que pasen las dos cabezas por el interior de los canales del endoscopio, una con cerdas y la otra de goma que extrae el líquido y residuos restantes del canal del endoscopio.
- Longitud aproximada de 220-230cm.
- Material de un solo uso. Envasado individual.

LOTE 16: CESTA CUERPOS EXTRAÑOS TIPO ROTH

Material para la extracción de cuerpos extraños y de pólipos en casos seleccionados.

16.1. (101954) CESTA DE CUERPOS EXTRAÑOS TIPO ROTH

- Asa firme y sólida. Facilita recoger el objeto sin que la red se pegue ella misma.
- Fijación fuerte de la cesta con el asa.
- Flexible puede recoger objetos pequeños, grandes e incluso varias piezas a la vez.
- El material debe evitar que la mucosa se pegue a la cesta o la red.
- Facilidad de transferencia al contenedor de histología.
- Longitud total aproximada mayor o igual a 220cm.
- De un solo uso.

LOTE 17: EQUIPO LIGADURA VARICES ESOFÁGICAS

Material para el tratamiento y profilaxis de varices esofágicas.

17.1. (102529) EQUIPO LIGADURA VARICES ESOFÁGICAS.

- Equipo para ligadura de varices esofágicas por endoscopia digestiva.
- Capuchón con 6 bandas precargadas y cordel disparador fijado 122cm.
- Mango de control de precisión, catéter de carga y adaptador para irrigación.
- Con posibilidad de sistema antirretroceso.
- Apto para gastroscopios con diámetros de 8,6-11,5mm.
- Compatible con canal de trabajo mínimo de 2,8mm.
- Desechable de un solo uso.

LOTE 18: MARCADOR ENDOSCÓPICO

Marcador para marcaje de lesiones de tracto digestivo que facilite una revisión posterior de la zona o la localización de lesiones a resear por laparoscopia quirúrgica.

18.1. (101927) MARCADOR ENDOSCÓPICO.

- Marcador endoscópico biocompatible de carbón purificado precargado en jeringa apirógena y estéril de 5ml.

LOTE 19: VALVULA AIRE AGUA ENDOSCOPIA

Material para el correcto funcionamiento de insuflación e irrigación de los endoscopios.

19.1. (412024) VALVULA AIRE AGUA ENDOSCOPIOS

- Válvulas reutilizables de control aire agua.
- Sin lubricantes.
- Compatibles con endoscopios de la unidad.
- Debe permitir su desinfección en las termodesinfectadoras del servicio.

LOTE 20: COAGULADOR PLASMA DE ARGON

Material para el tratamiento de lesiones vasculares de tracto digestivo.

20.1. (120825) SONDA COAGULADOR PLASMA DE ARGON.

- Sondas para coagulador de plasma de argón y uso en gastroscopia y colonoscopia para canal de trabajo de 2.8mm.
- Longitud 220cm.
- Conexión adecuada a las fuentes de diatermia y electrocoagulación por gas argón disponibles en el servicio, marca Olympus, modelo ESG 300.
- Estéril y de un solo uso.

LOTE 21: ECOBRONCOSCOPIA (EBUS)

Material para EBUS con punción aspiración.

21.1. (122100) AGUJA DE PUNCIÓN TRANSBRONQUIAL GUIADA POR ULTRASONIDOS PARA USO CON ECOBRONCOSCOPIO, DE 22G.

- Aguja de acero inoxidable para punción guiada por ultrasonidos mediante Ecobroncoscopio, con vaina metálica de acero inoxidable en toda su longitud recubrimiento con material PTFE que mejora la inserción.
- Aguja con bisel afilado que permita una excelente punción incluso en lesiones duras, lo que ayuda a aumentar la seguridad del paciente. Punta con marcas ecogénicas de máxima ecogenicidad.
- Mango ergonómico.
- Equipadas con jeringa de vacío ajustable de 20cc.
- Aguja 22G x 40mm.
- Longitud de trabajo máxima 700-730mm aproximadamente.
- Para canal de trabajo mínimo de 1,8mm.
- Estéril, de un solo uso.
- Libre de Látex.

21.2. (122079) BALON ECOBRONCOSCOPIO PARA ECOPROCESADOR EBUS.

- Balón o globo con pasador de goma
- De un solo uso.

21.3. (122101) VALVULA ASPIRACIÓN CON TUBO DE SUCCION EBUS

- Equipamiento de endoscopia flexible compuesto de válvula de aspiración con tubo de succión incluido.
- De un solo uso. Envasado individual.

TERCERA.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES PARA TODOS LOS NÚMEROS DE ORDEN:

- Tendrán que cumplir con la legislación española y comunitaria vigente. Siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación.

- Los productos tendrán su correspondiente Marcado CE, Declaración de Conformidad y la certificación del Organismo Notificador, si procede, conforme a lo establecido en la legislación vigente reguladora de los productos sanitarios.
- Todas las medidas se entenderán aproximadas, aceptándose variaciones que no impidan a los instrumentos cumplir con la función a la que están destinados.

En Madrid, a día de la fecha,
**POR LA ADMINISTRACIÓN,
LA DIRECTORA GERENTE**

Firmado digitalmente por: PANTOJA ZARZA MARIA DEL CARMEN
Fecha: 2022.05.13 08:34

Fdo.: María del Carmen Pantoja Zarza

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/evs mediante el siguiente código seguro de verificación:

DESGLOSE DE LA LICITACIÓN

LOTE 1									
LOTE	Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
1	1.1	120799	ASA DE POLIPECTOMIA OVALADA 220-230CM LAZO 15-30MM	2.000	25,00	50.000,00	21%	10.500,00	60.500,00
	1.2	102116	ASA DE POLIPECTOMÍA HIBRIDA 220-230CM LAZO 10-15MM	75	37,10	2.782,50	21%	584,33	3.366,83
	1.3	123533	ASA DE POLIPECTOMÍA FRIA 220-230CM LAZO 7-15MM	500	16,00	8.000,00	21%	1.680,00	9.680,00
TOTAL LOTE 1						60.782,50		12.764,33	73.546,83

LOTE 2									
LOTE	Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
2	2.1	102041	ABREBOCAS ADULTO	5.800	0,90	5.220,00	21%	1.096,20	6.316,20
TOTAL LOTE 2						5.220,00		1.096,20	6.316,20

LOTE 3

LOTE	Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
3	3.1	109791	ABREBOCAS PEDIÁTRICO	100	12,06	1.206,00	21%	253,26	1.459,26
TOTAL LOTE 3						1.206,00		253,26	1.459,26

LOTE 4

LOTE	Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
4	4.1	106139	APLICADOR CLIP HEMOSTATICO GIRATORIO 2,8MM X 165CM CON APERTURA 11MM	300	70,00	21.000,00	10%	2.100,00	23.100,00
	4.2	105102	APLICADOR CLIP HEMOSTATICO GIRATORIO 2,8MM X 230CM CON APERTURA 11MM	1.100	70,00	77.000,00	10%	7.700,00	84.700,00
	4.3	101653	AGUJA DE ESCLEROTERAPIA PARA COLONOSCOPIA Y ENTEROSCOPIA DESECHABLE	950	16,82	15.979,00	21%	3.355,59	19.334,59
TOTAL LOTE 4						113.979,00		13.155,59	127.134,59

LOTE 5

LOTE	Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
5	5.1	103483	DISPOSITIVO DE LIGADURA DESECHABLE PARA POLIPECTOMÍA	10	99,90	999,00	21%	209,79	1.208,79
TOTAL LOTE 5						999,00		209,79	1.208,79

LOTE 6

LOTE	Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
6	6.1	107770	ENDOCLIP REABSORBIBLE ENDOCRIRUGÍA	200	70,00	14.000,00	10%	1.400,00	15.400,00
TOTAL LOTE 6						14.000,00		1.400,00	15.400,00

LOTE 7

LOTE	Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
7	7.1	120894	BALON EXTRACCCION CALCULOS BILIARES 3 VIAS X 190CM	170	135,00	22.950,00	21%	4.819,50	27.769,50
TOTAL LOTE 7						22.950,00		4.819,50	27.769,50

LOTE 8

LOTE	Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
8	8.1	121480	ESFINTEROTOMO 3 VÍAS, CORTE MONOFILAMENTO 30MM CANAL DE TRABAJO 2,8 COMPATIBLE CON GUIA 0,035"	210	123,36	25.905,60	21%	5.440,18	31.345,78
	8.2	106411	ESFINTEROTOMO DE AGUJA	25	160,00	4.000,00	21%	840,00	4.840,00
TOTAL LOTE 8						29.905,60		6.280,18	36.185,78

LOTE 9

LOTE	Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
9	9.1	121420	GUIA ACERO INOXIDABLE RECUBIERTA RECTA ACCESO BILIAR 0,025"X 450CM	200	100,61	20.122,00	21%	4.225,62	24.347,62
TOTAL LOTE 9						20.122,00		4.225,62	24.347,62

LOTE 10

LOTE	Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
10	10.1	120848	SISTEMA INTRODUTOR PARA STENT BILIAR	50	80,00	4.000,00	21%	840,00	4.840,00
TOTAL LOTE 10						4.000,00		840,00	4.840,00

LOTE 11

LOTE	Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
11	11.1	108465	CEPILLO CITOLOGIA BILIAR	35	105,00	3.675,00	21%	771,75	4.446,75
TOTAL LOTE 11						3.675,00		771,75	4.446,75

LOTE 12									
LOTE	Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
12	12.1	120891	CATETER DE DILATACION BILIAR 4MM	6	205,00	1.230,00	21%	258,30	1.488,30
	12.2	120896	CATETER DILATACION ESOFAGICO-PILORICO-COLÓNICO-BILIAR, CON GUÍA INCORPORADA. DIAMETRO INFLADO 8.5, 9.5, 10.5	6	200,00	1.200,00	21%	252,00	1.452,00
	12.3	104815	CATETER DILATACION ESOFAGICO-PILORICO-COLÓNICO-BILIAR, CON GUÍA INCORPORADA. DIAMETRO INFLADO 11, 12, 13.	6	200,00	1.200,00	21%	252,00	1.452,00
	12.4	104340	CATETER DILATACION ESOFAGICO-PILORICO-COLÓNICO-BILIAR, CON GUÍA INCORPORADA. DIAMETRO INFLADO 13.5, 14.5, 15.5.	6	200,00	1.200,00	21%	252,00	1.452,00
TOTAL LOTE 12						4.830,00		1.014,30	5.844,30

LOTE 13									
LOTE	Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
13	13.1	101939	JERINGA DISPOSITIVO DE INFLADO MANOMETRO	36	78,13	2.812,68	21%	590,66	3.403,34
TOTAL LOTE 13						2.812,68		590,66	3.403,34

LOTE 14									
LOTE	Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
14	14.1	104826	PINZA DE BIOPSIA COPA TIPO COCODRILO FENESTRADA SIN AGUJA PARA GASTROSCOPIA DESECHABLE DIAMETRO MÍNIMO CANAL 2,8MM	4.600	8,00	36.800,00	21%	7.728,00	44.528,00
	14.2	108752	PINZA DE BIOPSIA COPA TIPO COCODRILO FENESTRADA SIN AGUJA PARA GASTROSCOPIA DESECHABLE DIAMETRO MÍNIMO CANAL 2,0MM	110	8,00	880,00	21%	184,80	1.064,80
	14.3	120860	PINZA DE BIOPSIA OVAL FENESTRADA SIN AGUJA PARA COLONOSCOPIA DESECHABLE DIAMETRO CANAL 2,8MM	60	14,50	870,00	21%	182,70	1.052,70
TOTAL LOTE 14						38.550,00		8.095,50	46.645,50

LOTE 15

LOTE	Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
15	15.1	101946	CEPILLO LIMPIEZA CANAL GASTROCOLONOSCOPIO	12.500	2,08	26.000,00	21%	5.460,00	31.460,00
TOTAL LOTE 15						26.000,00		5.460,00	31.460,00

LOTE 16

LOTE	Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
16	16.1	101954	CESTA CUERPOS EXTRAÑOS TIPO ROTH	240	60,00	14.400,00	21%	3.024,00	17.424,00
TOTAL LOTE 16						14.400,00		3.024,00	17.424,00

LOTE 17

LOTE	Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
17	17.1	102529	EQUIPO LIGADURA VARICES ESOFÁGICAS	35	116,82	4.088,70	10%	408,87	4.497,57
TOTAL LOTE 17						4.088,70		408,87	4.497,57

LOTE 18

LOTE	Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
18	18.1	101927	MARCADOR ENDOSCÓPICO	160	32,65	5.224,00	21%	1.097,04	6.321,04
TOTAL LOTE 18						5.224,00		1.097,04	6.321,04

LOTE 19

LOTE	Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
19	19.1	412024	VALVULA AIRE-AGUA ENDOSCOPIOS	10	142,50	1.425,00	21%	299,25	1.724,25
TOTAL LOTE 19						1.425,00		299,25	1.724,25

LOTE 20

LOTE	Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
20	20.1	120825	SONDA COAGULADOR PLASMA DE ARGON	50	152,15	7.607,50	21%	1.597,58	9.205,08
TOTAL LOTE 20						7.607,50		1.597,58	9.205,08

LOTE 21

LOTE	Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO S/IVA	B.I.	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
21	21.1	122100	AGUJA DE PUNCIÓN TRANSBRONQUIAL GUIADA POR ULTRASONIDOS PARA USO CON ECOBRONCOSCOPIO DE 22G	60	250,00	15.000,00	21%	3.150,00	18.150,00
	21.2	122079	BALÓN ECOBRONCOSCOPIO PARA ECOPROCESADOR EBUS	60	22,00	1.320,00	21%	277,20	1.597,20
	21.3	122101	VALVULA ASPIRACION CON TUBO DE SUCCIÓN EBUS	20	8,00	160,00	21%	33,60	193,60
TOTAL LOTE 21						16.480,00		3.460,80	19.940,80

TOTAL EXPEDIENTE

398.256,98

70.864,22

469.121,20