

EXPEDIENTE N° 2022-0-76

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ESTERILIZACIÓN EN FRÍO, INCLUYENDO LA CESIÓN EN USO DEL ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA, EL SUMINISTRO DE FUNGIBLE (PERÓXIDO DE HIDRÓGENO) Y EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, CON DESTINO AL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.

INDICE

1. OBJETO DEL CONTRATO.....	3
2. DATOS BÁSICOS.....	3
3. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUMINISTRO.....	4

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ESTERILIZACIÓN EN FRÍO, INCLUYENDO LA CESIÓN EN USO DEL ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA, EL SUMINISTRO DE FUNGIBLE (PERÓXIDO DE HIDRÓGENO) Y EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, CON DESTINO AL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente Pliego es el establecimiento de las prescripciones técnicas particulares que han de regir la contratación y la ejecución del servicio integral de esterilización en frío, incluyendo la cesión en uso del esterilizador a baja temperatura, el suministro del fungible (peróxido de hidrógeno), y el mantenimiento de los equipos con destino al Servicio de Esterilización del Hospital 12 de Octubre (**HU120**).

2. DATOS BÁSICOS.

Estando incluido:

- Cesión y montaje de esterilizador/es de peróxido de hidrogeno.
- Mantenimiento de todos los equipos y sus accesorios a todo riesgo incluyendo repuestos, impidiendo discontinuidades en la explotación, incluso sustitución del mismo si la reparación se prolonga en el tiempo.

La efectividad de esta medida se establece con un uptime mínimo del 99% considerando como base de tiempo el de funcionamiento de la máquina todos los días del año. Los mantenimientos preventivos se programarán para su realización fuera del horario de uso y no merman el tiempo de disponibilidad.

- Suministro de agente esterilizante (H_2O_2).
- Controles biológicos.
- Indicadores químicos en tiras.
- Rollos de cinta indicadora.
- Bolsas y bobinas en los distintos tamaños necesarios.

- Se estima un número medio de ciclos de esterilización de 5 diarios (=1000 ciclos/año).
- El modo de facturación del suministro será por ciclo de esterilización no fallido. Para este fin los equipamientos deben disponer de un medio unívoco y automático de cuenta.
- El inventario de equipamiento se modulará en función de las necesidades de producción estimándose un parque inicial con los datos existentes pero pudiendo ser necesario su incremento o disminución, según las necesidades y la marcha del servicio.

3. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUMINISTRO.

Se consideran incluidos en la oferta:

- Puesto que se trata de un contrato de servicio y suministro de fungible, los equipos necesarios para su uso que se consignen en la oferta, podrán ser modificados a lo largo de la explotación del mismo si las necesidades operativas así lo demandasen.
- Se realizará, previo al montaje, memoria de Implantación de los equipos con requerimientos básicos en cuanto a consumo eléctrico, agua, desagües, etc., y su distribución en planta, para su aprobación por la Dirección del Hospital.
- El adjudicatario deberá colaborar en las acciones de implantación y atender cuantos requerimientos le sean formulados por el Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital.
- El adjudicatario entregará en cesión de uso los equipos necesarios para la realización de la técnica.
- Corresponderá al adjudicatario la formación de los profesionales sanitarios que vayan a utilizar los equipos.
- Se incluye el servicio técnico todo riesgo de los equipos durante la duración del contrato.

Este incluirá:

- La sustitución del equipo en caso de vicios o defectos importantes (materiales y de funcionamiento).
 - Mantenimiento preventivo programado: revisión periódica de seguridad y control de funcionamiento, ajustes, calibraciones y otras operaciones necesarias para el correcto funcionamiento del equipo.
 - Todas las operaciones correctivas necesarias para la reparación de averías y defectos, incluidas todas las piezas de recambio.
-
- Asimismo, están incluidos todos los costos y gastos de desplazamiento del personal del servicio de mantenimiento.
 - El adjudicatario entregará al servicio técnico del hospital las hojas de las revisiones en las cuales se especificarán las piezas sustituidas con sus referencias y se detallarán las intervenciones realizadas, así como las piezas sustituidas.
 - El adjudicatario comunicará al servicio técnico las fechas de las operaciones de mantenimiento preventivo con suficiente antelación acordándose el horario en función de la actividad del servicio donde se ubica el equipo.
 - Las revisiones y reparaciones realizadas al equipo se realizarán en el lugar donde esté instalado el equipo. El hospital autorizará en su caso, la reparación fuera del Centro, previa justificación.
 - Para el caso de que el tiempo de parada exceda de 24 horas, el equipo, cuando mediara solicitud de la Dirección del Centro, deberá ser sustituido por otro de iguales características.
 - El compromiso de demora en la respuesta técnica ante una solicitud de asistencia o de suministro de repuesto en ningún caso podrá ser superior a 6 horas.

- Los adjudicatarios se comprometen a que todos los trabajos de mantenimiento serán efectuados por personal especializado de la empresa y debidamente acreditados.



MIGUEL A. GREGORIO LÓPEZ
RESPONSABLE DE ELECTROMEDICINA



JUAN B. GODOY PRIETO

JEFE DE SERVICIO INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

