

EXPEDIENTE: 2022-0-016 (A/SER-021630/2022)



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO PARA EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE INSTRUMENTAL
QUIRÚRGICO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

PRIMERA. - DEFINICIÓN DEL OBJETO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 124 y siguientes de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2017/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, contiene las prescripciones técnicas que han de regir el contrato cuyo objeto es la contratación del servicio de mantenimiento y gestión del instrumental quirúrgico del Hospital Universitario Infanta Leonor que incluye la revisión, reparación y sustitución en su caso del material no reparable, con el fin de preservar el valor del parque de instrumental quirúrgico a lo largo de su vida útil. Se excluye el instrumental oftalmológico, laparoscopia y ópticas.

División en Lotes: No

SEGUNDA. - OBLIGACIONES INICIALES:

El adjudicatario realizará un inventario inicial del instrumental creando una base de datos informatizada y emitirá informe del estado del stock. El plazo para la emisión del informe será de 30 días desde la iniciación de la ejecución del contrato

TERCERA. - OBLIGACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN:

1º El adjudicatario del servicio deberá asumir la reparación y recuperación de su estado y función del instrumental, contenedores y sus tapas que lo requiera de los 345 sets de las distintas especialidades de cirugía del Hospital Universitario Infanta Leonor, y en caso de que las piezas no tengan reparación deberá sustituirlas por material nuevo sin coste adicional para este hospital. Se exceptúa el material de oftalmología, laparoscopia y ópticas.

El adjudicatario deberá realizar todas las sustituciones necesarias de material que se realizarán por piezas de equivalente calidad o superior a la sustituida.

El instrumental de sustitución será de acero inoxidable quirúrgico 18/10.

2º El adjudicatario recogerá en el Hospital Universitario Infanta Leonor el instrumental, contenedores o tapas de estos, que sea necesario reparar y lo devolverá reparado en un plazo máximo indicado en el PCAP. En caso de no ser posible la reparación deberá entregar a este hospital un elemento nuevo, equivalente al deteriorado, dentro del citado plazo. En el caso de que el adjudicatario estimase, que con carácter excepcional, vaya a necesitar más plazo para reparar, estará obligado a poner a disposición del Hospital un producto nuevo antes de la finalización del citado plazo.

3º El adjudicatario facilitará, sin coste para este hospital los contenedores, embalajes y demás elementos de transporte seguros para impedir que el instrumental, contenedores o tapas de estos pueda sufrir daños.

4º Los sets de los que el Hospital no pueda desprenderse serán revisados en el propio centro y sustituidas las piezas que sea necesario. La revisión en el propio Hospital se realizará en el plazo máximo de 10 días desde que sea cursado el correspondiente aviso.

5º El adjudicatario del contrato debe suministrar el instrumental quirúrgico grabado con Sistema de Codificación Universal Datamatrix y aportar datos del Sistema de Marcaje Láser utilizado. Pudiendo ser éste leído e identificado por cualquier sistema de lectura de códigos y que permita su trazabilidad durante el proceso quirúrgico y de esterilización, mediante cualquier Software de Trazabilidad y Gestión de Instrumental.

La empresa adjudicataria del contrato, deberá, a requerimiento de este Hospital, marcar todo el instrumental con las siglas identificativas del Centro sin coste añadido.

6º El adjudicatario proveerá formación al personal del Hospital Universitario Infanta Leonor y al personal que preste el servicio de esterilización, al respecto del tratamiento correcto del instrumental para conservar su correcto estado.

Esta formación se impartirá en las dependencias del propio Hospital y según las necesidades requeridas por la Supervisión de enfermería de quirófano. El tiempo de las actividades formativas no será superior a dos horas mensuales.

7º La empresa adjudicataria realizará un informe semestral proponiendo al centro posibles mejoras para optimizar el rendimiento de los sets del hospital.

CUARTA. - GARANTÍA DE PRODUCTO Y OBLIGACIONES TÉCNICAS

1º El adjudicatario del contrato ofrecerá una garantía mínima para los elementos reparados de 2 años y 7 años para los sustituidos. En el informe mensual de reparaciones y sustituciones se identificará cada instrumento con un código individual, de manera que se pueda comprobar las fechas en que cada instrumento ha sido reparado o sustituido.

2º La empresa adjudicataria del contrato debe aportar en formato electrónico información técnica e instrucciones de uso de todos sus productos.

3º La empresa adjudicataria del contrato debe aportar una herramienta informática para la gestión de los sets quirúrgicos, de manera que se pueda revisar el contenido de los mismos identificando pérdidas y reparaciones.

4º La empresa adjudicataria del contrato debe aportar teléfono y correo electrónico del Servicio Técnico y éste estar disponible para consultas y gestión y resolución de incidencias durante todos los días laborales del año en horario de mañana y tarde, al menos de 9:00 a 17:00 h.

5º El adjudicatario entregará a este Hospital un informe mensual de los trabajos realizados, en formato Excel, de la actividad realizada, reflejando las reparaciones y sustituciones efectuadas y la fecha de estas, además de la estimación, según precios de mercado, de su valoración económica. Todos los instrumentos relacionados en este informe deben figurar con una codificación individual.

En el caso de que, a la finalización del contrato, el importe de las mensualidades pagadas por este Hospital por el servicio, sean superiores al importe de las reparaciones y sustituciones realizadas, el adjudicatario estará obligado a aportar sin cargo la cantidad de instrumental, que este Hospital considere necesario, hasta igualar la citada diferencia.

QUINTA. - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.

1º El instrumental de reposición debe cumplir con el R.D. 1591/2009 por el que se regulan los productos sanitarios.

La empresa adjudicataria del servicio debe contar con Servicio Técnico Propio para las reparaciones.

2º La empresa adjudicataria del servicio debe aportar acreditación de que su Servicio Técnico sólo utiliza recambios originales, garantizando la funcionalidad y propiedades de cualquier instrumento.

3º La empresa adjudicataria debe presentar certificado de que tanto su instrumental como las piezas de repuesto no contienen riesgo alergénico para níquel, zinc y látex.

4º La empresa adjudicataria debe disponer en los envases de entrega de cada producto individual el código EAN128

Madrid, a día de la fecha.

**POR LA ADMINISTRACIÓN,
LA DIRECTORA GERENTE**

Firmado digitalmente por: PANTOJA ZARZA MARIA DEL CARMEN
Fecha: 2022.06.01 13:06

Fdo.: M^a del Carmen Pantoja Zarza

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: