



Gerencia Asistencial  
de Atención Primaria  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica  
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales

**EXP A/SUM-020881/2022**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE: CAMARAS DE INHALACION Y MASCARILLAS CON DESTINO A LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.**

### **CONSIDERACIONES GENERALES:**

1. El material presentará una caducidad mínima de 24 meses desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.
2. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
3. En los supuestos de rotura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata, informando del plazo estimado de normalización del suministro. En ningún caso será superior a tres meses y el proveedor tendrá obligación de sustituir el material objeto del contrato por otro de igual o superior calidad al adjudicado, previa conformidad de la Gerencia.
4. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono, dirección de e-mail y/o fax específico de contacto.
5. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
6. Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.
7. En su caso, todas las instrucciones vendrán en castellano.
8. En su caso, la fecha de caducidad y el lote estarán indicados en el envase general y en el individual del producto en los casos en los que proceda.
9. Cuando así le sea requerido, el adjudicatario facilitará una o dos muestras para cada uno de los almacenes existentes, que se entregarán en el lugar y fechas indicados en ese requerimiento.

#### **Normativa general**

10. Todo el material ofertado tendrá marcado CE de productos sanitarios, de acuerdo con el Reglamento UE 2017/745, durante el ámbito de aplicación de sus respectivos artículos.

#### **Otras normativas**

## RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:

<b>Almacén PAVONES</b>	C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid 913.016.415
<b>Almacén COSLADA</b>	Avda. de Madrid nº 11, C.S. Ciudad San Pablo 28822 - Coslada 916.714.488
<b>Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO</b>	C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid 913.352.595
<b>Almacén MAJADAHONDA</b>	Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid) 916.026.974
<b>Almacén LEGANÉS</b>	Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid) 915.129.311
<b>Almacén ALBERTO PALACIOS</b>	C/ Domingo de Párraga nº 48, C.S. San Andrés 28021 - Madrid 915.059.416



Gerencia Asistencial  
de Atención Primaria  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica  
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1.1	104604	CAMARA INHALACION FARMACOS SIN MASCARILLA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuerpo de la cámara de plástico rígido y transparente.</li> <li>• Diseño sencillo que no precise montaje previo al uso.</li> <li>• En uno de los extremos válvula unidireccional inspiratoria que permita la espiración fuera del cuerpo de la cámara por los orificios. Que además permita valorar desde el exterior la inspiración y que incorpore un tapón higiénico sujeto al cuerpo de la cámara para evitar su pérdida.</li> <li>• En el otro extremo adaptador universal flexible dónde se inserta el pMDI o inhalador de niebla Compatible con las boquillas de los distintos dispositivos de medicación pMDI (coniriéndole la característica de cámara UNIVERSAL). Sin aberturas que puedan producir perdida de partículas de medicación.</li> <li>• Compatibilidad de conexión universal con las mascarillas para inhalación, sin utilización de adaptadores para ningún tipo de mascarilla.</li> <li>• Desmontable para su limpieza pero de estructura estable en el uso.</li> <li>• Carcasa resistente</li> <li>• Antialérgicas</li> <li>• Libre de látex</li> <li>• Libre de Bisfenol A (BPA)</li> <li>• Libre de ftalatos</li> <li>• Libre de plomo</li> <li>• Instrucciones de uso en castellano de cada envase</li> <li>• Envase individual con descripción del producto en castellano marcado CE, fecha de caducidad y número de lote</li> </ul>



Gerencia Asistencial  
de Atención Primaria  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica  
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1.2	106183	MASCARILLA NEBULIZACION SILICONA P/CAMARA INHALADORA ADULTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mascarilla anticolapsable facial de silicona natural 100%, grado médico, para adultos/niños, de perfecto ajuste a la boquilla de conexión de la cámara de inhalación ofertada en el mismo lote, sin ningún tipo de adaptador para su ajuste y que asegure la estanqueidad en su contacto de la cara</li> <li>• Forma anatómica</li> <li>• Antialérgicas</li> <li>• Libre de látex</li> <li>• Libre de Bisfenol A (BPA)</li> <li>• Libre de ftalatos</li> <li>• Libre de plomo</li> <li>• Envase individual con descripción del producto en castellano y marcado CE</li> </ul>
1.3	104800	MASCARILLA NEBULIZACION SILICONA P/CAMARA INHALADORA PEDIATRICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mascarilla anticolapsable facial de silicona natural 100%, grado médico, para adultos/niños, de perfecto ajuste a la boquilla de conexión de la cámara de inhalación ofertada en el mismo lote, sin ningún tipo de adaptador para su ajuste y que asegure la estanqueidad en su contacto de la cara</li> <li>• Forma anatómica</li> <li>• Antialérgicas</li> <li>• Libre de látex</li> <li>• Libre de Bisfenol A (BPA)</li> <li>• Libre de ftalatos</li> <li>• Libre de plomo</li> <li>• Envase individual con descripción del producto en castellano y marcado CE</li> </ul>



Gerencia Asistencial  
de Atención Primaria  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica  
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales

**ANEXO: RELACIÓN DE UNIDADES Y PRECIOS**

Lote	Sub	Código	Descripción del lote	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
1						<b>217.920,00</b>	<b>21</b>	<b>263.683,20</b>
	1.1	104604	CAMARA INHALACION FARMACOS SIN MASCARILLA	6,060000	12.000	72.720,00	21	87.991,20
	1.2	106183	MASCARILLA NEBULIZACION SILICONA P/CAMARA INHALADORA ADULTO	9,680000	5.000	48.400,00	21	58.564,00
	1.3	104800	MASCARILLA NEBULIZACION SILICONA P/CAMARA INHALADORA PEDIATRICA	9,680000	10.000	96.800,00	21	117.128,00
						217.920,00	45.763,20	263.683,20

POR EL ADJUDICATARIO

LA GERENTE ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA

Firmado digitalmente por: MARTINEZ MACHUCA SONIA  
Fecha: 2022.06.01 15:13