

EXPEDIENTE:	GCASU2200013
OBJETO:	SUMINISTRO DE DISTINTOS ARTÍCULOS DE USO HOSPITALARIO, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Celebrada con fecha 06 de julio de 2022 la Mesa de Contratación ha comprobado la subsanación de incidencias en la documentación administrativa-técnica de las empresas que se relacionan a continuación, por tanto quedan admitidas a licitación:

Nombre/Razón social	NIF
BENITEZ PAUBLETE, S.L.	B11270097
CENTRO DISTRIBUCIÓN MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO Y GERIÁTRICO ROANSA, S.L.	B11865912
EQUIPOS MÉDICO-BIOLÓGICOS DE CASTILLA, S.L.	B82517467
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	B08438731

La relación definitiva de empresas admitidas a este procedimiento es la siguiente:

Nombre/Razón social	Licitador NIF
AMEBIL, S.L.	B95492716
BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	A58001686
BENITEZ PAUBLETE, S.L.	B11270097
CENTRO DISTRIBUCION MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y GERIATRICO ROANSA, S.L.	B11865912
EQUIPOS MEDICO-BIOLOGICOS DE CASTILLA, S.L.	B82517467
GARRIC MEDICA, S.L.	B80196934
HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	B81933830
IBERHOSPITEX, S.A.	A08630063
IMARK-HOSPITAL S.L.	B86725496
IZASA HOSPITAL S.L.U.	B08438731
KRAPE, S.A.	A28329704
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA SLU	B82665373
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	B30349401
TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.	B87583019
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.U.	B08362089

Seguidamente se procede a la valoración técnica de cumplimiento de PPT:

LOTE 1 - Sondas de aspiración

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
GARRIC MEDICA, S.L.	SI	
IZASA HOSPITAL S.L.U.	SI	
TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES	SI	

LOTE 2 - Dispositivo de ayuda al parto.

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
EQUIPOS MEDICO-BIOLOGICOS DE CASTILLA, S	SI	
HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	NO	Se solicita que la cazoleta sea semirrígida y es totalmente rígida. Se solicita que los gatillos para liberar presión sobresalgan y en su caso no sobresale el mecanismo.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 094570362918963039096

LOTE 3 - Batea desechable

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
BENITEZ PAUBLETE, S.L.	SI	
KRAPE, S.A.	SI	
TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES	SI	

LOTE 4 -Depresor lingual de plástico.

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
KRAPE, S.A.	SI	
TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES	SI	

LOTE 5 - Tubo bulbo 7x9 mm.

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
AMEBIL, S.L.	SI	
IBERHOSPITEX, S.A.	SI	
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA SL.	SI	
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	SI	

LOTE 6 - Cepillos quirúrgicos.

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	NO	Se solicita que tenga al menos 5 cms de anchura y tiene 4 cms.
IMARK-HOSPITAL S.L.	SI	

LOTE 7 - Aceite de almendras

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
BENITEZ PAUBLETE, S.L.	NO	Se solicita que contenga ácidos grasos, palmoléico, esteárico, y oléico y no figuran en la ficha técnica.
CENTRO DISTRIBUCION MATERIAL MEDICO QUIR	SI	200 ML
HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	SI	250 ML
IMARK-HOSPITAL S.L.	SI	200 ML
KRAPE, S.A.	SI	250 ML
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.	SI	250 ML
TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES	SI	250 ML
VWR INTERNATIONAL EUROLAB,S.L.	NO	Se solicita que contenga ácidos grasos, palmítico, palmoléico, esteárico, y oléico y no figuran en la ficha técnica.



Quedando excluidos del procedimiento los licitadores para los lotes presentados que no cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Y para que conste, se expide y firma en San Sebastián de los Reyes, a 06 de julio, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública a la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril.

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN,

Fdo.: Jose Alberto Torcal Ochoa.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **094570362918963039096**