

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 24
---	---------------------------	----------

EXPEDIENTE: 2022000033

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de MATERIAL SANITARIO COMÚN: OXIGENOTERAPIA, para cubrir las necesidades del Hospital

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
1	1	970386	NEBULIZADOR P/ CARGA AGUA DESECHABLE. <ul style="list-style-type: none"> - Tubo de plástico rígido, indeformable, en forma de T - Dispositivo de regulación de oxígeno de 28 a 98% - Produciendo partículas de H₂O de 1,4 a 8 micras - Tubo flexible inyector de oxígeno a la carga de agua con punzón perforador - Con posibilidad de conexión a circuito de oxígeno Standard, carga de agua y tubo corrugado - Exento de látex - En envase individual estéril - Marcado CE / UE
	2	970387	CARGA AGUA ESTÉRIL NEBULIZADOR DESECHABLE DE 350 ML A 500 ML <ul style="list-style-type: none"> - Recipiente de plástico traslúcido, con agua estéril capacidad mínima 500 ml - Conexión adaptable a caudalímetro - Conexión a tubo de mascarilla de oxígeno cerrada que permita la apertura de forma manual, sin necesidad de utilizar ningún objeto para ello - Exento de látex - En envase individual - Marcado CE / UE Aplicaciones: Nebulización y humidificación de oxígeno



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0927036490137469671115**



2	3	970157	<p>GAFA OXIGENO ADULTO</p> <ul style="list-style-type: none">- Adaptador nasal de material plástico transparente y flexible- Con dos cánulas de igual calibre y longitud adaptable a fosas nasales con orificios terminales bien rematados, atraumáticos que no lesionen la mucosa. Con pestaña de fijación- Sistema de sujeción antideslizamiento para un buen ajuste, sin reborde para evitar lesiones- Tubo para conectar a sistema de oxígeno de 1,75 m – 1,85 m no colapsable y antiacodable- Exenta de látex- En envase individual- Marcado CE / UE <p>Aplicaciones: Para administración de oxigenoterapia</p>
---	---	--------	--

3	4	970185	<p>MASCARILLA OXIGENO ADULTO</p> <ul style="list-style-type: none">- Mascarilla de plástico incolora y flexible. Con rótula giratoria y sistema de fijación para cintas de sujeción- Adaptable anatómicamente- Cinta de sujeción extensible y regulable, libre de látex, que no se desconecte de la mascarilla con facilidad- Válvula para regular varias concentraciones de oxígeno, tipo venturi. Con escala de 24% a 50%. Con mecanismo de seguridad- Certificado de cumplimiento Norma UNE-EN 13544- Tubo flexible antiacodable para conectar a toma de oxígeno de 1,75 m - 1,85 m- Exenta de látex- En envase individual- Marcado CE / UE <p>Aplicaciones: Administración de oxígeno</p>
---	---	--------	---

4	5	970385	<p>MASCARILLA OXIGENO C/ NEBULIZADOR ADULTO</p> <ul style="list-style-type: none">- Mascarilla de plástico transparente y flexible, adaptable anatómicamente- Con depósito de plástico rígido transparente para nebulizar de 10 ml con marcas de medida, capacidad $\pm 5\%$- Volumen residual máximo de 0,9 ml- Se aportará información del diámetro medio de las partículas nebulizadas- Conexión segura entre la mascarilla y el nebulizador- Cinta de sujeción extensible y regulable, libre de látex- Tubo flexible antiacodable para conectar a toma de oxígeno- Certificado de cumplimiento Norma UNE-EN 13544- Exenta de látex- En envase individual- Marcado CE / UE <p>Aplicaciones: Administración de medicamentos nebulizados mediante oxígeno</p>
---	---	--------	---



5	6	019473	<p>MASCARILLA OXIGENO ALTA CONCENTRACION</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mascarilla de plástico transparente y flexible, con reservorio - Con dos válvulas laterales para la expiración y una válvula de retención en la conexión a reservorio - Adaptable anatómicamente - Con rótula giratoria en forma de T, para conexión reservorio y línea de oxígeno - Tubo flexible antiacodable para conectar a toma de oxígeno - Regulación de flujo continuo - Cinta de sujeción extensible y regulable - Exenta de látex - En envase individual, asépticamente limpio - Marcado CE / UE <p>Aplicaciones: Administración de oxígeno hasta el 100%</p>
---	---	--------	--

ANEXO:

- En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE / UE. Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
- Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. Los artículos ofertados deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios y, para el caso de productos implantables activos el Real Decreto 1616/2009 de 26 de octubre así como el Real Decreto 1662/2000 de 29 de septiembre para los productos sanitarios diagnóstico "in vitro". En cualquier caso todos los productos que lo requieran deberán incluir el certificado de exención de látex.
- Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna a efectos de valoración de los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego.
- Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **SI**
 - **5** unidades de cada número de orden

En caso de ser necesarias un mayor nº de unidades para completar el informe técnico correspondiente podrían ser solicitadas con posterioridad.

El procedimiento será:

 - Entregar las muestras en el Almacén del HOSPITAL RAMON Y CAJAL (control de almacenes planta -4 dcha.).
 - Cada licitador deberá entregar en Almacén junto con las muestras dos relaciones en donde aparezca indicado lo siguiente:
 - Nº Procedimiento.
 - Nº de Lote – Orden.
 - Nombre del proveedor.
 - Al entregar en Almacén las muestras le sellarán las 2 copias, una de ellas se quedará en el Almacén, y la otra copia sellada será entregada al Proveedor.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0927036490137469671115**

 <p>Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC</p>	<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p>	<p>ANEXO 24</p>
--	----------------------------------	-----------------

- Las muestras deben estar bien identificadas con su número de lote, orden y referencia de la misma, siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.

5. Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo.
 - b. El método de esterilización utilizado.
 - c. Las fechas de caducidad del producto.
 - d. El número de lote.
 - e. La referencia comercial.
 - f. Marcado CE /UE.
 - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
6. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
7. El cumplimiento de todos estos extremos deben justificarse en el Sobre 2.

Madrid a 11 de mayo de 2022

Firmado digitalmente por: CLAVERO LOPEZ LAURA
Fecha: 2022.05.20 16:55

Fdo. LAURA CLAVERO LOPEZ
SUBDIRECCION DE ENFERMERIA



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 0927036490137469671115



P.A. 2022000033

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (24 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	970386	NEBULIZADOR P/CARGA AGUA DESECHABLE	UNIDAD	100	2,2440	224,40	21,00	47,12	271,52
1	2	970387	CARGA AGUA ESTERIL NEBULIZADOR DESECHABLE DE 350 ML A 500 ML	MILILITRO	2.544.000	0,0016	4.070,40	21,00	854,78	4.925,18
TOTAL LOTE 1:							4.294,80		901,90	5.196,70

2	3	970157	GAFA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	108.000	0,1870	20.196,00	21,00	4.241,16	24.437,16
3	4	970185	MASCARILLA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	28.440	0,6410	18.230,04	21,00	3.828,31	22.058,35
4	5	970385	MASCARILLA OXIGENO C/NEBULIZADOR ADULTO	UNIDAD	6.754	0,6700	4.525,18	21,00	950,29	5.475,47
5	6	019473	MASCARILLA OXIGENO ALTA CONCENTRACION	UNIDAD	6.000	0,9800	5.880,00	21,00	1.234,80	7.114,80

IMPORTE TOTAL:	53.126,02		11.156,46	64.282,48
----------------	-----------	--	-----------	-----------

** La oferta de los licitadores no podrá superar el precio máximo del lote , ni los precios máximos unitarios de cada número de orden.

