

Expediente :	PA 48/2022
--------------	------------

**EMPRESAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS A LA LICITACIÓN
TRAS LA VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EXIGIDAS**

Denominación:	“SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA PREPARACIÓN DE CITOSTÁTICOS Y NUTRICIÓN PARENTERAL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA
---------------	---

Tipo de procedimiento:	Abierto
Tipo de contrato:	SUMINISTROS

Las empresas que se detallan han resultado admitidas:

EMPRESA	CIF	LOTE
GRIFOLS MOVACO SA	A58426008	2,3
OIARSO SDA. COOP.	F20061412	3,5,11
BARNA IMPORT MÉDICA, S.A.	A58001686	10
GARRIC MÉDICA, S.L.	B80196934	10
IBERIAN CARE 2016, S.L.	B87583019	10,12
AMEVISA, S.A.	A28838555	13,14,15,16
BECTON DICKINSON, S.A.	A50140706	13,14,15,16
LAMBRA SL	B79018891	13,14,17
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS	B30349401	13,14,15,16,17,18
PALEX MEDICAL SA	A58710740	18
VYGON SA	A28536480	18
CARDIVA 2 SL	B80601982	19

La Mesa de Contratación acuerda rechazar la siguiente proposición del licitador abajo indicado por presentar oferta que, según informe técnico no se ajusta a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y el art. 20.6 del Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

CIF	EMPRESA	LOTE	ESTADO	MOTIVACIÓN
B11270097	BENITEZ PAUBLETE SL	1	EXCLUIDO	Falta ficha técnica
A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	1	EXCLUIDO	Se solicita transparente. En fichas consta semitransparente. La muestra es amarilla
A08092744	B BRAUN MEDICAL SA	2	EXCLUIDO	28x50 No consta transmitancia
		12,13,16	EXCLUIDO	No aporta ficha técnica
B30349401	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS	2	EXCLUIDO	No especifica transmitancia
		10	EXCLUIDO	No consta agente descontaminante, no adhesividad, no grosor en ficha técnica.
B86030723	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.	4	EXCLUIDO	Medidas mínimas solicitadas en el PPT 50x40. Ofertada 37x50. No especifica absorción

B43929595	CORIBÉRICA SANITARIA SL	10	EXCLUIDO	En prueba en área quirúrgica precisa de cambio tras dos horas porque el adhesivo se satura y no recoge la suciedad. En los días de prueba se ha precisado el cambio de 2 a 3 veces en el día
B78341369	INTRAVEN SL	10	EXCLUIDO	No aporta ficha técnica. Incluye folleto comercial.
B87583019	IBERIAN CARE 2016, S.L.	13	EXCLUIDO	Material endeble, se rompen vástagos del émbolo en prueba clínica
		14	EXCLUIDO	Material endeble, se rompen vástagos del émbolo en prueba clínica. El émbolo se sale a la mínima tracción.
		15,16	EXCLUIDO	Material endeble, se rompen vástagos del émbolo en prueba clínica. El émbolo se sale a la mínima tracción.
B28931202	JUVAZQUEZ SL	13	EXCLUIDO	En ficha técnica no consta libre de DEPH
A50140706	BECTON DICKINSON, S.A	18	EXCLUIDO	La muestra remitida no es válida para jeringas Luer lock, es un tapón para llave de 3 pasos
A58001686	BARNA IMPORT MÉDICA, S.A.	19	EXCLUIDO	No aporta normativa específica para agentes citostáticos, ni ASTM, ni ISO.

Y para que conste se expide y firma en Leganés, a 5 de octubre de 2022

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
Firmado digitalmente por: ALCALDE GARCIA NURIA

NURIA ALCALDE GARCÍA