

## PNSP 2021 - 1 - 126

### **PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MICROPIGMENTACIÓN MAMARIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

#### **1. OBJETIVO Y ALCANCE**

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el **SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA TÉCNICA DE MICROPIGMENTACIÓN MAMARIA CON EQUIPO AIRTRONIC**, para atender las necesidades asistenciales por el servicio de **Cirugía Plástica** del Hospital Clínico San Carlos.

#### **2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO**

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>KITS AGUJAS Y CÁNULAS</b>		
<b>1.1</b>	<b>331141</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kit de Aguja + cánula de 1 punta micro.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabezal de aguja redondeado.</li> <li>• Cabezal transparente del aplicador para facilitar el control de la cantidad de pigmento utilizado.</li> <li>• Estéril</li> <li>• Desechable</li> </ul> </li> </ul>
<b>1.2</b>	<b>331142</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kit de Aguja + cánula de 3 puntas micro.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabezal de aguja redondeado.</li> <li>• Cabezal transparente del aplicador para facilitar el control de la cantidad de pigmento utilizado.</li> <li>• Estéril</li> <li>• Desechable</li> </ul> </li> </ul>
<b>1.3</b>	<b>331143</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kit de Aguja + cánula de 5 puntas micro.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabezal de aguja redondeado.</li> <li>• Cabezal transparente del aplicador para facilitar el control de la cantidad de pigmento utilizado.</li> <li>• Estéril</li> <li>• Desechable</li> </ul> </li> </ul>
<b>1.4</b>	<b>331144</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kit de Aguja + cánula de 7 puntas micro.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabezal de aguja redondeado.</li> <li>• Cabezal transparente del aplicador para facilitar el control de la cantidad de pigmento utilizado.</li> <li>• Estéril</li> <li>• Desechable</li> </ul> </li> </ul>

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL  
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MICROPIGMENTACIÓN MAMARIA PARA EL  
SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

<b>GAMA DE PIGMENTOS VEGANOS</b>		
<b>1.5</b>	<b>331149</b>	<b>PIGMENTO RUBIO DORADO "AMAZING BLOND"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% Free-Eliminable según normativa europea</li> <li>• Sin Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH)</li> <li>• Cumplimiento según Ley ResAP (2008)</li> <li>• 100% Libre de metales pesados</li> <li>• Sin níquel</li> <li>• Estéril</li> </ul>
<b>1.6</b>	<b>331154</b>	<b>PIGMENTO MARRÓN OSCURO NEUTRO "EBONY QUEEN"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% Free-Eliminable según normativa europea</li> <li>• Sin Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH)</li> <li>• Cumplimiento según Ley ResAP (2008)</li> <li>• 100% Libre de metales pesados</li> <li>• Sin níquel</li> <li>• Estéril</li> </ul>
<b>1.7</b>	<b>331157</b>	<b>PIGMENTO CORAL INTENSO "KISS ROYAL"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% Free-Eliminable según normativa europea</li> <li>• Sin Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH)</li> <li>• Cumplimiento según Ley ResAP (2008)</li> <li>• 100% Libre de metales pesados</li> <li>• Sin níquel</li> <li>• Estéril</li> </ul>
<b>1.8</b>	<b>331158</b>	<b>PIGMENTO AMBAR CLARO "AMBER AMBITION"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% Free-Eliminable según normativa europea</li> <li>• Sin Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH)</li> <li>• Cumplimiento según Ley ResAP (2008)</li> <li>• 100% Libre de metales pesados</li> <li>• Sin níquel</li> <li>• Estéril</li> </ul>
<b>1.9</b>	<b>331160</b>	<b>PIGMENTO ROJO AMARRONADO "VERY BERRY"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% Free-Eliminable según normativa europea</li> <li>• Sin Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH)</li> <li>• Cumplimiento según Ley ResAP (2008)</li> <li>• 100% Libre de metales pesados</li> <li>• Sin níquel</li> <li>• Estéril</li> </ul>
<b>1.10</b>	<b>331161</b>	<b>PIGMENTO BEIGE "MIAMI BEIGE"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% Free-Eliminable según normativa europea</li> <li>• Sin Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH)</li> <li>• Cumplimiento según Ley ResAP (2008)</li> <li>• 100% Libre de metales pesados</li> <li>• Sin níquel</li> <li>• Estéril</li> </ul>

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL  
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MICROPIGMENTACIÓN MAMARIA PARA EL  
SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

<b>1.11</b>	<b>331162</b>	<b>PIGMENTO NARANJA PURO "TERRIFIC TERRACOTA"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% Free-Eliminable según normativa europea</li> <li>• Sin Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH)</li> <li>• Cumplimiento según Ley ResAP (2008)</li> <li>• 100% Libre de metales pesados</li> <li>• Sin níquel</li> <li>• Estéril</li> </ul>
<b>1.12</b>	<b>331164</b>	<b>PIGMENTO CREMA OSCURO "DELICIOUS TOFFEE"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% Free-Eliminable según normativa europea</li> <li>• Sin Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH)</li> <li>• Cumplimiento según Ley ResAP (2008)</li> <li>• 100% Libre de metales pesados</li> <li>• Sin níquel</li> <li>• Estéril</li> </ul>
<b>1.13</b>	<b>331592</b>	<b>PIGMENTO NARANJA PURO "OBVIOUSLY ORANGE"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% Free-Eliminable según normativa europea</li> <li>• Sin Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH)</li> <li>• Cumplimiento según Ley ResAP (2008)</li> <li>• 100% Libre de metales pesados</li> <li>• Sin níquel</li> <li>• Estéril</li> </ul>
<b>1.14</b>	<b>341591</b>	<b>PIGMENTO MARRÓN CLARO MUY CÁLIDO "CREAMY NOUGAT"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% Free-Eliminable según normativa europea</li> <li>• Sin Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH)</li> <li>• Cumplimiento según Ley ResAP (2008)</li> <li>• 100% Libre de metales pesados</li> <li>• Sin níquel</li> <li>• Estéril</li> </ul>
<b>1.15</b>	<b>343031</b>	<b>PIGMENTO AMARILLO "SUNNY SIMPSON"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% Free-Eliminable según normativa europea</li> <li>• Sin Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH)</li> <li>• Cumplimiento según Ley ResAP (2008)</li> <li>• 100% Libre de metales pesados</li> <li>• Sin níquel</li> <li>• Estéril</li> </ul>
<b>1.16</b>	<b>341579</b>	<b>PIGMENTO MARRÓN MEDIO CÁLIDO, "COPACABANA CACAO"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% Free-Eliminable según normativa europea</li> <li>• Sin Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH)</li> <li>• Cumplimiento según Ley ResAP (2008)</li> <li>• 100% Libre de metales pesados</li> <li>• Sin níquel</li> <li>• Estéril</li> </ul>

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL  
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MICROPIGMENTACIÓN MAMARIA PARA EL  
SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

<b>1.17</b>	<b>343032</b>	<b>PIGMENTO MARRÓN OSCURO CÁLIDO "HOT CHOCOLATE"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% Free-Eliminable según normativa europea</li> <li>• Sin Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH)</li> <li>• Cumplimiento según Ley ResAP (2008)</li> <li>• 100% Libre de metales pesados</li> <li>• Sin níquel</li> <li>• Estéril</li> </ul>
<b>ACCESORIOS</b>		
<b>1.18</b>	<b>331147</b>	<b>FUNDA PLÁSTICA DERMÓGRAFO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desechable</li> <li>• Estéril</li> <li>• Plástico higiénico.</li> <li>• Uso: Funda plástica para el cable del dermógrafo. Elimina el riesgo de contaminación cruzada.</li> </ul>
<b>1.19</b>	<b>331148</b>	<b>ANILLO ESTÉRIL + CONTENEDOR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desechable</li> <li>• Estéril.</li> <li>• Uso: Contenedor de pigmento extraíble para mezcla de pigmentos adaptable para el maquillador, permite el intercambio de los colores durante la aplicación de la técnica.</li> </ul>

### **3. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO**

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, al personal que se determine para el correcto uso de sus productos, si así se requiriese. Se entregará sin cargo el material necesario para la formación.

En Madrid, a 21 de Diciembre de 2021

Fdo.: FRANCISCO LEYVA RODRÍGUEZ -  Firmado digitalmente por FRANCISCO LEYVA RODRÍGUEZ  
Fecha: 2022.01.21 11:11:22 +01'00'

**Jefe del Servicio de Cirugía Plástica**

*Dr. Francisco Leyva Rodriguez*