

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de ENDOPRÓTESIS VASCULARES PARA ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL PARA EL SERVICIO DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS, para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de Febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.1	VARIOS	<p>ENDOPRÓTESIS TRONCAL CON RAMA IPSILATERAL CON STENT DE NITINOL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: PFTE (politetrafluoroetileno) expandido • Dimensiones: <ul style="list-style-type: none"> ○ Diámetro de tronco: Entre 23 mm y 35 mm. ○ Longitud: Entre 12 y 18 cm. • Fijación infrarrenal. • Reposicionable. • Stent de nitinol flexible • Autoexpandible y flexible. Comprimida en el extremo delantero de un catéter de introducción. • El perfil del catéter de introducción permite el uso de introductores de 16 Fr a 18 Fr. • Envase unitario • Estéril
1.2	VARIOS	<p>ENDOPRÓTESIS DE RAMA CONTRA-LATERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: PFTE (politetrafluoroetileno) expandido • Dimensiones: <ul style="list-style-type: none"> ○ Diámetros distales: Entre 12 mm y 27 mm. ○ Longitud: Entre 10 y 14 cm. • Fijación infrarrenal. • Reposicionable.

		<ul style="list-style-type: none"> • Stent de nitinol flexible. • Autoexpandible y flexible. Comprimida en el extremo delantero de un catéter de introducción. • El perfil del catéter de introducción permite el uso de introductores de 12 Fr a 15 Fr. • Envase unitario • Estéril
1.3	VARIOS	<p>ENDOPRÓTESIS DE EXTENSOR AÓRTICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: PFTE (politetrafluoroetileno) expandido • Dimensiones: <ul style="list-style-type: none"> ○ Diámetros distales: Entre 23 mm y 36 mm. ○ Longitud: Entre 3,3 y 4,5 cm. • Fijación infrarrenal. • Reposicionable. • Stent de nitinol flexible • Autoexpandible y flexible. Comprimida en el extremo delantero de un catéter de introducción. • El perfil del catéter de introducción permite el uso de introductores de 16 Fr a 18 Fr. • Envase unitario • Estéril
1.4	VARIOS	<p>ENDOPRÓTESIS EXTENSOR ILIACO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: PFTE (politetrafluoroetileno) expandido • Dimensiones: <ul style="list-style-type: none"> ○ Diámetros distales: Entre 10 mm y 14,5 mm. ○ Longitud: 7 cm \pm 5%. • Fijación infrarrenal. • Reposicionable. • Stent de nitinol flexible • Autoexpandible y flexible. Comprimida en el extremo delantero de un catéter de introducción. • El perfil del catéter de introducción permite el uso de introductores de 12 Fr. • Envase unitario • Estéril

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES.

- En caso de ser necesario, se deberá aportar el instrumental, los accesorios y/o componentes precisos para la correcta implantación del material descrito anteriormente.
- Si en el detalle de las características técnicas de los productos se utilizase algún nombre sujeto a propiedad comercial, éste deberá valorarse como referencia para identificar el producto en cuestión, sin que en ningún caso pueda entenderse como obligatorio ofertar dicho producto.

4. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, al personal que se determine para el correcto uso de sus productos, si así se requiriese. Se entregará sin cargo el material docente necesario para la formación.

En Madrid, a la fecha de la firma

Firmado digitalmente por: SERRANO HERNANDO FRANCISCO JAVIER
Fecha: 2022 06 30 09:13

Jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular
Dr. Francisco Javier Serrano Hernando