 SaludMadrid Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 24
--	----------------------------------	-----------------

EXPEDIENTE: 2022400026

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de Laringoscopio Intubación para el Servicio de Anestesia y Reanimación, para cubrir las necesidades del Hospital.

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
1	1	279011	LARINGOSCOPIO ADULTO DESECHABLE INTUBACION DIFICIL

- Video laringoscopio desechable integramente, es decir sin elementos reutilizables, y que por lo tanto no requiere, previamente a su utilización, de ningún ensamblaje de distintos elementos.
- Que proporcione visión de la vía aérea del paciente directamente a través de un sistema de lentes con visor integrado, sin necesidad de una pantalla.
- Con geometría en ángulo de aproximadamente 90º que se adapta a la anatomía de la vía aérea del paciente.
- Que integre un canal de guía para el tubo endotraqueal.
- Diferentes medidas que permite guiar tubos endotraqueales de distintos tamaños desde neonatos (diámetro exterior = 2.5) hasta tubos de Doble Luz (French 41)
- Totalmente portable, alimentado por pilas que no requieren recarga.
- Que se le puede acoplar una cámara de video con su pantalla integrada, que permita grabar video de las intubaciones y que pueda conectarse sin utilizar cables a otro dispositivo para poder ver simultáneamente las imágenes en dos pantallas diferentes.


ANEXO:

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. Los artículos ofertados deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios y, para el caso de productos implantables activos el Real Decreto 1616/2009 de 26 de octubre así como el Real Decreto 1662/2000 de 29 de septiembre para los productos sanitarios diagnóstico "In vitro". En cualquier caso todos los productos que lo requieran deberán incluir el certificado de exención de látex.
3. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):

- Relación de productos ofertados.
- Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna a efectos de valoración de los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego.


Dr. David Pestaña Lagunas
Jefe Servicio Anestesia y Reanimación

Página 1 de 2


**Hospital Universitario
Ramón y Cajal**
Dr. R. Martínez Fernández
SUBDIRECTOR MEDICA AREA QUIRURGICA

Tfno.: 80.24


Planta: 0 Dcha.

 SaludMadrid	Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 24
--	--	---------------------------	----------

4. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**.
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
5. Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo.
 - b. El método de esterilización utilizado.
 - c. Las fechas de caducidad del producto.
 - d. El número de lote.
 - e. La referencia comercial.
 - f. Marcado CE.
 - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
6. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
7. El cumplimiento de todos estos extremos deben justificarse en el Sobre 2.



Dr. David Pestafía Lagunas
Jefe Servicio Anestesia y Reanimación



Hospital Universitario
Ramón y Cajal
SUB DIRECCIÓN MÉDICA
SERVICIO QUIRÚRGICO
Tno.: 80.24
VºBº Dr. R. Martínez Fernández
SUBDIRECTOR MEDICA AREA QUIRURGICA

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 25
---	--	----------

P.A. 2022400026

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (24 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no ncluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	279011	LARINGOSCOPIO ADULTO DESECHABLE INTUBACION DIFICIL	UN	1.600	46,00	73.600,00	21	15.456,00	89.056,00

