

**SUMINISTRO DE TUBOS PARA MUESTRAS DE SANGRE DESTINADAS A LA
REALIZACIÓN DE LAS DETERMINACIONES ANALÍTICAS OBLIGATORIAS EN
LAS DONACIONES DE SANGRE
(PA SUM 007-2022-A/SUM-029627/2022)**

INFORME TECNICO

Una vez recibida la documentación técnica, las muestras y realizadas las pruebas con las destaponadoras, presentadas por los licitadores se determina lo siguiente:

GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U.

Dado que estos tubos los tenemos actualmente en uso, concluimos son válidos para la actividad del área y cumplen las especificaciones del Pliego.

En cambio, tras su evaluación pertinente, la supervisión de enfermería concluye que: no cumple la totalidad de las prescripciones técnicas descritas en el Pliego, ya que las destaponadoras no llevan carruseles, esto hace que se trabaje en ellas cargando tubo a tubo una línea continua. Lo que implica que los tubos, ya centrifugados tengan que ser manipulados de uno en uno, esto pone en riesgo la separación de componentes, puede originar contaminaciones cruzadas, etc., además del exceso de trabajo que lleva a los Técnicos del Laboratorio, haciéndose un procedimiento ineficiente para la carga de trabajo de los laboratorios. Por todo ello, las destaponadoras ofertadas no se ajustan a los requisitos exigidos.

PALEX MEDICAL, S.A.

Tanto los tubos como las pruebas realizadas con la destaponadora cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, según la evaluación que de estas últimas realiza supervisión de enfermería.

Una vez consultado con los principales proveedores de reactivos y autómatas del área de Serología Infecciosa, se determina que los tubos son válidos para la actividad del área.

Madrid, 14 de septiembre de 2022

Fdo. Rocío Gonzalez Díez

RESPONSABLE DE SEROLOGIA Y NAT

Firmado por LUIS ALBERTO RICHART
LOPEZ - [REDACTED] el día 14/09/2022
con un certificado emitido por AC
CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS -
2016

Alberto Richart Lopez

RESPONSABLE DE SEROLOGIA
Y CALIDAD

Firmado por MARIA DEL ROCÍO
GONZÁLEZ DÍEZ - [REDACTED] el día
14/09/2022 con un certificado
emitido por AC CAMERFIRMA FOR
NATURAL PERSONS - 2016

Avenida de la Goya, 28032 Madrid
Teléfono 913 917 200

