

PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**P.A.S. 47/2022 HUP****MEMBRANA PARA LAVADO CONTINUO DE CO²**

Lote	Bien/Producto	Cantidad	Tipo Ud.	BASE IMPONIBLE (IVA EXCLUIDO)	IVA (10%)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	MEMBRANA PARA LAVADO CONTINUO DE CO² (273753): <ul style="list-style-type: none"> - Suministrado en envase individual estéril para un solo uso. - Dispondrá de un conector específico de Gas. - Incluirá en el kit suministrado, líneas de gas y sangre para conexión a la membrana de intercambio gaseoso y todos los accesorios necesarios para su puesta en funcionamiento. - Superficie de membrana mayor o igual a 0,8 m². - Volumen de cebado igual o menor a 250 ml. 	24	Ud.	1.990 €	199 €	2.189 €	52.536 €

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 47/2022 HUP

Una vez elaborado el pliego de prescripciones técnicas correspondientes al Procedimiento Abierto Simplificado 47/2022 HUP, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 9 de noviembre de 2017), el Director Gerente del Hospital Universitario de la Princesa, en uso de las atribuciones que le confiere la Resolución 342/2021, de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Directores Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud, Centro de Transfusión y en el Director-Gerente del SUMMA-112, apartado primero (B.O.C.M. núm. 222, de 17 de septiembre de 2021).

RESUELVE:

Aprobar dichos pliegos para el mencionado Procedimiento Abierto Simplificado.

Madrid, a fecha del día de la firma

EL DIRECTOR GERENTE
P.S. EL DIRECTOR MÉDICO
R.D. 521/1987 de 15 de abril.

Fdo.: José Julián DÍAZ MELGUIZO

