

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE ADQUISICION DE DERMATOSCOPIOS Y CAMARAS CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCION PRIMARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS Nº EXP A/SUM-030331/2022

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. El presente contrato se adjudicará por artículos independientes. En los anexos a este documento figuran las relaciones de precios y características técnicas de los artículos en licitación.
2. Las empresas en caso de ser adjudicatarias, deberán:
 - Realizar el montaje, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento e instrucción al personal que vaya a manejar el material.
 - Retirada de cajas, embalajes o envoltorios.
 - Garantizarán el suministro de accesorios y repuestos necesarios para mantener el material en perfecto estado de funcionamiento durante un mínimo de 10 años.
 - El tiempo de duración de la garantía será de 36 meses, contando desde la recepción del equipamiento en el Centro o puesta en marcha en los casos que lo requiera.
 - Todos los equipos y aparatos médico-asistenciales incluirán manual de uso en castellano.
 - El adjudicatario entregará a la firma del contrato en soporte electrónico:
 - Manual de uso los equipos en castellano.
 - Ficha técnica de los equipos
 - Relación de los fungibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
 - El año de fabricación del equipo no puede ser superior a 2 años anteriores a la fecha de adjudicación
3. En el caso de no ser conforme la recepción del material, el suministrador dispondrá de un plazo a determinar por la Gerencia para corregir las eventuales deficiencias, al final del cual y si no llegar a hacerlo, se producirá el rechazo definitivo del artículo.

Normativa general

4. Los equipos, aparatos y materiales deberán cumplir los estándares nacionales y comunitarios, particularmente los requisitos de calidad y de seguridad correspondientes (ISO 9001:2008, UNE EN 46001, Reglamento UE 2017/745)

En el Anexo I figura la relación de artículos con sus características técnicas de cada uno de ellos y en el Anexo II la relación de artículos con precios y unidades de cada uno de ellos.

ANEXO I
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1.1	3000704	DERMATOSCOPIO	<ul style="list-style-type: none">- Diseño de bolsillo, compacto (sin mango) y ligero.- Peso aproximado 140-160 gr.- Tipo de luz: deberá tener la posibilidad de alternar entre uso de luz polarizada y de inmersión (dermatoscopio híbrido).- Tamaño de lente: de 25 a 30 mm.- Placa frontal con marcas de 10 mm.- Batería recargable.- Indicador de carga.- Apagado automático para ahorrar batería.- Cargador incluido.- Cable de carga USB incluido- Cinta para colgar.- Funda de protección incluida- Bolsa de transporte acolchada incluida.- Adaptador de dermatoscopio a cámara fotográfica incluido

Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1.2	3001274	CAMARA DE FOTOS TELEDERMA	<ul style="list-style-type: none">- Dimensión: (ancho x alto x profundidad): entre estos valores (93-97) x (54-58) x (19-21)- Peso: entre 85-110 gr. sólo cuerpo, 100-130 gr con batería y soporte- Sensor: número de píxeles efectivos entre 16 y 21 MP- Lente:<ul style="list-style-type: none">- número F entre (F2,8-F8)- Distancia focal entre (F4,36-23) mm- Distancia de enfoque (Desde la parte frontal hasta la lente) 5 cm- Zoom óptico 5X- Pantalla: entre (2,5-3) pul /LCD- Flash- Automático, flash encendido. Sincronización lenta. Flash apagado avanzado. Iluminación AF. Automático/Desactivado.- Grabación:<ul style="list-style-type: none">- Formato de grabación. Fotografías compatibles con JPEG- Memoria interna superior a 25 MB- Tarjeta memoria incluida de 16 GB- Interfaz. Terminales de entrada y salida, modelo USB de alta velocidad.- ZOOM en reproducción 8x- Batería recargable (NP-BN)- Adaptador de CA (AC-UB10C)- Correa de mano- Cable multi USB- Manual de instrucciones en castellano- Bolsa de transporte- Compatible con adaptador al dermatoscopio indicado en el lote 1.1

ANEXO II

RELACION PRECIOS Y UNIDADES:

Lote	Sublote	Material	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic. (unitario sin IVA)	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote con IVA
1			DERMATOSCOPIO Y CAMARA FOTOS TELEDERMA						
	1.1	3000704	DERMATOSCOPIO	UNIDAD	1,074.38	13	13.966,94	21	16.900,00
	1.2	3001274	CAMARA DE FOTOS TELEDERMA	UNIDAD	148,76	10	1.487,60	21	1.800,00
							15.454,54		18.700,00

Madrid,

El Gerente Adjunto de Gestión y Servicios Generales
Por Resolución de 27/07/2022
LA DIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS

Firmado digitalmente por: FELISA PRADO CORTES
Fecha: 2022.08.15 17:42