

EXPEDIENTE: GCASU2200009

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE: DOS VIDEOECOENDOSCOPIOS: LINEAL Y RADIAL, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tendrá por objeto la adquisición de dos videoecoendoscopios: lineal y radial, para el Hospital Universitario Infanta Sofía.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES.

Si en la descripción se utilizase algún nombre y/o referencia sujeto a propiedad comercial, deberá entenderse como referencia para localizar el equipo en cuestión sin que en ningún caso sea obligatorio ofertar dicho equipo. Los equipos ofertados no habrán tenido ningún uso anterior ni siquiera como equipo de demostración.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA CADA LOTE

LOTE 1: VIDEOECOENDOSCOPIO LINEAL.

Videoecoendoscopio lineal de punción, terapéutico, compatible con ecógrafo marca Hitachi Arietta V60 y con los procesadores de la marca Pentax, existentes en el Servicio de Pruebas Funcionales, con las siguientes especificaciones técnicas:

- Angulo de visión: 120°.
- Profundidad del campo: 3-100mm
- Diámetro del extremo distal: 14,3 mm.
- Sección de inserción: 12,8 mm.
- Angulación: Arriba/ Abajo: 160°/130°. - Derecha/Izquierda: 120°/120°.
- Longitud de trabajo: 1250 mm.
- Longitud total: 1.566 mm.
- Dirección de visión: hacia adelante, oblicuo 45°
- Sistema de escaneado: Convex.
- Modo de escaneado: Modo B, Doppler Color, Color Angio, Doppler Pulsado.
- Dirección de escaneado: Longitudinal.
- Modo de exploración: convexo
- Transductor ecográfico: electrónico
- Angulo de escaneado: 150°
- Balón: Desechable.
- Frecuencia: 5 -13 MHz

Se deberán incluir al menos los siguientes accesorios:

- ✓ 1 Cepillo de limpieza
- ✓ 10 Gomas para in let
- ✓ 1 Tubo de irrigación
- ✓ 1 Kit arandelas/balón
- ✓ 2 Arandela instalación
- ✓ 1 Tapón para canal succión de limpieza
- ✓ 1 Kit adaptador aire/agua canal de limpieza
- ✓ 1 Set de gomas para válvulas de succión



- ✓ 1 Adaptador de limpieza
- ✓ 1 Tapa ocular
- ✓ 1 Protector ocular
- ✓ 1 Mordedor
- ✓ 1 Aceite de silicona
- ✓ 1 Tapón de conector electrónico
- ✓ 1 Conector de aireación ETO-Gas
- ✓ 1 Maletín de transporte
- ✓ 1 Manual usuario

LOTE	CÓDIGO SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO s/iva (€)	BASE IMPONIBLE (€)	IVA 21% (€)	IMPORTE TOTAL C/ IVA (€)
1	2000030	Videoecoendoscopio lineal	1	56.472,06	56.472,06	11.859,13	68.331,19

LOTE 2: VIDEOECOENDOSCOPIO RADIAL.

Videoecoendoscopio radial compatible con ecógrafo marca Hitachi Arietta V60 y con los procesadores de la marca Pentax, existentes en el Servicio de Pruebas Funcionales, con las siguientes especificaciones técnicas:

- Angulo de visión: 140°.
- Profundidad del campo: 3-100mm
- Diámetro del extremo distal: 10,4 mm.
- Sección de inserción: 12,1 mm.
- Angulación: Arriba/ Abajo: 150°/70°. - Derecha/Izquierda: 70°/70°.
- Longitud de trabajo: 1250 mm.
- Longitud total: 1.566 mm.
- Dirección de visión: hacia adelante.
- Sistema de escaneado: Convex.
- Modo de escaneado: Modo B, Doppler Color, Color Angio, Doppler Pulsado.
- Dirección de escaneado: radial.
- Transductor ecográfico: electrónico
- Angulo de escaneado: 360°
- Dirección de visión: hacia adelante.
- Balón: Desechable.
- Frecuencia: 5 -13 MHz

Se deberán incluir al menos los siguientes accesorios:

- ✓ 1 Cepillo de limpieza
- ✓ 10 Gomas para in let
- ✓ 1 Tubo de irrigación
- ✓ 1 Kit arandelas/balón
- ✓ 2 Arandela instalación
- ✓ 1 Tapón para canal succión de limpieza
- ✓ 1 Kit adaptador aire/agua canal de limpieza
- ✓ 1 Set de gomas para válvulas de succión
- ✓ 1 Adaptador de limpieza
- ✓ 1 Tapa ocular
- ✓ 1 Protector ocular
- ✓ 1 Mordedor
- ✓ 1 Aceite de silicona
- ✓ 1 Tapón de conector electrónico
- ✓ 1 Conector de aireación ETO-Gas



- ✓ 1 Maletín de transporte
- ✓ 1 Manual usuario

LOTE	CÓDIGO SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO s/iva (€)	BASE IMPONIBLE (€)	IVA 21% (€)	IMPORTE TOTAL C/ IVA (€)
2	2000030	Videoecoendoscopio radial	1	53.643,23	53.643,23	11.265,08	64.908,31

4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR REFERENTE A LOS PRODUCTOS OFERTADOS.

En el archivo electrónico (sobre único), se incluirá la documentación técnica para la correcta evaluación de los productos ofertados, en español (ficha técnica, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna).

Así mismo, los licitadores deberán indicar qué documentación o información de la aportada, tiene carácter confidencial (aquella que pueda afectar a secretos técnicos que tengan una difusión restringida y no sean públicamente accesibles). Toda aquella información que no sea calificada de confidencial, se considerará de libre acceso.

Del resultado de dicha evaluación, se emitirá informe del que serán descartados de la licitación aquellas empresas en las que se determine que incumplen con las características de este pliego.

5. GARANTÍA

Los equipos licitados estarán cubiertos por una garantía de mano de obra y piezas de al menos dos años, que empezará a contar desde el momento de la realización del acta de recepción por parte del Hospital. Dicha acta de recepción se realizará una vez que el proveedor haya realizado la puesta en marcha del producto a adquirir.

6. FICHA DE MANTENIMIENTO

Deberá cumplimentarse la ficha de mantenimiento que facilitará este Hospital al empresario en el momento de la adjudicación del contrato.

7. MANUALES

El producto ofertado deberá venir acompañado por los correspondientes manuales de utilización en castellano y deberá ser presentado junto con la documentación técnica.

8. FORMACIÓN

El adjudicatario deberá formar, sin coste alguno para el Hospital, si es preciso, al personal que se determine para el correcto uso del equipo, entregándose sin cargo el material docente necesario para la formación.

9. MUESTRAS: NO

Si la Jefa de Sección de Aparato Digestivo lo estima necesario, podrá solicitar para su prueba cualquier equipo, documentación adicional o concertar una visita para poder observar su



funcionamiento.

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato que se suscriba con el adjudicatario.

San Sebastián de los Reyes,

CONFORME
EL ADJUDICATARIO

EL DIRECTOR GERENTE

FECHA Y FIRMA

Fdo.: Antonio Romero Plasencia



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0963279769989236682791**