

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 24
---	---------------------------	----------

EXPEDIENTE: 2022000027

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de PRÓTESIS VALVULAR EN POSICIÓN PULMONAR IMPLANTADA MEDIANTE TÉCNICA PERCUTÁNEA, para cubrir las necesidades del Hospital

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
1	1	297486	PROTESIS VALVULAR PULMONAR PERCUTÁNEA TRANSCATÉTER EXPANDIBLE CON BALON <ul style="list-style-type: none"> - Válvula pulmonar biológica de yugular bovina. - Montada sobre stent de platino-Iridio expandible con balón. - Disponible en tamaños que pueden ser expandidos hasta 20 y 22 mm. - Disponibilidad de varios diámetros de balón que permiten su expansión entre 18 y 22 mm.
2	2	329000	PROTESIS VALVULAR PULMONAR PERCUTÁNEA TRANSCATETER AUTOEXPANDIBLE PARA TRACTOS DE SALIDA DE GRAN TAMAÑO <ul style="list-style-type: none"> - Válvula pulmonar biológica de pericardio porcino, montada sobre stent autoexpandible de nitinol, para ser implantada con el sistema de liberación incluido entre 22 y 24 French. - Disponible en dos longitudes de 25 y 30 mm y en diámetros entre 28 y 36 mm.

ANEXO:

- En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de la referencia de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
- Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. Los artículos ofertados deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios y, para el caso de productos implantables activos el Real Decreto 1616/2009 de 26 de octubre, así como el Real Decreto 1662/2000 de 29 de septiembre para los productos sanitarios diagnóstico "in vitro". En cualquier caso, todos los productos que lo requieran deberán incluir el certificado de exención de látex.
- Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
- Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
- Etiquetado en el que figure:
 - La denominación del artículo.
 - El método de esterilización utilizado.
 - Las fechas de caducidad del producto.
 - El número de lote.
 - La referencia comercial.
 - Marcado CE.
 - Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
- Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
- La documentación técnica acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos se incluirá en el sobre 2.

Fdo. Dra. M.J. del Cerro Marín
Jefa de Servicio de Cardiología infantil



Fdo. Fr. E. Roldán Moll
SUBDIRECTOR AREA MEDICA



12 de julio de 2022



P.A. 2022000027

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (12 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluído)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	297486	PROTESIS VALVULAR PULMONAR PERCUTANEA TRANSCATETER EXPANDIBLE CON BALÓN	UNIDAD	5	20.999,00	104.995,00	10	10.499,50	115.494,50
2	2	329000	PRÓTESIS VALVULAR PULMONAR PERCUTÁNEA TRANSCATÉTER AUTOEXPANDIBLE PARA TRACTOS DE SALIDA DE GRAN TAMAÑO	UNIDAD	8	21.995,00	175.960,00	10	17.596,00	193.556,00

IMPORTE TOTAL:	280.955,00		28.095,50	309.050,50
-----------------------	-------------------	--	------------------	-------------------