

EXPEDIENTE: GCASU2200021

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE: 4 VIDEOSCOLONOSCOPIOS Y 2 VIDEOGASTROSCOPIOS DIGITALES DE ALTA DEFINICIÓN, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tendrá por objeto la adquisición de 4 videocoloscopios digitales de alta definición y 2 videogastroscoios digitales de alta definición, para el Hospital Universitario Infanta Sofía.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES

Si en la descripción se utilizase algún nombre y/o referencia sujeto a propiedad comercial, deberá entenderse como referencia para localizar el/los equipos en cuestión sin que en ningún caso sea obligatorio ofertar dicho equipo. Los equipos ofertados no habrán tenido ningún uso anterior ni siquiera como equipo de demostración.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA CADA LOTE

LOTE Nº 1: 4 VIDEOSCOLONOSCOPIOS DIGITALES DE ALTA DEFINICIÓN

Los equipos pertenecientes a este lote deben ser totalmente compatibles con los 4 videoprocesadores digitales marca PENTAX modelo EPK-i7010, existentes en el Hospital.

Los videocoloscopios deberán cumplir con al menos las siguientes características técnicas:

- Ángulo de visión de al menos 140°.
- Profundidad de campo de al menos 4-100 mm.
- Angulación arriba/abajo de al menos 180°/180° y derecha izquierda de al menos 160°/160°.
- Longitud de trabajo de al menos 1700 mm.
- Longitud total de al menos 2016 mm.
- Imagen HD.
- Canal de lavado auxiliar.
- Botones multifunción en el mando del endoscopio.

Los equipos deberán ser suministrados con maleta para poder ser transportados y almacenados de forma adecuada para su conservación y transporte y al menos vendrán dotados de adaptador de canal de irrigación, adaptador para limpieza del canal aire/agua y tapa conector electrónico.

Lote	Descripción	Uds.	precio unitario sin IVA	Base imponible	IVA (21%)	Importe total
Lote 1: 4 VIDEOSCOLONOSCOPIOS DIGITALES DE ALTA DEFINICIÓN						
1	videocoloscopios digitales de alta definición	4	16.000,00 €	64.000,00 €	13.440,00 €	77.440,00 €



LOTE Nº 2: 2 VIDEOGASTROSCOPIOS DIGITALES DE ALTA DEFINICIÓN

Los equipos pertenecientes a este lote deben ser totalmente compatibles con los 4 videoprocesadores digitales marca PENTAX modelo EPK-i7010, existentes en el Hospital.

Los videogastroscopios deberán cumplir con al menos las siguientes características técnicas:

- Ángulo de visión de al menos 140°.
- Profundidad de campo de al menos 2-100 mm.
- Angulación arriba/debajo de al menos 210/120° y derecha izquierda de al menos 120/120°.
- Longitud de trabajo de al menos 1050 mm.
- Longitud total de al menos 1360 mm.
- Imagen HD.
- Canal de lavado auxiliar.
- Botones multifunción en el mando del endoscopio.

Los equipos deberán ser suministrados con maleta para poder ser transportados y almacenados de forma adecuada para su conservación y transporte y al menos vendrán dotados de adaptador de canal de irrigación, adaptador para limpieza del canal aire/agua y tapa conector electrónico.

Lote	Descripción	Uds.	precio unitario sin IVA	Base imponible	IVA (21%)	Importe total
Lote 2: 2 VIDEOGASTROSCOPIOS DIGITALES DE ALTA DEFINICIÓN						
2	videogastroscopios digitales de alta definición	2	17.586,77 €	35.173,54 €	7.386,44 €	42.559,98 €

4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR REFERENTE A LOS PRODUCTOS OFERTADOS.

En el archivo electrónico (sobre único), se incluirá la documentación técnica para la correcta evaluación de los productos ofertados, en español (ficha técnica, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna).

Así mismo, los licitadores deberán indicar qué documentación o información de la aportada, tiene carácter confidencial (aquella que pueda afectar a secretos técnicos que tengan una difusión restringida y no sean públicamente accesibles). Toda aquella información que no sea calificada de confidencial, se considerará de libre acceso.

Del resultado de dicha evaluación, se emitirá informe del que serán descartados de la licitación aquellas empresas en las que se determine que incumplen con las características de este pliego.

5. GARANTÍA

Los equipos licitados estarán cubiertos por una garantía de mano de obra y piezas de al menos dos años, que empezará a contar desde el momento de la realización del acta de recepción por parte del Hospital. Dicha acta de recepción se realizará una vez que el proveedor haya realizado la puesta en marcha del producto a adquirir.



6. FICHA DE MANTENIMIENTO

Deberá cumplimentarse la ficha de mantenimiento que facilitará este Hospital al empresario en el momento de la adjudicación del contrato.

7. MANUALES

El producto ofertado deberá venir acompañado por los correspondientes manuales de utilización en castellano y deberá ser presentado junto con la documentación técnica.

8. FORMACIÓN

El adjudicatario deberá formar, sin coste alguno para el Hospital, si es preciso, al personal que se determine para el correcto uso del equipo, entregándose sin cargo el material docente necesario para la formación.

9. MUESTRAS: NO

Si la Jefa de Sección de Aparato Digestivo lo estima necesario, podrá solicitar para su prueba cualquier equipo, documentación adicional o concertar una visita para poder observar su funcionamiento.

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato que se suscriba con el adjudicatario.

CONFORME
EL ADJUDICATARIO

San Sebastián de los Reyes,
EL DIRECTOR GERENTE

FECHA Y FIRMA

Fdo.: Antonio Romero Plasencia.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 0889493071870853045340