

P.N.S.P. 2022 - 1 - 012

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DEL MOTOR MR8 CON DESTINO AL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

1. OBJETIVO Y ALCANCE

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de MATERIAL FUNGIBLE DEL MOTOR MR8 CON DESTINO AL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1		FRESAS CORTE ESTANDAR <ul style="list-style-type: none"> • Con estrías helicoidales para disección de huesos o cemento. • Con bloqueo de seguridad al motor. • Material: Acero Inoxidable • Longitud: <ul style="list-style-type: none"> ○ S: Longitud estándar. ○ L: Longitud larga. • Medidas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Diámetro desde 0.5mm hasta 8mm ($\pm 5\%$). • Un solo uso o desechable. • Estéril.
	294948	FRESA CORTE ESTANDAR (S;3,0 MM)
	304447	FRESA CORTE ESTANDAR (S;4,0 MM)
	304441	FRESA CORTE ESTANDAR (S;6,0 MM)
	294388	FRESA CORTE ESTANDAR (L;1,0 MM)
	304443	FRESA CORTE ESTANDAR (L;1.5 MM)
	304444	FRESA CORTE ESTANDAR (L;2,0 MM)

P.N.S.P. 2022 - 1 - 012

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DEL MOTOR MR8 CON DESTINO AL SERVICIO
DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1		FRESAS CORTE DIAMANTE <ul style="list-style-type: none"> • Con estrías helicoidales para disección de huesos o cemento. • Con bloqueo de seguridad al motor. • Material: Acero inoxidable. • Longitud: <ul style="list-style-type: none"> ○ S: estándar. ○ L: larga. • Medidas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Diámetro desde 1 mm hasta 6 mm ($\pm 5\%$) • Tipo Diamante <ul style="list-style-type: none"> ○ Diamante Fino ○ Diamante Medio ○ Diamante Grueso ○ Diamante ExtraGrueso • Forma <ul style="list-style-type: none"> ○ Recto ○ Curvo con tubos de irrigación cerca de la punta de corte para irrigación de la zona quirúrgica sin obstaculizar la visión. • Un solo uso o desechable • Estéril.
	304517	FRESA DIAMANTE FINA (L;1.5 MM)
	304518	FRESA DIAMANTE FINA (L;2.0 MM)
	304520	FRESA DIAMANTE FINA (S;3,0MM)
	304522	FRESA DIAMANTE FINA (S;4,0MM)
	304524	FRESA DIAMANTE FINA (S;6,0 MM)
	294382	FRESA DIAMANTE MEDIANA (L;0.6 MM)
	304514	FRESA DIAMANTE MEDIANA (L;1.0 MM)
	304523	FRESA DIAMANTE MEDIANA (L;3.0 MM)
	312746	FRESA DIAMANTE GRUESA (S;1.0 MM)
	304442	FRESA DIAMANTE GRUESA (L;1.0 MM)
	312745	FRESA DIAMANTE GRUESA (S;2.0 MM)
	304519	FRESA DIAMANTE GRUESA (L;2.0 MM)
	304445	FRESA DIAMANTE GRUESA (S;3.0MM)
	304521	FRESA DIAMANTE GRUESA (L;3.0 MM)
	304446	FRESA DIAMANTE GRUESA (S;4.0 MM)
	294387	FRESA DIAMANTE GRUESA (S;6.0 MM)

P.N.S.P. 2022 - 1 - 012

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DEL MOTOR MR8 CON DESTINO AL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	294390	FRESA CURVA DIAMANTE FINA (S;0.5 MM)
	294389	FRESA CURVA DIAMANTE FINA (S;1.0 MM)
2	varios	ADAPTADORES <ul style="list-style-type: none"> • Adaptadores aerodinámicos para mejorar la visibilidad • 4 Configuraciones fijas:: <ul style="list-style-type: none"> ○ Recto estándar ○ Recto variable ○ Angulado estándar ○ Angulado variable. • Con amortiguación para reducir la vibración y desgaste. • Reutilizables
3	288838	SISTEMA DE IRRIGACIÓN PARA ACCESORIOS RECTOS <ul style="list-style-type: none"> • Irrigación ajustable en modo continuo o intermitente según necesidad. • Cantidad mínima de irrigación desde 0 cm³/min, hasta 60 cm³/min. • Tubo de irrigación/refrigeración incorporado. • Sistema de irrigación ajustable a los adaptadores, para fresas rectas.
	344959	SISTEMA IRRIGACIÓN PARA ACCESORIOS CURVOS <ul style="list-style-type: none"> • Irrigación ajustable en modo continuo o intermitente según necesidad. • Cantidad mínima de irrigación desde 0 cm³/min, hasta 60 cm³/min. • Tubo de irrigación/refrigeración incorporado. • Sistemas de irrigación específico para las fresas anguladas Clearview.
4	28838	CAJA Y CONTENEDOR DE ESTERILIZACIÓN <ul style="list-style-type: none"> • Equipado con sistema de filtrado para la extracción de aire y penetración del esterilizante. • Esterilización por vapor.


P.N.S.P. 2022 - 1 - 012





**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DEL MOTOR MR8 CON DESTINO AL SERVICIO
DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

3. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, al personal que se determine para el correcto uso de sus productos, si así se requiriese. Se entregará sin cargo el material necesario para la formación.

En Madrid, a 31 de marzo de 2022

**MANUEL GÓMEZ
SERRANO -**
Fdo.: 

Firmado digitalmente por MANUEL GÓMEZ
SERRANO - 
Nombre de reconocimiento (DN): cn=MANUEL
GÓMEZ SERRANO - 
givenName=MANUEL, sn=GÓMEZ SERRANO -
 serialNumber=IDCES 
title=EMPLEADO PÚBLICO, 2.5.4.97=VATES-
S7800001E, ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE
EMPLEADO PUBLICO, o=COMUNIDAD DE
MADRID, c=ES
Fecha: 2022.03.31 10:31:55 +02'00'

Jefe de Sección de Otorrinolaringología

Dr. Manuel Gómez Serrano