



Gerencia Asistencial  
de Atención Primaria  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica  
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original.

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE ADQUISICION DE APARATAJE II CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCION PRIMARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS, A/SUM-035519/2022**

**CONSIDERACIONES GENERALES:**

1. El presente contrato se adjudicará por artículos independientes. En los anexos a este documento figuran las relaciones de precios y características técnicas de los artículos en licitación.
2. Las empresas en caso de ser adjudicatarias, deberán:
  - Realizar el montaje, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento e instrucción al personal que vaya a manejar el material.
  - Retirada de cajas, embalajes o envoltorios.
  - Garantizarán el suministro de accesorios y repuestos necesarios para mantener el material en perfecto estado de funcionamiento durante un mínimo de 10 años.
  - El tiempo de duración de la garantía será de 36 meses, contando desde la recepción del equipamiento en el Centro o puesta en marcha en los casos que lo requiera.
  - Todos los equipos y aparatos médico-asistenciales incluirán manual de uso en castellano.
  - El adjudicatario entregará a la firma del contrato en soporte electrónico:
    - Manual de uso los equipos en castellano.
    - Ficha técnica de los equipos
    - Relación de los fungibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
3. En el caso de no ser conforme la recepción del material, el suministrador dispondrá de un plazo a determinar por la Gerencia para corregir las eventuales deficiencias, al final del cual y si no llegar a hacerlo, se producirá el rechazo definitivo del artículo.

**Normativa general**

4. Certificados acreditativos del cumplimiento del Reglamento UE 2017/745 de productos sanitarios

En el Anexo I figura la relación de artículos con sus características técnicas de cada uno de ellos y en el Anexo II la relación de artículos con precios y unidades de cada uno de ellos.

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	3000776	DOPPLER VASCULAR	<div><div>- Para estudios vasculares.</div><div>- Modelo de bolsillo. Peso reducido (250-300 g.) incluida batería. Con bolsa de almacenaje y transporte.</div><div>- Diseño para manejo manual. Gran sensibilidad.</div><div>- Transductores de 8 MHz. Botón activador del transductor a encendido o apagado automático.</div><div>- Batería incluida de duración aprox. 12 horas.</div><div>- Altavoz interno y salida de auriculares.</div></div>
2	3000929	LAMPARA ULTRAVIOLETA	<div><div>- Lámpara de luz ultravioleta o lámpara de Wood de mano compuesta por una lámpara de mercurio que emite radiación ultravioleta a una longitud de onda de entre 320 y 400 nm.</div><div>- El haz de luz debe penetrar hasta la dermis media para el diagnóstico de enfermedades pigmentarias, metabólicas e infecciones fúngicas.</div><div>- Medida lente 10x6cm</div><div>- Lente de tres dioptrías.</div><div>- Tapa corredera protectora de lente</div><div>- Cable a red</div><div>- Tubos fluorescentes de luz negra de 4 wat</div><div>- Potencia no inferior a 9 W</div><div>- Longitud de onda entre 320 y 390 nanómetros.</div><div>- Interruptor apagado/encendido</div><div>- Homologado para uso médico</div></div>

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
3	3000886	PISTOLA CRIOTERAPIA	<ul style="list-style-type: none"><li>- Capacidad 350 cc.</li><li>- Capacidad estática 12 horas.</li><li>- Punta pulverizadora A, B y D y 2 puntas de tamaño C y una punta pulverizadora doblada de calibre 20.</li><li>- Válvula de escape racionalizado.</li><li>- Mini conos y maxi conos incluidos</li><li>- Sistema tubular de suministro reforzado y aislante.</li><li>- Cuello y base Delrin.</li><li>- Maletín de transporte</li><li>- Normas UNE:EN 60601-1, EN 60601-1-2 y EN 60601-2-2:2018</li></ul>
4	3000798	PODOSCOPIO	<ul style="list-style-type: none"><li>- Estructura metálica de acero cromado.</li><li>- Luz fluorescente incorporada.</li><li>- Espejos de control: 1 grande y otro pequeño abatible.</li><li>- Baldosa de apoyo desmontable.</li><li>- Goniómetro incorporado 0-180º desplazable con indicador.</li></ul>

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
5	3000804	PULSIOXIMETRO	<ul style="list-style-type: none"><li>- Portátil, tamaño pequeño y ligero.</li><li>- Pantalla luminosa, fácil lectura de los valores de saturación y pulso.</li><li>- Puesta en marcha en 5".Apagado automático.</li><li>- Más de 12 horas de uso continuo. Resolución 1 bpm.</li><li>- Alarma técnica: sensor desconectado, batería baja.</li><li>- Alimentación pilas.</li><li>- Sistema automático y detección de fallos de sonda.</li><li>- Diagnóstico de sistema automático/continuo. Rango (spo2) 0 a 100%.</li><li>- PRECISION: (spo2) 70 a 100% +/- 2 dígitos.</li><li>- FRECUENCIA DE PULSO: Rango: 30 a 250 latidos por minuto +/- 3. Desviación estándar.</li><li>- Histograma de frecuencia cardiaca.</li><li>- Onda pletismografica en pantalla</li><li>- SENSORES DE OXIMETRIA: 3 sensores reutilizables de adultos, pediátrico y neonatal, pudiéndose utilizar en dedos de manos y pies.</li><li>- Exento de látex. Con funda</li></ul>
6	3000819	SELLADORA DE BOLSAS	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diseñada para el sellado de bolsas de complejos plástico-papel para esterilización.</li><li>- Acondicionamiento manual.</li><li>- Realización de la operación automáticamente previa selección electrónica de los tiempos de sellado y enfriamiento con luz indicadora de periodo de sellado.</li><li>- Periodo de calentamiento mínimo (igual o inferior a 2 minutos) en todos los ciclos.</li><li>- Portarrollos integrado.</li><li>- Cortador de material integrado.</li></ul>

ANEXO II

RELACION PRECIOS Y UNIDADES:

Lote	Material	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic. (unitario sin IVA)	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote con IVA
1	3000776	DOPPLER VASCULAR	UNIDAD	328,09	10	3.280,90	21	3.969,89
2	3000929	LAMPARA ULTRAVIOLETA	UNIDAD	148,76	1	148,76	21	180,00
3	3000886	PISTOLA CRIOTERAPIA	UNIDAD	628,10	20	12.562,00	21	15.200,02
4	3000798	PODOSCOPIO	UNIDAD	310,00	1	310,00	21	375,10
5	3000804	PULSIOXIMETRO	UNIDAD	250,00	8	2.000,00	21	2.420,00
6	3000819	SELLADORA DE BOLSAS	UNIDAD	350,00	2	700,00	21	847,00
						19.001,66		22.992,01

Madrid,

El Gerente Adjunto de Gestión y Servicios Generales  
Por Resolución de 27/07/2022

Firmado digitalmente por: SUÁREZ SÁNCHEZ PEDRO JOSÉ  
Fecha: 2022.10.05 15:00