

P.N.S.P. 2021 - 1 - 143

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE FUNGIBLE PARA EL SISTEMA APOTECA, PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

1. OBJETIVO Y ALCANCE


El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de FUNGIBLE PARA EL SISTEMA APOTECA, con destino al Servicio de Farmacia, para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.1	305330	<p>DISPOSITIVO DOSIFICADOR PARA PREPARACIÓN DE FÁRMACOS (JERINGA 5 ML)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cánula: <ul style="list-style-type: none"> ○ Material: Acero inoxidable de alta resistencia. ○ Pared delgada de 16G. ○ Revestimiento: Silicona. ○ Orificio de ventilación fundido de 25,4 mm. ○ Punta Huber. • Jeringa: <ul style="list-style-type: none"> ○ Material del cuerpo de la jeringa: Polipropileno. ○ Capacidad: 5 ml.

En Madrid, a 7 de septiembre de 2021

Fdo.: **MARTINEZ SESMERO**
JOSE MANUEL -

Firmado digitalmente por MARTINEZ SESMERO JOSE MANUEL
Nombre de certificado (DN): c=ES
serialNumber=DCEP, givenName=JOSE
MANUEL, cn=MARTINEZ SESMERO JOSE MANUEL
Fecha: 2021.09.07 12:44:58 +02'00'

Jefe del Servicio de Farmacia


Dr. José Manuel Martínez Sesmero

P.N.S.P. 2021 - 1 - 143

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE FUNGIBLE PARA EL SISTEMA APOTECA, PARA EL HOSPITAL
CLÍNICO SAN CARLOS**

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
		<ul style="list-style-type: none"> • Sin latex. • Desechable.
1.2	305332	<p>DISPOSITIVO DOSIFICADOR PARA PREPARACIÓN DE FÁRMACOS (JERINGA 20 ML)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cánula: <ul style="list-style-type: none"> ○ Material: Acero inoxidable de alta resistencia. ○ Pared delgada de 16G. ○ Revestimiento: Silicona. ○ Orificio de ventilación fundido de 25,4 mm. ○ Punta Huber. • Jeringa: <ul style="list-style-type: none"> ○ Material del cuerpo de la jeringa: Polipropileno. ○ Capacidad: 20 ml. • Sin latex. • Desechable.
1.3	305334	<p>DISPOSITIVO DOSIFICADOR PARA PREPARACIÓN DE FÁRMACOS (JERINGA 50 ML)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cánula: <ul style="list-style-type: none"> ○ Material: Acero inoxidable de alta resistencia. ○ Pared delgada de 16G. ○ Revestimiento: Silicona. ○ Orificio de ventilación fundido de 25,4 mm. ○ Punta Huber. • Jeringa: <ul style="list-style-type: none"> ○ Material del cuerpo de la jeringa: Polipropileno. ○ Capacidad: 50 ml.

En Madrid, a 7 de septiembre de 2021

Fdo.: **MARTINEZ SESMERO**
JOSE MANUEL -


Firmado digitalmente por MARTINEZ SESMERO JOSE MANUEL. Número de certificado (DN): c=ES, ser al=Madrid-DCES, givenName=JOSE MANUEL, ou=MARTINEZ SESMERO, cn=MARTINEZ SESMERO JOSE MANUEL. Fecha: 2021.09.07 12:44:23 +02'00'

Jefe del Servicio de Farmacia


Dr. José Manuel Martínez Sesmero

P.N.S.P. 2021 - 1 - 143

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE FUNGIBLE PARA EL SISTEMA APOTECA, PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
		<ul style="list-style-type: none"> Sin latex. Desechable.
1.4	305336	<p>AGUJA BLANCA PARA ASPIRACION</p> <ul style="list-style-type: none"> Aguja con cánula: <ul style="list-style-type: none"> Material. Acero inoxidable. Longitud de la cánula: 24 mm. Pared delgada de 16 G. Revestimiento: Silicona. Aspiración de solución fisiológica de bolsas de infusión.
1.5	305580	<p>ETIQUETAS ADHESIVAS BLANCAS 28 X 51 MM ROLLO.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones de los rollos: <ul style="list-style-type: none"> Ancho: 31 mm Diámetro exterior: 59 mm Peso del papel: 76 g/m² Diámetro interior: 25,4 mm Especificaciones de las etiquetas: <ul style="list-style-type: none"> Ancho: 28 mm Alto: 51 mm Espaciamiento: 4,88 mm Número de etiquetas por rollo: 220 Especificación del papel: <ul style="list-style-type: none"> Resistencia: Alta Adhesivo. Permanente Color: Blanco

En Madrid, a 7 de septiembre de 2021

Fdo.: MARTINEZ SESMERO
JOSE MANUEL - 

Firmado digitalmente por MARTINEZ SESMERO JOSE MANUEL. Nombre de reconocimiento (DN): cn=ES, serialNumber=00123, givenName=JOSE MANUEL, sn=MARTINEZ SESMERO, cn=MARTINEZ SESMERO JOSE MANUEL. Fecha: 2021.09.07 12:44:43 +02'00'

Jefe del Servicio de Farmacia



Dr. José Manuel Martínez Sesmero

P.N.S.P. 2021 - 1 - 143

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE FUNGIBLE PARA EL SISTEMA APOTECA, PARA EL HOSPITAL
CLÍNICO SAN CARLOS**

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.6	324744	<p>CONTENEDOR DE RESIDUOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: <ul style="list-style-type: none"> ○ Plástico (100% prolipropileno). ○ Material coloreado con masterbatch libre de metales pesados • Forma: piramidal truncado. • Dimensiones: <ul style="list-style-type: none"> ○ Externas: 400 mm x 300 mm x 390 mm. ○ Base: 337 mm x 235 mm. • Peso: 1,208 kg. • Flujo máximo: 15 Kg. • Volumen: 30 l. • Tapa de una pieza con asa de transporte. • Presencia de dos asas en el cuerpo. • Asas laterales y centrales probadas para duplicar la capacidad máxima. • Apilables hasta 3 metros. • Alta resistencia a la perforación. • Cierre permanente irreversible. • Eliminación por incineración sin emisión de gases nocivos. • Recipiente estanco en posición invertida.

En Madrid, a 7 de septiembre de 2021

Fdo.: **MARTINEZ SESMERO**
JOSE MANUEL -



Jefe del Servicio de Farmacia

Dr. José Manuel Martínez Sesmero

P.N.S.P. 2021 - 1 - 143

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE FUNGIBLE PARA EL SISTEMA APOTECA, PARA EL HOSPITAL
CLÍNICO SAN CARLOS**

3. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, al personal que se determine para el correcto uso de sus productos, si así se requiriese. Se entregará sin cargo el material docente necesario para la formación.

Documento firmado digitalmente por: SOTO BONEL JOSE FRANCISCO
Referencia: 07/944709 9/22
Verificación y validez por CSV: [REDACTED]
La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

En Madrid, a 7 de septiembre de 2021

Fdo.: **MARTINEZ SESMERO**
JOSE MANUEL -
[REDACTED]

Firmado digitalmente por MARTINEZ SESMERO
JOSE MANUEL [REDACTED]
Nombre de registro: MADRID (DN): c. ES
serialNumber ID: [REDACTED]
givenName JOSE MANUEL sn MARTINEZ
SESMERO cn MARTINEZ SESMERO JOSE
MANUEL [REDACTED]
Fecha: 20210907 12:45:36 +02'00'

Jefe del Servicio de Farmacia

Dr. José Manuel Martínez Sesmero