



Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original.

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE APARATAJE PARA LOS NUEVOS CENTROS DE SALUD DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. El presente contrato se adjudicará por artículos independientes. En los anexos a este documento figuran las relaciones de precios y características técnicas de los artículos en licitación.
2. Las empresas en caso de ser adjudicatarias, deberán:
 - Realizar el montaje, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento e instrucción al personal que vaya a manejar el material.
 - Retirada de cajas, embalajes o envoltorios.
 - Garantizarán el suministro de accesorios y repuestos necesarios para mantener el material en perfecto estado de funcionamiento durante un mínimo de 10 años.
 - El tiempo de duración de la garantía será de 36 meses, contando desde la recepción del equipamiento en el Centro o puesta en marcha en los casos que lo requiera.
 - Todos los equipos y aparatos médico-asistenciales incluirán manual de uso en castellano.
 - El adjudicatario entregará a la firma del contrato en soporte electrónico:
 - Manual de uso los equipos en castellano.
 - Ficha técnica de los equipos
 - Relación de los fungibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
3. En el caso de no ser conforme la recepción del material, el suministrador dispondrá de un plazo a determinar por la Gerencia para corregir las eventuales deficiencias, al final del cual y si no llegar a hacerlo, se producirá el rechazo definitivo del artículo.

Normativa general

4. Certificados acreditativos del cumplimiento del Reglamento UE 2017/745 Directiva de productos sanitarios

En el Anexo I figura la relación de artículos con sus características técnicas de cada uno de ellos y en el Anexo II la relación de artículos con precios y unidades de cada uno de ellos.

ANEXO I- EXPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTICULOS:

lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	3000895	ELECTROBISTURI	<ul style="list-style-type: none"> - Bisturí eléctrico para pequeña y mediana cirugía, monopolar y bipolar - Para: cortes puros, cortes- coagulados, coagulación superficial y coagulación profunda con ausencia de carbonización. - Potencia máxima de corte: 120W o más - Potencia máxima de corte/coagulación: 90w o más - Potencia máxima de coagulación: 80W o más - Potencia máxima de coagulación: 60w o más - Potencia máxima de coagulación BIPOLAR: 40w o más - Frecuencia de trabajo: entre 300 y 2000 KHz - Entrada de alimentación seleccionable: 115/230 V - Frecuencia de alimentación 50-60 Hz - Consumo máximo de energía: 300 V A - Con lectura digital de la potencia seleccionada y monitorización mediante control de las funciones operativas: Control de la placa de circuito/paciente OC (que el funcionamiento de la placa neutra/electrodo esté constantemente vigilado para evitar riesgo de quemaduras, con alarma visual y sonora y si mientras tanto se utilizara un electrodo neutro de campo doble se monitorice también el contacto placa paciente.), control de potencia (con circuito de seguridad), control de suministro de corriente (si supera el tiempo máximo de suministro de corriente recomendado señal visual e impedir que suministre corriente) Auto chequeo (control automático de parámetros internos). - Mango porta-electrodos reutilizable con pulsador: con posibilidad de conmutar las funciones y con control de potencia. Con soporte para mango y electrodos. Diferentes electrodos. - Electrodo neutro reutilizable bipartito REM en cumplimiento de la recomendación Noble de diciembre 2008 Quemaduras de piel por electro bisturí mono polar: Prevención y - 25 Electrodos de paciente/electrodo neutro bilobulado desechables (20 adultos y 5 pediátricos), hidrogelado, sin cable. Control REM en cumplimiento de la recomendación Noble de diciembre 2008. - Pedal de pie - 1 Cable de electrodos neutros y diferentes electrodos reutilizables y - 1 Cable reutilizable para electrodos neutros/ electrodos de paciente mono uso/ desechables. - Cable de alimentación - Manual de usuario en castellano



lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
2	3000804	PULSIOXIMETRO	<ul style="list-style-type: none"> - Portátil, tamaño pequeño y ligero. - Pantalla luminosa, fácil lectura de los valores de saturación y pulso. - Puesta en marcha en 5".Apagado automático. - Más de 12 horas de uso continuo. Resolución 1 bpm. - Alarma técnica: sensor desconectado, batería baja. - Alimentación pilas. - Sistema automático y detección de fallos de sonda. - Diagnóstico de sistema automático/continuo. Rango (spo2) 0 a 100%. - PRECISION: (spo2) 70 a 100% +/- 2 dígitos. - FRECUENCIA DE PULSO: Rango: 30 a 250 latidos por minuto +/- 3. Desviación estándar. - Histograma de frecuencia cardiaca. - Onda pletismografica en pantalla - SENSORES DE OXIMETRIA: 3 sensores reutilizables de adultos, pediátrico y neonatal, pudiéndose utilizar en dedos de manos y pies. - Exento de látex. Con funda

ANEXO II
RELACION PRECIOS Y UNIDADES:

Lote	Código	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic. (unitario sin IVA)	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote con IVA
1	3000895	ELECTROBISTURI	UNIDAD	826,45	14	11.570,30	21	14.000,06
2	3000804	PULSIOXIMETRO	UNIDAD	250,00	68	17.000,00	21	20.570,00
						28.570,30	5.999,76	34.570,06

Madrid,

EL GERENTE ADJUNTO DE GESTIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Resolución 342/2021, de 13 de septiembre
(BOCM nº 222 de 17 de septiembre de 2021)

Firmado digitalmente por: SUÁREZ SÁNCHEZ PEDRO JOSÉ
Fecha: 2022.10.05 15:00