

**EXPTE.: A/SUM-038494/2022**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS OFERTAS  
PRESENTADAS EN EL EXPEDIENTE DE SUMINISTRO DE TOALLAS DESECHABLES  
PARA ASEO DE PACIENTES PARA EL HOSPITAL EL ESCORIAL**

Se han presentado al procedimiento y han presentado muestras las siguientes empresas:


NIF	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
B86030723	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.
A58001686	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.
B61435079	DISTRAUMA MEDICAL, S.L.
B48910756	VESISMIN S.L.

Revisada la documentación técnica presentada por cada una de las empresas, así como las muestras presentadas, informo de lo siguiente:

- De las cuatro empresas presentadas, únicamente la oferta de DISTRAUMA MEDICAL cumple con el requisito de Marcado CE que se exige en el Pliego Técnico (cláusulas 1ª y 3ª del Pliego).
- Además, MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA sólo presenta una toallita única para higiene corporal y perineal, lo que no se ajusta a nuestras especificaciones técnicas, y BARNA IMPORT MEDICA sólo presenta muestra de higiene corporal.
- La oferta de DISTRAUMA MEDICAL es por lo tanto la única que cumple todos los requerimientos técnicos exigidos.

Lo que se comunica a los efectos procedentes.

San Lorenzo de El Escorial, a 30 de noviembre de 2022

  
Fdo. Guadalupe Jiménez Castro  
Supervisora Cirugía y Traumatología (3ª planta),  
Rehabilitación y Recursos Materiales.