

EXPEDIENTE:	<b>GCASU2200017</b>
OBJETO:	<b>SUMINISTRO DE: CATÉTERES INTRAVENOSOS CORTOS, PALOMILLAS DE EXTRACCIÓN, CONECTORES LUER PARA EXTRACCIÓN Y EQUIPO DE DIURESIS HORARIA, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.</b>

### TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Celebrada con fecha 30 de noviembre de 2022 la Mesa de Contratación, se da lectura de la valoración técnica de cumplimiento del PPT.

#### **LOTE 1:Catéteres intravenoso cortos**

LICITADORES	CUMPLE		OBSERVACIONES
BECTON DICKINSON, S.A.	<b>SI</b>		
LAMBRA, S.L.		<b>NO</b>	Se solicita catéter de seguridad activa y se oferta seguridad pasiva. Las medidas de 18G y 20G, exceden de la longitud máxima solicitada en el pliego. No se solicita que tenga puerto adicional ni aletas.
NACIL MEDICA4 GROUP, S.L.		<b>NO</b>	Se solicita catéter de seguridad activa y se oferta seguridad pasiva. Las medidas de 18G, 20G y 24G, exceden de la longitud máxima solicitada en el pliego.

#### **LOTE 2:Palomilla de extracción**

LICITADORES	CUMPLE		OBSERVACIONES
AMEVISA, S.A.		<b>NO</b>	No dispone de cámara de visualización del reflujo sanguíneo, la aguja excede la longitud de las aletas y asoma por el tubo.
CANNOS		<b>NO</b>	Se solicita que el tubo mida 19 cms y mide 15,5 cms. El sistema de seguridad no es irreversible. No presenta muestra del calibre 23G. La aleta mide 3 cms y se solicitan 4 cms.
GARRIC MEDICA, S.L.		<b>NO</b>	El tubo mide 14 cms y se solicitan 19 cms. Longitud de la aleta 3,2 cms y se solicitan 4 cms el sistema de seguridad no es irreversible.
GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U.	<b>SI</b>		
IBERIAN CARE 2016,SL.		<b>NO</b>	El tubo mide 15.5 cms y se solicitan 19 cms. El sistema de seguridad no es irreversible y no dispone de clic audible.
LAMBRA, S.L.		<b>NO</b>	No dispone de cámara de visualización del reflujo sanguíneo, la aguja excede la longitud de las aletas y asoma por el tubo.
NACIL MEDICA4 GROUP, S.L.		<b>NO</b>	No dispone de sistema de seguridad. Se solicita que las aletas midan 4 cms y miden 3 cms. No presenta portatubos premontado.
NIPRO MEDICAL SPAIN SL		<b>NO</b>	No presenta portatubos premontado.
ROYAL PROGRESS, S.L.		<b>NO</b>	El sistema de seguridad no es irreversible. Longitud del tubo 17 cms y se solicita 19 cms. Longitud de la aleta 3,1 cms y se solicita de 4 cms. La visualización el calibre impreso en la aleta el muy difícil.
SMITHS MEDICAL ESPAÑA SLU		<b>NO</b>	El sistema de seguridad no es irreversible. Las aletas miden 3 cms y se piden 4 cms. La longitud del tubo es de 30 cms y se solicita de 19 cms.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **0926387687017745493978**

**LOTE 3: Conector Luer de extracción**

LICITADORES	CUMPLE		OBSERVACIONES
AMEVISA, S.A.	<b>SI</b>		
GARRIC MEDICA, S.L.		<b>NO</b>	No presenta el artículo solicitado.
GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U.	<b>SI</b>		
SMITHS MEDICAL ESPAÑA SLU		<b>NO</b>	La válvula retráctil expulsa el tubo y no permite su correcta utilización.

**LOTE 4: Equipo de diuresis horaria**

LICITADORES	CUMPLE		OBSERVACIONES
BASTOS MEDICAL, S.L.		<b>NO</b>	La bolsa no viene premontada y no tiene válvula de seguridad antirretorno
CANNOS, S.L.	<b>SI</b>		
IBERIAN CARE 2016, S.L.	<b>SI</b>		
PRIM, S.A.		<b>NO</b>	La bolsa no viene premontada y no tiene válvula de seguridad antirretorno
VYGON, S.A.	<b>SI</b>		

Y para que conste, se expide y firma en San Sebastián de los Reyes, a 30 de noviembre de 2022, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública a la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril.

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN,

Fdo.: Jose Alberto Torcal Ochoa.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **0926387687017745493978**