



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE SISTEMA DE ESTIMULACIÓN DEL NERVIO SACRO



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0907441057679029531730**



ÍNDICE:

1. OBJETO DEL CONTRATO	2
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:.....	2
3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:.....	2
4. ANEXO	3



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE SISTEMA IMPLANTABLE DEL NERVIO SACRO

GCASU 2022-164

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la adquisición de un sistema implantable del nervio sacro, para el tratamiento del dolor y cuyas características se especifican en el presente pliego de prescripciones técnicas (ANEXO).

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

El adjudicatario del contrato se compromete a la renovación tecnológica del generador o fungibles durante el periodo de ejecución del contrato.

Todos los artículos que componen este contrato deberán ajustarse a la normativa vigente en materia de calidad, etiquetaje, envasado, concentración y presentar los certificados CE y normas aplicables.

- Etiquetado: En español con la siguiente información:
 - Nombre del producto y/o referencia comercial
 - Identificación del fabricante: nombre y dirección
 - Si procede, identificación del importador (nombre y dirección) para productos registrados. Y para productos con marcado “CE” identificación del mandatario en el espacio europeo.
 - Número de Registro en la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios para implantes con autorización de comercialización o marcado “CE” y número del Organismo Notificado donde se ha obtenido para productos con marcado “CE”.
 - Fecha de caducidad expresado en mes y año
 - Número de lote / serie
 - La leyenda “No utilizar si el envase no está íntegro” o similar.

3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:

El presupuesto de licitación es de **199.806,07€**, (Base Imponible: **181.641,88€**, Cuota de IVA (10%) **18.164,19 €**) para un periodo de ejecución de 24 meses y con las cantidades estimadas reflejadas en el ANEXO.

EL DIRECTOR GERENTE



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0907441057679029531730**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.comunidad.madrid.org/csv mediante el siguiente código de verificación: **0907441057679029531730**

4. ANEXO

Nº LOTE	DENOM. LOTE	Nº ORDEN	COD. SAP	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UDS ESTIM. 24 meses	Precio UNIT.	BASE IMPONIBLE	CUOTA IVA (10%)	IMPORTE TOTAL
1	SISTEMA ESTIMULACIÓN NERVIO SACRO	1.1	504157	GENERADOR ESTIMULACIÓN NERVIO SACRO - Amplitud: 0-8,5 V - Capacidad batería: 1,3 Amp/h - Volumen 14 cm ³	6	540,98	45.245,88	4.524,59	49.770,47
		1.2	502033	ELECTRODO TETRAPOLAR ESTIMULACIÓN NERVIO SACRO - Longitud: 28,33 y 41 cms. - Separación entre polos : entre 2,16 y 3 mm	12	769,00	33.228,00	3.322,80	36.550,80
		1.3	505152	MANDO PROGRAMADOR PARA ESTIMULADOR NERVIO SACRO - Compatible con generador adjudicado	12	304,00	15.648,00	1.564,80	17.212,80
		1.4	505783	ESTIMULADOR EXTERNO - Comunicación por bluetooth. Recogida de datos de la fase de test con creación de informe de la misma	14	300,00	4.200,00	420,00	4.620,00
		1.5	504185	SISTEMA DE RECARGA P/GENERADOR RECARGABLE - Compatible con el sistema de neuroestimulación recargable adjudicado. Vendrá con cinturón para facilitar la recarga	6	1.000,00	6.000,00	600,00	6.600,00
		1.6	502864	KIT DE EVALUACIÓN BÁSICA - Contiene electrodo de evaluación básica y accesorios para la implantación del mismo. Se puede realizar fuera de quirófano y así liberar carga del mismo	20	296,00	5.920,00	592,00	6.512,00
		1.7	502660	GENERADOR MRI PARA SISTEMA RECARGABLE - Recarga rápida - Batería Overdrive: duración de 15 años sin pérdida de vida útil - Volumen de 2,8 cc	6	11.900,00	71.400,00	7.140,00	78.540,00
		TOTAL LOTE					181.641,88	18.164,19	199.806,07