

INFORME TÉCNICO SOBRE LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA EL "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ADQUISICIÓN DE UNA TORRE DE LAPAROSCOPIA 4K CON SISTEMA FLUORESCENCIA PARA EL USO DE ICG EN LOS SERVICIOS QUIRÚRGICOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS". EXPEDIENTE: A/SUM-041747/2022

Tras la valoración de las características técnicas de las propuestas presentadas por las empresas Olympus Iberia, S.A.U., Palex Medical, S.A., Karl Storz Endoscopia Ibérica, S.A. y Stryker Iberia, S.L., para el Suministro, Instalación y Puesta en marcha de una torre de laparoscopia 4k con sistema fluorescencia para el uso de ICG a adjudicar por procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios, se informa que todos los equipos ofertados, cumplen con las características técnicas básicas indicadas en el Pliego de Características Técnicas, siendo idóneas para cubrir las necesidades del Servicio de Cirugía, Ginecología y Urología.

CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:

1: Criterio precio:

LICITADORES	PRECIO LICITACIÓN	OFERTA ECONOMICA	% s/precio licitación	BL	BM	PL
OLYMPUS IBERIA S.A.U.	98.000,00	84.215,89	14,07	13.784,11	18.379,58	52,50
PALEX MEDICAL, S.A.	98.000,00	79.620,42	18,75	18.379,58	18.379,58	70,00
KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERIA S.A.	98.000,00	89.533,95	8,64	8.466,05	18.379,58	32,24
STRYKER IBERIA S.L.	98.000,00	90.750,00	7,40	7.250,00	18.379,58	27,61

Donde:

Fórmula puntuación: **PL = 70xBL/BM**

PL: Puntuación otorgada al licitador

BM: Mayor baja de todas las ofertas

BL: Baja del licitador

Baja: Precio licitación - oferta licitador

2: Criterios evaluables de forma automática:

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	PUNTUACION	OLYMPUS IBERIA	RAQUEL GIRALDO ALVAREZ- PALEX MEDICAL	KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA	STRYKER IBERIA
Cabezal de cámara:	0 a 5 puntos				
Cabezal de cámara con tecnología 2 ó 3 chips CMOS.	SI: 5 puntos			5	5
	NO: 0 puntos	0	0		
Fuente de luz	0 a 5 puntos				
Sistema iluminación mediante luz infrarroja para detección de uréteres.	SI: 5 puntos			5	5
	NO: 0 puntos	0	0		
Insuflador y aspiración de humos	0 a 10 puntos				
Sistema de insuflación de alto flujo 50L/min y aspiración de humos.	SI: 5 puntos	5	5	5	5
	NO: 0 puntos				
Tubos con evacuación de humos equipados con filtro ULPA, HEPA, PVDF	SI: 5 puntos	5	5	0	5
	NO: 0 puntos				
Ópticas	0 a 5 puntos				
Disponibilidad de ópticas de 5,5mm, 0° y 30° para fluorescencia	SI: 5 puntos	5			5
	NO: 0 puntos		0	5	
Ampliación plazo de garantía con mantenimiento incluido.	0 a 5				
Ampliación de 2 años o superior	5	0	5	5	5
Ampliación de 1 año.	2	0			
No se ofrece ampliación	0				
PONDERACIÓN MÁXIMA	30 PUNTOS	15	15	25	30

EMPRESA	PLAZO GARANTÍA (AÑOS)
OLYMPUS IBERIA	2
RAQUEL GIRALDO ALVAREZ-PALEX MEDICAL	4
KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA	4
STRYKER IBERIA	4

3: Puntuación total obtenida:

LICITADORES	CRITERIO PRECIO	CRITERIOS EVALUABLES	PUNTUACIÓN TOTAL
OLYMPUS IBERIA S.A.U.	52,50	15,00	67,50
PALEX MEDICAL, S.A.	70,00	15,00	85,00
KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERIA S.A.	32,24	25,00	57,24
STRYKER IBERIA S.L.	27,61	30,00	57,61

Atendiendo a la puntuación total obtenida, la empresa que representa el equipo que obtiene la puntuación más alta, de acuerdo con los criterios establecidos en el PCAP, es Palex Medical, S.A.

Aranjuez, 13 de diciembre de 2022



Dr. Roberto Martínez Fernández
Responsable del Servicio de Cirugía