 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 24
---	---------------------------	----------

EXP: 2022400057

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto la actualización tecnológica y el mantenimiento del ELECTORRETINOGRFO del SERVICIO DE OFTALMOLOGIA.

OBJETO	LOCALIZACION	UD.	PRECIO(€)*	TOTAL(€)*
ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO ELECTORRETINOGRFO OFTALMOLOGIA	SCIO. DE OFTALMOLOGIA	1	48.351,60	48.351,60
TOTAL				48.351,60

* IVA incluido

EL PROCESO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN INCLUYE:

- La última versión mejorada del software Retiport/scan 21 (v 3,2).
- Actualización del hardware informático y sistemas operativos, incluyendo nuevos estimuladores actualizados, (Ganzfeld Q450C, Miniganzfeld i8) y monitor de estímulos de 19" con cámara de fijación LA-S que permita monitorizar y controlar los movimientos del ojo del paciente durante las pruebas.
- Incorporación de nuevo transformador aislador de grado médico que ofrece aislamiento de línea, filtrado continuo de ruidos y supresión de sobretensiones en modo común mejorado, con componente interno del transformador de aislamiento de baja impedancia que ofrezca un 100% de aislamiento de la línea CA de entrada.
- El equipo debe cumplir los estándares que marca la ISCEV, en cuanto a simple y rápida determinación de PVEP y ERG.

Repuestos:

El adjudicatario deberá garantizar el repuesto de piezas al menos durante 10 años.

Garantía:

El plazo de garantía será de al menos **2 AÑOS**

Contrato de mantenimiento:

El licitador deberá presentar propuesta de contrato de mantenimiento, indicando precio y los distintos tipos (correctivo, preventivo, integral...)


DR. F.J.MUÑOZ NEGRETE

JEFE DE SERVICIO OFTALMOLOGÍA

Página 1 de 2

14/11/2022

Hospital Universitario
 Vº Bº SUBDIRECCIÓN AREA QUIRÚRGICA
 SUBDIRECCIÓN MEDICA
 Dr. E. ARACIL SANUS
 Comunidad de Madrid
 Tlfno.: 90.24
 Planta: 0 Dcha.

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 24
---	----------------------------------	-----------------

Servicio técnico:

- El licitador deberá presentar documentación acreditativa de la capacitación para la asistencia técnica correspondiente.
- El tiempo de respuesta a las averías será máximo de 24 horas.
- El plazo máximo de resolución de las averías será de 48 horas.
- Si la avería no se resuelve en 1 semana, el adjudicatario deberá ceder un equipo similar.

MUÑOZ
NEGRETE
FRANCISCO
JOSE - DNI
26191415G


Firmado digitalmente
por MUÑOZ NEGRETE
FRANCISCO JOSE -
DNI 26191415G
Fecha: 2022.11.14
22:02:11 +01'00'

DR. F.J. MUÑOZ NEGRETE

JEFE DE SERVICIO OFTALMOLOGÍA

Página 2 de 2

14/11/2022


 Hospital Universitario
 Ramón y Cajal
 DIRECCIÓN MÉDICA
 SERVICIOS QUIRÚRGICOS
 SaludMadrid
 Comunidad de Madrid
 Planta: 0 Dcha.
 Vº Bº SUBDIRECCIÓN ÁREA QUIRÚRGICA
 Dr. E. ARACIL SANUS



Hospital Universitario
Ramón y Cajal

SERVICIO DE SUMINISTROS

SUMC

ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

PNSP: 2022400057

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	329916	ACTUALIZACION ELECTORRETINOGRFO OFTALMOLOGIA	UN	1	39.960,00	39.960,00	21	8.391,60	48.351,60

IMPORTE TOTAL:	39.960,00	21	8.391,60	48.351,60
-----------------------	-----------	----	----------	-----------

