

HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO

A/SUM-037920/2022

**ADQUISICIÓN DE UN MONTADOR PORTAOBJETOS
CON FILM CON DESTINO AL HOSPITAL
UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **092725295758863952961**

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE SUMINISTROS DE ADQUISICIÓN DE UN MONTADOR PORTAOBJETOS CON FILM CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

1. OBJETO

El presente pliego establece las prescripciones técnicas a cumplir por los licitadores y los productos por ellos ofertados.

El contrato tiene por objeto la adquisición, de un montador portaobjetos con film con destino al Hospital Universitario Santa Cristina con las características mínimas descritas en este Pliego.

2. CONDICIONES GENERALES

Se entiende por equipo el conjunto completo de la maquina o aparato con todos los accesorios imprescindibles para su funcionamiento y se suministrará con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexión, accesorios de anclaje o fijación necesarios para un total y correcto funcionamiento. Se entiende también como equipo, el software que incluya su actualización, cuando fuera necesario, así como las licencias de uso.

Se suministrará la última versión tecnológica disponible de los equipos objeto de adjudicación en el momento de la instalación en todos sus componentes, no admitiéndose equipos de segunda mano ni equipos que contengan componentes reacondicionados.

3. CARACTERÍSTICAS Y CONFIGURACIÓN MINIMA

El equipo ofertado cumplirá, al menos, las siguientes características técnicas:

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS

- Montador automático de “film” de fácil aplicación y funcional, sin necesidad de usar cubres de vidrio ni medio de montaje que facilita la limpieza del equipo.
- El equipo debe admitir cestillos para 20 ó 30 portaobjetos.
- Se podrán procesar más de 1.000 portaobjetos a la hora. La velocidad de montaje de 3 segundos/preparación.
- Montador de dimensiones no superiores a 730 x 400 x 600 mm.(ancho x profundo x alto).
- Tras el montaje el portaobjetos podremos hacer un escaneado digital inmediatamente, y sin necesidad de dejarlo secar al aire ó de meterlo en una estufa.
- Dispondrá de una botella para dispensar el xileno requerido en la adhesión del film con el portaobjetos La cantidad se podrá ajustar individualmente durante el



funcionamiento mediante pulsador/botón de fácil acceso y situado en la parte frontal.

- Dispondrá de un filtro de carbón activo integrado para absorber los vapores generados en el interior del equipo y opcionalmente también podría conectarse mediante un tubo al sistema de ventilación existente en el laboratorio.
- Deberá usar cestillos compatibles con los teñidores ya existentes en el lab. de Anatomía Patológica de modo que el mismo cestillo que usemos en el teñidor lo podamos cargar en el Montador automático para optimizar el flujo de trabajo.

Con objeto de facilitar el proceso de evaluación y selección, el licitador presentará en su oferta la documentación técnica que considere necesaria para verificar que el equipo ofertado cumple todos los requisitos técnicos exigidos. Así mismo **el licitador deberá cumplimentar la encuesta técnica adjunta según Anexo I**

La falta de información o ausencia de datos de producto de los componentes ofertados que no puedan ser debidamente contrastadas podrán ser motivo de que la oferta no sea valorada



Elaborado el Pliego de Prescripciones Técnicas correspondiente al Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado de suministros Nº A/SUM-037920/2022 (adquisición de un montador de portaobjetos con film con destino al Hospital Universitario Santa Cristina) y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 124, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación del Hospital Universitario Santa Cristina

RESUELVE

Aprobar el presente Pliego de Prescripciones Técnicas para la Adquisición de un montador portaobjetos con film con destino al Hospital Universitario Santa Cristina.

EL DIRECTOR GERENTE



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0927252957588623952961**

**ANEXO I
CUESTIONARIO TÉCNICO
MONTADOR DE PORTAOBJETOS CON FILM**

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLE	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO, PÁGINA.
ESPECIFICACIONES Y PRESTACIONES MÍNIMAS		
CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA		
Montador automatico de “film” de fácil aplicación y funcional, sin necesidad de usar cubres de vidrio ni medio de montaje que facilita la limpieza del equipo.		
El equipo debe admitir cestillos para 20 ó 30 portaobjetos.		
Se podran procesar más de 1.000 portaobjetos a la hora. La velocidad de montaje de 3 segundos/preparación .		
Montador de dimensiones no superiores a 730 x 400 x 600 mm.(ancho x profundo x alto).		
Tras el montaje el portaobjetos podremos hacer un escaneado digital inmediatamente, y sin necesidad de dejarlo secar al aire ó de meterlo en una estufa.		
Dispondra de una botella para dispensar el xileno requerido en la adhesion del film con el portaobjetos La cantidad se podra ajustar individualmente durante el funcionamiento mediante pulsador/botonde facil acceso y situado en la parte frontal.		
Dispondrá de un filtro de carbón activo integrado para absorber los vapores generados en el interior del equipo y opcionalmnete tambien podría conectarse mediante un tubo al sistema de ventilación existente en el laboratorio.		
Debera usar cestillos compatibles con los teñidores ya existentes en el lab. de Anatomia Patologica de modo que el mismo cestillo que usemos en el teñidor lo podamos cargar en el Montador automatico para optimizar el flujo de trabajo.		

