

**EVALUACIÓN TÉCNICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIETE MONITORES
DESFIBRILADORES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARIO “GREGORIO MARAÑÓN**

EXP.: A/SUM-040972/2022

FORMA: SIMPLIFICADO ABREVIADO

EMPRESAS LICITANTES PRESENTADAS:

- CARDIVA 2, S.L.
- MINDRAY MEDICAL ESPAÑA, S.L.

Vista la documentación técnica aportada por las empresas licitantes arriba indicadas al procedimiento simplificado abreviado para el Suministro e Instalación de siete monitores desfibriladores para diversas áreas del Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”, se informa que las ofertas presentadas cumplen con los requisitos mínimos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la contratación.

Oferta presentada por Mindray: modelo Beneheart D3.

Se hace constar que para realizar la desfibrilación en pacientes pediátricos menores de 8 años, se deben de usar los electrodos pediátricos. (Diferentes de los electrodos de adultos).

Madrid, 7 de diciembre de 2022

EL SUBDIRECTOR
DE INGENIERÍA

EL RESPONSABLE
DE ELECTROMEDICINA

