


Madrid 13 de Diciembre 2022

Evaluada la documentación técnica la empresa Tecnomed2000 no cumple el requisito técnico de "Estabilizador metálico para imágenes macro", expresa que no es necesario pero a juicio de la experiencia de los profesionales es imprescindible para el rendimiento óptimo del aparato.

Este requisito si aparece en las características de la oferta presentada por Techderma.

Fdo. Jose Antonio Avilés. Servicio de Dermatología



Fdo. Ana Herranz Alonso. Farmacia Hospitalaria

